



Goczałkowice - Zdrój dn. 30.01.2025r.

ZP.382.1.2025.AW

ZD/ 241...../2025

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego (w tym rehabilitacyjnego) oraz mebli medycznych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice -Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju (znak sprawy: ZP.382.1.2025)

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do SWZ o treści:

Zadanie nr 5: Chłodziarka farmaceutyczna szt. 2

1. Z wymiarów wewnętrznych podanych przez Zamawiającego wychodzi pojemność 43,99 l. Tym samym nawet po doliczeniu dopuszczalnego marginesu nie ma szans na uzyskanie pojemności wymaganych minimum 63 litrów. Zapisy specyfikacji Zamawiającego nawzajem się wykluczają. Prosimy o stosowną korektę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis tabeli załącznika nr 5 w zakresie zadania nr 5 Chłodziarka farmaceutyczna szt. 2 Pkt II parametry podstawowe ppkt 2 na następujący: „66 litrów +/- 6 l”.

2. W związku z zastrzeżeniem zgłoszonym w punkcie 1 prosimy o dopuszczenie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych 510x560x655 mm (SzxGxW), wymiarach wewnętrznych 410x420x420 mm (SzxGxW) i pojemności brutto 60 litrów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od wymogu podania wymiarów wewnętrznych i wykreśla z załącznika nr 5 zadania nr 5 Chłodziarka farmaceutyczna zapis tabeli pkt II parametry podstawowe ppkt 12.

Zmodyfikowany załącznik nr 5 w zakresie zadania nr 5 Chłodziarka farmaceutyczna w załączeniu.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.
Bogusława
Kupczak-Wisniowska

