

Dzierżoniów, 08.10.2020

Znak sprawy: ZP.261.9.2020.KM

WYJAŚNIENIA SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej progi ustalone na podstawie art.11 ust.8 Pzp. w postępowaniu pn.: **„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW, TESTÓW SEROLOGICZNYCH I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO”**

Zamawiający:

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na zapytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania udziela następujących wyjaśnień:

I

Pytanie 1

Prosimy o wyłączenie pozycji **3-8 oraz 10, 13 z pakietu 7** i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w **pakiecie 7** uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:

1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;

2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;

3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 24.613.000 zł
NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 7 oraz 11** wymazówek zapakowanych sterylnie, każda osobno?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 7 wymazówek zapakowanych sterylnie, każda osobno. Zamawiający informuje, że nie istnieje pakiet 11.

II

Pytanie 1

Dotyczy projektu umowy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 3 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 2

Dotyczy projektu umowy § 4 pkt 2

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w SIWZ, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający **zastrzega sobie prawo do częściowej** realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż **20%** wartości umowy.

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 3

Dotyczy projektu umowy § 4 pkt 6

Prosimy o dokonanie poprawienie omyłki pisarskiej „...sytuacji wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu.”

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY POTWIERDZA OMYŁKĘ PISARSKĄ § 4 pkt 6 PROJEKTU UMOWY ZAŁĄCZNIK 2B POWINIEN BRZMIĆ „...sytuacji wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu.”

Pytanie 4

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw pilnych, „na cito” z „24 godzin” na „48 godzin roboczych”?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 5

Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy terminu, w którym Wykonawca ma rozpatrzyć reklamację? tj.:

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania,
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Uzasadnienie: Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni roboczych jest trudne do wykonania.

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 6

Dotyczy projektu umowy § 10 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu „(...) nie mniej niż 50,00 zł.”? Kara za opóźnienie powinna być powiązana z wartością niezrealizowanego zamówienia. Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od

razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być bowiem wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw.

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 7

Dotyczy projektu umowy § 10 ust. 1 pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 10 zł w przypadku niepoinformowania Zamawiającego o braku dostępności towaru (..), z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 8

Dotyczy projektu umowy § 10 ust. 4 ust. 1 pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania lub odstąpienia Wykonawcy od umowy bądź rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego. Nadto liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 9

Dotyczy Części 6 pozycji 6

Czy Zamawiający wymaga próbek z korkiem z zabezpieczeniem Safe Lock?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 10

Dotyczy Części 6 Dotyczy pozycji 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek typu Eppendorf o poj. 2 ml z dnem soczewkowym?

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 11

Dotyczy Części 6 Dotyczy pozycji 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek z płaskim dnem umożliwiającym postawienie próbki na blacie?

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 12

Dotyczy Części 6 Dotyczy pozycji 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kapilar w opakowaniu handlowym 4x250 szt.?

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 13

Dotyczy Części 6 Dotyczy pozycji 16

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 24.613.000 zł
NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mieszadełek do kapilar w opakowaniach po 500 szt.?

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

III

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatorów z 10 dni na min. 21 dni roboczych?

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych?

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw na cito z 24h na 72h?

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 4

Dotyczy pkt. 6 Rozdział III SIWZ OPZ:

Aparaty, będące własnością oferenta są ubezpieczone w ramach polisy OC i przy zdarzeniu szkodowym oferent może skorzystać ze swojego ubezpieczenia. Pragniemy jednak zauważyć, że naszemu Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do sprawcy szkody. Dlatego sugerujemy, aby Zamawiający posiadał również ubezpieczenie OC.

Odpowiedź

ZGODNIE Z PROJEKTEM UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 2A § 8 ust. 9

Pytanie 5

Dotyczy pkt. 27 parametrów granicznych:

Prosimy o odstąpienie żądania dokumentów w wersji papierowej.

Uzasadnienie: karty zawierają średnio od 15 do 55 stron, ulotki od 10 do 15 stron etc.

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PO PODPISANIU UMOWY USTALI Z WYKONAWCĄ SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI

Pytanie 6

Dotyczy pkt. 6 par. 17 projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru?

Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z biura w Warszawie. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu.

Odpowiedź

ZGODNIE Z § 17 ust. 6 PROJEKTU UMOWY

Pytanie 7

Dotyczy par. 23 projektu umowy

Czy pisząc „Zmiany umowy nie wymagają...” Zamawiający miał na myśli, iż zmiany z punktów od 1 do 14 niniejszego paragrafu nie wymagają aneksu?

Odpowiedź

TAK

Pytanie 8

Dotyczy 18 pkt warunków wymaganych:

Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania w związku z koniecznością wyposażenia laboratorium w klimatyzator i braku zdefiniowanego modelu klimatyzatora w specyfikacji:

- Czy klimatyzator powinien być podwieszany na ścianie, czy stojący?
- Prosimy o podanie preferowanej mocy urządzenia?
- Czy w pracowni, gdzie ma być zainstalowana klimatyzacja - jest już klimatyzacja, jeżeli tak, czy Zamawiający sam dokona demontażu starej jednostki?
- W jaki sposób będą odprowadzane skropliny? Na zewnątrz czy do kanalizacji?
- Na którym piętrze znajduje się pomieszczenie, w którym ma być zamontowany klimatyzator (konieczność wyceny ew. podnośnika w przypadku instalacji jednostki zewnętrznej)

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 24.613.000 zł

NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



- f) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej przez firmę instalującą klimatyzator?
g) Prosimy o podanie kubatury pomieszczenia”

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY POSIADA ŚCIENNY KLIMATYZATOR Gree Lomo Economic GWH12QB-K3DNA6C (<3,2 kW) W POMIESZCZENIU O KUBATURZE 49,1m3
DOCELOWE POMIESZCZENIE O KUBATURZE 85,6m3, W KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA PLATFORMA ZNAJDUJE SIĘ NA WYSOKIM PARTERZE

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga, aby odczynnik do oznaczania Troponiny wykazywał brak interferencji biotyny na wynik, czyli nie dopuszcza technologii opartej na użyciu przeciwciał przeciwko Troponinie sercowej znakowanych biotyną?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 10

Prosimy o sprecyzowanie zapisu dotyczącego wymogu doliczenia do podanej ilości badań testów niezbędnych do kalibracji, zgodnie z rekomendacjami firmy i kontroli -zgodnie z proponowanym harmonogramem: 5x tyg x 1 poziom dla testów < 1000 i >500
2x tyg x 1 poziom dla testów < 500

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODAŁ W/O ILOSCI, ZGODNIE Z OPISEM TABELI E I INFORMACJAMI ZAWARTYMI POD TABELĄ E. ZAMAWIAJACY WSKAZAŁ W JAKI SPOSÓB SKALKULOWAĆ ILOŚĆ KONTROLI I KALIBRACJI

Pytanie 11

W kolumnie E w załączniku_nr_1A podana jest „Planowana ilość oznaczeń z kontrolą na 36 m-cy
Czy w związku z tym ilości przeznaczone na kontrole zgodnie z harmonogramem zostały doliczone do ilości oznaczeń w kolumnie E?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODAŁ W/O ILOSCI, ZGODNIE Z OPISEM TABELI E I INFORMACJAMI ZAWARTYMI POD TABELĄ E. ZAMAWIAJACY WSKAZAŁ W JAKI SPOSÓB SKALKULOWAĆ ILOŚĆ KONTROLI I KALIBRACJI

Pytanie 12

Czy Zamawiający wymaga, aby wykonanie testu dla troponiny mogło odbywać się w próbkach zhemolizowanych dla stężeń hemoglobiny min. ≤ 300 mg/dL, co powinno być potwierdzone w ulotce odczynnikowej?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 13

Czy Zamawiający wymaga, aby test do oznaczania Prokalcytoniny metodą Brahms był o liniowości min.100 $\mu\text{g/L}$?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 14

Czy Zamawiający wymaga aby ulotka odczynnikowa dla Prokalcytoniny zawierała wskazówki interpretacyjne dla Diagnostyki różnicowej zakażenia dolnych dróg oddechowych oraz Sepsy, potwierdzone również w ulotce?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 15

Czy Zamawiający wymaga aby test HIV Combo był testem oznaczającym jednocześnie HIV-1, HIV-2 oraz antygeny p24 oraz posiadał minimum 4 kontrole dedykowane dla testu, to jest min. dla HIV-1, HIV-2, p24 oraz kontrola ujemna. Potwierdzić w ulotce odczynnikowej i ulotce kontroli.

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 16

Czy Zamawiający wymaga, aby wpływ interferencji w oznaczaniu bilirubiny ze strony 1000 mg/dl hemoglobiny był nie większy niż 10%? Potwierdzić w ulotce odczynnikowej?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 17

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 24.613.000 zł
NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



Czy Zamawiający Wymaga, aby zestaw odczynnikowy do oznaczania bilirubiny był ten sam u dorosłych i noworodków? Potwierdzić w ulotce odczynnikowej?

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ, ZAMAWIAJĄCY WSKAZAŁ PO JEDNYM ODCZYNNIKU DO BILIRUBIN.

IV

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odpowiedź

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA PODPISANIE UMOWY W TAKIEJ FORMIE

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia? Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczone w czasie.

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych usług związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych ze zrealizowaniem zamówionych usług.

Odpowiedź

ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 3

Dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ (Projekt dostawa i dzierżawa)

par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia / rozwiązania od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych?

Odpowiedź

ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 4

Dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ (Projekt dostawa i dzierżawa)

par. 7 pkt. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE PRZESZKOLENIE PERSONELU BĘDZIE DOTYCZYŁO OK. 10 OSÓB, NIE WPROWADZA JEDNAK ZMIAN W PROJEKCIE UMOWY W TYM ZAKRESIE

Pytanie 5

Dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ (Projekt dostawa i dzierżawa)

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 24.613.000 zł

NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



par. 11 ust. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego postanowienia tak by kontakt z serwisem poza godzinami zgłoszeń możliwy był poprzez: automat zgłoszeniowy, e-mail lub faks, odbierane po godz. 8.00 następnego dnia roboczego

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 6

Dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ (Projekt dostawa i dzierżawa)

par. 11 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów „ponosi koszty” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 7

Dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ (Projekt dostawa i dzierżawa)

par. 12 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 8

Dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ (Projekt dostawa i dzierżawa)

par. 15 pkt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 9

Dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ (Projekt dostawa i dzierżawa)

par. 15 pkt. 4,6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PO PODPISANIU UMOWY USTALI Z WYKONAWCĄ SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI

Pytanie 10

Dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ (Projekt dostawa i dzierżawa)

par. 16 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni roboczych?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 11

Dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ (Projekt dostawa i dzierżawa)

par. 18 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 12

Dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ (Projekt dostawa i dzierżawa)

par. 19 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 13

Dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ (Projekt dostawa i dzierżawa)

par. 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 14

Dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ (Projekt dostawa i dzierżawa)

par. 20 ust. 1 pkt. 1 Czy Zamawiający zgodzi się by łączna kara za dzień zwłoki nie wynosiła więcej niż 5000 zł?

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 24.613.000 zł
NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 15**Dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ (Projekt dostawa i dzierżawa)**

par. 20 ust. 1 pkt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie postanowienia?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 16**Dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ (Projekt dostawa i dzierżawa)**

par. 20 ust. 1 pkt. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 17**Dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ (Projekt dostawa i dzierżawa)**

par. 20 ust. 1 pkt. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "dobę" na "dobę zwłoki"?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 18**Dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ (Projekt dostawa i dzierżawa)**

par. 21. ust. 1 pkt 1-4, ust. 2 czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 19**Dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ (Projekt dostawa i dzierżawa)**

par. 24 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź

TAK. ZAMAWIAJACY WYRAZI ZGODĘ NA ZAWARCIE UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

Pytanie 20**Dotyczy Załącznik nr 2B do SIWZ (Projekt umowy na dostawę)**

par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia / rozwiązania od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 21**Dotyczy Załącznik nr 2B do SIWZ (Projekt umowy na dostawę)**

par. 5 pkt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 22**Dotyczy Załącznik nr 2B do SIWZ (Projekt umowy na dostawę)**

par. 5 pkt. 4,6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

Odpowiedź

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 24.613.000 zł
NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



ZAMAWIAJACY PO PODPISANIU UMOWY USTALI Z WYKONAWCĄ SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI

Pytanie 23

Dotyczy Załącznik nr 2B do SIWZ (Projekt umowy na dostawę)

par. 6 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni roboczych?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 24

Dotyczy Załącznik nr 2B do SIWZ (Projekt umowy na dostawę)

par. 8 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 25

Dotyczy Załącznik nr 2B do SIWZ (Projekt umowy na dostawę)

par. 9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 26

Dotyczy Załącznik nr 2B do SIWZ (Projekt umowy na dostawę)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

Odpowiedź

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH DO KORESPONDENCJI ORAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH ZOSTANĄ UZUPEŁNIONE NA ETAPIE PODPISANIA UMOWY

Pytanie 27

Dotyczy Załącznik nr 2B do SIWZ (Projekt umowy na dostawę)

par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 28

Dotyczy Załącznik nr 2B do SIWZ (Projekt umowy na dostawę)

par. 10 ust. 1 pkt. 1 Czy Zamawiający zgodzi się by łączna kara za dzień zwłoki nie wynosiła więcej niż 5000 zł?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 29

Dotyczy Załącznik nr 2B do SIWZ (Projekt umowy na dostawę)

par. 10 ust. 1 pkt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie postanowienia?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 30

Dotyczy Załącznik nr 2B do SIWZ (Projekt umowy na dostawę)

par. 10 ust. 1 pkt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 31

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 24.613.000 zł
NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



Dotyczy Załącznik nr 2B do SIWZ (Projekt umowy na dostawę)

par. 11. ust. 1 pkt 1-2, ust. 2 czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

V

Pytanie 1

Dotyczy SIWZ, Rozdział III, pkt 4 ppkt 4.9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

„Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia terminowych przeglądów technicznych i konserwacji przedmiotu dzierżawy, zgodnie z wymaganiami producenta (charakterystyką zawartą w instrukcji obsługi) oraz pełnego serwisu przedmiotu dzierżawy w przypadku jego awarii lub uszkodzenia.”

Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe prosimy o odpowiednią zmianę zapisu w §11 ust.1 wzoru umowy (załącznik nr 2A).

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 2

Dotyczy SIWZ, Rozdział III, pkt 5 ppkt 5.6:

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę treści zapisu na:

*„Okres ważności zamawianych produktów w dniu dostawy nie może być krótszy niż 5 miesięcy z wyłączeniem krwi kontrolnej hematologicznej, dla której okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy niż **2 miesiące**. W przypadku krótszego okresu ważności produktu, dostawę należy uzgodnić z Zamawiającym.”*

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew.

Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe prosimy o odpowiednią zmianę zapisu w §15 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 2A).

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 3

Dotyczy SIWZ, Rozdział III, pkt 6 ppkt 6.4

Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych, w sytuacji ich niedoszacowania w ofercie przez Wykonawcę.

Prosimy o usunięcie w/w zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużycia odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużycia odczynników przez Zamawiającego. Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SIWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.

Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe prosimy o odpowiednią zmianę zapisu w §4 ust.4 wzoru umowy (załącznik nr 2A).

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 4

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 2A do SIWZ:

§4 ust. 6

Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych. Prosimy zatem o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie:

„W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu”.

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 5

§12 ust. 3

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 24.613.000 zł
NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie zapisu „w dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)”?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 6

§12 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „w ciągu 24 godzin” na „w ciągu 48 godzin”?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 7

§16 ust. 2

Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie ww. postępowania umowy poprzez dodanie: „oraz numer umowy na podstawie której jest składane”.

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 8

§16 ust. 5

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie poniższego zapisu z postanowienia wzoru: „informując jednocześnie o dostępności ilościowej i asortymentowej produktów wskazanych w zamówieniu”.

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 9

§17 ust. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość dosyłania faktury papierowej po dostawie towaru lub w formie elektronicznej na e-mail w formacie pliku pdf?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie adresu poczty elektronicznej.

Odpowiedź

ZGODNIE Z PROJEKTEM UMOWY. DANE DOTYCZĄCE KORESPONDENCJI Z ZAMAWIAJĄCYM ZOSTANĄ UZUPEŁNIONE NA ETAPIE PODPISANIA UMOWY

Pytanie 10

§21 ust. 1 ppkt 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „od 25 godzin” wyrażenia „w dni robocze”?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 11

§21 ust. 1 ppkt 3)

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 12

§22

Czy Zamawiający dopuści przesłanie kopii polisy na adres e-mail?

Odpowiedź

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 13

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 2A do SIWZ:

Z uwagi przepisy o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.

Odpowiedź

ZAMAWIAJĄCY ZGADZA SIĘ NA PODPISANIE Z WYKONAWCĄ RÓWNIEŻ UMOWY POWIERZENIA PRZETWAŻANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PODPISANIU UMOWY DOTYCZACEJ PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA

VI

Pytanie 1

Dotyczy Część 7

Czy Zamawiający w pozycji 5 oczekuje kontroli zewnętrznej dodatniej tego samego producenta co test czy kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dostarczanej przez niezależnego dystrybutora? Jeżeli Zamawiający oczekuje kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zwracamy się prośbą o podanie nazwy kontroli (dostawcy) w jakiej Zamawiający uczestniczył w poprzednich latach.

Odpowiedź

ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLIŁ PRODUCENTA W/O KONTROLI

Pytanie 2

Dotyczy poz. 9 – Zwracamy się z prośbą o zgodę na wykreślenie pozycji z Pakietu w przypadku kiedy producent dostarcza wymazówki w zestawach razem z testami do wykrywania RSV w poz.8.

Odpowiedź

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POD WARUNKIEM, ŻE WYKONAWCA W POZYCJI 8 UMIĘŚCI INFORMACJĘ, ŻE CENA Z POZYCJI 8 OBEJMUJE RÓWNIEŻ CENĘ Z POZYCJI 9

VII

Pytanie 1

SIWZ III.5 Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dostarczenia wraz z pierwszą dostawą dokumentacji na potwierdzenie oznakowania odczynników znakiem CE – jeżeli wykonawca załączy deklaracje do umowy a przy dostawach opakowania odczynników będą oznaczone znakiem CE? Uzasadnienie: Towar wysyłany jest z magazynu – gdzie pracownicy nie wiedzą która dostawa jest pierwsza.

Odpowiedź

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ DOTARCZENIA DOKUMENTACJI NA POTWIERDZENIE OZNAKOWANIA ODCZYNNIKÓW ZNAKIEM CE WRAZ Z UMOWĄ

Pytanie 2

SIWZ III.5 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania z pierwszą dostawą kart charakterystyki substancji niebezpiecznej, jeżeli wykonawca prześle je po podpisaniu umowy (zgodnie z wymogami w tabeli warunki wymagane) – oraz jeżeli są one dostępne całodobowo, bezpłatnie na stronie internetowej klienta?

Odpowiedź

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ PRZESŁANIA PO PODPISANIU UMOWY, ALE PRZED PIERWSZĄ DOSTAWĄ

Pytanie 3

SIWZ III.5 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania z pierwszą dostawą ulotek, jeżeli wykonawca prześle je po podpisaniu umowy (zgodnie z wymogami w tabeli warunki wymagane) – oraz jeżeli są one dostępne całodobowo, bezpłatnie na stronie internetowej klienta?

Odpowiedź

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ PRZESŁANIA PO PODPISANIU UMOWY, ALE PRZED PIERWSZĄ DOSTAWĄ

Pytanie 4

SIWZ III.5 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania aplikacji – są one wprowadzane do aparatu przez pracownika wykonawcy ?

Odpowiedź

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ POD WARUNKIEM, ŻE PRACOWNIK WYKONAWCY WPROWADZI JE PODCZAS INSTALACJI APARATU

Pytanie 5

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 24.613.000 zł

NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



SIWZ IX.3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę w związku z ograniczoną ilością miejsca na przelewach - w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej na opisanie przelewu „ZP.261.9.2020.KM.pak.”?

Odpowiedź

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 6

Dotyczy część 1

Prosimy o potwierdzenie, że system zintegrowany do badań biochemiczno-immunochemicznych, w którym z każdy z modułów będzie zarządzany własnym komputerem, a cały system zintegrowany zarządzany będzie z jednego stanowiska operatorskiego spełnia wymagania Zamawiającego. Takie rozwiązanie zapewnia całkowitą niezależność wszystkich modułów umożliwiając w przypadku awarii komputera zarządzającego pojedynczym modułem pracę i zarządzanie sprawnym analizatorem, a jednocześnie zapewnia komfort pracy operatorowi dając możliwość zarządzania całym systemem z jednego stanowiska operatorskiego.

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 7

Dotyczy część 1

Czy przez zapis „Ilość miejsc dla próbek badanych – minimum 150 ...” Zamawiający rozumie, aby minimalna ilość próbek badanych przebywających łącznie na pokładzie zintegrowanego analizatora wynosiła minimum 150 próbek?

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 8

Dotyczy część 1

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek „Możliwość wstawiania do analizatora materiału badanego w probówkach pierwotnych z zastosowaniem kodów kreskowych jak i w naczynkach na mikropróbki” jeśli w przypadku naczynek pediatrycznych istniałaby taka możliwość ale wstawiane byłyby do każdego z analizatorów w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu?

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 9

Dotyczy część 1

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek „Czujnik obecności próbki, skrzepów i pęcherzyków powietrza” jeśli jeśli analizator wyposażony będzie w detektory sondy dozującej próbkę i odczynnik umożliwiające ocenę prawidłowości aspirowanego materiału, a tym samym informujące operatora o błędzie aspiracji wynikającym zarówno z obecności skrzepu jak i braku aspiracji badanego materiału, której przyczyną może być zarówno mała objętość próbki, odczynnika, a także ich spienienie?

Odpowiedź

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 10

Dotyczy część 1

Czy Zamawiający zaakceptuje, aby oferowany moduł immunochemiczny wyposażony był w system chłodzenia odczynników do temperatury” 4 -10 C a moduł biochemiczny w zakresie temperatur 4- 12 C?

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 11

Dotyczy część 1

Czy w związku z zapisem w punkcie 21 „szablony tabeli procedur konserwacyjnych: dziennych, tygodniowych, miesięcznych w wersji papierowej i online-zgodne z wymaganiami producenta i specyfiką urządzenia” Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek jeśli w przypadku części immunochemicznej zintegrowanego systemu immunobiochemicznego Wykonawca dostarczy takie tabele zgodne z wymaganiami producenta i oficjalną instrukcją obsługi analizatora jedynie w formie papierowej?

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 12

Dotyczy część 1

Prosimy o potwierdzenie, że mimo zapisu w punkcie 24 „ coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury potwierdzone wpisem do

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 24.613.000 zł
NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



paszportu w czasie trwania umowy na koszt Wykonawcy.....” Zamawiający dopuszcza możliwość częstszych przeglądów niż raz do roku.

Odpowiedź

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA JEŻELI BĘDĄ NIEZBĘDNE I ZGODNE Z CHARAKTERYSTYKĄ DANEGO URZĄDZENIA- NA KOSZT WYKONAWCY

Pytanie 13

Dotyczy część 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w postępowaniu przetargowym zaoferować analizator, który nie posiada wymiennych końcówek w pipetorze ale posiada system mycia sond, gwarantujący zapobieganie istotnej klinicznie kontaminacji nie posiadając jednocześnie określonego w instrukcji obsługi progu istotności klinicznej kontaminacji - 0.1 ppm. Brak istotnej klinicznie kontaminacji potwierdzony jest dopuszczeniem do użytkowania i posiadaniem dopuszczania zarówno CE jak i FDA. Istnienie istotnej klinicznie kontaminacji wykluczałoby możliwość używania tego analizatora do jakichkolwiek oznaczeń immunochemicznych, w tym szczególnie czułych na możliwość przeniesienia jak troponin wyskoczła, prokalcytonina.

Nawet analizatory stosujące jednorazowe końcówki dozujące są potencjalnie narażone na kontaminację poprzez zastosowanie kuwety przepływowej do odczytu przebiegu reakcji immunochemicznej, a możliwość kontaminacji istnieje także w przypadku analizatorów, które mają informacje o współczynniku przeniesienia <0.1 ppm np. w czasie przeniesienia skrzepu do studzienki myjącej.

Wyrażenie zgody umożliwi udział w postępowaniu przetargowym kolejnemu oferentowi, którego analizatory stosowane są powszechnie na całym świecie

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 14

Dotyczy część 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie prokalcytoniny metodą immunochemiczną opracowaną nie w oparciu o licencję BRAHMS.

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 15

Dotyczy część 1

Metoda wykorzystuje cząsteczki paramagnetyczne pokryte mysim przeciwciałem monoklonalnym przeciwko ludzkiej prokalcytoninie oraz koniugat fosfatazy zasadowej i szczurzych rekombinowanych przeciwciał przeciw prokalcytoninie. Metoda jest skorelowana z metodą VIDAS BRAHMS PCT. Brak jest jakichkolwiek zaleceń aby metoda oznaczania prokalcytoniny wykonywana była jakąkolwiek konkretną metodą, brak jest także metody referencyjnej dla tego oznaczenia, a różne metody BRAHMS u różnych producentów różnią się między sobą zarówno liniowością, czułością jak i swoistością oznaczeń, a wyniki uzyskane tymi metodami mogą znaczenie różnić się między sobą (Differences in procalcitonin measurements between three BRAHMS-partnered immunoassays (Liaison, Elecsys and Architect, [Eidizadeh A, Asif AR, von Ahnen N, Binder L, Schnelle M.](#), Clin Chem Lab Med 2018; aop). Bardzo dobrą korelację oferowanego odczynnika z metodami BRAHMS PCT poza ulotką odczynnikową producenta potwierdzają też niezależne badania naukowe (Two-center comparison of 10 fully-automated commercial procalcitonin (PCT) immunoassays, Lippi G , Salvagno GL , Gelati M , Pucci M , Lo Cascio C , Demonte D , Faggian D , Plebani M . Clin Chem Lab Med. 2019 Dec 18;58(1):77-84.)

Opisana metoda posiada zarówno dopuszczenie CE jak i FDA i zgoda na jej zaferowanie pozwoli wykonawcy na złożenie oferty w postępowaniu przetargowym, co zapewni konkurencyjność cenową przeprowadzanego postępowania.

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 16

Dotyczy część 1

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kontroli do testu HIV IV generacji wystarczającym materiałem kontrolnym jest materiał obejmujący jedną kontrolę ujemną, jedną kontrolę pod względem obecności przeciwciał i jedną kontrolę dodatnią pod względem obecności antygeny.

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 17

Dotyczy część 1

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 24.613.000 zł
NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi na oferowany analizator i odczynnik można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wymienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej. Zgoda na taki materiał kontrolny pozwoli na obniżenie kosztów oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego materiału kontrolnego wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym w pracy Laboratorium i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 18

Dotyczy część 1

Prosimy o potwierdzenie, że odczynnik całkowitej 25(OH) witaminy D spełnia wymagania Zamawiającego opisane jako Wit. D?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 19

Dotyczy część 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszczone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika.

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 20

Dotyczy część 1

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym dodatkowej elektrody referencyjnej i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny i kolejne elektrody są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 21

Dotyczy część 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów.

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 22

Dotyczy część 1

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek „Moduł ISE (Na, K,Cl) stanowi integralna część analizatora z zainstalowanymi elektrodami bezobsługowymi” jeśli w oferowanym analizatorze elektrody nie wymagają żadnej dodatkowej obsługi poza czynnościami konserwacyjnymi, a dodatkowo elektroda referencyjna jest konserwowana w całości przez serwis producenta?

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 23

Dotyczy część 1

Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr oceniany nr 1 „Wszystkie kalibratory, kontrole, odczynniki części immunochemicznej nie wymagające rekonstytucji”, jeśli dwa spośród 32 kalibratorów wymagają rekonstytucji i są dostarczane są w postaci liofilizatów? Przychylenie się do tej prośby, lub nawet przyznanie części punktów ocenianych w takim przypadku umożliwi uzyskanie korzystnej cenowo oferty innego oferenta

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 24.613.000 zł

NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 24

Dotyczy część 1

Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr oceniany nr 2 „Liniowość HCG nie mniejsza niż 14000 mIU/ml” jeśli dokładny pomiar próbek jest możliwy w zakresie analitycznym do około 1350 mIU/mL. W sytuacji gdy próbka zawiera wartość wyższą niż podana, wyniki zostaną przedstawione jako > 1350 mIU/L. W takiej sytuacji zostanie wykorzystana funkcja automatycznego rozcieńczenia pozwalająca na ilościowe oznaczenie próbek do około 270 000 mIU/mL. Cała procedura odbywa się bez ingerencji użytkownika i ponownego podawania do aparatu próbówki pierwotnej.

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 25

Dotyczy umowy (zał. nr 2A)

§12 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „ W ciągu 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązany jest do:....”?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 26

Dotyczy umowy (zał. nr 2A)

§16 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 27

Dotyczy umowy (zał. nr 2A)

§20 ust. 1 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kara umowna była liczona od niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 28

Dotyczy umowy (zał. nr 2A)

§21 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „ Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia różnicy kosztów wykonania badań laboratoryjnych przez najbliższy specjalizujący się w tym zakresie podmiot oraz kosztów transportu materiału przeznaczanego do badań, z powodu niemożności wykonania zleconych badań przez Zamawiającego, w przypadku:”

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

VIII**Pytanie 1**

Prosimy o wyłączenie pozycji 1-13 z pakietu 7 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w Zadaniu 7 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:

1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;

2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 24.613.000 zł

NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;

3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Odpowiedź

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie 7 wyrazi zgodę na nie wycenianie osobno pozycji 9 i 11 (wymazówki w zamkniętej probówce do testów), jeśli te pozycje zawarte są w zestawie testowym i są dostarczane razem z nim?

Odpowiedź

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA POD WARUNKIEM, ŻE WYKONAWCA W POZYCJI 8 UMIEŚCI INFORMACJĘ, ŻE CENA Z POZYCJI 8 OBEJMUJE RÓWNIEŻ CENĘ Z POZYCJI 9 ORAZ W POZYCJI 10 UMIEŚCI INFORMACJĘ, ŻE CENA Z POZYCJI 10 OBEJMUJE RÓWNIEŻ CENĘ Z POZYCJI 11.

PREZES Zarządu

Maciej Szpolarz

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 24.613.000 zł

NIP 882 20 52 381 REGON 020680960

