



wielkopolskie centrum onkologii

Poznań, dnia 2025-04-03 ..

EZ/24/2025/... 278

Wg rozdzielnika:

do uczestników i zainteresowanych postępowanie o zamówienie publiczne

dotyczy: przetargu nieograniczonego 24/2025 zakup materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udziela odpowiedzi:

Pakiet 8, pozycja 1

Czy w miejsce opisanych pończoch Zamawiający dopuści pończochy o poniższym opisie?
Pończochy przeciwzakrzepowe z odwrotnym grawitacyjnie gradientem kompresji (18mmHg w okolicy stawu skokowego),

kolor biały, posiadające otwór rewizyjny do oceny tętna i ukrwienia w okolicy palucha, rozmiary pończoch kodowane kolorystycznie na pięcie oraz na opakowaniu jednostkowym, z możliwością prania do 95°C w celu zachowania wysokiego poziomu higieny i zapobieganiu zakażeniom szpitalnym, metka z informacjami na temat składu i prania wszyta od zewnątrz w celu unikania podrażnień skóry, wyroby z certyfikatem OEKO-TEX® STANDARD 100 potwierdzające bezpieczeństwo wyrobów włókienniczych wolnych od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich,

rozmiary XS-XXL pozwalających na zastosowanie pończoch u większości pacjentów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'2szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe wymagania bez zmian.

Pakiet 18, pozycja 1-10

Czy Zamawiający dopuści Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, jałowy, samoprzylepny, wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu zapobiegającą przywieraniu do rany. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opakowanie papier-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Opatrunek w rozmiarze 5x7,2cm, wkład chłonny o wymiarach 2x4,5cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe wymagania bez zmian.

Pakiet 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści Opatrunek w rozmiarze 6x10cm, wkład chłonny o wymiarach 3x7cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe wymagania bez zmian.

Pakiet 18, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści Opatrunek w rozmiarze 8x10cm, wkład chłonny o wymiarach 4x6cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe wymagania bez zmian.

Pakiet 18, pozycja 3,4,5,6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'30szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe wymagania bez zmian.

Pakiet 18, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści Opatrunek w rozmiarze 10x10cm, wkład chłonny o wymiarach 5x6cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe wymagania bez zmian.

Pakiet 18, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści Opatrunek w rozmiarze 10x10cm, wkład chłonny o wymiarach 4x10cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 18, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści Opatrunek w rozmiarze 10x25cm, wkład chłonny o wymiarach 5x20cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe wymagania bez zmian.

Pakiet 18, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści Opatrunek w rozmiarze 10x30cm, wkład chłonny o wymiarach 5x25cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 18, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści Opatrunek w rozmiarze 10x35cm, wkład chłonny o wymiarach 5x30cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe wymagania bez zmian.

Pakiet 18, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści Przylepiec wzmocniony włókniną z mikroperforacjami na całej długości i szerokości ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, kolor niebieski, **pokryty klejem silikonowym**, dla skóry wrażliwej, podrażnionej - umożliwia bezbolesną zmianę opatrunku nie powodując pociągania skóry i włosów, nawinięty na szpulkę, niejałowy, pakowany w kartonik rozmiar 2,5cm x 5m oraz wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opaski o właściwościach kohezyjnych o rozciągliwości min. 60%?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 20x30cm?

Odp. Nie, nie dopuści, Zamawiający wymaga serwet 30 x 30 cm.

Pakiet 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Nie, nie dopuści. Dla Zamawiającego ważne jest aby serwety pakowane były po 2 szt., a nie globalna ilość serwet.

Pakiet 22, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane bezpośrednio w opakowanie papier-folia, natomiast zbiorczo w kartonik bez podwójnej torebki?

Odp. Zamawiający wymaga podwójnej torebki papierowo-foliowej jedynie w p. 2. W p. 1 i 3 Zamawiający dopuszcza pojedyncze opakowanie papierowo-foliowe.

Pakiet 22, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45, 8 warstw, 17 nitek?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwety niejałowe?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 1-3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby kompresy gazowe były pakowane w opakowanie zgodne z normą 868-5? Produkowane przez nas jałowe kompresy zapakowane są w opakowanie papier-folia typu blister, dla których nie ma zastosowania norma 868-5, natomiast są one zgodne z normą EN ISO 11607-1:2020 (Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych).

Odp. Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu spełnienia wymogów normy 868-5, która dotyczy doprecyzowania wymagań jaki mają spełniać opakowania kompresów. Zamawiający wymaga opakowań kompresów spełniających wymogi w/w normy w zakresie oznakowania kierunku otwierania pakietu czy wycięcia ułatwiającego i przyspieszającego otwarcie blistra.

Pakiet 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rolki o długości 40m oraz wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 50cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania do pakietu 19:

1. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści opatrunek w rozmiarze 18,5x19,5 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w pozycja 4 dopuści opatrunek hydrokoloidowy z samoprzylepnym piankowym obramowaniem?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

-
1. Czy Zamawiający w Pakiecie 29 poz. 1 dopuści aby podkład miał długość 40m, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk podkładów, równocześnie spełniając pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odp. Poz. 1 zamawiający nie dopuszcza podkładu 40 m. Podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Czy zamawiający w Pakiecie nr 29 poz 2 dopuści podkład o długości 46m?

Odp. Poz.2 - zamawiający nie dopuszcza podkładu 46 m. Podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Czy zamawiający w Pakiecie nr 29 poz 2 dopuści podkład o średnicy glizy 51mm?

Odp. Poz.2 - zamawiający nie dopuszcza podkładu o średnicy gilzy 51 mm. Podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Czy zamawiający w Pakiecie nr 29 poz. 3 dopuści podkład o szerokości rolki 37,20 cm?

Odp. Poz. 3- zamawiający dopuszcza podkład o szerokości rolki 37,20 cm.

5. Czy zamawiający w Pakiecie nr 29 poz. 1 dopuści podkład o szerokości rolki 49,20 cm?
Odp. Poz. 1- zamawiający dopuszcza podkład o szerokości rolki 49,20 cm.

Z poważaniem,

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

Paulina Górecka
mgr iadm.