



Zielona Góra 12.06.2023 r.

**Nr referencyjny: NZ.261.15.2023**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia są: ***Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku.***

I.

## **ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ I ZMIANIE TREŚCI SWZ**

### **Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępniła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie nr 1**

##### **Pakiet nr. 26**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 3 nakłuwaczy, które posiadają jednosprężynowy mechanizm, specjalnie ostrzone igły wykonane ze stali nierdzewnej, pokryte silikonem, szlifowane, trójpłaszczyznowe, igła cofa się całkowicie po nakłuciu, wersje oznaczone są kolorami, rozmiary zgodnie z OPZ ?

**Odpowiedź:** *Nie, Zamawiający nie dopuszcza.*

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr. 3 wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie a 200 szt lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku?

**Odpowiedź:** Zgodnie z **pkt 7** formularza cenowo technicznego dla zadania nr 3: „*Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę*”. natomiast Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku.

#### **Pytanie nr 3**

##### **Zadanie nr 4:**

Prosimy o dopuszczenie:

Zestaw do do nakłucia i wymiany nefrostomii pigtail z blokadą - hydrofilny:


W skład zestawu wchodzi : Cewnik wykonany z poliuretanu o Śr.10 Ch, dł. 22-30 cm, metalowy obturator, kranik jednokierunkowy, echogeniczna Igła Chiba 18G/20cm, Igła punkcyjna 18G, dł. 20 cm, 3-5 rozszerzeń (zależnie od rozmiaru cewnika), prowadnica Lunderquista pokryta teflonem, śr. 0.038” typu J, łącznik do worka na mocz lejek / Luer-lock, worek na mocz, kołnierz mocujący oraz opaska zaciskowa, skalpel.

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza.*

#### **Pytanie nr 3**

Zadanie nr 4, Pozycja nr 1 – Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie zestawu do nefrostomii składającego się z cewnika z pętlą (10CH, 30 cm), igły EchoTIP z

mandrynem (18G, 20cm), przewodnika Safe T-J, rozszerzaczy, dwóch mandrynów prostujących, rurki łączącej z kranikiem jednołóżnym oraz podpórki cewnika?



**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4**

**Zadanie 9 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pasów do KTG o rozmiarze 6cm x 120cm.

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pytanie nr 5**

**Zadanie 9 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pasów pakowanych po 2 sztuki z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 3600 opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza i informuje, że zgodnie z **pkt 7** formularza cenowo technicznego dla zadania nr 9: „Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę”.

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy SWZ rozdział VIII Wadium- zadania 7,10**

Zwracamy się z prośbą o przeliczenie i zweryfikowanie wysokości wadium. W naszej opinii wysokość wymaganego wadium jest zdecydowanie za wysoka w stosunku do wartości wskazanych pakietów. Być może jest jakiś błąd w wysokości wadium albo w jednostkach miary bądź ilościach podanych w formularzu cenowym.

**Odpowiedź:** *Zamawiający przeliczył i zweryfikował wysokość wadium i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie nr 7**

**Projekt umowy- §3 ust. 1. 6)**

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 24 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 8**

**Projekt umowy- §6 ust. 1.1**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 1.1 projektu umowy



zamiast zwrotu „kwoty wymienionej w par 2 ust 1 tzn. wartości całej umowy” wpisanie zwrotu:  
„wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 20% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.

**Odpowiedź:** *Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.*

#### **Pytanie nr 9**

Pytanie nr 1 dot. zadania nr 6: Czy wstrzykiwacz posiadany przez Zamawiającego jest objęty gwarancją producenta?

**Odpowiedź:** *Tak.*

#### **Pytanie nr 10**

Pytanie nr 2 dot. zadania nr 6: Czy Zamawiający dopuści do ofertowania zamienniki będącej tańszą alternatywą dla oryginalnych wkładów?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza.*

#### **Pytanie nr 11**

Pak. 7 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje Elektrody do EKG jednorazowego użytku; ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym; specjalny hydrożel do długotrwałego użytku ale łagodny dla skóry klej, rozmiar 43x35 mm złącze zatrzaskowe; radioprzezierna, nadaje się do CT i MRI, całkowita powierzchnia 1182 mm<sup>2</sup>, powierzchnia żeluz 254 mm<sup>2</sup>, grubość 1mm, odporność na odrywanie 4N?

**Odpowiedź:** *Zamawiający oczekuje elektrod zgodnych z opisem formularza cenowo technicznego dla zadania nr 7.*

#### **Pytanie nr 12**

Pak. 7 poz.2

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje Elektrody do EKG jednorazowego użytku; ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, radioprzezierna, nadaje się do badań Rtg, CT i MRI, zawiera hydrożel, silnie przyklepna (wytrzymałość 72 h, odporna na zamoczenie), ze zintegrowanym skrobakiem do przygotowania skóry, rozmiar 50 x 45 mm, ze złączem zatrzaskowym, całkowita powierzchnia 1730 mm<sup>2</sup>, powierzchnia żeluz 380 mm<sup>2</sup>, grubość 1mm, odporność na odrywanie 19N?

**Odpowiedź:** *Zamawiający oczekuje elektrod zgodnych z opisem formularza cenowo technicznego dla zadania nr 7.*

#### **Pytanie nr 13**

Pak. 9

Prosimy o dopuszczenie Pasy do KTG, jednorazowego użytku, rozmiar 6 x 122 cm.

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza.*

#### **Pytanie nr 14**

##### **Zadanie 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz bezpieczny w rozmiarach:

23G o głębokości nakłucia 1,8mm i 21G o głębokości nakłucia 2,4mm?

**Odpowiedź:** *Nie, Zamawiający nie dopuszcza.*

#### **Pytanie nr 15**

##### **Zadanie 7, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza i informuje, że zgodnie z **pkt 7** formularza cenowo technicznego dla zadania nr 7: „Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę”.

**Pytanie nr 16**

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze tylko w poniższych rozmiarach :

Igła 30 G-1,2mm, Igła 25G- 1,5mm, Igła 21G-1,8 mm,?

**Odpowiedź:** Zaoferowane rozmiary spełniają wymagania Zamawiającego.

**Pytanie nr 17**

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą. Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 18**

**Zadanie nr 4**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert w zadaniu nr 4 na Zestaw do dwustopniowej przeskórnej nefrostomii w skład którego wchodzi:

- kateter poliuretanowy Prosty lub Pigtail rozm 9F lub 12F dł. 26cm widoczny w RTG
- długa igła z trokarem
- przewodnik typu „J” 0.035” dł. 60cm
- igła krótka 18G dł. 7cm
- rozszerzacz
- przedłużacz rozm 12F dł. 25cm
- kranik jednokierunkowy
- igła dwuczęściowa 18G lub 15G dł. 29cm widoczna w USG
- zacisk
- kołnierz
- łącznik luer-lock

Kateter wykonany jest z biologicznie obojętnego materiału widocznego w promieniach rentgenowskich. Sterylny, jednorazowego użytku, nie zawierają lateksu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 19**

Pytania do SWZ:

ad par. 6 ust. 1 ppkt 2 wzoru umowy

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,5% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 20****Zadanie nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a' 200 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 1 700 opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza i informuje, że zgodnie z **pkt 7** formularza cenowo technicznego dla zadania nr 3: „Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę”.

**Pytanie nr 21**

Pytanie 1 dot. zadania 7

Prosimy o dopuszczenie elektrod z okresem ważności minimum 18 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza, tym samym modyfikuje załącznik nr 8 do SWZ.*

**Pytanie nr 22**

Pakiet 4

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrostomii dwustopniowej o składzie: igła punkcyjna typu Chiba 2 częściowa o średnicy 1.3 mm i długości 200mm, skalowana co 1 cm, widoczna w USG; cewnik drenażowy wykonany z miękkiego poliuretanu o wysokiej widoczności w RTG, 6 otworów drenażowych na pigtailu, powłoka hydrofilowa na 90mm na końcu do-nerkowym, z nacięciami dla bezpiecznego zamocowania. Cewnik z usztywniającym mandrynem oraz pomarańczową rozrywalną koszulką; prowadnica typu Lunderquist z miękkim bezpiecznym końcem typu J o średnicy 0.035" długość 85 cm; kranik do podłączenia worka na mocz, skalpel oraz adapter. Rozmiary cewnika CH9.

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pytanie nr 23**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrostomii dwustopniowej o składzie: igła punkcyjna typu Chiba 18G/20cm, skalowana co 1cm, widoczna w USG; cewnik drenażowy wykonany z miękkiego poliuretanu, widoczny w RTG, z balonem 2-2.5 ml wolnym od lateksu, z powłoką hydrożelową na dł. 90mm na końcu do-nerkowym; prowadnica typu Lunderquist z miękkim bezpiecznym końcem typu J 0.035" 85cm; kranik oraz łącznik do worka na mocz. Rozmiary cewnika CH10.

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pytanie nr 24**

Zadanie nr 3 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy nakłuwacz w kształcie litery T o trzech regulowanych głębokościach nakłucia w jednym urządzeniu 1,3 mm / 1,8 mm / 2,3 mm, z igłą powleconą silikonem o trójstronnym szlifie ostrza (średnica 0,63 mm, 23G), do stosowania u dorosłych i dzieci, także poniżej 1 r.ż. i noworodków? Oferujemy nakłuwacz o technologii Safe-T, gwarantującej, że igła jest zawsze dobrze zabezpieczona w obudowie, co eliminuje ryzyko przypadkowego skaleczenia, aktywowany po naciśnięciu przycisku uwalniającego za pomocą kciuka

**Odpowiedź:** *Nie, Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pytanie nr 25**

Zadanie nr 3 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy nakłuwacz w kształcie litery T o głębokości nakłucia w jednym urządzeniu 1,5 mm, z igłą powleconą silikonem o trójstronnym szlifie ostrza (średnica 0,36 mm, 28G), do stosowania u dorosłych i dzieci, także poniżej 1 r.ż. i noworodków?



Oferujemy nakłuwacz o technologii Safe-T, gwarantującej, że igła jest zawsze dobrze zabezpieczona w obudowie, co eliminuje ryzyko przypadkowego skaleczenia, aktywowany po naciśnięciu przycisku uwalniającego za pomocą kciuka.

**Odpowiedź:** *Nie, Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pytanie nr 26**

Zadanie nr 3 - Czy Zamawiający będzie wymagał jednorazowych nakłuwaczy w kształcie litery T o trzech regulowanych głębokościach nakłucia w jednym urządzeniu 1,3 mm / 1,8 mm / 2,3 mm, z igłą powleczoną silikonem o trójstronnym szlifie ostrza (średnica 0,63 mm, 23G) co wyeliminuje konieczność zamawiania kilku rodzajów nakłuwaczy?

**Odpowiedź:** *Nie, Zamawiający nie będzie wymagał takich nakłuwaczy.*

**Pytanie nr 27**

Dot. §4 ust. 1 umowy- Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać wyroby do siedziby Zamawiającego (loco Magazyn) w dni robocze na własny koszt i ryzyko - Prosimy o podanie dokładnego adresu Magazynu.

**Odpowiedź:** Magazyn znajduje się w siedzibie Zamawiającego tj. na ul. Zyty 26 w Zielonej Górze.

**Pytanie nr 28**

Dot. §4 ust. 2 umowy - *Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie: dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ..... lub poczty elektronicznej na adres email: .....* - Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić faks i zostawić tylko adres email?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Jednakże Zamawiający informuje, iż zawsze składa zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tylko w wyjątkowych sytuacjach zamówienia składane są za pośrednictwem faksu np. w przypadku awarii systemu, dlatego Zamawiający pozostawia możliwość składania zamówień również za pośrednictwem faksu.

**Pytanie nr 29**

Dot. §4 ust. 5 umowy - Dokument dostawy, o którym mowa w ust. 4 musi być wystawiony, co najmniej w dwóch egzemplarzach i zawierać: dane Wykonawcy oraz Zamawiającego, datę i numer zamówienia, bieżący numer dokumentu, datę wystawienia dokumentu, datę wydania towaru, nazwę i nr katalogowy dostarczanego asortymentu, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową, łączną wartość towaru oraz nazwisko i imię osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu - Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu:

- umieszczania na dokumencie WZ (dokumencie dostawy) informacji o cenie jednostkowej i łącznej wartości towaru, jeżeli informacje te będą znajdowały się na fakturze?

- umieszczania na dokumencie WZ (dokumencie dostawy) nazwiska i imienia osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, jeżeli zostanie umieszczony kontakt do Działu Obsługi Klienta odpowiedzialnego za wystawienie dokumentu?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pytanie nr 30**

Dot. §5 ust. 1 umowy - Zapłata należności dokonywana będzie z dołu w formie polecenia przelewu na podstawie miesięcznej faktury VAT wystawionej w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano dostaw, na rachunek bankowy wskazany w tej fakturze.- Prosimy o zgodę na wystawianie faktur w ostatnim **roboczym** dniu miesiąca.

**Odpowiedź:** *Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.*



**Pytanie nr 31**

Dot. §6 ust. 1. pkt 1) umowy dla Zadania 2 - Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wzoru umowy tak, aby kary umowne w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy wynosiły 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie

Proponowana zmiana wzoru umowy ma na celu zapewnienie zgodności umowy z zasadą proporcjonalności i miarkowania kar umownych, wynikającą z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. W ocenie Wykonawcy zasady te wymagają, aby kara umowna w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy pozostawała w ekonomicznym związku z wartością niezrealizowanej dostawy. Stanowisko wykonawcy znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym (zob. wyrok SN z 22.01.2015 r., I CSK 690/13; wyrok SN z 23.06.2017 r., I CSK 625/16).

**Odpowiedź:** *Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.*

**Pytanie nr 32**

Dot. §6 ust. 1. pkt 2) umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wzoru umowy tak, aby kary umowne w przypadku zwłoki w dostawie wynosiły 2% wartości dostawy za dzień zwłoki?

Uzasadnienie

Proponowana zmiana wzoru umowy ma na celu zapewnienie zgodności umowy z zasadą proporcjonalności i miarkowania kar umownych, wynikającymi z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. W ocenie Wykonawcy zasady te wymagają, aby kara umowna za zwłokę jednostkowej dostawy pozostawała w ekonomicznym związku z wartością tej dostawy. W przypadku kar umownych tak wysokich jak przewidziano we wzorze umowy, nawet relatywnie niewielka zwłoka może prowadzić do zniweczenia ekonomicznego sensu dostawy. Stanowisko wykonawcy znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym (zob. wyrok SN z 22.01.2015 r., I CSK 690/13; wyrok SN z 23.06.2017 r., I CSK 625/16).

**Odpowiedź:** *Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.*

**Pytanie nr 33****Pytanie 1 do pakietu 11 do pozycji 3**

Dot. par. 7 ust. 1 umowy - W przypadku stwierdzenia wad dostarczonych wyrobów Zamawiający przekaże Wykonawcy za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną zgłoszenie reklamacyjne.- Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić faks i zostawić tylko adres email?

**Odpowiedź:** *Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Jednakże Zamawiający informuje, że pierwszą drogą kontaktu jest poczta elektroniczna, aczkolwiek pozostawia możliwości zgłaszania reklamacji również za pośrednictwem faksu, np. w przypadku awarii systemu.*

**Pytanie nr 34**

Dotyczą pakietu nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z 24 miesięcznym terminem ważności, w związku z powyższym, termin ważności dostarczanego produktu do Zamawiającego wynosiłby, co najmniej 12 miesięcy?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wyraża zgodę, tym samym modyfikuje załącznik nr 10 do SWZ.*

**Pytanie nr 35**

Dotyczą pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści produkt o wymiarze 120cm x 6 cm?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza.*



**Pytanie nr 36**

Dotyczą pakietu nr 9

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 7200 sztuk czy 7200 kompletów (w każdym opakowaniu jednostkowym jest 1 komplet, w którym znajdują się dwa pasy: jeden różowy i jeden jasnoniebieski)?

**Odpowiedź:** *Zamawiający potrzebuje 7200 szt. i zgodnie z pkt. 7 formularza cenowo-technicznego dopuszcza składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.*

**Pytanie nr 37**

dotyczy Zadanie nr 1 , Lp.1,6,8 :W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych oraz wynikających z zapisów prawa obowiązkiem sprzedaży wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach bez możliwości ich podzielenia zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wycenę pozycji pakietu na odpowiednią ilość opakowań, tj.:Lp. 1. 800 sztuk ( 40 opakowań ) a'20 szt lub 820 sztuk ( 41 opakowań ) a'20 szt.Lp. 6. 520 sztuk ( 26 opakowań ) a'20 szt lub 540 sztuk ( 27 opakowań ) a'20 szt.Lp. 8. 140 sztuk ( 7 opakowań ) a'20 szt lub 160 sztuk ( 8 opakowań ) a'20 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza i informuje, że zgodnie z **pkt 7** formularza cenowo technicznego dla zadania nr 1: „Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę”.

**UWAGA**

**Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.**

**II. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ**

W miejsce dotychczasowych załączników wprowadza się:

- Załącznik nr 8 do SWZ Formularz cenowo techniczny **PO ZMIANACH**
- Załącznik nr 10 do SWZ Formularz cenowo techniczny **PO ZMIANACH**

Prezes Zarządu  
dr Marek Działoszyński  
*podpis na oryginale*

**ZAŁĄCZNIKI:**

Załącznik nr 8 do SWZ Formularz cenowo techniczny **PO ZMIANACH**

Załącznik nr 10 do SWZ Formularz cenowo techniczny **PO ZMIANACH**

**Publikacja:**

[www.bip.szpital.zgora.pl](http://www.bip.szpital.zgora.pl)

a/a NZ.261.15.2023