



Zielona Góra 02.02.2024 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) którego przedmiotem zamówienia są **Sprzęt jednorazowy oraz materiały wszczepialne do procedur wewnątrznaczyniowych**, nr referencyjny: NZ.261.67.2023, TED: 2024/S 8/18803

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień oraz zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

I. Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie **w zadaniu 1 w pozycji 7**, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł do biopsji tkanek miękkich skalowanych co 1 cm; długość wycinka 2 cm; Parametry igły: 16G/15cm; 18G/6cm, 18G/9cm, 18G/15cm, 18G/20cm; 20G/15cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowo-techniczny.

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie **w zadaniu 1 w pozycji 8**, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł biopsyjnych z zakończeniem typu trocar, rozmiar 18G dł.15, 20 cm oraz 21G dł.15cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowo-techniczny.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie **w zadaniu 1 w pozycji 17**, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł biopsyjnych typu Chiba w rozmiarze 21G dł.15cm; 22 G dł. 15 i 20 cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowo-techniczny.

UWAGA

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

II. Zawiadomienie o zmianie treści SWZ

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia.



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Miejsce, w którym zmieniana jest treść:

W miejsce dotychczasowych załączników:

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowo techniczny zadania nr 1

wprowadza się:

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowo techniczny zadania nr 1 **_PO ZMIANACH**

Prezes Zarządu
Marek Działoszyński
(podpis na oryginale)

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 1 **_PO ZMIANACH**

Publikacja:

a/a NZ.261.67.2023