



Wrocław, 30.04.2024r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej wraz z najmem bezolejowej pompy próżniowej, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.37.2024,

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.poz.1605 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 6 - Dotyczy wzoru umowy - Czy Zamawiający zgodzi się na 30-dniowy termin płatności faktury?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Nie. Zapisy SWZ bez zmian.


Ustawa z dn. 8 marca 2013 r o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023.1790) dopuszcza 60 dniowy termin płatności, gdzie dłużnikiem jest SP ZOZ (art. 8 ust. 2 – (...))w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym(...) w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 2 – 4 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U. 2023.991), termin ten nie może przekroczyć 60 dni), a zgodnie z art. 13 przywołanej ustawy postanowienia umowne wyłączające lub ograniczające ustawowe uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika są nieważne.

Pytanie nr 7 - Dotyczy zadania 8 - W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej (cenowo i jakościowo) - prosimy o dopuszczenie w pozycjach 1/2/3/4/5 materiału biologicznego bez użycia glutraldehydu (tzw. biologicznych „matryc”) – od lidera na rynku chirurgii dziecięcej i pacjentów dorosłych - produkowanych w USA, które to łąty JAKO JEDYNE NA RYNKU posiadają randomizowane badania potwierdzające brak kalcyfikacji u pacjentów przez okres minimum 10 lat od wszczęcia a materiał zgodnie z wymogiem - ulega remodelingowi w okresie około 8-10 tygodni. Materiał poddany jest procesowi typu „adapt”, pozostawiającą do użytku czystą matrycę kolagenową, bez ryzyka rozpoczęcia kaskadowego procesu kalcyfikacji i/lub procesów zapalnych. Dodatkową korzyścią jest fakt, iż łąty te są poddawane procesowi „cross-link” a łąta staje się odporna na wysokie ciśnienia.

Proponujemy rozmiary łąt:

- 1) Pozycja 1: 0,8cm x 8cm
- 2) Pozycja 2: 2.0cm x 8cm
- 3) Pozycja 3: 5cm x 8cm - wymagane 4cm x 7cm
- 4) Pozycja 4: 6cm x 14cm - wymagane 7cm x 15cm
- 5) Pozycja 5: 6cm x 14cm - wymagane 7cm x 10cm

WSZYSTKIE POZOSTAŁE WARUNKI ZGODNE Z SIWZ



Odpowiedź na pytanie nr 7 : Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 - Pakiet 3 Stent samorozprężalny obwodowy Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stent samorozprężalny do żyły i aorty

- zamkniętokomórkowy,
- nitinolowy,
- kompatybilny z przewodnikiem 0,035” i systemem wprowadzającym 6F,
- średnica: 14.0 lub 16.0 mm, długości 40, 60, 80, 100 mm,
- długość systemu dostarczającego 100 cm,
- markery radiocieniujące,
- technika antyskokowa,
- technika repo,
- pleciona osłona, miękka końcówka,
- zastosowanie: niedrożność prostych odcinków żyły głównej dolnej i aorty (zespół ucisku żyły głównej dolnej, okluzje podnerkowe w pobliżu rozwidlenia (zespół Leriche'a), zwężenia i rozwarstwienia aorty)?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 - Pakiet 3 Stent samorozprężalny obwodowy - Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stent samorozprężalny do żył prostych:

- zamkniętokomórkowy,
- nitinolowy,
- kompatybilny z przewodnikiem 0,035” i systemem wprowadzającym 6F,
- średnica: 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0 lub 14.0 mm, długości: 30, 40, 60, 80 mm,
- długość systemu dostarczającego 75 lub 120 cm,
- markery radiocieniujące,
- technika antyskokowa,
- technika repo,
- pleciona osłonka zewnętrzna, miękka końcówka
- maksymalna siła radialna
- zastosowanie: proste odcinki naczyń i zwężen o dużym stopniu zwapnienia?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w Załączniku nr 3 do SWZ § 1 ust.14?

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zgodnie z SWZ.

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
mgr Piotr STRĄK
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych