



Wrocław, 10 października 2024r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę echokardiografu i ultrasonografów, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.115.2024

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 3:**

[Dotyczy pkt. III, 46] Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat USG renomowanego producenta, posiadający głowicę convex o kącie obrazowania 70°?

**Odpowiedź na pytanie nr 1: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 3 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 46.**

**Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 7:**

Dot. Tabela – V. Archiwizacja – pkt. 121

Zamawiający w pkt. 121 zamieścił wymóg o treści: „Po stronie i na koszt Wykonawcy jest zapewnienie licencji Dicom do podłączenia do istniejącego w szpitalu systemu Cyfrowej Radiografii produkcji AGFA wraz z podłączeniem urządzenia. Integracja w standardzie DICOM 3.0 z posiadanym przez zamawiającego systemem PACS firmy AGFA w pełnym zakresie (łącznie z pobieraniem list roboczych)”.

W wyniku kontaktu z firmą AGFA uzyskaliśmy informację, iż Zamawiający posiada kontrakt serwisowy systemu Enterprise Imaging, umożliwiający wpięcie do systemu PACS nielimitowanej ilości urządzeń oraz bezpłatne wsparcie serwisu AGFA w podłączeniu i konfiguracji systemu. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie wymagał zaoferowania licencji systemu AGFA oraz uzna za spełnienie wymogu opisanego w pkt. 121 jeżeli Oferent zaoferuje ultrasonograf posiadający oprogramowanie DICOM 3.0, który jest gotowy do podłączenia do systemu PACS i jednocześnie zapewni wsparcie przy podłączeniu i konfiguracji do systemu PACS firmy AGFA?

**Odpowiedź na pytanie nr 2: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 1 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 90, pakietu nr 2 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 57, pakietu nr 3 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 52, pakietu nr 4 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 69, pakietu**

**nr 5 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 66, pakietu nr 6 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 48, pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 121.**

**Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 7:**

Dotyczy punktu V.2

Zamawiający wymaga dostarczenia formularza Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu. Ze względu na fakt, że zgodnie z ustawą z 7 kwietnia 2022 nie składa się powiadomień/zgłoszeń do Prezesa Urzędu. Jako dystrybutor jesteśmy zobowiązani do dokonywania wpisów do bazy dystrybutorów. Z bazy dystrybutorów nie generuje się potwierdzeń. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie tego wymogu

**Odpowiedź na pytanie nr 3: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy:**

- 1/ **Rozdz. V pkt 1 ppkt 2) SWZ. Zapis otrzymuje brzmienie:** w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974 ze zm.) przy uwzględnieniu regulacji przewidzianej w art. 138 oraz innych przepisów przejściowych, zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (jeżeli dotyczy)).
- 2/ **Załącznika nr 3 do SWZ §4 ust. 2. Zapis otrzymuje brzmienie:** Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym min. instrukcję obsługi i użytkownika w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych - należy dosłać do 14 dni roboczych od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (jeżeli dotyczy) (zgodnie z art. 138 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. z 2022r., poz. 974 ze zm.) dokładny opis oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, kart technicznych itp. w języku polskim.
- 3/ **Załącznika nr 4 do SWZ OŚWIADCZENIE nr 2. Zapis otrzymuje brzmienie:** Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (jeżeli dotyczy) (zgodnie z art. 138 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2022r. poz. 974 ze zm.).

W trakcie realizacji umowy, udostępniemy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (jeżeli dotyczy) (zgodnie z art. 138 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2022r. poz. 974 ze zm.) pod rygorem możliwości naliczenia kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy.

**Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 3:**

Pkt 3 - pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który posiada monitor kolorowy LED o rozdzielczości 1920 x 1080 ale o przekątnej ekranu 21,5” ?

**Odpowiedź na pytanie nr 4: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 3 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 3.**

**Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 3:**

Pkt 10 - pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta, który posiada dynamikę aparatu 372 dB?

**Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 3 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 10.**

**Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 3:**

Pkt 20 - pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta, który nie posiada Funkcji wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci?

**Odpowiedź na pytanie nr 6: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 3 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 20.**

**Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 3:**

Pkt 22 - pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta, który posiada korekcję kąta w zakresie  $\pm 80^\circ$  na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku?

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 3 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 22.**

**Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 3:**

Pkt 37-42 - pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który posiada głowicę liniową do badań płytko położonych narządów, szerokopasmowa o zakresie

częstotliwości 3.0 MHz - 14.0 MHz, z liczbą elementów akustycznych 256, szerokością pola widzenia głowicy 50 mm., obrazowaniem harmonicznym (3 pary częstotliwości harmonicznych) i z 3 częstotliwościami dla dopplera pulsacyjnego (PW)?

**Odpowiedź na pytanie nr 8: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 3 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 38 i 40.**

**Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 3:**

Pkt 55 - pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który nie ma możliwość rozbudowy o głowicę liniową elektroniczną wieloczęstotliwościową o zakresie częstotliwości od min. 5,0 – 12,0 MHz, obrazowanie harmoniczne, programowalne przyciski sterujące wbudowane w korpus głowicy?

**Odpowiedź na pytanie nr 9: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 3 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 55.**

**Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 3:**

Zamawiający planuje dokonać zakupu aparatu wyższej klasy dla poradni endokrynologicznej. W związku z powyższym faktem, czy Zamawiający nie uważa iż aparat powinien posiadać w standardowym wyposażeniu oprogramowanie do wizualizacji mikroprzepływów (inne niż power doppler i power doppler kierunkowy) oraz posiadać możliwość rozbudowy o oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję do oceny zmian tarczycy i przedstawiające wyniki w oparciu o wytyczna ATA, BTA, EU-TIRADS, K-TIRADS?

**Odpowiedź na pytanie nr 10: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 3 PARAMETRY TECHNICZNE poprzez dodanie pkt. 19a i 57.**

**Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt 2

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta którego zakres częstotliwości pracy wynosi 1 – 22 MHz?

**Odpowiedź na pytanie nr 11: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 2.**

**Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który posiada 8257536 niezależnych kanałów odbiorczych??

**Odpowiedź na pytanie nr 12: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 5.**

**Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt 6

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który posiada Po 128 kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX?

**Odpowiedź na pytanie nr 13: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 6.**

**Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który nie posiada gniazda parkingowego z możliwością aktywacji?

**Odpowiedź na pytanie nr 14: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 8.**

**Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta którego regulacja wysokości panelu sterowania wynosi 18 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 15: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 14.**

**Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta którego regulacja odchylenia panelu sterowania wynosi 30 stopni?

**Odpowiedź na pytanie nr 16: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 15.**

**Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 20-21

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który posiada 1 dysk nowszej klasy SSD o pojemności 1000 GB??

**Odpowiedź na pytanie nr 17: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 20-21.**

**Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który nie posiada wbudowany fabrycznie w aparat napęd CD/DVD??

**Odpowiedź na pytanie nr 18: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 25.**

**Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 27.

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który wyposażony w 4 porty USB (2 w technologii 3.0), z czego 2 umiejscowione są na pulpicie aparatu a nie w monitorze?

**Odpowiedź na pytanie nr 19: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta w którym start systemu z trybu wyłączenia (Shutdown) wynosi 80s?

**Odpowiedź na pytanie nr 18: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 30.**

**Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 37

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który nie posiada ciągłej optymalizacji wzmocnienia w trybie 2D, a posiada automatyczną optymalizację obrazu za pomocą jednego klawisza?

**Odpowiedź na pytanie nr 21: Nie, zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 22 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 51

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta w którym zakres częstotliwości PRF wynosi 1,04 – 35,96 kHz?

**Odpowiedź na pytanie nr 22: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 51.**

**Pytanie nr 23 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt 53

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z regulacją bramki dopplerowskiej w zakresie 0,5 - 25 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 23: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 52.**

**Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 60

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta w który posiada 12 map kolorów dla CD?

**Odpowiedź na pytanie nr 24: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 60.**

**Pytanie nr 25 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt 65.

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta nie posiada Trybu dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów mięsnych (nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczeniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm.?

**Odpowiedź na pytanie nr 25: Nie, zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 26 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 71-78

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który posiada głowicę convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych wykonana w technologii single crystal, z ilością elementów 192, z obrazowaniem harmonicznym, możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem, możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym, możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania z kontrastem ale z zakres pracy przetwornika 1,0 - 7,0 MHz i kątem pola skanowania (widzenia) 102 stopnie?

**Odpowiedź na pytanie nr 26: Nie, zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 27 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 79-84

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który posiada głowicę liniową głowica liniowa wykonana w technologii Single Crystal, z zakresem pracy przetwornika 2-12MHz, z liczbą elementów 192, szerokość skanu (FOV) 44 mm, obrazowaniem harmonicznym, bez możliwości pracy z oprogramowaniem do pracy z kontrastem?

**Odpowiedź na pytanie nr 27: Nie, zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 28 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 85-90

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który posiada głowicę kardiologiczną sektorową wykonaną w technologii single crystal, z zakresem pracy przetwornika 1,0 – 5,0 MHz, liczbą elementów 80, kątem skanowania 90 st., z obrazowaniem harmonicznym i bez możliwości pracy z kontrastem?

**Odpowiedź na pytanie nr 28: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 86, 87, 88, 90.**

**Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 92

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o oddzielną analizę wsierdzia i nasierdzia oraz bez możliwości uśrednienia uzyskanych wyników?

**Odpowiedź na pytanie nr 29: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 92.**

**Pytanie nr 30 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 94.

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. ?

**Odpowiedź na pytanie nr 30: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 94.**

**Pytanie nr 31 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 98.

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy systemu o automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek ?

**Odpowiedź na pytanie nr 31: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 99.**

**Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 100.

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który posiada możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną (typu Shear Wave) dostępną na głowicy convex wysokiej częstotliwości 7 MHz. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek ?

**Odpowiedź na pytanie nr 32: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 100.**

**Pytanie nr 33 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 103.



Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który posiada możliwość rozbudowy o obrazowanie z kontrastem dostępne na sondach: Convex, Linia, Endo i ale nie na głowicy sektorowej (kardiologicznej)?

**Odpowiedź na pytanie nr 33: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 103.**

**Pytanie nr 34 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt.104.

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który nie ma możliwość rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. ?

**Odpowiedź na pytanie nr 34: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 104.**

**Pytanie nr 35 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 105.

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który nie ma możliwości rozbudowy aparatu o głowice laparoskopową?

**Odpowiedź na pytanie nr 35: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 105.**

**Pytanie nr 36 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 109.

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który ma możliwość rozbudowy o sondę Convex 3D/4D, z zakresem pracy głowicy 1-8 MHz, kąt skanowania 2D 70 st., kąt skanowani w 3D/4D 70x70 stopni, oraz 192 elementami?

**Odpowiedź na pytanie nr 36: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 109.**

**Pytanie nr 37 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 110.

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który ma możliwość rozbudowy o sondę Endocavity 3D/4D, z zakresem pracy głowicy 2-10 MHz, kątem skanowania 2D 180 st., kąt skanowani w 3D/4D min. 180x180 st., oraz z 192 elementami?

**Odpowiedź na pytanie nr 37: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 110.**

**Pytanie nr 38 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 112.

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który nie ma możliwości rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania z kontrastem w trybie 4D?

**Odpowiedź na pytanie nr 38: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 112.**

**Pytanie nr 39 dotyczy pakietu nr 7:**

Pkt. 113.

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który nie ma możliwość rozbudowy o funkcję pozwalająca na wykonanie biopsji w trybie 4D?

**Odpowiedź na pytanie nr 39: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 7 PARAMETRY TECHNICZNE pkt. 113.**

**Zamawiający przekazuje jednocześnie treść Załącznika nr 2 do SWZ po powyższych modyfikacjach.**

## **MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 3 Pzp i art. 137 ust. 1 Pzp informuje, że zmienia treść SWZ:

- 1/ **Załącznik nr 3 do SWZ - §5 ust. 22 otrzymuje brzmienie:** „Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy oraz załączy do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika.”;
- 2/ **Rozdz. XIV pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:** Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **90 dni, tj. do dnia 14 stycznia 2025r.;**
- 3/ **Rozdz. XV pkt 1 ppkt 2 lit. a) SWZ otrzymuje brzmienie:** pieniądzu; wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek zamawiającego **Bank Gospodarstwa Krajowego Region Dolnośląski nr 07 1130 1033 0018 7991 8520 0007 z zaznaczeniem: „Wadium - znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.115.2024”** - środki finansowe powinny wpłynąć na konto zamawiającego do dnia **17 października 2024r. do godz. 11:00** pod rygorem odrzucenia oferty (...);

- 4/ **Rozdz. XVII pkt 2 SWZ otrzymuje brzmienie:** Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **17 października 2024r. do godz. 11:00.;**
- 5/ **Rozdz. XVIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:** Planowany termin otwarcia ofert – **17 października 2024r. o godzinie 11:15.**

Zamawiający działając na podstawie art. 88 ust. 1 Pzp przekazuje treść zmian ogłoszenia o zamówieniu o których mowa w art. 90 ust. 1 Pzp.

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).**

Z upoważnienia KOMENDANTA  
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  
SP ZOZ we Wrocławiu  
mgr Piotr STRĄK  
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych