

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego” Sp. z o. o. ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy:

#### „bielizny operacyjnej jednorazowej i odzieży jednorazowej”

##### **Pytanie nr 1**

**Część 2, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

##### **Pytanie nr 2**

**Część 2, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 37,5cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

##### **Pytanie nr 3**

**Część 3, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści maski dostępne tylko z gumką?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

##### **Pytanie nr 4**

**Część 3, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści czepek o średnicy 47cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

##### **Pytanie nr 5**

**Część 3, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści czepek bez napotnika?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

##### **Pytanie nr 6**

**Część 3, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny viskozowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup> zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm, wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7**


**Część 3, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści koszule wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**


Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 8**

**Część 4, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. Serweta owinięta w serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150 cm x 190 cm.



160/240x180cm  
Inst. i p.c.



150x190cm  
Inst. i p.c.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9**

**Część 1, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi większej ilości Wykonawcom złożenie ofert konkurencyjnych cenowo, oraz dopuści zestaw zgodny z PN EN 13795 o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta z przylepcem (laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 56g/m <sup>2</sup> , odporność na przenikanie cieczy min. 250cm H <sub>2</sub> O)	1	240x150
serweta z przylepcem (laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 56g/m <sup>2</sup> , odporność na przenikanie cieczy min. 250cm H <sub>2</sub> O)	1	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku (laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 56g/m <sup>2</sup> , odporność na przenikanie cieczy min. 250cm H <sub>2</sub> O)	2	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrum. wzmocniona	1	190x150
serweta na stolik Mayo wzmocniona	1	145x80
serwetki do rąk z niepylącej włókniny kompresowej	2	40x20

Opakowanie typu blister, z widoczną zawartością, z etykietą trójdzielną typu TAG z min. 2 odcinkami do wklejenia do dokumentacji medycznej pacjenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie do osobnego pakietu. Zamawiający dopuszcza zestaw zgodny z PN EN 13795..

**Pytanie nr 10**

**Część 1, poz. 6-7:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi większej ilości Wykonawcom złożenie ofert konkurencyjnych cenowo, oraz dopuści fartuch wykonany z włókniny SMS?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 11**

**Pakiet 2, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu pościeli w składzie: powłoka 200x150cm, powłoczka 90x75cm, prześcieradło 210x150cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 12**

**Pakiet 2, poz. 3-4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu na rolce z jednej warstwy bibuły i jednej warstwy folii, w rozm. 51x50cm o długości 40m, z perforacją co 50cm. W przypadku zgody prosimy o podanie ilości opakowań, które należy zaoferować.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 13**

**Pakiet 3, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczek medycznych o następującej charakterystyce?

Maseczki medyczne wykonane z trzech warstw delikatnej i miękkiej włókniny, posiadające wkładkę modelującą, za pomocą której można je ściśle dopasować do konturu nosa. Wyposażone są w elementy elastyczne tzw. "elastyczne ucho" służące do zamocowania wyrobu. W części centralnej posiadają zakładki umożliwiające dopasowanie do kształtu twarzy.

Maseczki medyczne, zgodne z normą PN-EN 14683:2019, służą jako ochrona otoczenia przed zanieczyszczeniem, złuszczeniem naskórki i owłosieniem. Posiadają skuteczność filtracji bakteryjnej BFE  $\geq 98\%$ . Oferowany asortyment jest wyrobem medycznym w rozumieniu Zalecenia Komisji UE 2020/403 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie oceny zgodności i procedur nadzoru rynku w kontekście zagrożenia związanego z COVID-19 oraz w rozumieniu uchwały nr 33/2020 Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 14**

**Pakiet 3, poz. 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków o gramaturze 17g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 15**

**Pakiet 3, poz. 9:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów typu "przedniak" wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 43g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 16**

**Pakiet 4, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z opisem, która posiada dwa kraniki do których można dołączyć dren ale nie posiada drewnu w zestawie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego

PREZES ZARZĄDU

dr n. med. Jacek Sawicki