



Nr sprawy 35/2024

Olsztyn, dn. 18 lipca 2024 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic medycznych.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZESTAW 1

Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein $\leq 30\mu\text{g/g}$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści jako rękawice równoważne rękawice posiadające wewnętrzną warstwę polimeryzowaną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu min.7N - potwierdzone badaniami producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 3

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic w opakowaniu a'250 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej netto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku z równoczesnym podaniem wartości netto i brutto do 2 miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

ZESTAW 2

Pakiet 1

Pozycja 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 70 par w kartoniku-opakowaniu zbiorczym? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 2

Czy poprzez zapis "opakowanie z otworem dozującym chroniącym przez kontaminacją ze środowiska" zamawiający miał na myśli ograniczanie z dodatkowej folii w otworze dozującym rękawice?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitylowych wyciąganych od spodu o poniższych parametrach:

Rękawice diagnostyczno-ochronne, nitylowe bezpydrowe **z wewnętrzną warstwą ochronno-nawilżającą zawierającą koloidalny wyciąg z owsa**, kolor niebiesko-szary, AQL 1,0 – fabryczny nadruk na opakowaniu. Wykonane z miękkiego i elastycznego materiału zapewniającego wysoką wytrzymałość i bardzo dobre czucie. **Substancje wymienione w rękawicach uznane przez USP jako środek ochronny skóry**. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany, dobrze przylegające do dłoni użytkownika. Cienkie, grubość na palcu 0,09 +/- 0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, długość min. 240 mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania dzięki pakowaniu mechanicznemu (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany, potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne przez min 60 min. na przenikanie 30% nadtlenku wodoru i min 240 min 37% formaldehydu zgodnie z normą EN 16523-1. Przebadane na przenikanie min. 12 leków cytostatycznych wg. ASTM D 6978, w tym odporne przez min. 20 min. na przenikalność Karmustyny oraz Tiotepy. Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów wg. EN ISO 374-5 oraz przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671. **Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic oraz poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji. Producent stosuje systemy zarządzania zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie przystosowane do pobierania pojedynczych rękawic od spodu – odpowiednie oznakowanie na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie na ściankach dyspensera, pakowane po 200 sztuk (XL po 180 szt.).**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

ZESTAW 3

Zadanie nr 3

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o sile zrywu min. 6N wg EN 455 (potwierdzone wynikami z badań producenta). Rękawice przebadane na min. 15 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978. Opakowanie a'200 szt. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na podanie ceny jednostkowej netto za pełne opakowanie handlowe a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Alternatywnie zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej netto z dokładnością do czterech miejsc po przecinku przy jednoczesnym podaniu wartości z dokładnością do dwóch miejsc.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie uchwytów wykonanych z drutu stalowego o średnicy 4mm z blazką montażową. Dostępne są koszyki pojedyncze i potrójne z możliwością zamontowania na ścianie za pomocą śrub (nie występują w komplecie). Odporne na środki dezynfekcyjne.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojedynczego dyspensera na 1 opakowanie rękawic, wykonany z plastiku ABS. Możliwość szeregowego łączenia pojedynczych dyspenserów. Dyspenser z możliwością zamontowania na ścianie za pomocą śrub (w komplecie). Odporne na środki dezynfekcyjne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings