

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**

ul. Lesznowska 20A, 05 – 870 Błonie
tel: (0-22)725-40-71 fax: (0-22) 725-24-95

RM/ZP/15/20

Błonie, dnia 08.06.2020 r.

S P E C Y F I K A C J A
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych:

**ZAKUP SPRZĘTU DIAGNOSTYCZNEGO I TERAPEUTYCZNEGO
ORAZ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**

Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE

I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiającym jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z siedzibą w Błoni, ul. Lesznowska 20A.

Tel: / 0-22/ 725 – 40 - 71 Fax: / 0-22/ 725 – 24 - 95 www.ratownictwopwz.pl

Platforma zakupowa Open Nexus e-Zamawiający: <https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwopwz>

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „Postępowaniem” - prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp” w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus e-Zamawiający (dalej „Platforma zakupowa” lub „System”).

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **RM/ZP/15/20**. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dalej będzie zwana „SIWZ”.

Ileokroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o „Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej, służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń.

III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWAŻNE, DODATKOWE

1. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na pojedyncze zadanie, jak i na kilka zadań lub na całość przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art.2 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp lub zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU

1. Zamawiający prowadzi Postępowanie w języku polskim. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz złożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza następujące możliwości przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
 - a) elektronicznie na adres e-mail: ksiegowosc@ratownictwopwz.pl (do upływu terminu składania ofert) lub
 - b) za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwopwz> w zakładce „Korespondencja z wykonawcami” (do upływu terminu składania ofert i po upływie terminu składania ofert).
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego wskazany powyżej.

W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

5. Ogólne zasady korzystania z Platformy:

- a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwopwz>, lub <https://platformazakupowa.pl> ;
- b) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformy zakupowej Open Nexus Centrum Wsparcia Klienta tel. +48 /22/ 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl;

6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:

- a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0);
- d) włączona obsługa JavaScript;
- e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
- f) dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 1 GB w formatach: .pdf, .doc, .xls, .docx, .xlsx, .jpg, .jpeg, .zip, .7z, XAdES, PAdES;
- g) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie zakupowej i zapisany widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otwarcia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek należy wysłać na adres ksiegowosc@ratownictwopwz.pl lub przesłać za pośrednictwem Platformy. Komunikacja poprzez „Wyślij wiadomość” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętość plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych katalogów. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, które wpłyną po wyżej określonym terminie Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania.

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

11. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów specyfikacji należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert, w trybie przewidzianym w niniejszym Rozdziale. Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert.

V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: p. Joanna Bruśnicka

Godziny pracy: 8.00 – 15.00 tel.: 0 22 752-39-54

e-mail: ksiegowosc@ratownictwopwz.pl

Zamawiający udziela odpowiedzi wyłącznie na pytania przesłane w jednej z form wskazanych w Rozdziale I pkt IV.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym, jak i z osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VI. PODWYKONAWCY

1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ).

Rozdział II**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA****I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego oraz materiałów jednorazowego użytku, szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dalej zwanej „SIWZ”.

1. Wykaz zadań będących przedmiotem zamówienia:

- Zadanie 1. BATERIE AA, AAA, C, CR2032
- Zadanie 2. CIŚNIENIOMIERZE I AKCESORIA
- Zadanie 3. ŻELOWE URZĄDZENIE DO WENTYLACJI NADKRTANIOWEJ
- Zadanie 4. IGŁY DO ODBARCZANIA ODMY OPŁUCNOWEJ
- Zadanie 5. JEDNORAZOWE AKCESORIA DO SSAKÓW MEDYCZNYCH
- Zadanie 6. JEDNORAZOWE ELEKTRODY EKG
- Zadanie 7. JEDNORAZOWE FILTRY ODDECHOWE
- Zadanie 8. JEDNORAZOWY SPRZĘT DO INTUBACJI DOTCHAWICZEJ
- Zadanie 9. JEDNORAZOWY SPRZĘT UROLOGICZNY
- Zadanie 10. KOCE IZOTERMICZNE NRC
- Zadanie 11. LARYNGOSKOPY I AKCESORIA
- Zadanie 12. LATARKI DIAGNOSTYCZNE
- Zadanie 13. MASKI KRTANIOWE
- Zadanie 14. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO NONIN[®]
- Zadanie 15. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO ZOLL[®]
- Zadanie 16. NOŻYCKI RATOWNICZE
- Zadanie 17. PASKI DO GLUKOMETRÓW MULTISure GK
- Zadanie 18. RURKI USTNO-GARDŁOWE
- Zadanie 19. RURKI NOSOWO-GARDŁOWE
- Zadanie 20. SSAKI MEDYCZNE MECHANICZNE
- Zadanie 21. STAZY AUTOMATYCZNE
- Zadanie 22. STAZY TAKTYCZNE
- Zadanie 23. STETOSKOPY
- Zadanie 24. SZYNY KRAMERA
- Zadanie 25. SZYNY WYCIĄGOWE
- Zadanie 26. WORKI SAMOROZPRĘŻALNE
- Zadanie 27. ZESTAW DO KONIKOPUNKCJI
- Zadanie 28. ZESTAW DO WKŁUCIA DOSZPIKOWEGO
- Zadanie 29. ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO
- Zadanie 30. ZESTAW PORODOWY

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33180000-5, 33190000-8, 33140000-3.

2. Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, niepowystawowy, instrukcja obsługi w języku polskim.
3. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiającego.
4. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego.
5. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186).

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: **od daty zawarcia umowy do 30.06.2021 r.** (dostawy częściowe przedmiotu zamówienia, na podstawie składanych zamówień).

Rozdział III

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM

I. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział IV

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY

WYMAGANE OD WYKONAWCY

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu;
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w tym zakresie, wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia;
 - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w tym zakresie, wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia;
 - c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy drobnego sprzętu medycznego lub jednorazowych artykułów medycznych lub akcesoriów i wyposażenia do sprzętu medycznego o wartości co najmniej 1 000,00 PLN brutto każda.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne jego przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w Rozdziale IV.1 ust. 1 pkt 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione jeżeli:
 - a) Wykonawcy składają jedną ofertę, zachowując stosowne przepisy ustawy Pzp;
 - b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają dokumenty, o których mowa w pkt. II. 3. ppkt. 3.1., 3.2. dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna. Dokumenty wymienione w pkt. II. 3. ppkt. 3.3 może zostać złożony przez któregokolwiek z Wykonawców.
4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) lit. b-c niniejszej specyfikacji w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust.4 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

- a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
- b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe albo instytucja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-23 i ust. 5 ustawy Pzp;
- c) w odniesieniu do warunków wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane(jeżeli dotyczy).

II. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1.Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą.

1.1. Wypełniony druk oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

1.2. Formularz cenowy (opis przedmiotu zamówienia).

1.3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie.

1.4. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust.2 ustawy Pzp, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione.

1.5. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowiąc będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 1.5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków. Ww. formularz powinien być wypełniony podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez te podmioty.

1.7. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w pkt.1. Ww. formularz powinien być wypełniony podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez te podmioty.

2.Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, - z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498).

3. Dokumenty do złożenia których Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. (aktualne na dzień złożenia)

3.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy drobnego sprzętu medycznego lub jednorazowych artykułów medycznych lub akcesoriów i wyposażenia do sprzętu medycznego o wartości co najmniej 1 000,00 PLN brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3.3. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia:

- deklaracja zgodności CE lub inny obowiązujący prawem dokument dopuszczający do obrotu jako wyrób medyczny (zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych – tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 186),
- opisy produktów (Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia opisu produktu w postaci folderu), których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Zamawiający żąda, aby opisy poszczególnych produktów potwierdzały wszystkie parametry wymagane i określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126 ze zm.), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. z 2018, poz. 1993).

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. II pkt 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY

1. Oferta musi spełniać następujące wymogi:

- a) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji;
- b) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną;
- c) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- d) jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego

dokumentu lub oświadczenia. Za elektroniczną kopię dokumentu, którego oryginał istnieje w formie pisemnej, można uznać kopię zapisaną na informatycznym nośniku danych np. skan, fotografię zrobioną aparatem cyfrowym. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca (na zasadach określonych przepisami ustawy Pzp) albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem;

e) jeżeli Wykonawca przekazuje dokument elektroniczny w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o zamówienie, podmiot trzeci albo podwykonawcę.

2. Zaleca się, aby materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty (załączone jako osobny plik).

3. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) powinny być umieszczone w oddzielnym pliku oznaczonym jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W związku z powyższym, **Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty uzasadnienie faktycznego i prawnego zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.**

4. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie (zgodnie z uchwałą SN z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05) ich odsłaniem.

5. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłączenie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia wykaże jednocześnie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

IV. FORMA DOKUMENTÓW

1. Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:

a) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”. Wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.

2. Oferta wraz z załącznikami sporządzona w postaci elektronicznej musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

3. W przypadku, gdy złożone dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski.

4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

Rozdział V

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Przedstawiona w ofercie cena musi zawierać całkowite wynagrodzenie wykonawcy, za całość przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszelkie podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
2. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty w sposób określony w Ofercie części III -"Cena oferty dla przedmiotu zamówienia".
3. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106).
4. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich (PLN). Cena oferty musi być: wyliczona i podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę);
5. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostawą oraz wykonaniem przez wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, ubezpieczeniem, opakowaniem oraz uwzględniać inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych we wzorze umowy.

Rozdział VI

INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej należy złożyć (zgodnie z instrukcją dla Wykonawców) na Platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl> do dnia **18.06.2020 r. do godz. 09:00**.
2. Wykonawca składa ofertę poprzez:
 - a) wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ),
 - b) dodanie w zakładce Formularza Oferty,
 - c) dodanie pozostałych dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SIWZ - podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane,
 - d) wczytanie oferty wraz z załącznikami.
3. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przetworzenia transakcji na Platformie.
4. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
5. Oferty przesłane faxem, e-mailem lub w formie papierowej nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów prawa.

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu upływu terminu składania ofert, tj. **18.06.2020 r. o godzinie 09:30**.

III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ratownictwopwz.pl w zakładce „zamówienia publiczne” informacje określone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że dokona tego przed terminem składania ofert.
2. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce „Oferty” należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „Wycofaj ofertę”. Po upływie terminu składania ofert, dodanie oferty (załączników) nie będzie możliwe.

Rozdział VII

OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

I. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

Kryterium cena o wadze 60 %

W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x 100 pkt x 60 %

Kryterium termin dostawy o wadze 40 %

W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt. = wartość punktowa oferowanego terminu dostawy x 100 pkt x 40 %

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie – Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

5. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający poprawi je w tekście oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia

towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VIII
WZÓR UMOWY

Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawarł z nim, umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

Rozdział IX
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Rozdział X
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- 2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
- 3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia;
- 4) Unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający wskaże w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty termin i miejsce podpisania umowy przez termin i miejsce podpisania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przekazane w inny sposób, albo w krótszym terminie, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie

zamówienia, oznaczenia czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

5. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

6. W przypadku, gdy Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział XI

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu, ul. Lesznowska 20A, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000246570;
- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w SPZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu: /22/ 725 40 71, kancelaria@ratownictwopwz.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: tj .Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji:

- zał. nr 1 - druk oferty
- zał. nr 2 - formularz cenowy (opis przedmiotu zamówienia)
- zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- zał. nr 4 - wzór wykazu dostaw
- zał. nr 5 – wzór oświadczenia, że Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej
- zał. nr 6 – wzór wykazu podwykonawców
- zał. nr 7 – wzór umowy.

Akceptacja treści SIWZ wraz z załącznikami przez członków komisji (podpis i pieczętka):

Przewodniczący komisji: Kamil Głowacki

Sekretarz komisji: Joanna Bruśnicka

Członek komisji: Piotr Bieguszewski

Sprawdzono treść SIWZ wraz z załącznikami pod względem formalno-prawnym (podpis i pieczętka):

Adwokat:

*Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
zatwierdził w dniu 08.06.2020 r. :*

DYREKTOR

Załącznik nr 1

....., dnia.....

.....
pieczęćka firmowa

OFERTA

I. Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa
2. Adres
3. Województwo
4. Numer telefonu i faksu
5. Adres e-mail:
6. Firma jest: (małym, średnim bądź mikroprzedsiębiorstwem)
7. Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy i podpisująca ofertę: (imię, nazwisko, stanowisko)
8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: (imię, nazwisko, stanowisko)

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez:

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
UL. LESZNOWSKA 20A, 05 – 870 BŁONIE**

na

**ZAKUP SPRZĘTU DIAGNOSTYCZNEGO I TERAPEUTYCZNEGO
ORAZ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**

[Nr postępowania: RM/ZP/15/20]

III. Cena oferty dla przedmiotu zamówienia

Cena oferty stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ

Wartość brutto w PLN	Termin dostawy
Zadanie 1. BATERIE AA, AAA, C, CR2032	
..... PLN dni
Zadanie 2. CIŚNIENIOMIERZE I AKCESORIA	
..... PLN dni
Zadanie 3. ŻELOWE URZĄDZENIE DO WENTYLACJI NADKRTANIOWEJ	
..... PLN dni
Zadanie 4. IGŁY DO ODBARCZANIA ODMY OPŁUCNOWEJ	
..... PLN dni
Zadanie 5. JEDORAZOWE AKCESORIA DO SSAKÓW MEDYCZNYCH	
..... PLN dni
Zadanie 6. JEDNORAZOWE ELEKTRODY EKG	
..... PLN dni
Zadanie 7. JEDNORAZOWE FILTRY ODDECHOWE	
..... PLN dni
Zadanie 8. JEDNORAZOWY SPRZĘT DO INTUBACJI DOTCHAWICZEJ	
..... PLN dni
Zadanie 9. JEDNORAZOWY SPRZĘT UROLOGICZNY	
..... PLN dni

Zadanie 10. KOCE IZOTERMICZNE NRC	
..... PLN dni
Zadanie 11. LARYNGOSKOPY I AKCESORIA	
..... PLN dni
Zadanie 12. LATARKI DIAGNOSTYCZNE	
..... PLN dni
Zadanie 13. MASKI KRTANIOWE	
..... PLN dni
Zadanie 14. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO NONIN®	
..... PLN dni
Zadanie 15. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO ZOLL®	
..... PLN dni
Zadanie 16. NOŻYCZKI RATOWNICZE	
..... PLN dni
Zadanie 17. PASKI DO GLUKOMETRÓW MULTISure GK	
..... PLN dni
Zadanie 18. RURKI USTNO-GARDŁOWE	
..... PLN dni
Zadanie 19. RURKI NOSOWO-GARDŁOWE	
..... PLN dni
Zadanie 20. SSAKI MEDYCZNE MECHANICZNE	
..... PLN dni

Zadanie 21. STAZY AUTOMATYCZNE	
..... PLN dni
Zadanie 22. STAZY TAKTYCZNE	
..... PLN dni
Zadanie 23. STETOSKOPY	
..... PLN dni
Zadanie 24. SZYNY KRAMERA	
..... PLN dni
Zadanie 25. SZYNY WYCIĄGOWE	
..... PLN dni
Zadanie 26. WORKI SAMOROZPREŻALNE	
..... PLN dni
Zadanie 27. ZESTAW DO KONIKOPUNKCJI	
..... PLN dni
Zadanie 28. ZESTAW DO WKŁUCIA DOSZPIKOWEGO	
..... PLN dni
Zadanie 29. ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO	
..... PLN dni
Zadanie 30. ZESTAW PORODOWY	
..... PLN dni

*W przypadku nie oferowania danego zadania wykonawca wpisuje słowo „nie dotyczy”

IV. Oświadczenia

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy.
2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ze wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
4. Dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **30 dni** licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem).
6. Akceptujemy, że zapłata za zrealizowane zamówienia następować będzie częściami (na zasadach opisanych we wzorze umowy) w terminie do **30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. W przypadku przyznania zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

V. Spis treści

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1).....
- 2).....
- 3).....

Oferta wraz z załącznikami została złożona na Kolejno ponumerowanych zapisanych stronach.

Z a ł a c z n i k N r 2 d o S I W Z

FORMULARZ CENOWY (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

ZADANIE 1. BATERIE AA, AAA, C, CR2032

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bateria AA; alkaiczna; napięcie 1,5 V; pojemność minimalna: 2600 mAh; dedykowana do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych.	sztuka	400	Producent: Nr katalogowy:					
2.	Bateria AAA; alkaiczna; napięcie 1,5 V; pojemność minimalna: 1200 mAh; dedykowana do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych; opakowanie 40 sztuk.	sztuka	120	Producent: Nr katalogowy:					
3.	Bateria C; alkaiczna; napięcie 1,5 V; pojemność minimalna: 7000 mAh; dedykowana do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych.	sztuka	30	Producent: Nr katalogowy:					
4.	Bateria CR2032; litowa; napięcie 3 V; pojemność minimalna: 200 mAh.	sztuka	60	Producent: Nr katalogowy:					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 2. CIŚNIENIOMIERZE I AKCESORIA

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<p>Ciśnieniomierz ręczny do pomiaru NIBP; zakres pomiaru: 0 – 300 mmHg; minimalna dokładność: +/- 5 mmHg; manometr z dodatkową osłoną; tarcza ze skalą radialną laserowo grawerowaną, podziałka co 2 mmHg, wskaźnikiem w formie płynn timer poruszającej się iglicy; mechanizm oparty na bazie kamieni szlachetnych; urządzenie odporne na wstrząsy: spełnia normę AAMI dotyczące odporności na wstrząsy – wytrzymuje upadek na twardą powierzchnię z wysokości 76 cm, nie wymagając ponownej kalibracji; minimum 10 letnia gwarancja kalibracji; wyposażony w gruszkę stabilizowaną za pomocą łyżki i zawór spustowy; złącze 1 kanałowe z łącznikiem typu FlexiPort™; dodatkowo w komplecie mankiet nr 11 (przeznaczony dla obwodów ramienia od 25 do 34 cm) ze złączem typu FlexiPort™ i etui.</p>	sztuka	12	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					
2.	<p>Mankiet do ciśnieniomierza nr 9 (przeznaczony dla obwodów ramienia od 15 do 21 cm), jednorazowy, ze złączem typu FlexiPort™; z powłoką antybakteryjną; nie zawierający PCV, lateksu, BPA i DEHP.</p>	sztuka	20	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					
	<p>Mankiet do ciśnieniomierza nr 11 (przeznaczony dla obwodów ramienia od 25 do 34 cm), jednorazowy, ze złączem typu FlexiPort™; z powłoką antybakteryjną; nie zawierający PCV, lateksu, BPA i DEHP.</p>	sztuka	20	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					

	Mankiet do ciśnieniomierza nr 12 (przeznaczony dla obwodów ramienia od 32 do 43 cm), jednorazowy, ze złączem typu FlexiPort™ ; z powłoką antybakteryjną; nie zawierający PCV, lateksu, BPA i DEHP.	sztuka	20	Producent: Nr katalogowy:					
3.	Mankiet do ciśnieniomierza nr 6 (przeznaczony dla obwodów ramienia od 7 do 10 cm), wielorazowy, ze złączem typu FlexiPort™ ; z powłoką antybakteryjną; bez sztych szwów podatnych na rozerwanie lub strzępienie; nie zawierający lateksu; gwarancja ≥ 48 miesięcy.	sztuka	10	Producent: Nr katalogowy:					
	Mankiet do ciśnieniomierza nr 8 (przeznaczony dla obwodów ramienia od 12 do 16 cm), wielorazowy, ze złączem typu FlexiPort™ ; z powłoką antybakteryjną; bez sztych szwów podatnych na rozerwanie lub strzępienie; nie zawierający lateksu; gwarancja ≥ 48 miesięcy.	sztuka	10	Producent: Nr katalogowy:					
	Mankiet do ciśnieniomierza nr 9 (przeznaczony dla obwodów ramienia od 15 do 21 cm), wielorazowy, ze złączem typu FlexiPort™ ; z powłoką antybakteryjną; bez sztych szwów podatnych na rozerwanie lub strzępienie; nie zawierający lateksu; gwarancja ≥ 48 miesięcy.	sztuka	10	Producent: Nr katalogowy:					
	Mankiet do ciśnieniomierza nr 11 (przeznaczony dla obwodów ramienia od 25 do 34 cm), wielorazowy, ze złączem typu FlexiPort™ ; z powłoką antybakteryjną; bez sztych szwów podatnych na rozerwanie lub strzępienie; nie zawierający lateksu; gwarancja ≥ 48 miesięcy.	sztuka	10	Producent: Nr katalogowy:					

	Mankiet do ciśniomierza nr 12 (przeznaczony dla obwodów ramienia od 32 do 43 cm), wielorazowy, ze złączem typu FlexiPort™ ; z powłoką antybakteryjną; bez sztych szwów podatnych na rozerwanie lub strzępienie; nie zawierający lateksu; gwarancja ≥ 48 miesięcy.	sztuka	12	Producent: Nr katalogowy:					
--	---	---------------	-----------	--	--	--	--	--	--

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 3. ŻELOWE URZĄDZENIE DO WENTYLACJI NADKRTANIOWEJ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urządzenie do wentylacji nadkrtaniowej typu i-gel® nr 1 (albo równoważne) jednorazowe; jałowe; wykonane ze stabilnego, termoplastycznego żelu; wyposażone w kanał gastryczny; ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed zagryzieniem i stabilizatorem położenia; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące..	sztuka	12	Producent: Nr katalogowy:					
	Urządzenie do wentylacji nadkrtaniowej typu i-gel® nr 1,5 (albo równoważne) jednorazowe; jałowe; wykonane ze stabilnego, termoplastycznego żelu; wyposażone w kanał gastryczny; ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed zagryzieniem i stabilizatorem położenia; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące..	sztuka	12	Producent: Nr katalogowy:					
	Urządzenie do wentylacji nadkrtaniowej typu i-gel® nr 2 (albo równoważne) jednorazowe; jałowe; wykonane ze stabilnego, termoplastycznego żelu; wyposażone w kanał gastryczny; ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed zagryzieniem i stabilizatorem położenia; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące..	sztuka	12	Producent: Nr katalogowy:					

<p>Urządzenie do wentylacji nadkraniowej typu i-gel® nr 2,5 (albo równoważne) jednorazowe; jałowe; wykonane ze stabilnego, termoplastycznego żelu; wyposażone w kanał gastryczny; ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed zagryzieniem i stabilizatorem położenia; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące..</p>	<p>sztuka</p>	<p>12</p>	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					
<p>Urządzenie do wentylacji nadkraniowej typu i-gel® nr 3 (albo równoważne) jednorazowe; jałowe; wykonane ze stabilnego, termoplastycznego żelu; wyposażone w kanał gastryczny; ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed zagryzieniem i stabilizatorem położenia; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące..</p>	<p>sztuka</p>	<p>30</p>	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					
<p>Urządzenie do wentylacji nadkraniowej typu i-gel® nr 4 (albo równoważne) jednorazowe; jałowe; wykonane ze stabilnego, termoplastycznego żelu; wyposażone w kanał gastryczny; ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed zagryzieniem i stabilizatorem położenia; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące..</p>	<p>sztuka</p>	<p>50</p>	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					
<p>Urządzenie do wentylacji nadkraniowej typu i-gel® nr 5 (albo równoważne) jednorazowe; jałowe; wykonane ze stabilnego, termoplastycznego żelu; wyposażone w kanał gastryczny; ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed zagryzieniem i stabilizatorem położenia; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące..</p>	<p>sztuka</p>	<p>30</p>	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 4. IGŁY DO ODBARCZANIA ODMY OPŁUCNOWEJ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Igła do odbarczania odmy; rozmiar 14 GA, długość 8,2-8,4 cm; jednorazowa, jałowa; deklaracja zgodności CE; data ważności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	60	Producent: Nr katalogowy:					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 5. JEDORAZOWE AKCESORIA DO SSAKÓW MEDYCZNYCH

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dren łącznikowy do odsysania 24 Ch, jednorazowy, jałowy; wykonane z PCV, wzmocnione podłużnie (nie załamujące się i nie zasysające się); dwa końce zakończone lejkowato; minimalna długość: 200 cm; pakowany podwójnie; data przydatności w czasie dostawy ≥ 12 miesięcy.	sztuka	200	Producent: Nr katalogowy:					
2.	Cewnik do odsysania dróg oddechowych 6 Ch, jednorazowy, jałowy; wykonany z PCV, elastyczny, nie załamujące się i nie zasysający się; atraumatyczna końcówka do odsysania; wbudowana kontrola siły ssania; pakowany podwójnie; data przydatności w czasie dostawy ≥ 12 miesięcy.	sztuka	50	Producent: Nr katalogowy:					
	Cewnik do odsysania dróg oddechowych 12 Ch, jednorazowy, jałowy; wykonany z PCV, elastyczny, nie załamujące się i nie zasysający się; atraumatyczna końcówka do odsysania; wbudowana kontrola siły ssania; pakowany podwójnie; data przydatności w czasie dostawy ≥ 12 miesięcy.	sztuka	50	Producent: Nr katalogowy:					
	Cewnik do odsysania dróg oddechowych 14 Ch, jednorazowy, jałowy; wykonany z PCV, elastyczny, nie załamujące się i nie zasysający się; atraumatyczna końcówka do odsysania; wbudowana kontrola siły ssania; pakowany podwójnie; data przydatności w czasie dostawy ≥ 12 miesięcy.	sztuka	150	Producent: Nr katalogowy:					

	Cewnik do odsysania dróg oddechowych 18 Ch, jednorazowy, jałowy; wykonany z PCV, elastyczny, nie załamujące się i nie zasysający się; atraumatyczna końcówka do odsysania; wbudowana kontrola siły ssania; pakowany podwójnie; data przydatności w czasie dostawy ≥ 12 miesięcy.	sztuka	150	Producent: Nr katalogowy:					
	Cewnik do odsysania dróg oddechowych 20 Ch, jednorazowy, jałowy; wykonany z PCV, elastyczny, nie załamujące się i nie zasysający się; atraumatyczna końcówka do odsysania; wbudowana kontrola siły ssania; pakowany podwójnie; data przydatności w czasie dostawy ≥ 12 miesięcy.	sztuka	150	Producent: Nr katalogowy:					
3.	Końcówka do odsysania typu Yankauer, lub produkt równoważny, jednorazowa, jałowa; całkowicie przezroczysta, podwójnie zagięta; końcówka do odsysania z otworem centralnym i 4 bocznymi; schodkowa końcówka łącząca z drenem łącznikowym; wbudowana kontrola siły ssania; pakowana podwójnie; data przydatności w czasie dostawy ≥ 12 miesięcy.	sztuka	50	Producent: Nr katalogowy:					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 6. JEDNORAZOWE ELEKTRODY EKG

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Elektrody do wykonywania i monitorowania EKG; jednorazowe, niejałowe, wodoodporne, hipoalergiczne; na kolistym podłożu z pianki polietylenowej o Ø 50 mm ± 5 mm; z żelazem ciekłym; czujnik pokryty Ag/AgCl; dla pacjenta dorosłego; szczelne zbiorcze opakowanie 50 szt; data przydatności w czasie dostawy ≥ 36 miesięcy.	opakowanie	1380	Producent: Nr katalogowy:					
2.	Elektrody do wykonywania i monitorowania EKG; jednorazowe, niejałowe, wodoodporne, hipoalergiczne; na kolistym podłożu z pianki polietylenowej o Ø 25-30 mm; z żelazem stałym; czujnik pokryty Ag/AgCl; dla pacjenta pediatrycznego i noworodkowego; szczelne zbiorcze opakowanie 50 szt; data przydatności w czasie dostawy ≥ 36 miesięcy.	opakowanie	15	Producent: Nr katalogowy:					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 7. JEDNORAZOWE FILTRY ODDECHOWE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Filtr oddechowy; jednorazowy, jałowy; skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,9999%, ze zredukowaną przestrzenią martwą i oporami oddechowymi; przeznaczony dla noworodków i niemowląt; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesięcy.	sztuka	20	Producent: Nr katalogowy:					
2.	Filtr oddechowy; jednorazowy, jałowy; skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,9999%, dla objętości oddechowych 70 – 600 ml; wbudowany wymiennik ciepła i wilgoci; ze zredukowaną przestrzenią martwą i oporami oddechowymi; przeznaczony dla pacjenta noworodkowego; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesięcy.	sztuka	50	Producent: Nr katalogowy:					
3.	Filtr oddechowy; jednorazowy, jałowy; skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,9999%, dla objętości oddechowych 150 – 1500 ml; wbudowany wymiennik ciepła i wilgoci; ze zredukowaną przestrzenią martwą i oporami oddechowymi; przeznaczony dla pacjenta noworodkowego; data przydatności w czasie dostawy ≥ 12 miesięcy..	sztuka	350	Producent: Nr katalogowy:					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 8. JEDNORAZOWY SPRZĘT DO INTUBACJI DOTCHAWICZEJ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rurka intubacyjna bez mankietu 2,0; jednorazowa, jałowa; ustno-nosowa typu Murphy; bezłateksowa; wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana, elastyczna i miękka; przezroczysta; zakończona łącznikiem o Ø 15 mm; linia RTG na całej długości rurki; czytelne oznaczenie rurki na korpusie i opakowaniu; podwójne oznaczenie głębokości, skala co 1-2 cm; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.	sztuka	20	Producent: Nr katalogowy:					
	Rurka intubacyjna bez mankietu 2,5; jednorazowa, jałowa; ustno-nosowa typu Murphy; bezłateksowa; wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana, elastyczna i miękka; przezroczysta; zakończona łącznikiem o Ø 15 mm; linia RTG na całej długości rurki; czytelne oznaczenie rurki na korpusie i opakowaniu; podwójne oznaczenie głębokości, skala co 1-2 cm; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.	sztuka	20	Producent: Nr katalogowy:					
	Rurka intubacyjna bez mankietu 3,0; jednorazowa, jałowa; ustno-nosowa typu Murphy; bezłateksowa; wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana, elastyczna i miękka; przezroczysta; zakończona łącznikiem o Ø 15 mm; linia RTG na całej długości rurki; czytelne oznaczenie rurki na korpusie i opakowaniu; podwójne oznaczenie głębokości, skala co 1-2 cm; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.	sztuka	20	Producent: Nr katalogowy:					

	<p>Rurka intubacyjna bez mankietu 3,5; jednorazowa, jałowa; ustno-nosowa typu Murphy; bezłateksowa; wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana, elastyczna i miękka; przezroczysta; zakończona łącznikiem o Ø 15 mm; linia RTG na całej długości rurki; czytelne oznaczenie rurki na korpusie i opakowaniu; podwójne oznaczenie głębokości, skala co 1-2 cm; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.</p>	<p>sztuka</p>	<p>20</p>	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					
	<p>Rurka intubacyjna bez mankietu 4,0; jednorazowa, jałowa; ustno-nosowa typu Murphy; bezłateksowa; wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana, elastyczna i miękka; przezroczysta; zakończona łącznikiem o Ø 15 mm; linia RTG na całej długości rurki; czytelne oznaczenie rurki na korpusie i opakowaniu; podwójne oznaczenie głębokości, skala co 1-2 cm; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.</p>	<p>sztuka</p>	<p>20</p>	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					
	<p>Rurka intubacyjna bez mankietu 4,5; jednorazowa, jałowa; ustno-nosowa typu Murphy; bezłateksowa; wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana, elastyczna i miękka; przezroczysta; zakończona łącznikiem o Ø 15 mm; linia RTG na całej długości rurki; czytelne oznaczenie rurki na korpusie i opakowaniu; podwójne oznaczenie głębokości, skala co 1-2 cm; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.</p>	<p>sztuka</p>	<p>20</p>	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					

	<p>Rurka intubacyjna bez mankietu 5,0; jednorazowa, jałowa; ustno-nosowa typu Murphy; bezłateksowa; wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana, elastyczna i miękka; przezroczysta; zakończona łącznikiem o \varnothing 15 mm; linia RTG na całej długości rurki; czytelne oznaczenie rurki na korpusie i opakowaniu; podwójne oznaczenie głębokości, skala co 1-2 cm; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.</p>	sztuکا	40	<p>Producent:</p> <p>Nr katalogowy:</p>					
2.	<p>Rurka intubacyjna z mankiem 5,5; jednorazowa, jałowa; ustno-nosowa typu Murphy; bezłateksowa; wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana; przezroczysta; mankiет niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy; zakończona łącznikiem o \varnothing 15 mm; linia RTG na całej długości rurki; balonik kontrolny i dren łączący w kolorze innym niż korpus rurki; czytelne oznaczenie rurki na korpusie, baloniku kontrolnym i opakowaniu; podwójne oznaczenie głębokości, skala co 1-2 cm; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.</p>	sztuکا	40	<p>Producent:</p> <p>Nr katalogowy:</p>					
	<p>Rurka intubacyjna z mankiem 6,0; jednorazowa, jałowa; ustno-nosowa typu Murphy; bezłateksowa; wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana; przezroczysta; mankiет niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy; zakończona łącznikiem o \varnothing 15 mm; linia RTG na całej długości rurki; balonik kontrolny i dren łączący w kolorze innym niż korpus rurki; czytelne oznaczenie rurki na korpusie, baloniku kontrolnym i opakowaniu; podwójne oznaczenie głębokości, skala co 1-2 cm; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.</p>	sztuکا	40	<p>Producent:</p> <p>Nr katalogowy:</p>					

<p>Rurka intubacyjna z mankietem 6,5; jednorazowa, jałowa; ustno-nosowa typu Murphy; bezłateksowa; wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana; przezroczysta; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy; zakończona łącznikiem o Ø 15 mm; linia RTG na całej długości rurki; balonik kontrolny i dren łączący w kolorze innym niż korpus rurki; czytelne oznaczenie rurki na korpusie, baloniku kontrolnym i opakowaniu; podwójne oznaczenie głębokości, skala co 1-2 cm; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.</p>	<p>sztuka</p>	<p>40</p>	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					
<p>Rurka intubacyjna z mankietem 7,0; jednorazowa, jałowa; ustno-nosowa typu Murphy; bezłateksowa; wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana; przezroczysta; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy; zakończona łącznikiem o Ø 15 mm; linia RTG na całej długości rurki; balonik kontrolny i dren łączący w kolorze innym niż korpus rurki; czytelne oznaczenie rurki na korpusie, baloniku kontrolnym i opakowaniu; podwójne oznaczenie głębokości, skala co 1-2 cm; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.</p>	<p>sztuka</p>	<p>120</p>	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					
<p>Rurka intubacyjna z mankietem 7,5; jednorazowa, jałowa; ustno-nosowa typu Murphy; bezłateksowa; wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana; przezroczysta; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy; zakończona łącznikiem o Ø 15 mm; linia RTG na całej długości rurki; balonik kontrolny i dren łączący w kolorze innym niż korpus rurki; czytelne oznaczenie rurki na korpusie, baloniku kontrolnym i opakowaniu; podwójne oznaczenie głębokości, skala co 1-2 cm; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.</p>	<p>sztuka</p>	<p>140</p>	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					

<p>Rurka intubacyjna z mankietem 8,0; jednorazowa, jałowa; ustno-nosowa typu Murphy; bezłateksowa; wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana; przezroczysta; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy; zakończona łącznikiem o Ø 15 mm; linia RTG na całej długości rurki; balonik kontrolny i dren łączący w kolorze innym niż korpus rurki; czytelne oznaczenie rurki na korpusie, baloniku kontrolnym i opakowaniu; podwójne oznaczenie głębokości, skala co 1-2 cm; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.</p>	<p>sztuka</p>	<p>120</p>	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					
<p>Rurka intubacyjna z mankietem 8,5; jednorazowa, jałowa; ustno-nosowa typu Murphy; bezłateksowa; wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana; przezroczysta; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy; zakończona łącznikiem o Ø 15 mm; linia RTG na całej długości rurki; balonik kontrolny i dren łączący w kolorze innym niż korpus rurki; czytelne oznaczenie rurki na korpusie, baloniku kontrolnym i opakowaniu; podwójne oznaczenie głębokości, skala co 1-2 cm; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.</p>	<p>sztuka</p>	<p>60</p>	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					
<p>Rurka intubacyjna z mankietem 9,0; jednorazowa, jałowa; ustno-nosowa typu Murphy; bezłateksowa; wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana; przezroczysta; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy; zakończona łącznikiem o Ø 15 mm; linia RTG na całej długości rurki; balonik kontrolny i dren łączący w kolorze innym niż korpus rurki; czytelne oznaczenie rurki na korpusie, baloniku kontrolnym i opakowaniu; podwójne oznaczenie głębokości, skala co 1-2 cm; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.</p>	<p>sztuka</p>	<p>20</p>	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					

	<p>Rurka intubacyjna z mankietem 10,0; jednorazowa, jałowa; ustno-nosowa typu Murphy; bezlateksowa; wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana; przezroczysta; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy; zakończona łącznikiem o Ø 15 mm; linia RTG na całej długości rurki; balonik kontrolny i dren łączący w kolorze innym niż korpus rurki; czytelne oznaczenie rurki na korpusie, baloniku kontrolnym i opakowaniu; podwójne oznaczenie głębokości, skala co 1-2 cm; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.</p>	sztuکا	20	<p>Producent:</p> <p>Nr katalogowy:</p>					
	<p>Stabilizator do rurek intubacyjnych i masek krtaniowych; jednorazowy, jałowy; wykonany z tworzywa sztucznego; uchwyt na rurkę regulowany śrubą, mocowanie poziome; taśmy stabilizujące (do mocowania wokół głowy) zapinane na rzepy; strona wewnętrzna wyściełana miękką gąbką; atraumatyczny gryzak; dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie z jamy ustnej/wprowadzenie zgłębnika żołądkowego; dla pacjenta dorosłego; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.</p>	sztuکا	180	<p>Producent:</p> <p>Nr katalogowy:</p>					
3.	<p>Stabilizator do rurek intubacyjnych i masek krtaniowych; jednorazowy, jałowy; wykonany z tworzywa sztucznego; uchwyt na rurkę regulowany śrubą, mocowanie poziome; taśmy stabilizujące (do mocowania wokół głowy) zapinane na rzepy; strona wewnętrzna wyściełana miękką gąbką; atraumatyczny gryzak; dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie z jamy ustnej/wprowadzenie zgłębnika żołądkowego; dla pacjenta pediatrycznego; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.</p>	sztuکا	30	<p>Producent:</p> <p>Nr katalogowy:</p>					

4.	Prowadnica do rurek intubacyjnych 6 Ch; jednorazowa, jałowa; wykonana z metalu pokrytego tworzywem; bezlateksowa; podatna na kształtowanie; wygięte zakończenie typu J; elastyczny koniec dystalny; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	30	Producent: Nr katalogowy:					
	Prowadnica do rurek intubacyjnych 10 Ch; jednorazowa, jałowa; wykonana z metalu pokrytego tworzywem; bezlateksowa; podatna na kształtowanie; wygięte zakończenie typu J; elastyczny koniec dystalny; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	60	Producent: Nr katalogowy:					
	Prowadnica do rurek intubacyjnych 14 Ch; jednorazowa, jałowa; wykonana z metalu pokrytego tworzywem; bezlateksowa; podatna na kształtowanie; wygięte zakończenie typu J; elastyczny koniec dystalny; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	60	Producent: Nr katalogowy:					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 9. JEDNORAZOWY SPRZĘT UROLOGICZNY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cewnik Foley'a 14 Ch; jednorazowy, jałowy; dwudrożny; wykonany z lateksu silikonowanego; pakowany podwójnie (folia/folia albo folia/folia-papier); data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	50	Producent: Nr katalogowy:					
	Cewnik Foley'a 16 Ch; jednorazowy, jałowy; dwudrożny; wykonany z lateksu silikonowanego; pakowany podwójnie (folia/folia albo folia/folia-papier); data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	50	Producent: Nr katalogowy:					
	Cewnik Foley'a 18 Ch; jednorazowy, jałowy; dwudrożny; wykonany z lateksu silikonowanego; pakowany podwójnie (folia/folia albo folia/folia-papier); data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	50	Producent: Nr katalogowy:					
	Cewnik Foley'a 20 Ch; jednorazowy, jałowy; dwudrożny; wykonany z lateksu silikonowanego; pakowany podwójnie (folia/folia albo folia/folia-papier); data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	50	Producent: Nr katalogowy:					
	Cewnik Foley'a 22 Ch; jednorazowy, jałowy; dwudrożny; wykonany z lateksu silikonowanego; pakowany podwójnie (folia/folia albo folia/folia-papier); data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	30	Producent: Nr katalogowy:					

	Cewnik Foley'a 24 Ch; jednorazowy, jałowy; dwudrożny; wykonany z lateksu silikonowanego; pakowany podwójnie (folia/folia albo folia/folia-papier); data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.	sztuka	30	Producent: Nr katalogowy:					
2.	Worek do zbiórki moczu; jednorazowy, jałowy; bezlateksowy; wykonany z PCV, podwójna ścianka; z zastawka bezzwrotną oraz zaworem spustowym typu poprzecznego; naniesiona skala objętości płynu, skalowanie co 100 ml; dren łączący o długości ≥ 90 cm, zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym; 2 otwory do podwieszenia worka; pojemność ≥ 2000 ml; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.	sztuka	100	Producent: Nr katalogowy:					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 10. KOCE IZOTERMICZNE NRC

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Izotermiczny koc ratunkowy; jednorazowy, niejałowy; wymiary 210/160 cm ± 5 cm; chroniący przed groźną dla życia utratą ciepła albo przegrzaniem - wykonany z metalizowanej srebrno-złotej folii PET wg. standardu DIN.	sztuka	1300	Producent: Nr katalogowy:					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 11. LARYNGOSKOPY I AKCESORIA

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<p>Rękojeść laryngoskopu wielorazowa, niejałowa; wykonana z metalu; oświetlenie 2.5V Xenon; posiadająca wypolerowany, metalowy kołnierz odbijający i kierujący światło bezpośrednio do światłowodu w łyżce; mocowanie łyżek zgodne z ISO 7376, kompatybilne ze światłowodowymi łyżkami jednorazowymi i wielorazowymi; radełkowany krzyżowo uchwyt na minimum 50% powierzchni korpusu; korpus z możliwością dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie; zasilanie bateryjne (baterie AA); wysokość: 14,5 cm ± 0,5 cm, Ø 2 cm ± 0,2 cm; zapasowa żarówka w komplecie; przeznaczona dla pacjenta pediatrycznego; gwarancja ≥ 48 miesięcy.</p>	sztuka	5	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					
	<p>Rękojeść laryngoskopu wielorazowa, niejałowa; wykonana z metalu; oświetlenie 2.5V Xenon; posiadająca wypolerowany, metalowy kołnierz odbijający i kierujący światło bezpośrednio do światłowodu w łyżce; mocowanie łyżek zgodne z ISO 7376, kompatybilne ze światłowodowymi łyżkami jednorazowymi i wielorazowymi; radełkowany krzyżowo uchwyt na minimum 50% powierzchni korpusu; korpus z możliwością dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie; zasilanie bateryjne (baterie C); wysokość: 14,5 cm ± 0,5 cm, Ø 3 cm ± 0,2 cm; zapasowa żarówka w komplecie; przeznaczona dla pacjenta dorosłego; gwarancja ≥ 48 miesięcy.</p>	sztuka	12	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					

2.	<p>Łyżka do laryngoskopu nr 0, typu Miller; jednorazowa, jałowa; wykonana z metalu; zawierająca wypolerowany akrylowy światłowód nie utrudniający wizualizacji dróg oddechowych; mocowanie łyżki zgodne z ISO 7376; dopuszczalna podstawa łyżki z tworzywa sztucznego z zachowaniem sztywności konstrukcji; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.</p>	sztuka	12	Producent: Nr katalogowy:					
	<p>Łyżka do laryngoskopu nr 1, typu Miller; jednorazowa, jałowa; wykonana z metalu; zawierająca wypolerowany akrylowy światłowód nie utrudniający wizualizacji dróg oddechowych; mocowanie łyżki zgodne z ISO 7376; dopuszczalna podstawa łyżki z tworzywa sztucznego z zachowaniem sztywności konstrukcji; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.</p>	sztuka	12	Producent: Nr katalogowy:					
3.	<p>Łyżka do laryngoskopu nr 2, typu Macintosh; jednorazowa, jałowa; wykonana z metalu; zawierająca wypolerowany akrylowy światłowód nie utrudniający wizualizacji dróg oddechowych; mocowanie łyżki zgodne z ISO 7376; dopuszczalna podstawa łyżki z tworzywa sztucznego z zachowaniem sztywności konstrukcji; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.</p>	sztuka	40	Producent: Nr katalogowy:					
	<p>Łyżka do laryngoskopu nr 3, typu Macintosh; jednorazowa, jałowa; wykonana z metalu; zawierająca wypolerowany akrylowy światłowód nie utrudniający wizualizacji dróg oddechowych; mocowanie łyżki zgodne z ISO 7376; dopuszczalna podstawa łyżki z tworzywa sztucznego z zachowaniem sztywności konstrukcji; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.</p>	sztuka	160	Producent: Nr katalogowy:					

	Łyżka do laryngoskopu nr 4, typu Macintosh; jednorazowa, jałowa; wykonana z metalu; zawierająca wypolerowany akrylowy światłowod nie utrudniający wizualizacji dróg oddechowych; mocowanie łyżki zgodne z ISO 7376; dopuszczalna podstawa łyżki z tworzywa sztucznego z zachowaniem sztywności konstrukcji; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	120	Producent: Nr katalogowy:					
--	--	---------------	------------	--	--	--	--	--	--

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 12. LATARKI DIAGNOSTYCZNE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Latarka medyczna diagnostyczna; wielorazowa, niejałowa; obudowa aluminiowa z możliwością dezynfekcji; źródło światła LED o ciepłej barwie; moc światła ~ 10 lm; zasilana bateriami AAA; minimalny czas świecenia 12h; wyposażona w klips do zaczepiania;	sztuka	10	Producent: Nr katalogowy:					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 13. MASKI KRTANIOWE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Maska krtaniowa nr 1; jednorazowa, jałowa; wykonana z elastycznego silikonu; bezlateksowa; miękki mankiet z luźnym drenem napełniającym; zakończona łącznikiem o Ø 15 mm; na korpusie i opakowaniu naniesione czytelnie: rozmiar rurki, waga pacjenta i objętość napełniania maski; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.	sztuka	12	Producent: Nr katalogowy:					
	Maska krtaniowa nr 1,5; jednorazowa, jałowa; wykonana z elastycznego silikonu; bezlateksowa; miękki mankiet z luźnym drenem napełniającym; zakończona łącznikiem o Ø 15 mm; na korpusie i opakowaniu naniesione czytelnie: rozmiar rurki, waga pacjenta i objętość napełniania maski; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.	sztuka	12	Producent: Nr katalogowy:					
	Maska krtaniowa nr 2; jednorazowa, jałowa; wykonana z elastycznego silikonu; bezlateksowa; miękki mankiet z luźnym drenem napełniającym; zakończona łącznikiem o Ø 15 mm; na korpusie i opakowaniu naniesione czytelnie: rozmiar rurki, waga pacjenta i objętość napełniania maski; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.	sztuka	12	Producent: Nr katalogowy:					

<p>Maska krtaniowa nr 3; jednorazowa, jałowa; wykonana z elastycznego silikonu; bezlateksowa; miękki mankiet z luźnym drenem napełniającym; zakończona łącznikiem o Ø 15 mm; na korpusie i opakowaniu naniesione czytelnie: rozmiar rurki, waga pacjenta i objętość napełniania maski; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.</p>	<p>sztuka</p>	<p>40</p>	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					
<p>Maska krtaniowa nr 4; jednorazowa, jałowa; wykonana z elastycznego silikonu; bezlateksowa; miękki mankiet z luźnym drenem napełniającym; zakończona łącznikiem o Ø 15 mm; na korpusie i opakowaniu naniesione czytelnie: rozmiar rurki, waga pacjenta i objętość napełniania maski; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.</p>	<p>sztuka</p>	<p>40</p>	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					
<p>Maska krtaniowa nr 5; jednorazowa, jałowa; wykonana z elastycznego silikonu; bezlateksowa; miękki mankiet z luźnym drenem napełniającym; zakończona łącznikiem o Ø 15 mm; na korpusie i opakowaniu naniesione czytelnie: rozmiar rurki, waga pacjenta i objętość napełniania maski; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.</p>	<p>sztuka</p>	<p>40</p>	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 14. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO NONIN®

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Adapter do układu oddechowego pacjenta, jednorazowy, o kształcie eliminujący możliwość niewłaściwego usytuowania elementu w urządzeniu; dla pacjenta dorosłego i pediatrycznego; do pulsoksymetrów/kapnometrów NONIN® serii 9840.	sztuka	120	Producent: Nr katalogowy:					
	Sensor do pomiaru EtCO₂ w układzie oddechowym pacjenta; wielorazowy; ze zintegrowanym przewodem; do pulsoksymetrów/kapnometrów NONIN® serii 9840.	sztuka	2	Producent: Nr katalogowy:					
2.	Sensor do pomiaru SpO₂, miękki, wielorazowy, dla pacjenta dorosłego (obwód palca 12,5 mm – 25,5 mm); wyposażony w technologię PureLigh™ i PureSAT™ (albo równoważne); ze zintegrowanym przewodem o długości 1 m; do pulsoksymetrów NONIN® serii 8500.	sztuka	5	Producent: Nr katalogowy:					
	Sensor do pomiaru SpO₂, miękki, wielorazowy, dla pacjenta pediatrycznego (obwód palca 10 mm – 19 mm); wyposażony w technologię PureLigh™ i PureSAT (albo równoważne); ze zintegrowanym przewodem o długości 1 m; do pulsoksymetrów NONIN® serii 8500.	sztuka	5	Producent: Nr katalogowy:					
	Sensor do pomiaru SpO₂, miękki, wielorazowy, dla niemowląt (obwód palca 7,5 mm – 12,5 mm); wyposażony w technologię PureLigh™ i PureSAT™ (albo równoważne); ze zintegrowanym przewodem o długości 1 m; do pulsoksymetrów NONIN® serii 8500.	sztuka	12	Producent: Nr katalogowy:					

	Sensor do pomiaru SpO₂, w formie opaski na tkaninie samoprzylepnej; jednorazowy; dla pacjentów neonatologicznych; wyposażony w technologię PureLigh™ i PureSAT™ (albo równoważne); ze zintegrowanym przewodem o długości 1 m; do pulsoksymetrów NONIN® serii 8500.	sztuka	55	Producent: Nr katalogowy:					
3.	Pokrowiec wykonany z trwałego i odpornego na uszkodzenia mechaniczne materiału; 2 komory zapinane na zamek błyskawiczny: a) na urządzenie, z przezroczystą ścianką umożliwiającą podgląd parametrów i obsługę urządzenia, b) z 2 kieszonkami na sensory; wymiary zewnętrzne ~ 10 cm x 20 cm; do pulsoksymetrów NONIN® serii 8500.	sztuka	2	Producent: Nr katalogowy:					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 15. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO ZOLL®

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bateria litowo-jonowa typu ZOLL® Sure Power™ II (albo równoważna) do urządzeń ZOLL X Series.	sztuka	1	Producent: Nr katalogowy:					
	Ładowarka do baterii litowo-jonowych typu ZOLL® Sure Power™ II lub produkt równoważny; z kablem zasilającym; dostosowana do zasilania z sieci 230V.	sztuka	1	Producent: Nr katalogowy:					
2.	Elektrody wielofunkcyjne (do defibrylacji, elektrostymulacji, kardiowersji i monitorowania) dla pacjenta dorosłego; do urządzeń ZOLL® E Series i ZOLL® X Series.	komplet	300	Producent: Nr katalogowy:					
	Elektrody wielofunkcyjne (do defibrylacji, elektrostymulacji, kardiowersji i monitorowania) dla pacjenta pediatrycznego; do urządzeń ZOLL® E Series i ZOLL® X Series.	komplet	36	Producent: Nr katalogowy:					
3.	Kabel przeznaczony do wykonywania 12 odprowadzeniowego EKG (część kończynowa i przedsercowa) do urządzeń ZOLL® X Series.	komplet	2	Producent: Nr katalogowy:					
	Kabel przeznaczony do wykonywania 12 odprowadzeniowego EKG (składający się z części kończynowej i przedsercowej) do urządzeń ZOLL® E Series.	komplet	1	Producent: Nr katalogowy:					

	Kabel wielofunkcyjny kabel terapeutyczny (kompatybilny z elektrodami wielofunkcyjnymi) do urządzeń ZOLL® X Series.	sztuka	2	Producent: Nr katalogowy:					
4.	Papier termiczny o szerokości 90 mm; z podziałką milimetrową do EKG; do urządzeń ZOLL® X Series.	rolka	1000	Producent: Nr katalogowy:					
5.	Zestaw typu FilterLine® lub produkt równoważny, jednorazowy; przeznaczony do krótkotrwałego pomiaru EtCO2 u zaintubowanego pacjenta dorosłego lub pediatrycznego; do urządzeń ZOLL® X Series.	sztuka	200	Producent: Nr katalogowy:					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 16. NOŻYCKI RATOWNICZE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nożyczki ratownicze; wielorazowe, niejałowe; przeznaczone do cięcia ubrań i pasów bezpieczeństwa; wykonane ze stali węglowej z powłoką teflonową; wyprofilowane, antypoślizgowe uchwyty na palce; stopka na jednym z ostrzy zapobiegająca zranieniu; ząbkowane ostrza, nie wymagające ostrzenia; możliwość dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie; długość 16-19 cm; gwarancja ≥ 24 miesiące.	sztuka	15	Producent: Nr katalogowy:					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 17. PASKI DO GLUKOMETRÓW MULTISure GK

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Paski testowe do oznaczenia poziomu glukozy we krwi, kompatybilne z użytkowymi przez Zamawiającego glukometrami MULTISure GK; opakowanie 50 sztuk; data przydatności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.	opakowanie	360	Producent: Nr katalogowy:					

Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia na wezwanie Zamawiającego do 25 szt. zapasowych glukometrów MULTISure GK.

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 18. RURKI USTNO-GARDŁOWE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel, rozmiar 000; jednorazowa, jałowa; kodowana kolorystycznie i numerycznie (umieszczone na rurce); pakowana pojedynczo; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	15	Producent: Nr katalogowy:					
	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel, rozmiar 00; jednorazowa, jałowa; kodowana kolorystycznie i numerycznie (umieszczone na rurce); pakowana pojedynczo; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	15	Producent: Nr katalogowy:					
	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel, rozmiar 0; jednorazowa, jałowa; kodowana kolorystycznie i numerycznie (umieszczone na rurce); pakowana pojedynczo; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	15	Producent: Nr katalogowy:					
	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel, rozmiar 1; jednorazowa, jałowa; kodowana kolorystycznie i numerycznie (umieszczone na rurce); pakowana pojedynczo; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	20	Producent: Nr katalogowy:					
	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel, rozmiar 2; jednorazowa, jałowa; kodowana kolorystycznie i numerycznie (umieszczone na rurce); pakowana pojedynczo; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	60	Producent: Nr katalogowy:					

Rurka ustno-gardłowa typu Guedel, rozmiar 3; jednorazowa, jałowa; kodowana kolorystycznie i numerycznie (umieszczone na rurce); pakowana pojedynczo; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	90	Producent: Nr katalogowy:					
Rurka ustno-gardłowa typu Guedel, rozmiar 4; jednorazowa, jałowa; kodowana kolorystycznie i numerycznie (umieszczone na rurce); pakowana pojedynczo; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	90	Producent: Nr katalogowy:					
Rurka ustno-gardłowa typu Guedel, rozmiar 5; jednorazowa, jałowa; kodowana kolorystycznie i numerycznie (umieszczone na rurce); pakowana pojedynczo; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	60	Producent: Nr katalogowy:					
Rurka ustno-gardłowa typu Guedel, rozmiar 6; jednorazowa, jałowa; kodowana kolorystycznie i numerycznie (umieszczone na rurce); pakowana pojedynczo; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	30	Producent: Nr katalogowy:					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 19. RURKI NOSOWO-GARDŁOWE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rurka nosowo-gardłowa, rozmiar 5; jednorazowa, jałowa; wykonana z miękkiego i elastycznego PCV, silikonowana, bezlateksowa; posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardła; kodowanie numeryczne umieszczone na rurce; pakowana pojedynczo; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	20	Producent: Nr katalogowy:					
	Rurka nosowo-gardłowa, rozmiar 6; jednorazowa, jałowa; wykonana z miękkiego i elastycznego PCV, silikonowana, bezlateksowa; posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardła; kodowanie numeryczne umieszczone na rurce; pakowana pojedynczo; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	30	Producent: Nr katalogowy:					
	Rurka nosowo-gardłowa, rozmiar 7; jednorazowa, jałowa; wykonana z miękkiego i elastycznego PCV, silikonowana, bezlateksowa; posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardła; kodowanie numeryczne umieszczone na rurce; pakowana pojedynczo; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	30	Producent: Nr katalogowy:					
	Rurka nosowo-gardłowa, rozmiar 8; jednorazowa, jałowa; wykonana z miękkiego i elastycznego PCV, silikonowana, bezlateksowa; posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardła; kodowanie numeryczne umieszczone na rurce; pakowana pojedynczo; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	30	Producent: Nr katalogowy:					

	Rurka nosowo-gardłowa, rozmiar 9; jednorazowa, jałowa; wykonana z miękkiego i elastycznego PCV, silikonowana, bezlateksowa; posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardła; kodowanie numeryczne umieszczone na rurce; pakowana pojedynczo; data przydatności w czasie dostawy \geq 24 miesiące.	sztuka	30	Producent: Nr katalogowy:					
--	---	---------------	-----------	--	--	--	--	--	--

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 20. SSAKI MEDYCZNE MECHANICZNE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ssak medyczny mechaniczny nożny/ręczny; waga do 1,5 kg; minimalna moc ssania 60 l/min (podciśnienie minimalne 0,8 bar); minimalna objętość zbiornika na wydzielinę 600 ml, z funkcją kontynuacji odsysania mimo pełnego zbiornika (przelanie) w nagłych sytuacjach; w zestawie z przewodem do odsysania; możliwość dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie; gwarancja ≥ 24 miesiące.	sztuka	2	Producent: Nr katalogowy:					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 21. STAZY AUTOMATYCZNE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Staza automatyczna; wielorazowa, niejałowa; przeznaczona do uciskania żył przy ich kaniulacji lub iniekcjach; nie zawierająca lateksu; możliwość obsługi jedną ręką; możliwość dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie; gwarancja ≥ 24 miesiące.	sztuka	20	Producent: Nr katalogowy:					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 22. STAZY TAKTYCZNE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Taktyczna opaska zaciskowa typu C•A•T® GEN7 (albo równoważna); jednoczęściowa konstrukcja posiadająca zabezpieczenie przed przypadkowym rozpięciem lub poluzowaniem naciągu; możliwość założenia jedną ręką; dostosowana do zakładania na kończynach górnych i dolnych; wyłożona miękką wyściółką; przewidziane miejsce do zapisania czasu założenia; szerokość taśmy uciskowej 3,9 cm; waga ≤ 80 g, posiadająca numer NSN; data przydatności w czasie dostawy ≥ 48 miesięcy.	sztuka	30	Producent: Nr katalogowy:					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 23. STETOSKOPY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stetoskop mechaniczny; jednokanałowy; posiadający jednoczęściową głowicę oraz lirę, wykonane ze stali nierdzewnej albo innego stopu metalu; dwutonowa membrana do wysłuchiwania niskich i wysokich tonów;,, wykonana z laminatu epoksydowego zbrojonego włóknem szklanym; głowica z pierścieniem gumowym zapewniającym „ciepły dotyk” do ciała pacjenta; miękkie, samouszczelniające się końcówki uszne (oliwki); w zestawie z kompletem części zamiennych (membrana, pierścień, 2 komplety miękkich oliwek); długość całkowita ≥ 65 cm; waga ≤ 180 g; Ø membrany ≥ 4 cm przeznaczony dla pacjentów dorosłych; gwarancja ≥ 36 miesięcy.	sztuka	11	Producent: Nr katalogowy:					

<p>Stetoskop mechaniczny; jednokanałowy; posiadający dwuczęściową głowicę (z obrotowym przełącznikiem) oraz lirę, wykonane ze stali nierdzewnej albo innego stopu metalu; 2 membrany do wysłuchiwania niskich i wysokich tonów, wykonane z laminatu epoksydowego zbrojonego włóknem szklanym; głowica z pierścieniami gumowymi zapewniającym „ciepły dotyk” do ciała pacjenta; miękkie, samouszczelniające się końcówki uszne (oliwki); w zestawie z kompletem części zamiennych (membrany, pierścienie, 2 komplety miękkich oliwek); długość całkowita ≥ 65 cm; waga ≤ 140 g; \emptyset dużej membrany ≥ 3 cm, ≤ 4 cm; przeznaczony dla pacjentów pediatrycznych i neonatologicznych; gwarancja ≥ 36 miesięcy.</p>	<p>sztuka</p>	<p>11</p>	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					
--	----------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 24. SZYNY KRAMERA

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szyna typu Kramera 25x5 cm ± 1 cm; wielorazowa, niejałowa; wykonana z nierdzewnego metalu; umieszczona w powleczeniu z nieprzepuszczalnego dla płynów i poddającego się dezynfekcji materiału.	sztuka	40	Producent: Nr katalogowy:					
2.	Szyna typu Kramera 50x7 cm ± 2 cm; wielorazowa, niejałowa; wykonana z nierdzewnego metalu; umieszczona w powleczeniu z nieprzepuszczalnego dla płynów i poddającego się dezynfekcji materiału.	sztuka	80	Producent: Nr katalogowy:					
3.	Szyna typu Kramera 100x10 cm ± 2 cm; wielorazowa, niejałowa; wykonana z nierdzewnego metalu; umieszczona w powleczeniu z nieprzepuszczalnego dla płynów i poddającego się dezynfekcji materiału.	sztuka	100	Producent: Nr katalogowy:					
3.	Szyna typu Kramera 150x10 cm ± 2 cm; wielorazowa, niejałowa; wykonana z nierdzewnego metalu; umieszczona w powleczeniu z nieprzepuszczalnego dla płynów i poddającego się dezynfekcji materiału.	sztuka	80	Producent: Nr katalogowy:					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 25. SZYNY WYCIĄGOWE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szyna wyciągowa do unieruchamiania i nastawiania kończyn dolnych; posiadająca regulację długości; mocowana do kończyny 4 elastycznymi opaskami typu Velcro; mocowanie górne w miejscu podparcia na guzie kulszowym, mocowanie dolne w okolicy stawu skokowego z podłączeniem do płynnego mechanizmu wyciągowego; posiadająca składaną podpórkę przeciwzakrzepową i przeciwobrzękową; pokrowiec transportowy w zestawie; przeznaczony dla pacjentów dorosłych; gwarancja ≥ 24 miesiące.	sztuka	10	Producent: Nr katalogowy:					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 26. WORKI SAMOROZPRĘŻALNE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<p>Worek samorozprężalny, resuscytacyjny wielorazowy; wykonany z silikonu; z zaworem bezpieczeństwa 40 cm H₂O; minimalna objętość worka: 220 ml; dostarczana objętość oddechowa: 100-250 ml; z rezerwuarem tlenu o objętości minimum 100 ml; z zaworem PEEP (zakres regulacji 1,5-20 cm H₂O); średnica złącza do podłączenia maski: 22 mm zewnętrzna, 15 mm wewnętrzna; korpus i zawór PEEP z możliwością dezynfekcji oraz sterylizacji w autoklawie; deklaracja zgodności CE; w zestawie z maską silikonową nr 0 i 1; przeznaczony dla noworodków (masa ciała ≤ 10 kg); gwarancja ≥ 24 miesiące.</p>	sztuka	11	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					
2.	<p>Worek samorozprężalny, resuscytacyjny wielorazowy; wykonany z silikonu; z zaworem bezpieczeństwa 40 cm H₂O; minimalna objętość worka: 600 ml; dostarczana objętość oddechowa: 430-550 ml; z rezerwuarem tlenu o objętości minimum 1500 ml; z zaworem PEEP (zakres regulacji 1,5-20 cm H₂O); średnica złącza do podłączenia maski: 22 mm zewnętrzna, 15 mm wewnętrzna; korpus i zawór PEEP z możliwością dezynfekcji oraz sterylizacji w autoklawie; deklaracja zgodności CE; w zestawie z maską silikonową nr 2 i 3; przeznaczony dla pacjentów pediatrycznych (masa ciała 10-30 kg); gwarancja ≥ 24 miesiące.</p>	sztuka	11	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					

3.	Worek samorozprężalny, resuscytacyjny wielorazowy; wykonany z silikonu; z zaworem bezpieczeństwa 40-60 cm H₂O; minimalna objętość worka: 1450 ml; dostarczana objętość oddechowa: 1100-1500 ml; z zaworem PEEP (zakres regulacji 1,5-20 cm H₂O); z rezerwuarem tlenu o objętości minimum 2500 ml; średnica złącza do podłączenia maski: 22 mm zewnętrzna, 15 mm wewnętrzna; korpus i zawór PEEP z możliwością dezynfekcji oraz sterylizacji w autoklawie; deklaracja zgodności CE; w zestawie z maską silikonową nr 4 i 5; przeznaczony dla pacjentów dorosłych (masa ciała ≤ 30 kg); gwarancja ≥ 24 miesiące.	sztuka	11	Producent: Nr katalogowy:					
----	---	--------	----	--	--	--	--	--	--

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 27. ZESTAW DO KONIKOPUNKCJI

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zestaw do konikopunkcji ratunkowej; jednorazowy, jałowy; w składzie minimum: rurka dotchawicza wprowadzana za pomocą igły z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem tylnej ściany albo metodą Seldingera, zakończoną łącznikiem o Ø 15 mm albo dodatkowy łącznik w zestawie, skalpel zintegrowany z trzonkiem, mocowanie rurki, strzykawkę o objętości ≥ 5 ml, instrukcję i etykietę w języku polskim; deklaracja zgodności CE; przeznaczone dla pacjentów dorosłych; data ważności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.	sztuka	12	Producent: Nr katalogowy:					
2.	Zestaw do konikopunkcji ratunkowej; jednorazowy, jałowy; w składzie minimum: rurka dotchawicza wprowadzana za pomocą igły z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem tylnej ściany albo metodą Seldingera, zakończoną łącznikiem o Ø 15 mm albo dodatkowy łącznik w zestawie, skalpel zintegrowany z trzonkiem, mocowanie rurki, strzykawkę o objętości ≥ 5 ml, instrukcję i etykietę w języku polskim; deklaracja zgodności CE; przeznaczone dla pacjentów pediatrycznych ≥ 2 roku życia; data ważności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.	sztuka	12	Producent: Nr katalogowy:					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 28. ZESTAW DO WKŁUCIA DOSZPIKOWEGO

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<p>Wkłucie doszpikowe; jednorazowe; jałowe, niepirogenne i nietoksyczne; automatyczne sprężynowe; umożliwiające dostęp i. o. i podaż preparatów leczniczych; gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania; uzyskanie dostępu i. o. możliwe w czasie ≤ 10 sekund; deklarowane minimum 2 różne miejsca do wykonania dostępu; rozmiar igły ≥ 15G; głębokość penetracji igły do 22-25 mm; efektywna długość igły do 40-42 mm; posiadające stabilizator zabezpieczający igłę po dokonaniu wkłucia, będący równocześnie ogranicznikiem głębokości jej penetracji; podwójne zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją wkłucia; waga ≤ 100 g; instrukcja i etykieta w języku polskim, posiadające deklarację zgodności CE, przeznaczone dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych > 12 roku życia; data przydatności w czasie dostawy ≥ 48 miesięcy.</p>	sztuka	70	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					

2.	<p>Wkłucie doszpikowe; jednorazowe; jałowe, niepirogenne i nietoksyczne; automatyczne sprężynowe; umożliwiające dostęp i. o. i podaż preparatów leczniczych; gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania; uzyskanie dostępu i. o. możliwe w czasie ≤ 10 sekund; rozmiar igły ≥ 18G; głębokość penetracji igły do 17-18 mm; efektywna długość igły do 37-39 mm; posiadające stabilizator zabezpieczający igłę po dokonaniu wkłucia, będący równocześnie ogranicznikiem głębokości jej penetracji; znaczniki lokalizujące miejsce wkłucia; podwójne zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją wkłucia; waga ≤ 100 g; instrukcja i etykieta w języku polskim, posiadające deklarację zgodności CE, przeznaczone dla pacjentów pediatrycznych < 12 roku życia; data przydatności w czasie dostawy ≥ 48 miesięcy.</p>	sztuka	30	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					
3.	<p>Zestaw treningowy do nauki zakładania wkłuc doszpikowych; umożliwiający realny trening – urządzenia tożsame z oferowanymi w pozycjach 1 i 2, możliwość atraumatycznego (urządzenia nie posiadające igieł) treningu na żywym organizmie; zawierający 2 urządzenia treningowe: 1 dla pacjenta dorosłego i 1 dla pacjenta pediatrycznego; gwarancja ≥ 48 miesięcy.</p>	komplet	1	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 29. ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<p>Zestaw do wkłucia centralnego metodą Seldingera; jednorazowy, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny; w zestawie minimum: cewnik centralny (dwukanałowy, widoczny w promieniach RTG, z biokompatybilnego poliuretanu PUR miękającego w temperaturze ciała, z atraumatyczną i elastyczną końcówką oraz oznaczeniem głębokości); prowadnicę typ „J” (z podajnikiem umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką), skalpel, strzykawka (minimum 5 ml), igłę prowadzącą, igłę iniekcyjną, dilatator, koreczki z samouszczelniającymi się portami; zestaw umieszczony na tacy; etykieta w języku polskim; deklaracja zgodności CE; przeznaczone dla pacjentów dorosłych; data ważności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.</p>	komplet	8	<p>Producent: Nr katalogowy:</p>					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

ZADANIE 30. ZESTAW PORODOWY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Ilość	Nazwa producenta i numer katalogowy	Cena netto jednostki	Wartość Netto (obliczyć: 4x6)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (obliczyć: 7x8)	Wartość brutto (obliczyć: 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<p>Zestaw porodowy; jednorazowy, jałowy; przeznaczony do odbioru pojedynczego porodu naturalnego w warunkach przedszpitalnych; podzielony na niezależne pakiety do użycia w odpowiedniej fazie porodu; minimalna zawartość: pakiet przedporodowy (2 pary rękawiczek; podkład chłonny; serweta wierzchnia; ręcznik do rąk); pakiet porodowy (4 kompresy; gruszka do odsysania; 4 klemy pępowinowe; nożyczki); pakiet poporodowy (podpaska higieniczna wysokochłonna, 2 rękawiczki antyseptyczne, opaska identyfikacyjna dla noworodka, kocyk dla noworodka, pielucha jednorazowa dla noworodka; torba na łożysko); etykieta w języku polskim; deklaracja zgodności CE; data ważności w czasie dostawy ≥ 24 miesiące.</p>	zestaw	15	<p>Producent:</p> <p>Nr katalogowy:</p>					

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Termin dostawy: dni (wpisać; termin dostawy: 1-5 dni roboczych – 1 pkt; 6-10 dni roboczych – 0 pkt; przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Wykonawca:

.....
.....
.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/
podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ZAKUP SPRZĘTU DIAGNOSTYCZNEGO I TERAPEUTYCZNEGO ORAZ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (numer postępowania: RM/ZP/15/20), prowadzonego przez SPZOZ Powiatową Stację Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoni, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA Z UDZIAŁEM PODWYKONAWCÓW:

1. Oświadczam, że zamierzam wykonać zamówienie z udziałem podwykonawców / całość prac wykonam we własnym zakresie*

2. W przypadku udziału podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (zgodnie z załącznikiem 6 do SIWZ).

* niepotrzebne skreślić

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej,

zgodnie z zapisami Rozdziału IV SIWZ do przedmiotowego postępowania.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego zakresie:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej,

zgodnie z zapisami Rozdziału IV SIWZ do przedmiotowego postępowania, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

....., w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

[Nr postępowania: RM/ZP/15/20]

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.....

WYKAZ DOSTAW

Lp.	Określenie przedmiotu dostawy	Data wykonania dostawy (podać dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia i zakończenia)	Nazwa i adres Odbiorcy	Wartość zrealizowanej dostawy
1.		Rozpoczęcie: Zakończenie:		
2.		Rozpoczęcie: Zakończenie:		

Uwaga: Do wykazu należy dołączyć dowody, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których dostawy były wykonywane .

[Nr postępowania: RM/ZP/15/20]

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.....

Oświadczenie Wykonawcy

1) Oświadczam, że **nie należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wraz z żadnym innym wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia [w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów].*

2) Oświadczam, **należę do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, wraz z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia [w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów].*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA:

* W przypadku, gdy Wykonawca NIE NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 2.

W przypadku, gdy Wykonawca NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 1 oraz wypełnić listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

[Nr postępowania: RM/ZP/15/20]

Załącznik Nr 6 do SIWZ

.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)**WYKAZ PODWYKONAWCÓW**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

.....
(podać nr i nazwę zadania)

podaję wykaz podwykonawców.

L.p.	Nazwa firmy oraz zakres podwykonawstwa	Adres	Osoba upoważniona do kontaktów	Telefon Fax.
1				
2				
3				
4				

Z a ł ą c z n i k N r 7 d o S I W Z

WZÓR U M O W Y

U M O W A

Zawarta w Błoniu
w dniu

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z siedzibą w Błoniu, ul. Lesznowska 20A, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000246570 i reprezentowaną przez:

Piotra Kosyla – Dyrektora

zwanym w dalszej treści umowy **“Zamawiającym”**

a

z siedzibą w kod: , ul.

NIP:, REGON:, zwanym w dalszej treści umowy **„ Dostawcą ”**,

reprezentowanym przez:

wspólnie dalej zwani „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania (znak: **RM/ZP/15/20**) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych), ogłoszonego w BZP dnia 08.06.2020 r., Dostawca zobowiązuje się do sprzedazy.....zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Szczegółowy rodzaj oraz asortyment przedmiotu zamówienia i cena brutto dla Zadania nr określone zostały w ofercie Dostawcy (formularz asortymentowo – cenowy) – załącznik nr 1 do Umowy, stanowiący integralną część niniejszej umowy.
3. Dostawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2 CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy:

..... **PLN z VAT**

(słownie zł; złotych)

..... **PLN bez VAT**

(słownie zł; złotych)

2. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w Błoniu (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. ul. Lesznowska 20A, ubezpieczenie, przesyłka itp.)
3. W przypadku zmiany stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania niniejszej umowy, ceny zostaną zmienione w dniu wejścia w życie stosownego rozporządzenia lub ustawy, z tym że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.
4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Dostawcą będą następowały po każdym zrealizowanym prawidłowo zleceniu, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw.
5. Zamawiający zapłaci cenę za dostarczony przedmiot zamówienia (w odpowiedniej części) przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze, po prawidłowym zrealizowaniu dostawy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
6. Faktura VAT wystawiona przez Dostawcę musi wskazywać numer umowy, z której wynika płatność.
7. Zamawiający przewiduje możliwość przesłania faktury elektronicznej na Platformę Elektronicznego Fakturowania na koncie Zamawiającego: <https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl>; adres PEF: NIP 118 182 70 04.
8. Nazewnictwo asortymentu zastosowane w fakturze musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu zastosowanym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protokołem odbioru.
9. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 3

WARUNKI I TERMIN REALIZACJI

1. Dostawca zobowiązany jest do wykonania dostaw częściowych przedmiotu zamówienia na podstawie składanych zamówień, do dni roboczych od chwili otrzymania od Zamawiającego zamówienia faksem, e-mailem lub w formie pisemnej, złożonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego
2. Wraz z przedmiotem umowy (nie wcześniej niż w terminie dostawy) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć fakturę VAT.
3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar transportem własnym lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej na swój koszt do siedziby Zamawiającego tj. ul. Lesznowska 20A (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 do 14.00.
4. Zamawiający określa, że osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia jest Z-ca Dyrektora ds. Medycznych, natomiast pracownikami odpowiedzialnymi za stały i bieżący monitoring umowy oraz składanie zamówień są: p. Kamil Głowacki (nr tel. 500-273-345), p. Piotr Bieguszewski (nr tel. 538-303-694).
5. Ze strony Dostawcy osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest: p.....
..... (nr tel. nr fax: adres e-mail:
.....).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a) jednostronnego zmniejszenia wielkości zamówienia na każdej pozycji w obrębie danej części przedmiotu zamówienia (każdy asortyment) w stosunku do ilości ujętych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;
 - b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

Dostawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania ilościowego Umowy oraz niewykorzystania całej wartości Umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego Umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje po stronie Dostawcy zobowiązań odszkodowawczych z tego tytułu.

7. Dostawca nie może dostarczyć Zamawiającemu towarów innych niż ściśle określone w przedmiocie zamówienia i wskazane w ofercie Dostawcy. W razie dostarczenia przez Dostawcę towarów innych niż ściśle określone w przedmiocie zamówienia oraz ofercie Dostawcy, Zamawiający odmówi ich odbioru. W przypadku, gdyby Zamawiający stwierdził, że w ramach odebranego przedmiotu zamówienia znajdują się towary inne niż ściśle określone w przedmiocie zamówienia oraz ofercie Dostawcy, będzie on uprawniony do zwrotu dostarczonych towarów Dostawcy oraz żądania dostawy brakującego przedmiotu zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia, albo do zwrotu Dostawcy dostarczonych towarów oraz żądania zwrotu uiszczonej z tego tytułu ceny. Niezależnie od powyższego, jeżeli Zamawiający odmówił odbioru dostarczonego towaru innego niż ściśle określony w przedmiocie zamówienia oraz ofercie Dostawcy, a także jeżeli Zamawiający zwrócił Dostawcy dostarczony i odebrany towar inny niż ściśle określony w przedmiocie zamówienia i ofercie Dostawcy oraz zażądał zwrotu uiszczonej z tego tytułu ceny, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy Dostawcy.

8. Dostawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy jest kompletny i po dostarczeniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku dostarczenia przez Dostawcę materiałów o terminie ważności krótszym niż 12 m-cy lub krótszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia dla danego zadania bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia lub zwrotu towaru na koszt Dostawcy. W takim przypadku Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy Dostawcy.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu interwencyjnego u innego Dostawcy w przypadku niewykonania lub przedłużania przez Dostawcę obowiązku określonego w § 3 ust.1, w liczbie i asortymencie odpowiadającym niezrealizowanej części dostawy, pomniejszając wielkość zamówienia. W powyższej sytuacji Zamawiający obciąży Dostawcę poniesionymi kosztami, tj. różnicą między ceną Dostawcy a ceną zapłaconą przez Zamawiającego, gdy cena płacona przez Zamawiającego jest wyższa od ceny określonej w niniejszej umowie.

11. Dostawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy, niepowystawowy, instrukcja obsługi w języku polskim.

12. Dostawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186).

13. Dostarczony przedmiot zamówienia winien zawierać: a) ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje, b) instrukcje w języku polskim dotyczące przedmiotu zamówienia.

§ 4

REKLAMACJE I KARY UMOWNE

1. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Dostawcę w formie pisemnej, e-mailem lub faksem, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od chwili ich stwierdzenia.

2. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Dostawcę nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie w formie pisemnej wraz z reklamowanym towarem, dostarczonym do Dostawcy na jego koszt. Koszty dostawy reklamowanego towaru Zamawiający ma prawo potrącić z najbliższej płatności wynikającej z wystawionej przez Dostawcę faktury VAT. Dostarczenie przedmiotu zamówienia wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Dostawcy.

3. W przypadku uznania reklamacji, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad w terminie do 48 godzin.

4. Dostawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:

- a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości złożonego zamówienia, za każdy dzień zwłoki,
- b) w przypadku rozwiązania umowy z winy Dostawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

5. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.

6. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Dostawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

7. W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela (cesja) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295).

8. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, poczynwszy od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, stwierdzonego w protokole odbioru. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony **od** **do 30.06.2021 r.**

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji umowy. Wykonawca nie może w żaden inny sposób wykorzystywać pozyskanych danych, jak tylko dla należytego wykonania umowy, w szczególności nie może ich używać w celach reklamowych i marketingowych.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 (zwanym: RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

5. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Dostawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń w przypadku wystąpienia następujących okoliczności polegających na:

- a) 3-krotnym opóźnieniu w realizacji dostaw przedmiotu zamówienia przez Dostawcę lub 3 krotnym zrealizowaniu dostawy przedmiotu zamówienia zawierającego wady;
- b) podwyższeniu cen jednostkowych przez Dostawcę z naruszeniem trybu określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

6. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego. Dopuszczalne są zmiany treści niniejszej umowy, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zwłaszcza w przypadku:

- a) obniżenia ceny jednostkowej produktu;
- b) zmiany danych lub przekształcenia Dostawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);
- c) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu pełnej zgodności jego substancji czynnych;

- d) zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasad proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem, że Dostawca z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 14 dni) zawiadomi Zamawiającego na piśmie, załączając stosowne dokumenty wystawione przez producenta, stwierdzające ten fakt;
- e) w przypadku wykreślenia produktu z urzędowego wykazu produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium RP i braku dostępności na rynku produktów o pełnej zgodności, wycofania przez producenta któregośkolwiek z produktów określonych załącznikiem nr 1, zamiany na produkt z tej samej grupy (o tych samych właściwościach i składzie), o ile Dostawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego zamiennik produktu w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w umowie za wycofany produkt;
- f) niedostępności na rynku asortymentu wskazanego w ofercie, wynikającej z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tego asortymentu, o ile Dostawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego zamiennik produktu w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w umowie za wycofany produkt;
- g) wprowadzenia przez producenta nowej wersji asortymentu charakteryzującego się co najmniej takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie w przypadku zaprzestania produkcji asortymentu wskazanego w ofercie;
- h) zmiany podyktowane zmianą obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

7. Jakikolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

10. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo - cenowy

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA