



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin, 25.10.2022 r.

INFORMACJA

Dotyczy : Zamówienie na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych nr 16/2022

Działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień treści swz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

Pytanie:

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści analizator, który posiada opcję wykonania pełnego panelu oznaczeń z kapilary (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości nie większej niż 50 μ l a ze strzykawki z objętości nie większej niż 65 μ l dla pełnego panelu badań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora o wskazanych parametrach.

Prezes Zarządu

Henryk Szymczak

Jarocin dnia 23.11.2022