



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 18.03.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 5/2024

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 15**

**1. Zadanie 38:**

-poz. 1. Czy Zamawiający wymaga pętli do polipektomii o średnicach otwarcia 6, 10, 15, 25, 32 mm (do wyboru Zamawiającego) w osłonce o średnicy 2,4m, długość robocza narzędzia 230-240 cm?

**Odp. Zamawiający wymaga.**

-poz. 3. Czy Zamawiający dopuści ustniki gastroskopowe pakowane w karton z otwarciem z jego górnej części? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

-poz. 4. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne, w osłonce polietylenowej, do minimalnego kanału roboczego 2,8 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

-poz. 5. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe igły do ostrzyknięć 23G, op.=10 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

-poz. 7. Czy Zamawiający wymaga klipsownic z klipsem o rozwarciu ramion 11 mm oraz 16 mm, kąt rozwarcia 135 oraz 90 stopni (do wyboru Zamawiającego), z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem?

**Odp. Zamawiający wymaga.**

-poz. 8. Czy Zamawiający dopuści szczotki o długości 250 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

-poz. 9. Czy Zamawiający dopuści sterylne szczypce biopsyjne:

- śr. 1,8 mm wyłącznie o dł. 160 cm z łyżeczkami gładkimi bez igły, bez funkcji biopsji stycznych
- śr. 2,3 mm zgodnie z wymaganiami Zamawiającego?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

-poz. 10. Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przetyku 7-gumkowy, każda gumka w kolorze czarnym, posiadający metalowe elementy? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

IB 91/ 810 59 82