

Zadanie nr 2		
Dostawa stacjonarnego testera trzeźwości typu AL-4000 (2 kpl.).		
L.p.	Parametr	Wymagania
1	Zasada pomiaru	Czujnik elektrochemiczny;
2	Zakres pomiarowy	<ul style="list-style-type: none"> • wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego 0,00 ‰ • wartość górnej granicy zakresu pomiarowego nie mniejsza niż 5,00 ‰
3	Dokładność pomiaru	0,01 ‰
4	Precyzja pomiaru	±0,5% przy 1,0‰ BAC
5	Niezbędne wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> • Kabel zasilający dla prądu przemiennego 230 V; • Skrócona instrukcja obsługi urządzenia przeznaczona do ogólnego dostępu w formie jednostronnego wydruku na arkuszu A4; • Informacje ukazujące się na ekranie oraz komendy w języku polskim lub przedstawione za pomocą łatwo rozpoznawalnych symboli; • <u>Uruchamianie poboru próbki za pomocą przycisku;</u> • Gwarancja min. 24 miesiące.

- Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawach merytorycznych – Michał Jakubczyk tel. 41 349 28 17 e-mail: michal.jakubczyk@ki.policja.gov.pl
- Termin dostawy – 30 dni od otrzymania zamówienia;
- Płatność – przelew 30 dni;
- Koszt dostawy – pokrywa Wykonawca;