

SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 11.07.2022r.

DZPZ- ZO/2/2022

*Wykonawcy – wszyscy*

**Dotyczy: „Dostawa- Wirówka do badań klinicznych-2 sztuki”**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu odpowiada na pytania Wykonawcy.

### **Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuści urządzenie o max prędkości 4500 obr/min?

**Zamawiający nie dopuszcza, wymaga maks. Prędkość 6000 obr/min.**

### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o nieco innej charakterystyce, gdzie wymiary są mniejsze i wynoszą 220 x 270 x 180 mm (SxGxW), wirnik ma kąt nachylenia probówek 30 stopni, czasy rozbiegu dobiegu wynoszą 38/26 s a przyspieszenie maksymalne wynosi 3341 xg, spełniającą pozostałe wymagania techniczne?

**Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga Rotor kątowy 33°, 8-miejscowy (8 x 15 ml), prędkość maks. 3461 xg, 6000 obr/min, rozbieg / dobieg, hamowanie w sek 17 / 12**

**Kierownik Działu Zamówień  
Publicznych i Zaopatrzenia  
Małgorzata Słomiana**

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia*

*Sporządziła: Agnieszka Piasecka*


*nr tel.: 74/6489744*



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
**im. dra Alfreda Sokołowskiego**  
w Wałbrzychu



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742