



Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 3 Maja 35
66-300 Międzyrzecz

Międzyrzecz 06.05.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych **na dostawę urządzeń medycznych (Resektoskop, Cystoskop, Neuromonitoring, Optyczny koherentny tomograf)**, prowadzonego przez Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. , w Międzyrzeczu.

nr sprawy ZP/P/06/24

Na podstawie art. 284 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ.

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

- Dotyczy: Zadanie nr 3- Pytanie nr 1, poz.4:** Czy Zamawiający dopuszcza zapisywanie potencjałów wywołanych EMG do raportu przyciskiem nożnym oraz z poziomu **ekranu dotykowego** lub pokrętłem typu Control?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zaznaczenia dopuszczenia.

- Dotyczy: Zadanie nr 3- Pytanie nr 2 poz.7:** Czy Zamawiający dopuszcza dwa zintegrowane stymulatory stałoprądowe o parametrach: natężenie prądu min.0,01 - 25 mA, częstotliwość min.**0,5 – 60 Hz**, do pojedynczych impulsów, długość trwania impulsu min.**100– 2000 us**, skok min.50µs, napięcie maksymalne 100V do bezpośredniej oraz ciągłej stymulacji nerwów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zaznaczenia dopuszczenia.

- Dotyczy: Zadanie nr 3-Pytanie nr 3, poz.8:** Czy Zamawiający dopuszcza aparat wyposażony w kolorowy ekran **dotykowy LCD min. 12”** i dźwiękowy sygnał odpowiedzi EMG?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zaznaczenia dopuszczenia.

- Dotyczy: Zadanie nr 3- Pytanie nr 4, poz.13-** Czy Zamawiający dopuszcza elektrody odbiorcze i sondy stymulacyjne podłączone do modułu adaptera, który jest podłączony z tyłu urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zaznaczenia dopuszczenia.

- Dotyczy: Zadanie nr 3- Pytanie nr 5, poz.14-** Czy Zamawiający dopuszcza intuicyjną obsługę aparatu poprzez **ekran dotykowy** oraz pokrętła funkcyjne ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zaznaczenia dopuszczenia.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do (dodatek nr 2 do SWZ) Pakiet nr 2 – Czy Zamawiający dopuści w miejsce wyspecyfikowanego cystoskopu kompaktowego w punktach 1-8, cystoskop funkcjonalnie równoważny (rozbieralny) o poniższych parametrach :

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zaznaczenia dopuszczenia.

- Prosimy o dopuszczenie :

| |
|---|
| Cystoskop sztywny Optyka cystoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna, posiadająca: oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie graficzne kompatybilnego światłowodu – 1 szt. Płaszcz cystoskopowy 20 Fr., dł. 22 cm, kanał instrumentowy 7 Fr., z obturatorem – 1 szt. Łącznik cystoskopowy z kanałem roboczym – 1 szt. |
| Kleszcze do usuwania ciał obcych, giętkie, obie bransze ruchome, 7 Fr. dł. 40 cm – 1 szt. |
| Światłowód endoskopowy, średnica 3,5 mm, długość 230 cm, oznaczenie średnicy kompatybilnej optyki w postaci graficznej umieszczone na przyłączy światłowodu, autoklawowalny – 1 szt. |
| Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami, wymiary 480 x 250 x 66 mm |
| Pokrywa do oferowanej tacy drucianej |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zaznaczenia dopuszczenia.

- 8. Dotyczy Załącznika nr 1 do (dodatek nr 2 do SWZ) Pakiet nr 2 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nierekondycjonowany nie wystawowy i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z rokiem produkcji nie starszym niż 2023? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zaznaczenia dopuszczenia.

- 9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 2 w szczególności: pokrywa do tacy drucianej, mata silikonowa, paski silikonowe, kołki mocujące, które nie podlega ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyceyczny)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zaznaczenia dopuszczenia.

- 10.** Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które wymagają sprowadzenia z zagranicy oraz na obecną światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia dla pakietu nr 2 do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zaznaczenia dopuszczenia.

- 11.** Dotyczy Pakietu nr 2 wzór umowy §7 ust.5. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zaznaczenia dopuszczenia.

- 12.** Dotyczy Pakietu nr 2 wzór umowy §5 ust.5. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu napraw w okresie gwarancji do 20 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

13. Dotyczy Pakietu nr 2 - Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika lub naturalnego zużycia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

14. Dot. wzoru umowy §8 ust. 1.a. - Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kar umownych z tytułu zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy do 0,2% wartości brutto za każdy dzień rozpoczęty dzień zwłoki dla pakietu nr 2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zaznaczenia dopuszczenia.

15. Dot. wzoru umowy §8 ust. 1.e. - Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kar umownych z tytułu niezadowolonej reklamacji w terminie do 0,2% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień rozpoczęty dzień zwłoki dla pakietu nr 2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zaznaczenia dopuszczenia.

16. Dot. wzoru umowy §8 ust. 1.f. - Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zmieni sposób naliczania kar umownych z tytułu zwłoki w reakcji serwisu na zgłoszenie na 50zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki dla pakietu nr 2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zaznaczenia dopuszczenia.

17. Dot. wzoru umowy §8 ust. 4. - Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży łączną wysokość kar umownych do 25% wartości brutto umowy dla pakietu nr 2? Obecna wysokość kar jest wygórowana i odbiega od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

18. Czy w związku z ogólnościową mobilizacją do ochrony środowiska, Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia do dostawy instrukcji obsługi w wersji papierowej i tym samym wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi w wersji elektronicznej dla pakietu nr 2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zaznaczenia dopuszczenia.

Zamawiający do powyższego pisma dołącza:

- dodatek nr 1 – formularz ofertowy po zmianach.
- dodatek nr 2 – załącznik cenowy po zmianach.

POZOSTAŁE USTALENIA SWZ POZOSTANĄ BEZ ZMIAN.

Zatwierdził:

/podpis na oryginale/