



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

PSRM/D/330/2022
ZP.26.19.2022

Błonie, dnia 11 października 2022 r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym ogłoszonego w BZP Nr 2022/BZP 00377138/01 z dnia 04.10.2022 r. na zakup Ambulansu typu C [Nr postępowania: RM/ZP/19/2022]

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, SP ZOZ Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmienia treść SWZ:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zestaw transportowy (nosze + transporter) renomowanego producenta o następujących parametrach technicznych:

1.Nosze główne: wykonane z materiału odpornego na korozję, przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji, nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 75 stopni, wyposażone w podglówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście, uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węższej, z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy,

wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące, ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi, z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy, możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy, fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze, rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia), składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne, trwale oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy, dodatkowy zestaw pasów lub uprząży służący do transportu małych dzieci, obciążenie dopuszczalne 227 kg, waga oferowanych noszy 20 kg zgodny z normą PN EN1865.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

2.Transporter noszy głównych : wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne, wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę, z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, regulacja wysokości w 7 poziomach, możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na trzech poziomach pochylecia, możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy, wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, 2 kółka wyposażone w hamulce, fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera, wszystkie kółka jezdne o średnicy 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost, 4 główne uchwyty transportera, dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10
PN – EN ISO/IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Perły Medycyny





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

odblokowania goleni, rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia), przyciski blokady goleni kodowane kolorami, trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera, wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją, maksymalne obciążenie dopuszczalne transportera 227 kg, mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie, waga transportera 35.05 kg. Waga transportera do max.36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami norm równoważnych dla PN EN 1789:2007+A2:2014 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dokumenty zostaną dostarczone przy dostawie. Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja zgodności – zostanie dostarczona przy dostawie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie: Proszę o udzielenie informacji, czy Zamawiający wymaga dostarczenia transportera wyposażonego w dodatkowe uchylne uchwyty transportera po stronie wezglowia, ułatwiające unoszenie noszy i posiadających niezależną zdublowaną cięgnie rozblokującą składanie i rozkładanie goleni ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie: Proszę o udzielenie informacji, czy Zamawiający wymaga dostarczenia transportera noszy posiadających poręcze boczne które są składane wzdłużnie co pozwoli na pełną funkcjonalność w ciasnych miejscach?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie: Dotyczy załącznika nr 2 - pkt. IV - sygnalizacja świetlna – dźwiękowa i oznakowanie – ppkt. 10 - z uwagi, iż sygnały dźwiękowe awaryjne zgodnie z przepisami nie mogą działać niezależnie od sygnalizacji podstawowej prosimy o zmianę zapisu na - działające niezależnie od sygnalizacji podstawowej dźwiękowej, natomiast zależnie od sygnalizacji ostrzegawczej świetlnej.

Odpowiedź: Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy – Pzp Zamawiający dokonuje zmiany zapisu załącznika nr 2 – pkt IV-sygnalizacja świetlna-dźwiękowa i oznakowanie – ppkt. 10 na „działające niezależnie od sygnalizacji podstawowej dźwiękowej, natomiast zależnie od sygnalizacji ostrzegawczej świetlnej”.

Sygnały dźwiękowe awaryjne mogą działać niezależnie od sygnalizacji podstawowej dźwiękowej, z kolei mogą działać zależnie od sygnalizacji ostrzegawczej świetlnej.

Pytanie: Dotyczy załącznika nr 2 - pkt. VI - przedział medyczny – ppkt. 4 - prosimy o dopuszczenie fotela u wezglowia noszy obrotowego w zakresie 90 stopni co jest wystarczające do złożenia fotela bokiem oraz jazdy tyłem do kierunku jazdy,

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, iż przeglądy okresowe adaptacji medycznej NIE MAJĄ być wliczone w cenę oferty co nie podniesie jej kosztu, i Klient będzie za nie płacił każdorazowo po Wykonaniu usługi zgodnie z paragrafem 5 umowy pkt. 9.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż przeglądy okresowe adaptacji medycznej nie mają być wliczone w cenę oferty.





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie: Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach? Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dojazdu na kołach.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że okno dachowe ma mieć wymiary pozwalające na jego wykorzystanie jako wyjścia ewakuacyjnego dla pacjenta i personelu ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie: Aby szyberdach (okno dachowe) stanowił jednocześnie wyjście ewakuacyjne musi posiadać minimalne wymiary 500 x 900 mm zgodnie z wymogami Regulaminu nr 17 EKG ONZ 1.3 czy takiego okna dachowego oczekuje Zamawiający ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie: Czy drzwi boczne lewe winny być wyposażone w otwierane okno w kolorze nadwozia, które pełni funkcję wentylacyjną oraz stanowi dodatkowe wyjście ewakuacyjne podnosząc bezpieczeństwo użytkowników ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że lawetę pod nosze dostarczy Zamawiający i wykonawca nie musi wliczać jej w cenę oferty ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że lawetę pod nosze dostarczy Wykonawca.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Sprawę prowadzi:
Joanna Bruśnicka
Specjalista ds. księgowości
i zamówień publicznych
Tel. /22/ 752 39 54

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10
PN – EN ISO/ IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Perły Medycyny

