



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin 07.02.2024 r.

INFORMACJA

Dotyczy : Postępowanie na „Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku 2/2024”

Działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień treści SWZ oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

Zamawiający anuluje dotychczasową odpowiedź zawartą w informacji z dnia 07.02.2024r. w zakresie ustępu 5 pytanie 2 i 3 oraz ponownie odpowiada na wskazane pytania:

5.

.....

Pytanie 2 do pakietu 4 poz. 2,3,4 Czy Zamawiający dopuści cewniki bez parametru: „, możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą EKG ”? Zapis ten stanowi jedynie ograniczenie konkurencji. Wszystkie szanujące się firmy ceniące sobie zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta nie zalecają tej metody, a pozostanie przez Zamawiającego przy takim rozwiązaniu nie ma uzasadnienia medycznego. EKG wewnątrz przedsionkowe nie jest wiarygodną metodą pozycjonowania cewników do lewej żyły szyjnej wewnętrznej, nie wykrywa połączenia między żyłą główną górną a prawym przedsionkiem. Nie jest to wiarygodna metoda potwierdzania pozycji lewostronnych CVC. (źródło: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007091217366643> Brytyjski Dziennik Anestezjologii) Zamawiający jednocześnie nie wskazał do jakiego urządzenia EKG , w posiadaniu którego jest Zamawiający dedykowany jest kabelek, prosimy o podanie typu kabla o jaki chodzi zamawiającemu
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 3 Pakiet 2,3,4 Czy Zamawiający dopuści cewniki centralne bez możliwości użycia metody kontroli EKG wykonane z poliuretanu nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich. Końcówka cewnika ma kształt stożkowy i jest pokryta bardziej miękkim materiałem. Linia ta obejmuje kodowane kolorystycznie, w skład zestawu wchodzi: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz z powłoką hydrofilną aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania, przewodnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta, strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórnego 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalp.

Dla pozycji 2 trójświatłowy w zestawie Seldingera 7FRx15

Dla pozycji 3 trójświatłowy w zestawie Seldingera 7FRx20

Dla pozycji 4 trójświatłowy w zestawie Seldingera 7FRx30

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Jednocześnie informujemy o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert do dnia 14.02.2024 , godziny składania i otwarcia bez zmian. Nowy termin związania ofertą 14.03.2024.

Prezes Zarządu

Henryk Szymczak

Jarocin dnia 09.02.2024