

Jarocin, 14.02.2024 r.

### INFORMACJA

**Dotyczy : Dostawa toru wizyjnego z pompą histeroskopową i diatermią chirurgiczną z histeroskopem i resektoskopem, postępowanie nr 3/2024**

Zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzyskana punktacją .

Wybrany został następujący wykonawca :

**Nazwa: Erbe Polska Sp. z o.o.  
Siedziba: Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8, 02-972 Warszawa**

I. Uzyskana punktacją w kryterium ceny: 70 pkt

II. Uzyskana punktacją dla parametrów jakościowych 30 pkt w tym:

Parametr jakościowy nr 1 – 10 pkt

Funkcja przywrócenia ustawień fabrycznych dla wybranego trybu pracy , bezpośrednio z jednostki sterującej kamery poprzez jednoczesne naciśnięcie dwóch przycisków przez ok. 3 sekundy.

Parametr jakościowy nr 2 – 10 pkt

Możliwość (opcjonalnie) rozbudowy głowicy kamery o obiektyw (łącznik kamery) o ogniskowej  $f= 22$  mm oraz kątowny obiektyw (łącznik kamery kątowny 900)  $f=18$ mm . Oba obiektywy (łączniki kamery) wyposażone w pierścien do regulacji ostrości.

Parametr jakościowy nr 3 – 10 pkt

Dla każdego zabiegu dostępnych sześć niezależnych profili , gdzie można zapisywać poszczególne ustawienia parametrów.

**Razem uzyskana punktacją - 100 pkt.**

Prezes Zarządu  
  
Henryk Szymczak

Jarocin dnia 14.02.2024