

PULSOKSYMETR

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE
1.	PRODUCENT
2.	NAZWA / TYP (model)
3.	KRAJ POCHODZENIA
4.	Urządzenie fabrycznie nowe
5.	Podręczny pulsoksymetr z kolorowym wyświetlaczem min. 3"
6.	Wbudowany akumulator (w zestawie zasilacz z szybkim ładowaniem), czas pracy min 10 h
7.	Zakres pomiaru SpO2 0-100%
8.	Zakres pomiaru pulsu 15-300 ud/min
9.	Możliwość ustawienia dolnej i górnej granicy alarmu dla wskazanych parametrów