



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

UWM.DZP.243.W.1112/2024

Olsztyn 18 czerwiec 2024 r.

uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 235/2024/PN/DZP pt. „Dostawa aparatury medycznej - weterynaryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Pytanie nr 1:

Czy w zakresie części 3 - Symulator do badania ginekologicznego krów, Zamawiający dopuści możliwość dostawy symulatora bez oznakowania CE, deklaracji zgodności czy dokumentów równoważnych?

Wyjaśnienie:

Opisany w SWZ symulator ginekologiczny do badania krów, nie posiada żadnych elementów elektronicznych a także innych podzespołów, które wytwarzałyby oddziaływania elektromagnetyczne. Urządzenie tego rodzaju nie są ujęte w dyrektywach nowego podejścia. W takich przypadkach nie nadaje się CE ani deklaracji zgodności WE.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość dostawy symulatora bez oznakowania CE, deklaracji zgodności czy dokumentów równoważnych.

Łączę wyrazy szacunku

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

(podpisano elektronicznie)

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl
fax (89) 523 43 66 www.uwm.edu.pl



**UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE**

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

Sprawę prowadzi:

Anna Opalach

Tel. 89/524 52 39

e-mail: anna.opalach@uwm.edu.pl

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl

fax (89) 523 43 66

www.uwm.edu.pl