



WSSz -NZZ – 515 / 23

Łódź, dnia 18. 07. 2023 r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę sprzętu medycznego do Pracowni Implantacji Stymulatorów Serca, sprawa ZP 26/23

Na podstawie art. 135 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1710 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:


1. **Pakiet 1:** czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty bez pozycji 3 tj. narzędzia do małoinwazyjnej fiksacji elektrody. Narzędzie do małoinwazyjnej fiksacji elektrody zostało wycofane ze sprzedaży. Do fiksacji elektrody można wykorzystać narzędzie pakowane razem z elektrodą.

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

2. **Dotyczące SWZ:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie pełnomocnictwa bez wskazania postępowania, którego dotyczy?

Wyjaśnienia: Tak, pełnomocnictwo nie musi wskazywać konkretnego postępowania.

3. **Dotyczy pakietu nr 6:** Czy można zaoferować obłożenie do zabiegów elektrofizjologicznych z serwetą angiograficzną z czterema otworami i 2 panelami foliowymi, o następujących rozmiarach i rozmieszczeniu otworów (schemat poniżej) i serwetą do owinięcia zestawu o rozmiarze 150 x 150cm? Serweta angiograficzna wzmocniona w polu zabiegowym warstwą wysokochłonną o wymiarach 120 x 155 cm gramaturze 60 g/m² z panelami foliowymi wykonanymi z przezroczystej folii PE o gramaturze 37,105 g/m² z powłoką ochronną na ramię aparatu o wymiarach 127 x 127 cm z gumką - 2 szt. Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.



Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem
DYREKTOR
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

mgr Krzysztof Zarychta