

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.

DOSTAWA SPRZĘTU DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem
Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp

ZNAK SPRAWY: ZP-24-072BN

ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24

tel. 32/259-16-68

godz. pracy Zamawiającego - 07:00 – 14:35

www.platformazakupowa.pl - na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Wartość zamówienia **nie przekracza** progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

Ofertę należy złożyć w terminie: 09.08.2024 r. do godz. 08:00

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

Treść SWZ z załącznikami zatwierdzam

1. Tryb udzielenia zamówienia

1. Do przedmiotowego postępowania stosuje się tryb podstawowy z możliwością negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp.

2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał

- a) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
- b) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
- c) **Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:**
 - spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 3 i 5 SWZ,
 - nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
 - złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
- d) **Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.**

W takim przypadku:

 - Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
 - Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
 - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
 - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
 - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
 - Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
- e) **Podwykonawstwo**

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań polegających na:

 - dostawie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego (bez rozmieszczenia i instalacji)
 - serwisowaniu przedmiotu umowy

3. Komunikacja w postępowaniu

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem www.platformazakupowa.pl zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji znajdują się w rozdziale III podrozdział 1 niniejszej SWZ.

4. Wizja lokalna

Zamawiający **nie przewiduje obowiązku** odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego

5. Podział zamówienia na części

Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na **16 części**. Opis poszczególnych części znajduje się w rozdziale II podrozdziale 1.3 SWZ.

6. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

7. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp.

8. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227–238 ustawy Pzp.

9. Rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych

10. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

11. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

12. Unieważnienie postępowania

Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (art 310 ustawy PZP)

13. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania

- a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
- b) Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. **DOSTAWA SPRZĘTU DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI**
- c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
- d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
- e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w załączniku nr 19 do SWZ.
- f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
- g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z:

- art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego,
 - art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
- h) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 17 do SWZ → druk OFERTA.
- i) Zamawiający informuje, że:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
 - Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
 - W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
 - Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
 - W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
 - W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

ROZDZIAŁ II - WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu dla Centralnej Sterylizatorni.
 2. Wspólny słownik zamówień: 33191000-5 – urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- opis przedmiotu zamówienia - załączniki asortymentowo – cenowe (pakiety) od nr 1 do nr 16 do SWZ
- Pakiet 1 – opakowania ochronne**
Pakiet 2 – system bariery sterylnej
Pakiet 3 – kontrola procesu mycia-dezynfekcji
Pakiet 4 – sterylizacja tlenkiem etylenu
Pakiet 5 – czyściwo niepyłące
Pakiet 6 – osłonki na ostre części robocze instrumentarium medycznego
Pakiet 7 – kontrola pakietu
Pakiet 8 – kontrola pakietu para wodna
Pakiet 9 – kontrola wsadu

Pakiet 10 – materiały eksploatacyjne do kontenerów sterylizacyjnych

Pakiet 11 – czyściki do narzędzi bipolarnych i monopolarnych

Pakiet 12 – narzędzia kontrolujące sterylizator parowy

Pakiet 13 – identyfikacja sterylizowanego pakietu

Pakiet 14 - system bariery arkuszowej

Pakiet 15 – system bariery sterylnej do ciężkich zestawów narzędziowych

Pakiet 16 – oprzyrządowanie do dekontaminacji wyrobów medycznych

- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 18 do SWZ.

4. **Termin dostawy:** do 5 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

5. Wymagany minimalny termin ważności dostarczanego przedmiotu umowy – min. **12 miesięcy**

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obowiązkowe. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Rozwiązania równoważne

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami

3. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

1. ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA, BY WYKONAWCA ZŁOŻYŁ WRAZ Z OFERTĄ NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:

- a) *katalog lub folder lub karta katalogowa/charakterystyki w języku polskim potwierdzające właściwości oferowanego przedmiotu zamówienia wskazane w formularzach asortymentowo-cenowych*
- b) *Powiadomienie/Zgłoszenie lub Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest jako wyrób medyczny i jest dopuszczony do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych – dotyczy pakietu 2, pakietu 4 poz. 3, pakietu 10, 11, 14*
- c) *Wymagane **certyfikaty niezależnej jednostki notyfikującej** potwierdzające spełnienie wymagań niżej wymienionych norm:*

PN-EN ISO 11607-1	Pakiet 2 poz.1 Pakiet 14 poz.1, 2, 3, 4	Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych
PN-EN ISO 11607-2	Pakiet 2 poz.1 Pakiet 14 poz.1, 2, 3, 4	Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych
PN-EN 868-3	Pakiet 2 poz.1	Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych
PN-EN 868-5	Pakiet 2 poz.1	Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych
PN-EN ISO 11140-1	Pakiet 4 poz.2 Pakiet 7 poz.2 Pakiet 8 poz.1 Pakiet 12 poz.1	Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia
PN-EN 544	Pakiet 12 poz.2	Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub syntetycznej
PN-EN ISO 11140-04	Pakiet 12 poz.2	Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych
PN-EN 868-2	Pakiet 14 poz. 1, 2, 3, 4	Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych

- d) *Próbki potwierdzające właściwości oferowanego przedmiotu zamówienia wskazane w formularzach asortymentowo-cenowych dla:*
Pakiet 1: dla pozycji. 1b, 1c, 1d, 1f po 1 sztuce

dostarczone próbki są bezpłatne i nie podlegają zwrotowi.

Wymagane próbki należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Umów w **pokoju nr 2 (Budynek nr 6)** Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24 w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 07:00 do 14:35. Dni pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Na opakowaniu należy podać dokładną nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę przetargu z zaznaczeniem „próbki”. Próbki należy dostarczyć **do terminu składania ofert** na adres wskazany w SWZ.

UWAGA! Zamawiający przypomina, że brak dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych spowoduje odrzucenie złożonej oferty.

4. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w okresie **12 miesięcy od daty podpisania umowy**.

5. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamawiający nie określa żadnych warunków udziału w postępowaniu.

6. Podstawy wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust.1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych

1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

1) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2) Do oferty wykonawca załącza :

a) Pełnomocnictwo

- Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.

Wymagana forma:

- oryginał w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub
- elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

b) Formularz – opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1-16 do SWZ)

Wymagana forma:

Formularz musi być złożony w oryginale na załączonym do SWZ wzorze, w postaci dokumentu w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

c) Formularz oferty (załącznik nr 17 do SWZ)

Wymagana forma:

Formularz musi być złożony w oryginale na załączonym do SWZ wzorze, w postaci dokumentu w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

- d) **Wykaz rozwiązań równoważnych** - wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami

Wymagana forma:

Wykaz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

- e) **Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa** – w sytuacji gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wymagana forma:

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

- f) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP o treści określonej w **Załączniku nr 20**.

2. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- a) **oświadczenie wykonawcy** o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - **załącznik nr 21 do SWZ**.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

- 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeśli wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

8. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

9. Sposób przygotowania oferty

- a) Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem www.platformazakupowa.pl
- b) **Każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.**

- c) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z **platformazakupowa.pl** dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu **platformazakupowa.pl** znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
- d) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione, **zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.**
- e) Na podstawie §8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, **w przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.** Zamawiający zaleca jednak w przypadku gdy wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip - wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
- f) Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
- g) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 222 ust.5 ustawy PZP **tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być** nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa musi być zamieszczona w odrębnym pliku i określać przedmiot będący jej treścią z uzasadnieniem (podstawa prawna utajnienia). Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art.11 pkt.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
- Informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
 - Informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - Podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.
- h) W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się aby Wykonawca podzielił ten dokument na dwa pliki i dla każdego z nich odpowiednio oznaczył status jawności bądź tajemnicy przedsiębiorstwa.
- i) Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów Ustawy (np. art. 222 ust.5 PZP) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- j) W przypadku gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
- k) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej ceny jako rażąco niskiej w trybie art. 224 PZP, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkiem, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia ich wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- l) **Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.**
- m) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w rozdziale II podrozdziale 3 i 7
- n) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania w przypadku oferty w systemie został opisany w Instrukcji korzystania z Platformy .

10. Opis sposobu obliczania ceny

- a) Wykonawca obliczy cenę oferty brutto według formularza asortymentowo-cenowego, z zastrzeżeniem, że wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu cenowym.

Cena jednostkowa netto dotyczy 1szt lub 1-go opakowania; wykonawca zobowiązany jest podać w załączniku asortymentowo-cenowym czego dotyczy oferowana cena (sztuki czy opakowania); jeżeli wykonawca podaje cenę za pełne opakowanie handlowe musi dokonać odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości. Jeżeli oferowane opakowanie nie jest podzielne przez zamawianą ilość, należy wycenić z zaokrągleniem w górę. Nie może być wyceniana ilość mniejsza niż ilość zamawiana.
- b) Cena oferty, jak również poszczególne ceny jednostkowe to ceny brutto obliczone poprzez dodanie do ceny netto stawki VAT w obowiązującej wysokości. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym wszystkie ceny podane w formularzu cenowym uwzględniają stawkę VAT w obowiązującej wysokości.
- c) Cenę oferty, jak również poszczególne ceny jednostkowe należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, treści SWZ oraz projektowanych postanowień umowy.
- d) Cena oferty, jak również poszczególne ceny jednostkowe obejmują także wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty. Wykonawca skalkuluje ponadto wszystkie potencjalne rodzaje ryzyka ekonomicznego, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, a wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
- e) W formularzu oferty wykonawca podaje wyłącznie cenę oferty, która uwzględnia całkowity koszt realizacji zamówienia w okresie obowiązywania umowy, obliczoną zgodnie z dyspozycjami lit. a–d powyżej.
- f) Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA! Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie jest możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz.

Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim systemie monetarnym powodują, że tak wyrażona cena dla powszechnego obrotu gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. Nie można kogoś realnie zobowiązać do zapłaty na jego rzecz kwoty niższej niż jeden grosz.

Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. **Jeżeli oferta będzie zawierała ceny jednostkowe wyrażone jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp.**

- g) Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
 - 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

- 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
- 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie.

Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w załączniku nr 13 do SWZ → OFERTA. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego.

- h) Zamawiający odrzuci ofertę, której cena została obliczona przy uwzględnieniu niewłaściwej stawki VAT na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp

ROZDZIAŁ III - INFORMACJE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami i wykonawców z zamawiającym

- 1) W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem <https://www.platformazakupowa.pl> i formularza „*wyślij wiadomość*” dostępnego na stronie internetowej obsługującej przedmiotowe postępowanie.
- 2) Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
- 3) Zamawiający informuje, że zgodnie z Ustawą nie wyraża zgody na jakikolwiek inny kontakt, zarówno z Zamawiającym jak i osobami zatrudnionymi w SPSKM do porozumiewania się z Wykonawcami, niż wskazany w pkt 1. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub /i osobisty w swojej siedzibie.

2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **09.08.2024r.** do godz. **08:00**

Sposób składania ofert:

→ za pośrednictwem Platformy zakupowej

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.08.2024r.** o godz. **08:30** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.
- 2) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 3) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

3. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni do dnia 07.09.2024r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Pakiet nr 1

CENA – 60%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę (PC):

ZP-24-072BN

$PC = (C_{min} / C_{bo}) \times 100 \times 60\%$ gdzie:

C_{min} - cena najniższa spośród ocenianych ofert

C_{bo} - cena badanej oferty

100 - stały współczynnik

PC - liczba punktów za cenę

JAKOŚĆ – 40%

Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych wymagań określonych w SWZ. Dodatkowe punkty za n/w parametr zostaną przyznane na podstawie dostarczonych próbek w ilości i rodzaju określonym w Rozdz. II podrozdz. 3 pkt. 1c SWZ. Próbki potwierdzające jakość należy dołączyć do oferty. Brak potwierdzenia dodatkowo ocenianego parametru, będzie skutkowało nieprzyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt).

Ilość przyznanych dodatkowych pkt	
Wytrzymałość powyżej 30-krotnego otwarcia i zamknięcia opakowania	40 pkt
Wytrzymałość poniżej 30-krotnego otwarcia i zamknięcia opakowania	0 pkt

Uzyskane punkty za jakość zostaną podstawione do wzoru:

$Pj = (bo / max) \times 100 \times 40\%$ gdzie:

max - maksymalna ilość uzyskanych punktów spośród ocenianych ofert

bo – ilość pkt uzyskana przez badaną ofertę

100 - stały współczynnik

Pj – liczba punktów za jakość

Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za jakość (maks. 40)

PAKIET 2-16

CENA – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę (PC):

$PC = (C_{min} / C_{bo}) \times 100 \times 100\%$ gdzie:

C_{min} - cena najniższa spośród ocenianych ofert

C_{bo} - cena badanej oferty

100 - stały współczynnik

PC - liczba punktów za cenę

5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 18 do SWZ.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

6. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 1) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
- 2) Wykonawca przed zawarciem umowy:
 - poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego,

Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej

ZP-24-072BN

współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 1 – opakowania ochronne

Lp.	Asortyment-parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana ilość szt. / opak ^z	Cena jedn.netto za szt. /op. ^z	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy ilość szt. w opakowaniu
1	Opakowanie ochronne do przedmiotów sterylnych i systemów barier sterylnych podczas transportu i magazynowania. <ul style="list-style-type: none"> • z możliwością wielokrotnego otwarcia i zamknięcia • o szerokości paska klejącego 8-10mm • nie zawierające lateksu, ftalanów, PVC, substancji SVHC, polibromowanych bifenyli (PBB), polibromowanych difenyleoeterów PBDE, policyklicznych węglowodorów aromatycznych PAK's, kwasu perfluorooktanosulfonowego lub perfluorooktanosulfonianu PFOS • o konstrukcji PE-LD/PE-MSD ze środkiem antyelektrostatycznym i środkiem antyadhezyjnym • o grubości 60µm DIN 53 370 • wytrzymałości na rozrywanie wzdłuż ≥ 20 N/mm, DIN EN ISO 527 • wytrzymałość na rozrywanie w poprzek ≥ 18 N/mm DIN EN ISO 527 • wytrzymałość na rozdzielanie wzdłuż > 230 N/mm DIN 53 363 • wytrzymałość na rozdzielanie w poprzek > 270 N/mm DIN 53 363 							
A	20X30cm	2000						
B	25x40cm	4000						
C	30x50cm	5000						
D	42x70cm	7000						
E	60x50cm	1300						
F	60x75cm	1500						
RAZEM								

**Niepotrzebne skreślić*

Wymagane próbki po 1 szt z pozycji 1b,1c,1d,1f

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 2 – System bariery sterylnej

Lp.	Asortyment-parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana ilość szt./opakowań *	Cena jednostkowa netto za szt./op.*	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, producent Nr katalogowy
1	<p>Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu o wykonaniu zgodnym z aktualnie obowiązującymi normami: PN-EN ISO 11607-1, PN-EN ISO 11607-2, PN-EN 868-3, PN-EN 868-5 lub dokumentami równoważnymi w tym zakresie. <u>Wymagane potwierdzenie certyfikatem niezależnej jednostki notyfikującej.</u></p> <p>Papier o gramaturze 70 g/m² (PN EN 868-3), parametry wytrzymałościowe: zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25 %, wytrzymałość na przedarcie niemniej niż 700 mN w obu kierunkach, wytrzymałość na przepuklenie; na sucho niemniej niż 400 kPa, na mokro niemniej niż 70 kPa, niezwilżalność wodą minimum 28 s, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,3 kN/m. <u>Potwierdzenie w Karcie Technicznej produktu.</u></p> <p>Folia co najmniej ośmiowarstwowa nie licząc warstwy kleju, przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, grubość nie większa niż 52 µm, zgrzewalna w temperaturze 165 – 200 0C, wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300 mN, elastyczna [wydłużenie niemniej niż 70%, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania po stronie przedniej – strona folii, wskaźnik procesu sterylizacji parowej i Tlenkiem etylenu, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania ze względów techniczno-higienicznych rękawy są nawinięte na rolkę folią na zewnątrz. <u>Potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą - Certyfikat.</u> Charakterystyka folii wydana przez jej producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności. Oświadczenie producenta o wykonaniu zgodnym z aktualnie obowiązującymi normami: PN-EN ISO 11607-1, PN-EN ISO 11607-2, PN EN 868-3, PN EN 868-5 lub dokumentami równoważnymi. <u>Potwierdzenie w Karcie Technicznej produktu.</u> Kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3 lub dokumentem równoważnym. Zgrzew na rękawach wykonywany w sposób ciągły, potwierdzenie wydane przez niezależną organizację o zgodności z normą EN 868-5 lub z dokumentem równoważnym systemu bariery sterylnej utworzonej przez reprezentatywne opakowanie wykonane z surowców (papier i folia) o parametrach wytrzymałościowych opisanych powyżej.</p> <p>Tolerancja rozmiarów - szerokość +/- 10mm</p>							
A	50mmx200m	84						
B	75mmx200m	84						
C	100mmx200m	36						
D	120mmx200m	40						
E	150mmx200m	20						
F	200mmx200m	30						
G	250mmx200m	30						
H	300mmx200m	15						

ZP-24-072BN

I	350mmx200m	18						
J	400mmx200m	12						
K	500mmx200m	5						
RAZEM								

**Niepotrzebne skreślić*

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**Pakiet nr 3 - Kontrola procesu mycia-dezynfekcji**

Lp.	Asortyment-parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana ilość szt. / opak*	Cena jedn.netto za szt. /op.*	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy, ilość szt. w opakowaniu
1	Samoprzylepne testy kontroli skuteczności mycia składającego się z odpornego na wysoką temperaturę nośnika z tworzywa sztucznego z naniesionym syntetycznym zabrudzeniem testowym. Kompatybilne z przyrządem testowym procesu HO-PCD. Op. 320 szt.	7360						
2	Test kontroli dezynfekcji termicznej, zgodny z poniższymi parametrami: - w zakresie parametrów temperatury i czasu: 93°C i 10 min, - forma pokrytego laminatem paska samoprzylepnego, na którym umieszczono substancję testową, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności, - opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie. a 200szt	7400						
RAZEM								

**Niepotrzebne skreślić*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 4 – sterylizacja tlenkiem etylenu

Lp.	Asortyment-parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana ilość szt. / opak*	Cena jedn.netto za szt. /op.*	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu
1	<p>Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny. Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. • Wskaźnik kompatybilny z autoczytnikiem posiadanym przez zamawiającego firmy 3M MODEL 390G. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" orz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. • Na fiolce repositionowalna nierwaca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. • Etykieta na wskaźniku łatwa do odklejenia z możliwością ponownego wklejenia do dokumentacji procesowej. • Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. <u>Zgodność z normą PN-EN ISO 11138-1 i PN-EN ISO 11138-2 potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikującej.</u> Preferowana wielkość opakowania 50 szt. 	400						
2	<p>Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typ 4 do Tlenku etylenu substancja wskaźnikowa umieszczona na całej długości paska, jednoznaczna zmiana koloru na dwa różne przed procesem i po procesie. Może być stosowany w procesach zawierających 100% EO. Wskaźnik chemiczny, zgodny z normą PN EN ISO 11140-1, do użycia w celu określenia, czy warunki procesu sterylizacji zostały spełnione wewnątrz każdego poddanego procesowi sterylizacji pakietu. <u>Zgodność z normą potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikującej.</u> Wielkość opakowania 480szt</p>	18240						
3	<p>Jednorazowe naboje zawierające 100% Tlenek etylenu kompatybilne z urządzeniem posiadanym przez zamawiającego Steri Vac 8XL. Preferowane opakowanie 12 szt.</p>	372						
RAZEM								

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 5 – czyściwo niepyłące

Lp.	Asortyment-parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana ilość szt. / opak*	Cena jedn.netto za szt. /op.*	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu
1	Czyściwo włókninowe – wielozadaniowe, jednowarstwowe chłonne, grube i wytrzymałe, w kolorze białym, posiadające wysoką absorbcję wody, chroniące dłonie przed temperaturą i ostrymi krawędziami dzięki czemu jest odporne na przetarcia, nie zawierające silikonu, dopuszczone do kontaktu z żywnością, gramatura min. 80g/m2, białość min. 85%. Wielkość opakowania po 100szt	6000						

**Niepotrzebne skreślić*

Wykonawca na czas trwania umowy jest zobowiązany dostarczyć do czyściwa wiszący dozownik

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 6 – Ostonki na ostre części robocze instrumentarium medycznego

Lp.	Asortyment-parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana ilość szt. / opak*	Cena jedn.netto za szt. /op.*	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu
1	Ostonki na narzędzia wykonane z papieru i folii, preferowana wielkość opakowań 250szt/100szt.							
2	50x125mm/+5mm	5000						
3	90x165mm/+5mm	2500						
		RAZEM						

**Niepotrzebne skreślić*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 7 – Kontrola pakietu

Lp.	Asortyment-parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana ilość szt. / opak*	Cena jedn.netto za szt. /op.*	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu
1	Wskaźnik zintegrowany typ 5 do monitorowania procesów sterylizacji z zastosowaniem Tlenku etylenu, weryfikujący nieprawidłowości dotyczące stopnia wilgotności, stężenia gazu, różnic temperatury oraz czasu, jednoznaczna zmiana koloru nie budząca wątpliwości. Preferowana wielkość opakowania 100szt	1000						
2	Test chemiczny typu IV do sterylizacji parą wodną, zgodny z poniższymi parametrami: - oznaczenie klasy i normy ISO na każdym pasku, - liniowe ułożenie wskaźnika, - pasek perforowany pozwalający na podział wskaźnika na 4 mniejsze, - zgodność z normą PN EN ISO 11140-1- informacja zawarta na teście, - wielkość op. a' 250 sztuk/ 1000 sztuk testów	48000						
RAZEM								

**Niepotrzebne skreślić*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 8 - Kontrola pakietu sterylizacja parą wodną

Lp.	Asortyment-parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana ilość szt. / opak*	Cena jedn.netto za szt. /op.*	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu
1	<p>Zintegrowany wskaźnik chemiczny typu V do pary wodnej o wymiarach 5cm/+/-0,1cmx2cm/+/-0,1cm. Integrator chemiczny do sterylizacji parą typu 5 według normy ISO 11140-1:2014 (wymagany certyfikat niezależnej jednostki notyfikującej), przeznaczony do określania, czy zostały spełnione niezbędne warunki procesu sterylizacji – monitoruje czas, temperaturę i parę zapewniając szybkie i łatwe do odczytu wyniki. Wskaźnik wykorzystujący technologię ruchomego tuszu ze strefami kodowanymi kolorystycznie np.: „AKCEPTUJ” (zielona) i „ODRZUC” (czerwona). Bezwzględnie wymagane kolory, które gwarantują łatwe odnalezienie wskaźnika w zestawie narzędziowym.</p> <p>Wskaźnik chemiczny może być używany do monitorowania wszystkich cykli sterylizacji parowej w zakresie temperatur 121-135°C (250-275°F).</p> <p>- wielkość op. 500-1000 sztuk</p>	15 000						

**Niepotrzebne skreślić*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 9 - Kontrola wsadu

Lp.	Asortyment-parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana ilość szt. / opak*	Cena jedn.netto za szt. /op.*	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu
1	ZINTEGROWANY TEST KONTROLI WSADU DO PARY WODNEJ. Opakowanie 500szt	3000						
2	Zintegrowany test kontroli wsadu kompatybilny z przyrządem testowym Helix-PCD posiadanym przez zamawiającego firmy GKE do tlenku etylenu. Opakowanie 250 szt wraz z 1 zestawem uszczelniającym	1000						
3	Przyrząd testowy procesu do tlenku etylenu	1						
RAZEM								

**Niepotrzebne skreślić*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 10 - Materiały eksploatacyjne do kontenerów sterylizacyjnych

Lp.	Asortyment-parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana ilość szt. / opak*	Cena jedn.netto za szt. /op.*	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu
1	Plomba etykieta ze wskaźnikiem typ 1 z warstwą klejącą kompatybilną z kontenerami posiadanymi przez zamawiającego. Preferowana wielkość opakowania 1000szt	10000						
2	Plomba wykonana z tworzywa sztucznego, zabezpieczająca, potwierdzająca zamknięcie kontenera i jego niekontrolowane otwarcie	10000						
3	Olej do konserwacji narzędzi robotycznych o pojemności max. 50ml	10						
RAZEM								

**Niepotrzebne skreślić*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 11 - Czyściki do narzędzi bipolarnych i monopolarnych

Lp.	Asortyment-parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana ilość szt. / opak*	Cena jedn.netto za szt. /op.*	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy, Ilość szt. w opakowaniu
1	Jednorazowa gąbka sterylna do oczyszczania narzędzi elektrochirurgicznych monopolarnych i bipolarnych 5x5cm, z możliwością przyklejenia do podłoża. Wyrób nie może tuzszyć się podczas kontaktu ze skoagulowaną tkanką z powierzchni narzędzi. Pakowane po 100szt	1000						

**Niepotrzebne skreślić*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 12 - narzędzia kontrolujące sterylizator parowy

Lp.	Asortyment-parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana ilość szt. / opak*	Cena jedn.netto za szt. /op.*	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu
1	Jednorazowy pakiet Bowie Dick w formie gotowego pakietu zgodny z PN EN 11140-1 typ 2 <ul style="list-style-type: none"> • przeznaczony do codziennej kontroli sterylizatorów parowych, ich szczelności i zdolności penetracji parą wodną w sterylizowane materiały, • powtarzalność wyniku zapewniającym łatwe wykrycie nieefektywnego procesu. • wskaźnik o łatwej interpretacji na podstawie oceny jednoznacznej zmiany zabarwienia arkusza. • pakiet kompaktowy, efektywny i łatwy w użyciu, spełniający wymogi PN EN 11140 preferowana wielkość opakowania 6szt.	726						
2	Rejestrator danych do sterylizatorów parowych kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem rejestracji parametrów procesu typu ETS, spełniający wymogi normy PN EN ISO 544, PN-EN ISO 11140-04 potwierdzony certyfikatem niezależnej jednostki notyfikującej. Rejestrator z możliwością minimum 400 odczytów wraz z przekaźnik danych wraz z łączem USB kompatybilny z rejestratorem i oprogramowaniem posiadanym przez zamawiającego	4						
3	Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu,. Wskaźnik zapewnia ostateczny wynik po 24 min inkubacji, posiada wewnętrzny system kruszenia amputki nie wymagający użycia zewnętrznego kruszera. Kompatybilny z autoczysznikiem posiadanym przez zamawiającego firmy 3M. Na fiolce nierwająca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Etykieta łatwa do odklejenia i powtórnego wklejenia w dokumentację procesową. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA MINIMUM 24 ZESTAWY	2304						

ZP-24-072BN

4	Autoczytnik kompatybilny ze wskaźnikami biologicznymi do sterylizacji parą wodną posiadanymi przez zamawiającego(odczyt po 24 min) z 4 gniazdami	1					
RAZEM							

**Niepotrzebne skreślić*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 13 - Identyfikacja sterylizowanego pakietu

Lp.	Asortyment-parametry wymagane	Zamawiana ilość szt./opak. *	Cena jedn.netto za szt./opak. *	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu
1	Etykieta do sterylizacji ze wskaźnikiem chemicznym do pary wodnej typ I <ul style="list-style-type: none"> • kompatybilna z metkownicą alfanumeryczną trzyczęściową z możliwością zapisu informacji wzdłuż przesuwu etykiet posiadaną przez zamawiającego firmy GKE – kompatybilność etykiet potwierdzona dokumentem wydanym przez GKE • dwukrotnie przylepne z miejscami informatycznymi • W opakowaniu po 12 rolek x 750 metek + rolka tuszująca 	240					
2	Etykieta do sterylizacji ze wskaźnikiem chemicznym do pary Tlenku Etylenu typ I <ul style="list-style-type: none"> • kompatybilna z metkownicą alfanumeryczną trzyczęściową z możliwością zapisu informacji wzdłuż przesuwu etykiet posiadaną przez zamawiającego firmy GKE – kompatybilność etykiet potwierdzona dokumentem wydanym przez GKE) • dwukrotnie przylepne z miejscami informatycznymi • pakowane w opakowaniu po min 12 rolek x 750 metek + rolka tuszująca 	144					
3	Metkownica alfanumeryczna, trzyczęściowa, kompatybilna z etykietami GKE posiadanymi przez zamawiającego.	4					
4	Taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną, wykonana z impregnowanego papieru krepowanego oraz wysokiej jakości wiązany klejem wrażliwym na ciśnienie. Taśma dobrze się klei do szkła, płótna, metalu, papieru, plastiku, kartonu, włókniny. Dzięki wyraźnej zmianie kolorów identyfikuje pakiety które zostały poddane procesowi sterylizacji od tych pakietów które jeszcze nie zostały sterylizowane, o szerokości 24 mm x 50 m wzmocniona	100					
5	Taśma neutralna bez wskaźnika sterylizacji „do zamykania arkuszowej bariery sterylnej, o szerokości minimalnej 20mmx50m	180					
6	Etykiety z klipsem, wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wysokiej temperatury i preparatów dezynfekcyjnych, w różnych kolorach, preferowana wielkość opakowań po 25sztuk	300szt					

ZP-24-072BN

7	Maty silikonowe typu „ języki” odporne na działanie wysokiej temperatury i preparatów dezynfekcyjnych w rozmiarze tacy narzędziowej 30x60cm +/- 5cm	10szt					
8	Rolki tuszujące kompatybilne z metkownicami trzyczęstowymi GKE posiadanymi przez zamawiającego	50 szt					
9	Etykiety do łatwego i szybkiego znakowania, sortowania i kodowania koszy na instrumenty. Odporne na sterylizację znaczniki do koszy dostępne w pięciu kolorach i można je opisywać pisakami lub można naklejać na nich inne etykiety. Pakowane po 1000szt.	2000szt					
			RAZEM				

**Niepotrzebne skreślić*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 14 - system bariery arkuszowej

Lp.	Asortyment-parametry wymagane	Zamawiana ilość opakowań	Oferowana ilość szt. / opak*	Cena jedn.netto za szt./op.*	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu
1	Opakowanie wykonane zgodnie z aktualnymi normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn.: PN- EN ISO 11607-1,PN- EN ISO 11607-2,PN- EN 868-2 lub dokumentami równoważnymi oraz charakteryzujące się następującymi cechami i parametrami: przekładane opakowanie sterylizacyjne arkuszowe składające się z: opakowania wykonanego z połączonych warstw polipropylenu (PP) – trzy typu splątane włókna (S) oraz dwie typu stopiona warstwa przepuszczalna (M), możliwość stosowania dla opakowywania wyrobów sterylizowanych parą wodną, tlenkiem etylenu charakterystyka wytrzymałościowa: Gramatura 47 g/m, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 115 N, wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 94 N, wytrzymałość na rozdarcie wzdłużne) 56 N, wytrzymałość na rozdarcie poprzeczne) 42 N, odporność na zwilżanie wodą 470 mm H2O, przepuszczalność powietrza 0,33 m3/m2/s, oraz z zielonej włókniny wykonanej z celulozy wzmocnionej włóknem syntetycznym o parametrach: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,177 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 1,5 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,1 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,95 kN/m w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,7 kN/m, wydłużenie do zerwania w kierunku walcowania min 8 % w kierunku poprzecznym min 12 % gramatura nominalna 52 g/m2 ± 5% , wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż w kierunku walcowania 1000 mN ,w kierunku poprzecznym, 1100 mN, wytrzymałość na zwilżanie wodą powyżej 300 mm H2O Załączyć potwierdzenie powyższych parametrów w postaci karty charakterystyki wytrzymałościowej wydanej przez producenta.							
A	100cmx100cm	10						
2	Papier miękki wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn.: PN- EN ISO 11607-1, PN-EN ISO 11607-2:2019, PN- EN 868-2 lub dokumentami równoważnymi. oraz oprócz tego charakteryzujący się następującymi parametrami: celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona i mikrorepowana - włókno celulozy uszczelnione lateksem o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków ≤ 0,018%, zawartość siarczanów ≤ 0,016 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,7 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,2 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 180 kPa na sucho i 105 kPa na mokro, gramatura nominalna 60 g/m2 ± 5% (PN EN 868-2). Charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z aktualnie obowiązującą normą.							
A	60cmx60cm	4						
B	75cmx75cm	4						
3	Biała i niebieska włóknina zgrzana techniką ultradźwiękową zapewniające wytrzymałą i pewną barierę mikrobiologiczną Włókniny w postaci połączonych warstw: polipropylenowe(PP) – trzy typu splątane włókna (S) oraz dwie typu stopiona warstwa przepuszczalna (M) tworzące strukturę SSMMMS, wykonane zgodnie z aktualnymi normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych tzn.: PN-EN ISO 11607-1, PN-EN ISO 11607-2, PN-EN 868-2 lub dokumentami równoważnymi oraz oprócz tego charakteryzujące się następującymi cechami i parametrami (minimalnym) : możliwość stosowania dla opakowywania wyrobów sterylizowanych parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem lub plazmą, Gramatura 47 g/m, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 93 N, wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 78 N, wytrzymałość na rozdarcie wzdłużne) 44 N, wytrzymałość na rozdarcie poprzeczne) 36 N, odporność na zwilżanie wodą 450 mm H2O, przepuszczalność powietrza 0,35 m3/m2/s. Potwierdzenie powyższych parametrów w postaci karty charakterystyki wytrzymałościowej wydanej przez producenta.							
A	120cmx120cm	10						

ZP-24-072BN

4	Połączone warstwy polipropylenowe(PP) – trzy typu splątane włókna (S) oraz dwie typu stopiona warstwa przepuszczalna (M) tworzące strukturę, zapewniające wytrzymałość i pewną barierę mikrobiologiczną wykonane zgodnie z aktualnymi normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych tzn.: PN-EN ISO 11607-1, PN-EN ISO 11607-2, PN-EN 868-2 lub dokumentami równoważnymi oraz oprócz tego charakteryzujące się następującymi cechami i parametrami: kolor niebieski, możliwość stosowania dla opakowywania wyrobów sterylizowanych parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem lub plazmą, możliwość stosowania, gdy wymagana jest konieczność użycia szczególnie wytrzymałego opakowania. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa: Gramatura 47 g/m, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 115 N, wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 94 N, wytrzymałość na rozdarcie wzdłużne) 56 N, wytrzymałość na rozdarcie poprzeczne) 42 N, odporność na zwilżanie wodą 470 mm H ₂ O, przepuszczalność powietrza 0,33 m ³ /m ² /s, potwierdzenie powyższych parametrów w postaci karty charakterystyki wytrzymałościowej wydanej przez producenta, kolor niebieski.							
A	100cmx100cm	5						
B	120cmx120cm	10						
					RAZEM			

**Niepotrzebne skreślić*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 15 - system bariery sterylnej do ciężkich zestawów narzędziowych

Lp.	Asortyment-parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jedn.netto za szt.	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy
1	Opakowania do sterylizacji i przechowywania zestawów narzędziowych, stanowiące barierę mikrobiologiczną. Przeznaczone do sterylizacji parą wodną, nadtlenkiem wodoru, tlenkiem etylenu. Wykonane z polyolefinu o gramaturze 93g/m2 (eliminacja ryzyka pylenia) Szerokość podana w centymetrach, długość na każdej rolce 70 metrów						
2	47 cm	12					
3	52 cm	12					
4	58 cm	12					
RAZEM							

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 16 - oprzyrządowanie do dekontaminacji wyrobów medycznych

Lp.	Asortyment-parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana ilość szt. / opak*	Cena jedn.netto za szt. /op.*	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu
1	Kosze zamykane, wykonane ze stali nierdzewnej, z przeznaczeniem do mycia-dezynfekcji drobnych elementów, oczka w rozmiarach podanych w milimetrach 1,6x1,6x0,7 w rozmiarze 275mmx200mmx35mm	3						
2	Kosze zamykane, wykonane ze stali nierdzewnej, z przeznaczeniem do mycia-dezynfekcji drobnych elementów, oczka w rozmiarach podanych w milimetrach 0,5x0,5x0,3 w rozmiarze 240mmx120mmx60mm	3						
3	Podkładki czyszczące cienkie do usuwania skoagulowanej tkanki, plam, rdzy w wymiarze 150mmx100mm. Preferowana wielkość opakowania po 3 szt.	36						
4	Taca sterylizacyjna siatkowa z uchwytami rozmiar 290/-40mmx250mmx60 mm/- ułatwia transport, magazynowanie oraz dezynfekcję narzędzi chirurgicznych, wyprodukowana z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304. Ściany pojemnika wykonane ze sztywnej perforowanej stali lub utkane z metalowej siatki, dno wykonane z utkanej metalowej siatki; odporny na działanie wysokich temperatur pary wodnej czy kwasów. Całość tacy poddana elektropolerowaniu, eliminując wszelkie nierówności lub ostre zakończenia.	20						
RAZEM								

**Niepotrzebne skreślić*

**OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy
Siedziba
REGON NIP
Tel.
Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym
Tel e-mail
Osoba upoważniona do podpisania umowy :

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia w postępowaniu w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę sprzętu do Centralnej Sterylizatorni oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

Pakiet nr*

Cena bez podatku VAT.....zł	
podatek VAT%	zł
Cena z podatkiem VAT	zł
Słownie:	zł

Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- 1) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
- 2) Oświadczamy, że należymy do grupy **mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw³**
- 3) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
- 4) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ
- 5) **Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):**
 - Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 - Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

.....

.....

.....

Lp.	Rodzaj informacji	Strony w ofercie	
		od numeru	do numeru

- 6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO
- 7) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
- 8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO ¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
- 9) Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do **powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego** zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale II podrozdziale 10 SWZ:
Tak¹ powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył²
Nie³.
- 10) Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać **sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia**²: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę Nazwa i adres podwykonawcy³

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO ¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usuniecie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

UMOWA CRU/DZA/...../2024 - PROJEKT

Zawarta w Katowicach pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

z siedzibą: 40-027 Katowice ul. Francuska 20 – 24

NIP: 954 22 70 611

który reprezentuje :

1. Dyrektor – dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

.....

z siedzibą:

NIP :..... REGON :

zwanym w treści umowy „ Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w trybie podstawowym została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu do Centralnej Sterylizatorni określonego ilościowo i asortymentowo w załączniku nr 1 do umowy.
2. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze specyfikacją warunków zamówienia.
3. Umowa zawarta na czas określony 12 miesięcy od do
4. W przypadku niskiego wykorzystania ilościowego przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu obowiązywania umowy określonego w pkt.3 maksymalnie o 3 miesiące.
5. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie **5 dni** roboczych od dnia złożenia zamówienia. Strony ustalają, iż dostawa następować będzie na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego drogą faksową, telefonicznie lub środkami komunikacji elektronicznej, szczegółowo określających ilości towaru. Dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 14.00. w dni robocze.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania Zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. Zamawiający przewiduje ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym dla nie więcej niż 30 % z zakresu określonego w załączniku nr 1 do umowy.

§ 2

Warunki dostawy i realizacji umowy

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. Nr 2022, poz.974 z późn. zm)- *o ile dotyczy* oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
3. Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego przypadkowemu uszkodzeniu i oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości przedmiotu dostawy.
4. Termin ważności przedmiotu umowy nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczony tylko w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
6. Wykonawca zobowiązuje się - pod rygorem zapłaty kar umownych, o których mowa w § 4 pkt.1:
 - a) realizować zamówienia terminowo;
 - b) wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;

ZP-24-072BN

- c) dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy.
7. Za dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca wystawi fakturę VAT. Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury VAT oddzielnie do siedziby Zamawiającego, niezwłocznie po dostawie przedmiotu zamówienia.
 8. Wykonawca, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że posiada/nie posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy w związku z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.U.E.L Nr 187, str. 1 ze zm.).
 9. Zamawiający, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy w związku z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.U.E.L Nr 187, str. 1 ze zm.).

§ 3

Warunki płatności

1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 wynosi netto zł plus należny podatek VAT% . Razem: zł brutto (słownie: zł), w tym:
Pakiet nr zł brutto
Pakiet nr zł brutto
2. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy.
3. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni od daty dostawy zamówionej partii przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury.
4. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na stronie: <https://efaktura.gov.pl>
6. W okresie obowiązywania Umowy i do momentu otrzymania ostatnich płatności wynikających z Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia rachunku rozliczeniowego podawanego na fakturach do wykazu prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (dalej: „biała lista”) i do nie wykreślenia tego rachunku z białej listy.
7. Wykonawca oświadcza, iż w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia w zamian za realizację przedmiotu Umowy jest on rzeczywistym właścicielem należności, tj. w szczególności Wykonawca:
 - a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części, oraz
 - b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi, oraz
 - c) otrzymuje ww. wynagrodzenie w związku z prowadzoną przez siebie rzeczywistą działalnością gospodarczą w kraju swojej siedziby lub miejsca zamieszkania.

§ 4

Kary umowne i odsetki

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminach określonych odpowiednio w § 1 pkt 3 i § 2 pkt 6 lit b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia netto określonego w § 3 pkt 1– za każdy dzień zwłoki z tym, że łączna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy. Kary umowne potrącane będą z bieżących należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części umowy.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 30 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 1. Kary umowne potrącane będą z bieżących należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

ZP-24-072BN

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
5. W przypadku zwłoki w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
6. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie jeśli nastąpiła, zachowując prawo do roszczenia o naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia.
7. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych w sposób, o którym mowa w pkt 3, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.

§ 5

Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną w § 4 pkt 2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności: niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 1 pkt 3 niniejszej umowy bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków określonych w § 2 pkt 6 lit. b niniejszej umowy.

§ 6

Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju swojej rezydencji (tj. państwie siedziby lub miejsca zamieszkania wskazanym w komparycji umowy), w szczególności:
 - a) posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 - b) nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
 - c) zachowuje współmierność między zakresem prowadzonej działalności a faktycznie posiadanym lokalem, personelem lub wyposażeniem;
 - d) zawiera porozumienia zgodne z rzeczywistością gospodarczą mające uzasadnienie gospodarcze i nie będące w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi Wykonawcy;
 - e) samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.
2. Według najlepszej wiedzy Wykonawca oświadcza również, że: otrzymywane płatności nie będą służyć – pośrednio lub bezpośrednio – finansowaniu podlegających odliczeniu wydatków powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych poprzez transakcję lub serię transakcji między przedsiębiorstwami powiązаныmi lub zawartymi w ramach uzgodnienia strukturalnego, w rozumieniu Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. (tekst skonsolidowany na 01.01.2020r.).
3. W przypadku jakichkolwiek zmian wyżej wymienionych okoliczności przedstawionych w pkt 1 i 2 i utraty aktualności złożonych oświadczeń, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że w przypadku zgłoszenia przez organy podatkowe państwa rezydencji Zamawiającego żądania wykazania prawdziwości wskazanych wyżej oświadczeń, Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i na jego prośbę przedstawi odpowiednie dowody potwierdzające fakty powyżej wskazane.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I KLAUZULA ZACHOWANIA POUFNOŚCI

1. W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca:
 - 1) zapewnia przestrzegania zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
 - 2) ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których mowa w pkt 1;

ZP-24-072BN

- 3) zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umowy;
 - 4) zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych Zamawiającego o stwierdzeniu prób lub faktów naruszenia poufności przetwarzanych danych osobowych;
 - 5) w przypadku stwierdzenia zdarzeń, o których mowa w pkt 5, zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu prowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych;
 - 6) zobowiązuje się po zakończeniu realizacji Umowy, zwrócić Zamawiającemu - oraz Inspektorowi Ochrony danych Osobowych, wszelkie zbiory danych osobowych, zarówno te w formie papierowej, jak i elektronicznej, które zostały przekazane przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść Umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, Przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

§ 8

ZMIANY WYNAGRODZENIA

1. W związku z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp Strony przewidują następujące zasady zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia Wykonawcy, w zakresie cen jednostkowych asortymentu, określonych, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia w przypadku:
 - a) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w ramach danego pakietu, z tym zastrzeżeniem, że:
 - a) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, o których mowa w pkt 1, uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia Strony ustalają na poziomie 25% (zmiana ceny/kosztu o 25% w stosunku do ceny/kosztu z dnia zawarcia Umowy)
 - b) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
 - c) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 30 % w stosunku do wartości pierwotnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy;
 - d) zmiana może być dokonana nie częściej niż po upływie 6 miesięcy od daty dokonania poprzedniej zmiany, a w przypadku pierwszej zmiany nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty złożenia oferty, na podstawie której zawarto niniejszą Umowę;
 - e) maksymalna wartość zmiany cen jednostkowych asortymentu dokonana na podstawie okoliczności, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 10 % cen jednostkowych określonych w Umowie – w skali 12 miesięcy i kolejnych 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy;
 - f) maksymalna wartość zmiany cen jednostkowych asortymentu, dokonana na podstawie okoliczności, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 25 % cen jednostkowych określonych pierwotnie w Umowie – w okresie obowiązywania Umowy
 - b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym ceny netto Przedmiotu Umowy pozostają bez zmian, a stosownej zmianie ulegają ceny brutto, odpowiedniej zmianie ulega również całkowita wartość Przedmiotu Umowy brutto określona § 3 ust. 1 Umowy;
 - c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 - d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 - e) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany, o których mowa w pdpkt. 2)- 5)te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2 pdpkt 2) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, przy czym wysokość całkowita wartość Przedmiotu Umowy netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie w drodze aneksu podlegać będzie wysokość całkowitej wartość Przedmiotu Umowy brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki VAT.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 2 pdpkt 3) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków

dowodowych wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu do Umowy jednak o kwotę nie większą niż 50% wzrostu kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę, wynikających ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 2 pdpkt 4) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na podwyższenie kosztów wykonania Umowy w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu do Umowy jednak o kwotę nie większą niż 50% wzrostu kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę, wynikających ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 2 pdpkt 5) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia, w tym wpływ zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na podwyższenie kosztów wykonania Umowy w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt. 2 pdpkt 5), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu, do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w ust. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 5, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów bezpośrednio związanych z realizacją Przedmiotu Umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę.
7. Zamawiający po dokonaniu analizy wniosków, o których mowa w pkt 3-6, wyznacza datę negocjacji w celu ustalenia ostatecznej wysokości zmiany wynagrodzenia.
8. Zmiana Umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie wejścia w życie przepisów stanowiących zmianę, o której mowa w pkt. 2 pdpkt 1) lub po dacie zawarcia aneksu do Umowy w przypadku zmian, o których mowa w pkt. 2 pdpkt 2)-5).
9. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt. 2 pdpkt 2)- 5), na koszty wykonania Umowy należy do Wykonawcy, pod rygorem odmowy wyrażenia zgody na zmianę przez Zamawiającego.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 2 pdpkt 1), z wnioskiem o zmianę Umowy, na zasadach określonych w pkt. 2, może wystąpić Zamawiający.

§ 8 ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w przypadku:
 - 1) zmiany numeru katalogowego produktu i sposobu konfekcjonowania, w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany (udoskonalony produkt) co nie może skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem ceny jednostkowej i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego;
 - 2) zmianę nazwy handlowej produktu przy zachowaniu jego parametrów,
 - 3) zakończenia produkcji, wycofania z rynku lub czasowej niedostępności na rynku przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - w takim przypadku dopuszcza się zmianę na inny nowy produkt pod warunkiem, że będzie miał takie same lub lepsze parametry w porównaniu z określonymi w SWZ.

ZP-24-072BN

Aby wprowadzić taką zmianę w umowie Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu zaistnienie wszystkich powyżej określonych przesłanek tj.

- proponowany nowy produkt jest zgodny z SWZ
- brak produktu umowy nie wynika z winy Wykonawcy.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Obniżenie cen jednostkowych i wartości umowy jest dopuszczalne.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art.54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności.
2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
3. W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Katowicach.
5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że każda ze Stron może podpisać Umowę, według swojego wyboru, zarówno poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na papierowym egzemplarzu obejmującym treść Umowy, jak również poprzez naniesienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, na pliku cyfrowym w formacie pdf, obejmującym treść niniejszej Umowy, niezależnie od formy podpisu drugiej Strony. W przypadku, gdy Umowa zostanie podpisana w formie elektronicznej przez którąkolwiek ze Stron, podpisany w ten sposób plik cyfrowy obejmujący treść Umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu na e-mail.
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego – dotyczy umowy w formie papierowej.
7. Integralną część niniejszej umowy stanowi Formularz asortymentowo-cenowy Wykonawcy oraz klauzula RODO.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24;
- W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy: iod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w postępowaniu na **dostawę sprzętu do Centralnej Sterylizatorni, znak sprawy: ZP-24-072BN** prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) - dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych³;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO⁴;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

³ **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

⁴ **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zamawiający:
SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę sprzętu do Centralnej Sterylizatorni, znak sprawy: ZP-24-072BN** prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą :

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)⁵ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

⁵ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

PODPIS WYKONAWCY

UWAGA:

Poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

Zamawiający:
SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:*

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE
O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1
USTAWY PZP**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawę sprzętu do Centralnej Sterylizatorni, znak sprawy: ZP-24-072BN**, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp i art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.