

Centrum Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOWYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

zestaw nr 1

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.54.2025.MR na dostawę wytrząsarki laboratoryjnej typu vortex z akcesoriami dla Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ przesłany do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie wytrząsarki typu vortex nie posiadającej certyfikatu IP oraz parametrze ruchu obrotowego o amplitudzie = 4,0mm?	Zamawiający nie dopuszcza.

SPECJALISTA ADMINISTRACYJNY
ds. zamówień publicznych
mgr Małgorzata Rothe
Z poważaniem