



Znak sprawy: DZA.381.3.2.2024

**Do wszystkich  
Wykonawców**

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm) – na **dostawę wyrobów medycznych**.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 27 wymaga testów do użytku profesjonalnego, nie do self-testingu?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie wymaga testów do użytku profesjonalnego.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby minimalny termin dostaw w kryterium oceny ofert wynosił 24-48 godzin?

Uzasadnienie: dostawa w 24 godziny dla wielu oferentów jest niemożliwy do dotrzymania ze względu na procedury logistyczne. Terminy 24 godzinne są stosowane przy dostawach leków. Waga kryterium terminu dostawy wynosi aż 40% i jest to bardzo duża ilość pkt w kryterium pozacenowym. Uniemożliwia to dostęp do zamówienia wszystkim zainteresowanym na równych

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących kryterium oceny ofert – Termin dostaw częściowych.

**Pytanie 3**

**Pakiet 20 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody EKG dla dorosłych o wymiarach 30mm x 44mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza elektrody EKG dla dorosłych o wymiarach 30mm x 44mm.

**Pytanie 4**

**Pakiet 20 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody EKG do Holtera o wymiarach 55mm x 40mm.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza elektrody EKG do Holtera o wymiarach 55mm x 40mm.

**Pytanie 5**

**Pakiet 20 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody EKG do Holtera z wycięciem/ otworkiem na mocowanie kable bez przecięcia boku.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza elektrody EKG do Holtera z wycięciem/ otworkiem na mocowanie kable bez przecięcia boku.

**Pytanie 6**

**Projekt umowy par.5 pkt.1d**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 5 ust. 1d projektu umowy zamiast zwrotu „kwoty wynagrodzenia netto za daną część zamówienia określonego w par 3 ust.1 niniejszej umowy” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisu §5 ust 1 lit. d) Wzoru Umowy.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający w pakiecie 11 w pozycji 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:

Worek laparoskopowy do wyciągania fragmentów tkanek i struktur podczas zabiegów laparoskopowych o średnicy troakaru 10 mm, otwierany automatycznie z możliwością manewrowania lub wysuwane za pomocą narzędzia, o pojemności: 800ml?



**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza w pakiecie 11 poz. 2 worka laparoskopowego o pojemności: 800 ml

**Pytanie 8**

**Pakiet 1. Poz. 1**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi, w którym komora kroplowa wykonana jest z bezpiecznego PCV.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza komorę kroplową wykonaną z bezpiecznego PCV.

**Pytanie 9**

**Pakiet.1 poz. 1**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi na którym znajduje się logo identyfikującym wyrób na zaciskaczu rolkowym.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania krwi na którym znajduje się logo producenta identyfikujące wyrób, na zaciskaczu rolkowym.

**Pytanie 10**

**Pakiet.1 poz. 1**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi, który nie posiada opaski lub gumki stabilizującej dren.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania krwi, który nie posiada opaski lub gumki stabilizującej dren.

**Pytanie 11**

**Pakiet.1 poz. 2**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi na którym znajduje się logo identyfikującym wyrób na zaciskaczu rolkowym.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania krwi na którym znajduje się logo producenta identyfikujące wyrób na zaciskaczu rolkowym.

**Pytanie 12**

**Pakiet 1 poz. 3**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu zgodnego z opisem:  
Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)

- ✓ Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta
- ✓ Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary
- ✓ Objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu
- ✓ Długość drenu: 180 cm  
Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie
- ✓ Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu. Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren.  
Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.  
Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).  
Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłoń, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych.  
Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta.  
Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza przyrządu opisanego w pytaniu.





**Pytanie 13**

**Pakiet 1 poz. 4**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jednorazowego użytku o pojemności 1 ml do insuliny z niebieskim kontrastującym tłokiem

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawki jednorazowego użytku o pojemności 1 ml do insuliny z niebieskim kontrastującym tłokiem.

**Pytanie 14**

**Pakiet 1 poz. 5**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jednorazowego użytku o pojemności 1 ml do tuberkuliny z niebieskim kontrastującym tłokiem

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawki jednorazowego użytku o pojemności 1 ml do tuberkuliny z niebieskim kontrastującym tłokiem.

**Pytanie 15**

**Pakiet 1 poz. 5**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jednorazowego użytku o pojemności 1 ml do tuberkuliny ze skalą 0,01 ml

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawki jednorazowego użytku o pojemności 1 ml do tuberkuliny ze skalą 0,01 ml.

**Pytanie 16**

**Pakiet 1 poz. 6**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 częściowej 2 ml bez rozszerzenia

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza strzykawki 2 częściowej 2 ml bez rozszerzenia.

**Pytanie 17**

**Pakiet 1 poz. 6**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 częściowej 2 ml z rozszerzeniem do 3ml

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawki 2 częściowe 2 ml z rozszerzeniem do 3ml.

**Pytanie 18**

**Pakiet 1 poz. 6**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 częściowej 2 ml z tłokiem w kolorze niebieskim

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawki 2 częściowe 2 ml z tłokiem w kolorze niebieskim.

**Pytanie 19**

**Pakiet 1 poz. 7**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3 częściowej o pojemności 3 ml z tłokiem w kolorze mlecznym.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawki 3 częściowe o pojemności 3 ml z tłokiem w kolorze mlecznym.

**Pytanie 20**

**Pakiet 1 poz. 7**

Proszę Zamawiającego o odstąpienie od wymogu kodowania kolorystycznego opakowania handlowego, w przypadku odmowy prosimy o uzasadnienie medycznego wyjaśnienia.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza opakowania handlowe bez kodowania kolorystycznego.

**Pytanie 21**

**Pakiet 1 poz. 8**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 częściowej 5 ml bez rozszerzenia

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza strzykawki 2 częściowej 5 ml bez rozszerzenia.



**Pytanie 22**

**Pakiet 1 poz. 8**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 częściowej 5 ml z rozszerzeniem do 6ml

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawki 2 częściowe 5 ml z rozszerzeniem do 6ml.

**Pytanie 23**

**Pakiet 1 poz. 8**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 częściowej 2 ml z tłokiem w kolorze niebieskim

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza strzykawki 2 częściowej 2 ml z tłokiem w kolorze niebieskim.

**Pytanie 24**

**Pakiet 1 poz. 9**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3 częściowej o pojemności 5 ml z tłokiem w kolorze mlecznym.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawki 3 częściowe o pojemności 5 ml z tłokiem w kolorze mlecznym.

**Pytanie 25**

**Pakiet 1 poz. 9**

Proszę Zamawiającego o odstąpienie od wymogu kodowania kolorystycznego opakowania handlowego, w przypadku odmowy prosimy o uzasadnienie medycznego wyjaśnienia.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza opakowania handlowe bez kodowania kolorystycznego.

**Pytanie 26**

**Pakiet 1 poz. 9**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3 częściowej o pojemności 5 ml z rozszerzeniem do 6ml

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawki 3 częściowe o pojemności 5 ml z rozszerzeniem do 6ml.

**Pytanie 27**

**Pakiet 1 poz. 10**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 częściowej 10 ml bez rozszerzenia

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza strzykawki 2 częściowej 10 ml bez rozszerzenia.

**Pytanie 28**

**Pakiet 1 poz. 10**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 częściowej 2 ml z tłokiem w kolorze niebieskim

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza strzykawki 2 częściowej 2 ml z tłokiem w kolorze niebieskim.

**Pytanie 29**

**Pakiet 1 poz. 10**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 częściowej 10 ml z rozszerzeniem do 12ml

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawki 2 częściowe 10 ml z rozszerzeniem do 12ml.

**Pytanie 30**

**Pakiet 1 poz. 10**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 częściowej 10 ml ze skalą 0,2 ml

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawki 2 częściowe 10 ml ze skalą 0,2 ml.

**Pytanie 31**

**Pakiet 1 poz. 11**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3 częściowej o pojemności 10 ml z tłokiem w kolorze mlecznym.





**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawki 3 częściowe o pojemności 10 ml z tłokiem w kolorze mlecznym.

**Pytanie 32**

**Pakiet 1 poz. 11**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3 częściowej o pojemności 10 ml z rozszerzeniem do 12ml

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawki 3 częściowe o pojemności 10 ml z rozszerzeniem do 12ml.

**Pytanie 33**

**Pakiet 1 poz. 11**

Proszę Zamawiającego o odstąpienie od wymogu kodowania kolorystycznego opakowania handlowego, w przypadku odmowy prosimy o uzasadnienie medycznego wyjaśnienia.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza opakowania handlowe bez kodowania kolorystycznego.

**Pytanie 34**

**Pakiet 1 poz. 12**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 częściowej 20 ml bez rozszerzenia

**Wyjaśniamy:**

Zamawiającego nie dopuszcza strzykawki 2 częściowej 20 ml bez rozszerzenia.

**Pytanie 35**

**Pakiet 1 poz. 12**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 częściowej 20 ml z rozszerzeniem do 24 ml

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawki 2 częściowe 20 ml z rozszerzeniem do 24 ml.

**Pytanie 36**

Pakiet 1 poz. 13

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do pomp 50 ml z białym kontrastującym tłokiem

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawkę z białym, kontrastującym tłokiem.

**Pytanie 37**

Pakiet 1 poz. 15

Proszę Zamawiającego o odstąpienie od wymogu kodowania kolorystycznego opakowania handlowego, w przypadku odmowy prosimy o uzasadnienie medycznego wyjaśnienia.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza opakowania handlowe bez kodowania kolorystycznego.

**Pytanie 38**

**Pakiet nr 5 poz. 1**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego zgodnego z opisem:

POJEDYNCZY ZAWÓR BEZIGŁOWY z drenem

- objętość wypełnienia 0,35 ml
- Dren wykonany z PUR, długość drenów 3,0 cm, o średnicy Ø wew. 1,1 mm, zew. 2,35 mm
- Długość całego zestawu około 9,5 cm
- Szybkość przepływu 143 ml/min
- Kompatybilny z MRI
- pozwala na wielokrotne podawanie leku bez wycieku
- Prosty tor przepływu
- pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami
- Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa
- Posiada zaciskacz na drenie
- Możliwość używania przez minimum 7 dni, ilość aktywacji 500 razy
- Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami
- Możliwość podawania krwi i tłuszczów, chemioterapeutyków

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza łącznika bezigłowego o parametrach jak w pytaniu.







**Pytanie 39**

**Pakiet nr 5 poz. 1**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego zgodnego z opisem:

- membrana silikonowa
- prosty tor przepływu
- długość robocza zaworu 2 cm
- Długość całkowita 3 cm.
- możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść
- możliwość podania krwi tłuszczów chemioterapeutyków
- bez metalowych elementów
- **objętość wypełnienia 0,085 ml**
- **przepływ 320 ml/min (1m ciśnienie wody)**
- Przepływ **uzyskany w mankiecie ciśnieniowym wynosi 645 ml/min**
- Ciśnienie płynu iniekcyjnego (wlewanego) 4 Ba, czyli 58 PSI
- ciśnienie zwrotne 2 Ba, czyli 29 PSI
- Wytrzymałość zaworu na ciśnienie 24 Ba

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza łącznika bezigłowego o parametrach jak w pytaniu.

**Pytanie 40**

**Pakiet nr 5 poz. 2**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego zgodnego z opisem

- membrana silikonowa
- prosty tor przepływu
- możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść
- możliwość podania krwi tłuszczów chemioterapeutyków
- bez metalowych elementów
- **objętość wypełnienia 0,085 ml**
- **przepływ 320 ml/min (1m ciśnienie wody)**
- Przepływ **uzyskany w mankiecie ciśnieniowym wynosi 645 ml/min**
- Ciśnienie płynu iniekcyjnego (wlewanego) 4 Ba, czyli 58 PSI
- ciśnienie zwrotne 2 Ba, czyli 29 PSI
- Wytrzymałość zaworu na ciśnienie 24 Ba

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza zaworu bezigłowego o parametrach jak w pytaniu.

**Pytanie 41**

**Pakiet nr 5 poz. 3**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie koreczka luer lock z trzpieniem poniżej.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza koreczka luer lock z trzpieniem poniżej.

**Pytanie 42**

**Pakiet 21**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie sigmoidoskopu o średnicy wewnętrznej 19,6 mm.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza sigmoidoskop o średnicy wewnętrznej 19,6 mm.

**Pytanie 43**

**Pakiet 21**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie proktoskopów o długości roboczej 90 mm, przestrzeń operacyjna 32 mm x 75 mm.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza proktoskopów o długości roboczej 90 mm, przestrzeń operacyjna 32mm x 75mm.

**Pytanie 44**

**Pakiet 21**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie proktoskopów o długości roboczej 90 mm, przestrzeń operacyjna 22 mm x 75 mm.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza proktoskopów o długości roboczej 90 mm, przestrzeń operacyjna 22mm x 75mm.



#### Pytanie 45

##### Pytania do pakietu 6

Pytanie 1 Zamawiający w pakiecie 2 umieścił przedmioty o różnej tożsamości i przeznaczeniu. Czy Zamawiający w celu umożliwienia składania ofert konkurencyjnych wydzieli pozycję 1 do oddzielnego pakietu lub umożliwi składanie ofert na wybrane pozycje w pakiecie 6?

Pytanie 2 do pozycji 1 Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny:

port w całości wykonany z tworzywa wysokosprawnego- korpus portu i element ustalający są wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczonego do implantów medycznych (polisulfon), 8F z cewnikiem o dł. 63 cm, poliuretanowym, z komorą zapobiegającą powstawaniu skrzeplin (bez martwych stref), wycięcia w podstawie poru ( ułatwienie dla personelu przy obsłudze portu) , 3 otwory mocujące wypełnione silikonem, Waga portu : 4,9g, Wysokość portu : 12.1mm Podstawa 26.7 mm , średnica membrany 12,7 mm – wyposażenie : mechanizm mocujący cewnik igła tępa , igła Hubera zakrzywiona 22 g, Igła prosta 22 g , igła wprowadzająca 18 G , rozrywalna koszulka , prowadnica



Możliwość podawania kontrastu PSI do 300, grawer CT w podstawie portu w celu łatwiejszej lokalizacji

- Maksymalna ilość wkłuc: igły 19/20G - 1000 wkłuc, igły 22G - 1500 wkłuc,
- Pacjent z portem może być skutecznie skanowany w systemie MR w następujących warunkach: statyczne pole magnetyczne 1,5 Tesla(1,5T), 3- Tesla (3T), 7- Tesla (7T), maksymalny przestrzenny gradient pola 4500G/cm(45T/m)
- W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

##### Wyjaśniamy:

Ad. 45 Pytanie 1 - Zamawiający nie wydzielił pozycji 1 do oddzielnego pakietu i nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w pakiecie 6.

Ad. 45 Pytanie 2 – Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu

#### Pytanie 46

##### Pytania do pakietu 12

Pytanie 1 Zamawiający w pakiecie 12 umieścił przedmioty o różnej tożsamości i przeznaczeniu. Czy Zamawiający w celu umożliwienia składania ofert konkurencyjnych wydzielił pozycje 41 i 42 do oddzielnego pakietu lub umożliwi składanie ofert na wybrane pozycje w pakiecie 12?

##### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wydzielił pozycji 41 i 42 do oddzielnego pakietu i nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w pakiecie 12.

#### Pytanie 47

##### Pytania do pakietu 12

Pytanie 2 do pozycji 41 i 42 Czy Zamawiający dopuści cewniki bez parametru: możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania przy użyciu EKG? Zapis ten stanowi jedynie ograniczenie konkurencji. Wszystkie szanujące się firmy ceniące sobie zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta nie zalecają tej metody, a pozostanie przez Zamawiającego przy takim rozwiązaniu nie ma uzasadnienia medycznego. EKG wewnątrz przedśionkowe nie jest wiarygodną metodą pozycjonowania cewników do lewej żyły szyjnej wewnętrznej, nie wykrywa połączenia między żyłą główną górną a prawym przedśionkiem. Nie jest to wiarygodna metoda potwierdzania pozycji lewostronnych CVC.

(źródło: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007091217366643> Brytyjski Dziennik Anestezjologii) Zamawiający jednocześnie nie wskazał do jakiego urządzenia EKG, w posiadaniu którego jest Zamawiający dedykowany jest kabelek, prosimy o podanie typu kabla o jaki chodzi zamawiającemu.

##### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 41 i 42 cewnika bez możliwości kontroli cewnika w trakcie zakładania przy użyciu EKG. Zamawiający nie oczekuje dostarczenia kabla.




### Pytanie 48

#### Pytania do pakietu 12

Pytanie 3 do pozycji 41 i 42 Czy Zamawiający dopuści cewniki centralne bez możliwości użycia metody kontroli EKG wykonane z poliuretanu nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich. Końcówka cewnika ma kształt stożkowy i jest pokryta bardziej miękkim materiałem. Linia ta obejmuje kodowane kolorystycznie, w skład zestawu wchodzi: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz z powłoką hydrofilną aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania, przewodnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta, strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórne 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalp.

Dla pozycji 41 cewnik dł. 20cm 7F o średnicy kanałów 14/18G

Dla pozycji 42 cewnik dł. 20cm 7F o średnicy kanałów 14/18/18G




#### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 41 i 42 produktu opisanego w pytaniu.

### Pytanie 49

#### pyt. 1 . Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10?

Siatkę do sakrokolpopeksji, do korekcji zaburzeń narządu płciowego metodą laparoskopową, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: grubość: 0,34 mm, gramatura 45 /m 2, porowatość 55-65%, wielkość porów: 1 x 1,25 mm. Implant o całkowitej długości ok. 180mm, szerokości ramion ok. 25mm (+/- 0,5mm). Dolne ramiona zaokrąglone. Górne ramiona ścięte na długości 25mm pod kątem 45 stopni.



cena katalogowa: 500 zł netto

*Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej.*

*Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.*

*Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.*

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza siatki do sakrokolpopeksji opisaną w pytaniu.





#### Pytanie 50

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1 pkt. a), b), c), d):

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) w wysokości 0,5 % wartości netto danego zamówienia częściowego za każdy rozpoczęty **dzień** zwłoki w zrealizowaniu dostawy częściowej, względem terminu w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanej w terminie częściowej dostawy**
  - b) w wysokości **0,5 %** wartości netto **niedostarczonych lub wadliwych Produktów** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 3 umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonych lub wadliwych Produktów**
  - c) w wysokości **10 %** wartości netto niedostarczonych lub wadliwych Wyrobów medycznych - za każdy przypadek, w którym konieczny był zakup Wyrobów medycznych od podmiotu trzeciego w okolicznościach wskazanych w §4 ust. 6 umowy.
  - d) w wysokości 10% kwoty **niezrealizowanej części** wynagrodzenia netto za daną część zamówienia (pakiet) określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku gdy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę dojdzie do odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisu §5 ust 1 lit. a), b), c), d) Wzoru Umowy.

#### Pytanie 51

Czy w związku ze zmianą u Producenta Zamawiający w pakiecie nr 7 pozycja 12 dopuści zaoferowanie aktualnie dostępnych na rynku klipsów tytanowych średnio-dużych o wymiarach przed zamknięciem 5,5mm i 8,8mm po zamknięciu, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aktualnie dostępnych na rynku klipsów tytanowych średnio-dużych o wymiarach przed zamknięciem 5,5mm i 8,8mm po zamknięciu, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

#### Pytanie 52

Dotyczy Pakiet 4 poz 15 Czy Zamawiający dopuści Zgłębnik gastrostomijny typu ENFit w rozmiarach 10,14,18 reszta parametrów zgodna z SWZ?

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuści Zgłębnik gastrostomijny typu ENFit w rozmiarach 10, 14, 18 reszta parametrów zgodna z SWZ.

#### Pytanie 53

Dotyczy Pakiet 4 poz 27 Czy Zamawiający dopuści aspiratory konfekcjonowane po 25 sztuk, reszta parametrów zgodnie z SWZ?

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuści aspiratory konfekcjonowane po 25 sztuk.

#### Pytanie 54

**Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ pakiet 32** Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak poprawnie wypełnić formularz asortymentowo-cenowy zgodnie z instrukcją umieszczoną pod tabelą. W obecnej formie wypełniając w/w formularz zgodnie z instrukcją w kolumnie 7 ilość opakowań wykonawcy będzie niezgodna z prawdą.

Chcemy zaoferować 40 opakowań po 10 sztuk tak jak jest to wyspecyfikowane. Jednak trzymając się instrukcji wychodzi nam liczba 4 opakowania (kol.4 -40, kol. 6 -10; tj. 40:10=4)

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku gdy w formularzu asortymentowo cenowym w kolumnie nr 3 jednostką miary jest opakowanie i Wykonawca oferuje asortyment w opakowaniach zawierających ilość sztuk zgodną z opisem Zamawiającego - to w kolumnie numer 7 należy podać ilość opakowań zgodną z kolumną nr 4 formularza asortymentowo – cenowego.

W związku z powyższym wyjaśnieniem w zakresie pakietu nr 32, w przypadku zaoferowania opakowań po 10szt (zgodnych z opisem Zamawiającego), w kolumnie nr 7 należy wpisać 40 opakowań.

#### Pytanie 55

**Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ pakiet 32** Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie ile opakowań oczekuje Zamawiający i czy nie doszło do omyłki.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie doszło do omyłki. Zamawiający wymaga wyceny 40 opakowań po 10 sztuk, co w przeliczeniu na sztuki daje zamawianą ilość 400 sztuk.



#### Pytanie 56

**Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ pakiet 32** Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki w jednostce miary w kolumnie 3 i powinno być sztuk zamiast opakowań?

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie doszło do omyłki. Jednostką miary w kolumnie 3 tabeli w załączniku nr 2 do SWZ – pakiet 32 jest opakowanie.

#### Pytanie 57

##### PAKIET 26 Elektroda bierna

Prosimy o dopuszczenie: Elektrody neutralnej dla dorosłych i dzieci, dzielonej REM, hydrożelowej, rozmiar 150x120 mm, powierzchnia całkowita 153 cm<sup>2</sup>, powierzchnia przewodząca 104 cm<sup>2</sup>, złącze szer. 23 mm x dł. 22 mm, na podkładzie z pianki o grubości 1,1, z hydrożelem o grubości 0,635 mm impedancja <50 Ohm w zakresie częstotliwości od 200 kHz do 5Mhz, max. wzrost temp. < 6°C, pakowanej w saszetkach po 5 szt., op. zbiorcze 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 21.op.



#### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza elektrody neutralnej opisanej w pytaniu.

#### Pytanie 58

##### Pakiet 1 Pozycja 1

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV bez ftalanów. Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza komorę kroplową wykonaną z medycznego PCV bez ftalanów.

#### Pytanie 59

##### Pakiet 1 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji bez opaski/ gumki stabilizującej dren wewnątrz opakowania?

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza przyrząd do transfuzji bez opaski/ gumki stabilizującej dren wewnątrz opakowania.

#### Pytanie 60

##### Pakiet 1 Pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania krwi i preparatów krwi z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (czerwoną) klapką w opakowaniu papier-folia z czerwonym kodem identyfikującym rodzaj przyrządu?

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (czerwoną) klapką w opakowaniu papier-folia z czerwonym kodem identyfikującym rodzaj przyrządu.

#### Pytanie 61

##### Pakiet 1 Pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwi wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza przyrząd wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwi wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu.

#### Pytanie 62

##### Pakiet 1 Pozycja 2-3

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką w opakowaniu papier-folia z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu?

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza przyrząd do infuzji z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką w opakowaniu papier-folia z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu.





**Pytanie 63**

**Pakiet 1 Pozycja 3**

Czy Zamawiający oczekuje bezpiecznego przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza przyrząd ze standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo.

**Pytanie 64**

**Pakiet 1 Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z białym kontrastującym tłokiem?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawkę do tuberkuliny z białym kontrastującym tłokiem.

**Pytanie 65**

**Pakiet 1 Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny ze skalą co 0,01ml ułatwiającą precyzyjne podawanie leku?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawkę do tuberkuliny ze skalą co 0,01ml ułatwiającą precyzyjne podawanie leku.

**Pytanie 66**

**Pakiet 1 Pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę 20ml za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza wycenę strzykawkę 20ml za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 67**

**Pakiet 1 Pozycja 13-14**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę 50ml za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza wycenę strzykawkę 50ml za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 68**

**Pakiet 1 Pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową 100ml bez kodowanego kolorystycznie opakowania handlowego?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawkę cewnikową 100ml bez kodowanego kolorystycznie opakowania handlowego.

**Pytanie 69**

**Pakiet 5 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie 350ml/min, możliwość podłączenia u pacjenta min. Przez 7 dni lub 350 aktywacji. Długość całkowita 2,4 cm (bez przedłużki). Łącznik posiadający przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), prosty tor przepływu, wewnątrz pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną. przestrzeń martwa zaworu 0,01 ml, o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne 29PSI i ciśnienie płynu iniekcyjnego 44 PSI. Wejście zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza łącznika opisanego w pytaniu.

**Pytanie 70**

**Pakiet 5 Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, posiadający przezroczystą obudowę oraz bezbarwną silikonową membranę z gładką powierzchnią do dezynfekcji., Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną Prosty tor przepływu, 350 ml/min, przestrzeń martwa max. 0,01ml. Wnętrze zaworu pozbawione części mechanicznych i metalowych., ciśnienie neutralne. Zawór z zerowym wypływem wstecznym, bez wyrzutu pozytywnego. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii, daty ważności i nr katalogowy. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Nie zawiera DEHP i lateksu. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza łącznika opisanego w pytaniu.





**Pytanie 71**

**Pakiet 5 Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, posiadający przezroczystą obudowę oraz niebieską silikonową membranę z gładką powierzchnią do dezynfekcji,. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną Prosty tor przepływu, 350 ml/min, przestrzeń martwa max. 0,01ml. Wnętrze zaworu pozbawione części mechanicznych i metalowych., ciśnienie neutralne. Zawór z zerowym wypływem wstecznym, bez wyrzutu pozytywnego. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii, daty ważności i nr katalogowy. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Nie zawiera DEHP i lateksu?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza łącznika opisanego w pytaniu.

**Pytanie 72**

**Pakiet 5 Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści koreczki pakowane w blister dopasowany do rozmiarów koreczka uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza koreczki pakowane w blister dopasowany do rozmiarów koreczka uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka.

**Pytanie 73**

**Pakiet 5 Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie a'250 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza wycenę koreczków za opakowanie a'250 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 74**

**Pakiet 5 Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie a'100 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza wycenę koreczków za opakowanie a'100 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 75**

**Pakiet 5 Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie a'250 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza wycenę koreczków za opakowanie a'250 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 76**

**Pakiet 5 Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny wyłącznie z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza kranik trójdrożny wyłącznie z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty.

**Pytanie 77**

**Pakiet 5 Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny o objętości wypełnienia 0,3ml?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza kranik trójdrożny o objętości wypełnienia 0,3ml.

**Pytanie 78**

**Pakiet 5 Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z obrotowa końcówka luer-lock dająca możliwość osiowego obrotu łączonych elementów?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza kranik trójdrożny z obrotowa końcówka luer-lock dająca możliwość osiowego obrotu łączonych elementów.

**Pytanie 79**

**Pakiet 5 Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników za opakowanie a'50 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?







**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza wycenę kraników za opakowanie a'50 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 80**

**Pakiet 13 Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemann o powierzchni przezroczystej?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza cewnik Tiemann o powierzchni przezroczystej.

**Pytanie 81**

**Pakiet 13 Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz automatyczny o następujących parametrach:

Nakłuwacz automatyczny o konstrukcji działającej na zasadzie docisku do skóry pacjenta automatycznie wprowadza i po zwolnieniu docisku wycofującej ostrze lancetu z opuszka palca, dzięki czemu igła jest niewidoczna przed i po nakłuciu. Głębokość nakłucia:

-1,8 mm igła średnica 23G – dedykowany dla kobiet i dzieci

-2,4 mm igła średnica 21G - dedykowany dla mężczyzn

pakowane w opakowania po 100 szt. ?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza nakłuwacz automatyczny o następujących parametrach:

Nakłuwacz automatyczny o konstrukcji działającej na zasadzie docisku do skóry pacjenta automatycznie wprowadza i po zwolnieniu docisku wycofującej ostrze lancetu z opuszka palca, dzięki czemu igła jest niewidoczna przed i po nakłuciu. Głębokość nakłucia:

-1,8 mm igła średnica 23G – dedykowany dla kobiet i dzieci

-2,4 mm igła średnica 21G - dedykowany dla mężczyzn

pakowane w opakowania po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem.

**Pytanie 82**

**Pakiet 13 Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 83**

**Pakiet 13 Pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków do zbiórki moczu za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza wycenę worków do zbiórki moczu za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 84**

**Pakiet 13 Pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści wycenę woreczków do pobierania próbek moczu za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza wycenę woreczków do pobierania próbek moczu za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 85**

**Pakiet 13 Pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza wycenę wieszaków za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 86**

**Pakiet 22 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści pęsetę wykonaną z ABS? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza pęsetę wykonaną z ABS.





**Pytanie 87**

**Pakiet 22 Pozycja 2-3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę szpatulek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza wycenę szpatulek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 88**

**Pakiet 22 Pozycja 7-8**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem i drenem bez opaski stabilizującej dren?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza maskę tlenową z nebulizatorem i drenem bez opaski stabilizującej dren.

**Pytanie 89**

**Pakiet 22 Pozycja 13**

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje samych kieliszków czy kieliszków w zestawie z przykrywkami?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający oczekuje samych kieliszków.

**Pytanie 90**

**Pakiet 22 Pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści tampony celulozowe 10 warstwowe w rozmiarze 4x5cm?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza tamponów celulozowych 10 warstwowych w rozmiarze 4x5cm.

**Pytanie 91**

**Pakiet 24 Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści piankę oczyszczającą o pojemności 300ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości na 54sztuki, oraz odstąpi od wymogu aby na opakowaniu znajdowały się wskazówki dotyczące stosowania w języku polskim?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza piankę oczyszczającą o pojemności 300ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ilości opakowań zgodnie z wyjaśnieniami pod odpowiedziami.

**Pytanie 92**

**Pakiet 24 Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane po 28 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza podkłady pakowane po 28 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ilości opakowań zgodnie z wyjaśnieniami pod odpowiedziami.

**Pytanie 93**

**Pakiet 24 Pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP3 NR która składa się z:

- czaszy wykonanej z wielowarstwowego materiału filtracyjnego: polipropylen;
- zacisku nosowego z taśmy polipropylenowej wzmocnionej dwoma drutami stalowymi (bez pianki);
- taśm mocujących półmaskę na uszach wykonanych z nitki bez lateksowych w oplocie z jedwabiu poliestrowego (bez klipsa)?



Zdjęcie poglądowe

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza półmaskę filtrującą FFP3 NR która składa się z:

- czaszy wykonanej z wielowarstwowego materiału filtracyjnego: polipropylen;
- zacisku nosowego z taśmy polipropylenowej wzmocnionej dwoma drutami stalowymi (bez pianki);
- taśm mocujących półmaskę na uszach wykonanych z nitki bez lateksowych w oplocie z jedwabiu poliestrowego.



ul. Szpitalna 40

41-250 Czeladź

NIP: 6252247223 REGON: 278209300

Nr rejestrowy BDO 000006287



(32) 763-76-38



sekretariat.czeldadz@pzzoz.bedzin.pl



www.pzzoz.bedzin.pl



**Pytanie 94**

**Pakiet 24 Pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na okres 6 miesięcy? Fakt ten związany jest z umową z Producentem oraz gwarancją ceny na okres maksymalnie 0,5 roku.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na okres 6 miesięcy.

**Pytanie 95**

**Pakiet 24 Pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę cytologiczną typu wachlarz wykonaną z polipropylenu (uchwyt) oraz LDPE (włosie)? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza szczoteczkę cytologiczną typu wachlarz wykonaną z polipropylenu (uchwyt) oraz LDPE (włosie).

**Pytanie 96**

**Pakiet 24 Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy dostępny wyłącznie w rozmiarze CH24?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga podkładów w tej pozycji.

**Pytanie 97**

**Pakiet 24 Pozycja 14**

Czy Zamawiający oczekuje drenu do drenażu klatki piersiowej z stalowym czy aluminiowym trokarem, a może akceptuje oba rozwiązania? W opisie znajdują się sprzeczne informacje.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga gąbki w tej pozycji.

**Pytanie 98**

**Pakiet 24 Pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu klatki piersiowej o długości 7-34cm ± 1cm?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga gąbki w tej pozycji.

**Pytanie 99**

**Pakiet 28 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza rękawic pakowanych a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości.

**Pytanie 100**

**Pakiet 28 Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm +/-0,01mm, na dłoni 0,12 +/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 10N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytotatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytotatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?





**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm +/-0,01mm, na dłoni 0,12+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 10N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.

**Pytanie 101**

**Pakiet 29 Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę basenów za opakowanie a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza wycenę basenów za opakowanie a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i podaniem ilości opakowań zgodnie z wyjaśnieniami pod odpowiedziami.

**Pytanie 102**

**Pakiet 29 Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę fartuchów foliowych za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza wycenę fartuchów foliowych za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i podaniem ilości opakowań zgodnie z wyjaśnieniami pod odpowiedziami.

**Pytanie 103**

**Pakiet 29 Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaczek jednorazowych za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza wycenę kaczek jednorazowych za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i podaniem ilości opakowań zgodnie z wyjaśnieniami pod odpowiedziami.

**Pytanie 104**

**Pakiet 29 Pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści wycenę misek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza wycenę misek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i podaniem ilości opakowań zgodnie z wyjaśnieniami pod odpowiedziami.

**Pytanie 105**

**Pakiet 29 Pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści wycenę misek za opakowanie a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza wycenę misek za opakowanie a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i podaniem ilości opakowań zgodnie z wyjaśnieniami pod odpowiedziami.

**Pytanie 106**

**Pakiet 29 Pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści misek nerkowatych o pojemności max. 0,9l?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza miski nerkowate o pojemności max. 0,9l.

**Pytanie 107**

**Pakiet 29 Pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści wycenę misek nerkowatych za opakowanie a'300 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?





**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza wycenę misek nerkowatych za opakowanie a'300 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i podaniem ilości opakowań zgodnie z wyjaśnieniami pod odpowiedziami.

**Pytanie 108**

**Pakiet 29 Pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników w 3 rozmiarach z podanego zakresu pojemności 2,3l; 3l; 5l?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemników w 3 rozmiarach z podanego zakresu pojemności 2,3l; 3l; 5l.

**Pytanie 109**

**Pakiet 29 Pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników w 4 rozmiarach z podanego zakresu pojemności 150ml, 250ml, 500ml, 1000ml?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemników w 4 rozmiarach z podanego zakresu pojemności 150ml, 250ml, 500ml, 1000ml.

**Pytanie 110**

**Pakiet 29 Pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników w 5 rozmiarach z podanego zakresu pojemności 120ml, 150ml, 250ml, 500ml, 1000ml?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemników w 5 rozmiarach z podanego zakresu pojemności 120ml, 150ml, 250ml, 500ml, 1000ml.

**Pytanie 111**

**Pakiet 29 Pozycja 26**

Czy Zamawiający dopuści szkiełko do rozmazu z szlifowanymi brzegami i obustronnym matowym polem do opisu? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza szkiełko do rozmazu z szlifowanymi brzegami i obustronnym matowym polem do opisu.

**Pytanie 112**

**Pakiet 29 Pozycja 26**

Czy Zamawiający dopuści szkiełko do rozmazu z szlifowanymi brzegami „super Frost” z białą linią? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza szkiełko do rozmazu z szlifowanymi brzegami „super Frost” z białą linią.

**Pytanie 113**

**Pakiet 29 Pozycja 28**

Czy Zamawiający dopuści papier do sterylizacji krepowany 120x120cm zielony?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza papier do sterylizacji krepowany 120x120cm zielony.

**Pytanie 114**

**Pakiet 29 Pozycja 28**

Czy Zamawiający dopuści papier do sterylizacji krepowany 120x120cm biały?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza papier do sterylizacji krepowany 120x120cm biały.

**Pytanie 115**

**Pakiet 29 Pozycja 28**

Czy Zamawiający dopuści papier do sterylizacji krepowany 90x90cm biały ?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza papier do sterylizacji krepowany 90x90cm biały.

**Pytanie 116**

**Pakiet 29 Pozycja 28**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?





**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i podaniem ilości opakowań zgodnie z wyjaśnieniami pod odpowiedziami.

**Pytanie 117**

**Pakiet 29 Pozycja 29**

Czy Zamawiający dopuści papier do sterylizacji krepowany 90x90cm zielony?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza papier do sterylizacji krepowany 90x90cm zielony.

**Pytanie 118**

**Pakiet 29 Pozycja 28-29**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'125 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'125 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i podaniem ilości opakowań zgodnie z wyjaśnieniami pod odpowiedziami.

**Pytanie 119**

**Pakiet 29 Pozycja 32**

Czy Zamawiający dopuści papier do sterylizacji 75x75cm zielony?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza papier do sterylizacji 75x75cm zielony.

**Pytanie 120**

**PAKIET 19 Czepki do mycia i chusteczki**

Zwracamy się z prośbą o zmianę treści załącznika nr 8 do SWZ > Projektowane postanowienia umowy < dla pakietu 19 poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 5 ust. 1 ppkt. a) wzoru Umowy na następujące brzmienie:

**§ 5 KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5% wartości netto danego zamówienia częściowego za każde kolejne 24 godziny zwłoki w zrealizowaniu dostawy częściowej, względem terminu określonego zgodnie z § 2 ust. 10 umowy,

W ocenie Wykonawcy obecna wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmiernie wysoka do przedmiotu zamówienia. Tak rygorystyczne kary mają zazwyczaj zastosowanie do leków ratujących życie, a nie czepków do mycia i chusteczek.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisu §5 ust 1 lit. a) Wzoru Umowy.

**Pytanie 121**

**(Umowa, § 5. Kary umowne)** Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na ich zmniejszenie, zgodnie z poniższym zapisem:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości netto danego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w zrealizowaniu dostawy częściowej, względem terminu określonego zgodnie z § 2 ust. 10 umowy”

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisu §5 Wzoru Umowy.

**Pytanie 122**

**(Umowa, § 5. Kary umowne)** Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na ich zmniejszenie, zgodnie z poniższym zapisem:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości netto niedostarczonych lub wadliwych Wyrobów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust.3 umowy”

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisu §5 Wzoru Umowy.

**Pytanie 123**

**Pakiet 16 Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy dostępny wyłącznie w rozmiarze CH24?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza zgłębnik żołądkowy dostępny w rozmiarze CH24.







**Pytanie 124**

**Pakiet 16 Pozycja 14**

Czy Zamawiający oczekuje drenu do drenażu klatki piersiowej z stalowym czy aluminiowym trokarem, a może akceptuje oba rozwiązania? W opisie znajdują się sprzeczne informacje.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza dren do drenażu klatki piersiowej ze stalowym lub aluminiowym trokarem.

**Pytanie 125**

**Pakiet 16 Pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu klatki piersiowej o długości 7-34cm ± 1cm?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza dren do drenażu klatki piersiowej o długości 7-34cm ± 1cm.

**Pytanie 126**

**DOTYCZY PAKIETU 31 POZYCJA 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw ssąco-płuczący do zabiegów endoskopowych rozm. 5mm, długość 33 cm lub 45 cm w wersji grawitacyjnej do podłączenia jednej butli?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza zestaw ssąco-płuczący do zabiegów endoskopowych rozm. 5mm, długość 33 cm lub 45 cm w wersji grawitacyjnej do podłączenia jednej butli.

**Pytanie 127**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 18 poz.1 i 2** jednorazowe wkłady workowe przezelowane, posiadające tylko jeden port (schodkowy, obrotowy) do podłączenia pacjenta znajdujący się na wkładzie workowym? Port ssania umieszczony jest na pojemniku wielorazowym. Zastosowanie TYLKO JEDNEGO portu w pokrywie wkładu workowego w 100% wyklucza niebezpieczeństwo mylnego podłączenia drenu odsysającego?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza worków z tylko jednym portem.

**Pytanie 128**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 18 poz.1 i 2** system, w którym mniejsze wkłady nie pasują do większych kanistrów? Z naszej wiedzy wynika, że firma otrzymała zakaz stosowania wkładów do większych kanistrów o co można tą firmę oficjalnie zapytać?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza system w którym mniejsze wkłady pasują do odpowiednich kanistrów.

**Pytanie 129**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 18 poz.1 i 2** wkłady workowe z wbudowanym w standardzie filtrem antybakteryjnym oraz zastawkę hydrofobową, która automatycznie odcina ssanie po napełnieniu worka wydzieliną i całkowicie wyklucza przedostanie się odesanej treści na zewnątrz, z umieszczoną na pokrywie datą produkcji i nr serii?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza wkłady workowe z wbudowanym w standardzie filtrem antybakteryjnym oraz zastawkę hydrofobową.

**Pytanie 130**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 18 poz.1** jednorazowe wkłady workowe z substancją żelującą o poj. 1litr, 2litry (do wyboru wg. potrzeb), równoważne, pod warunkiem nieodpłatnego wyposażenia ssaków w wielorazowe kanistry i uchwyty?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza wkładów workowych opisanych powyżej.

**Pytanie 131**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 18 poz.3** wielorazowe kanistry spełniające wymagania Zamawiającego kompatybilne z wkładami workowymi z poz. 1 i 2 o pojemności (do wyboru wg. potrzeb) 1litr, 2litry, 3litry?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza wielorazowe kanistry spełniające wymagania Zamawiającego kompatybilne z wkładami workowymi z poz. 1 i 2 o pojemności (do wyboru wg. potrzeb) 1litr, 2litry, 3litry.

**Pytanie 132**

**Dotyczy zawarcia umowy:** wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą lub w trybie elektronicznym. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym.



### Pytanie 133

#### pakiet 1, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

#### **Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu pozycji 1 i 2.

### Pytanie 134

#### Pakiet 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorecza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm<sup>3</sup>, powierzchnia komory 36,52 cm<sup>2</sup>, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm<sup>2</sup> ( objętość 3,69 cm<sup>3</sup>), sterylizacja EO?

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepek na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły bioreczej, natomiast kolekc igły bioreczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ?

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorecza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

#### **Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza przyrządu do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorecza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm<sup>3</sup>, powierzchnia komory 36,52 cm<sup>2</sup>, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm<sup>2</sup> ( objętość 3,69 cm<sup>3</sup>), sterylizacja EO.

Zamawiający dopuszcza przyrządy do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Zamawiający nie dopuszcza przyrządu do przetaczania krwi z zaczepek na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły bioreczej, natomiast kolekc igły bioreczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego.

Zamawiający nie dopuszcza przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm.

Zamawiający dopuszcza przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie.

Zamawiający nie dopuszcza przyrządu z ostra igłą biorecza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS.



### Pytanie 135

#### Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml $\pm$ 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 $\mu$ m, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm<sup>3</sup> (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia. Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Czy zamawiający dopuści IS bez skrzydełek dociskowych?

Czy zamawiający dopuści zakończenie zabezpieczone standardowym koreczkiem?

#### **Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml $\pm$ 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 $\mu$ m, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56cm<sup>3</sup> (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm).

Zamawiający dopuszcza przyrządy do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Zamawiający dopuszcza przyrządy do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu.

Zamawiający nie dopuszcza przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej.

Zamawiający dopuszcza przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Zamawiający dopuszcza IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm.

Zamawiający nie dopuszcza przyrządu z ostra igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS.

Zamawiający nie dopuszcza IS bez skrzydełek dociskowych.

Zamawiający nie dopuszcza zakończenia zabezpieczonego standardowym koreczkiem.

### Pytanie 136

#### Część 1, poz. 13-14,15

Czy zamawiający wydzieli poz.13-14,15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

#### **Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie wydzieli poz.13-14,15 do osobnego pakietu.



**Pytanie 137**

**Część 1, poz. 15**

czy zamawiający dopuści skalę co 1 ml?

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową z prosto ściętym stożkiem?

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia identyfikacji strzykawki bez opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane techniczne zgodne z rozporządzeniem właściwego Ministra

czy zamawiający dopuści strzykawki bez kodowania kolorystycznego opakowania?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuści skalę co 1 ml.

Zamawiający nie dopuści strzykawki cewnikowej z prosto ściętym stożkiem.

Zamawiający dopuści strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze.

Zamawiający dopuści strzykawki bez kodowania kolorystycznego opakowania.

**Pytanie 138**

**Część 1, poz. 13-14**

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuści strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki.

**Pytanie 139**

**Pakiet 5, poz. 3-4**

Czy zamawiający wydzieli poz.3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie wydzieli poz.3-4 do osobnego pakietu.

**Pytanie 140**

**Pakiet 5, poz. 3**

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec.

**Pytanie 141**

**Pakiet 12, poz. 12-15,37,**

Czy zamawiający wydzieli poz.12-15,37 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie wydzieli poz.12-15,37 do osobnego pakietu.

**Pytanie 142**

**Pakiet 12, poz. 37,**

czy zamawiający dopuści dren o dł. 200 cm?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza drenu o dł. 200 cm.







**Pytanie 143**

**Pakiet 22, poz. 1-3,10,15**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,10,15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie wydzieli poz.1-3,10,15 do osobnego pakietu.

**Pytanie 144**

**Pakiet 29, poz. 4-13,19-27,**

Czy zamawiający wydzieli poz.4-13,19-27 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie wydzieli poz.4-13,19-27 do osobnego pakietu.

**Pytanie 145**

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie lub brak podania przyczyn nie uznania zasadności reklamacji w tym terminie uważane będzie za uwzględnienie reklamacji w ostatnim dniu tego terminu.”

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisu §4 ust. 2 Wzoru Umowy.

**Pytanie 146**

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W przypadku niewykonania przez Wykonawcę dostawy częściowej na zasadach i w terminie określonym w niniejszej umowie oraz gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności do zapewnienia ciągłości leczenia pacjentów, Zamawiający ma prawo kupić niedostarczone lub wadliwe Wyroby medyczne od innego podmiotu, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu kosztów poniesionych przez Zamawiającego, w związku z zakupem Wyrobu medycznego od podmiotu trzeciego, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zapłaconą podmiotowi trzeciemu, a ustaloną przez strony ceną Wyrobów medycznych. Skorzystanie z powyższego uprawnienia nie pozbawia Zamawiającego innych przewidzianych prawem albo zapisami niniejszej umowy roszczeń i praw.”

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisu §4 ust. 6 Wzoru Umowy.

**Pytanie 147**

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„w wysokości 0,2 % wartości netto danego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy częściowej, względem terminu określonego zgodnie z § 2 ust. 10 umowy.”

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisu §5 ust 1 lit. a) Wzoru Umowy.

**Pytanie 148**

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1b i 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5% oraz odpowiednio z 20% na 5%?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisu §5 ust 1 lit. b) i lit. c) Wzoru Umowy.

**Pytanie 149**

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto (pakiet) określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku gdy z przyczyn, zawinionych przez Wykonawcę dojdzie do odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w zakresie tej części zamówienia.”





**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisu §5 ust 1 lit. d) Wzoru Umowy.

**Pytanie 150**

Dotyczy warunków umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dodaje zapisu do §5 Wzoru Umowy.

**Pytanie 151**

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Zamawiający może rozwiązać umowę w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, w przypadku, gdy:...”

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisu §6 ust. 2 Wzoru Umowy.

**Pytanie 152**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 5b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,”

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisu §7 ust. 5 lit. b) Wzoru Umowy.

**Pytanie 153**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przejąć jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisu §7 ust. 11 Wzoru Umowy.

**Pytanie 154**

Dotyczy pakietu nr 33

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w ramach Pakietu 33 produktów alternatywnych, nowszego typu, o zbliżonych parametrach tj.:

- w poz. 1 - balon bariatryczny z medycznego silikonu, zakładany na okres maksymalnie 6-miesiący, możliwość wypełnienia balonu solą fizjologiczną w zakresie 400 ml - 700 ml, w zestawie balon w osłonie połączony z cewnikiem wprowadzającym z pojedynczym znacznikiem odległości zlokalizowanym na 40-tym centymetrze, zakończony portem LL, metalowy mandryn, dren z polichlorku winylu posiadający z jednej strony zawór ze złączami LL, z drugiej zaostrzoną końcówkę, balon widoczny w promieniach RTG,

- w poz. 2 - balon bariatryczny do zastosowania w redukcji masy ciała, zakładany na okres maksymalnie 12 miesięcy, możliwość dopełnienia lub redukcji płynu po implantacji (skuteczność rozwiązania potwierdzona w artykule opublikowanym w The Lancet).

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w ramach Pakietu 33 produktów alternatywnych.

**Pytanie 155**

**Pakiet 1**

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrzędu do przetaczania krwi, transfuzji firmy Margomed z dwukanałowym ostrym kolcem komory kroplowej typu stożek. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza przyrzędu do przetaczania krwi z dwukanałowym ostrym kolcem komory kroplowej typu stożek.



**Pytanie 156**

**Pakiet 1**

Poz. 2 i 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową bez dodatkowych skrzydełek dociskowych z pierścieniem ułatwiającym wicie do komory

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową bez dodatkowych skrzydełek dociskowych.

**Pytanie 157**

**Pakiet 1**

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych typu bezpiecznego o poniższych parametrach:

Przyrząd do infuzji grawitacyjnych, tzw. bezpieczny - długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, przezroczysta, bardzo ostra dwupłaszczyznowo ścięta igła biorcza ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, górna część komory kroplowej twarda, dolna część komory kroplowej elastyczna, w celu łatwego ustawienia poziomu płynu. Pierścień okalający komorę kroplową pozwalający na łatwiejsze wkłuwanie się do opakowania, ergonomiczna komora kroplowa wykonana z przezroczystego materiału, ostry przezroczysty kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem (BFE min. 99,9999941% - potwierdzony badaniami) zabezpieczonym klapką stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, min.15 µm filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu, filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, po opróżnieniu opakowania z płynem,- typu Air stop, z dodatkowym portem do podawania leków, Pozbawiony ftalanów DEHP, dren o długości min. 180 cm, Nazwa producenta na komorze kroplowej opakowanie papier-folia, sterylny.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza przyrządu o wyżej wymienionych parametrach.

**Pytanie 158**

**Pakiet 1**

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do insuliny 1 ml U-40 z igłą 0,3 x 13 mm opakowanie 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza strzykawki opisanej w pytaniu.

**Pytanie 159**

**Pakiet 1**

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do tuberkuliny 1 ml z igłą 0,5 x 16 mm, skalowanie co 0,01 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie dopuszcza strzykawki opisanej w pytaniu.

**Pytanie 160**

**Pakiet 1**

Poz. 6,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych 2 ml ze skalą rozszerzoną do 3 ml.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawkę dwuczęściową 2 ml ze skalą rozszerzoną do 3 ml.

**Pytanie 161**

**Pakiet 1**

Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 3-częściowa LUER-LOCK o pojemności 3 ml. Cylinder i tłok wykonany z polipropylenu. Tłok przezroczysty z czterostronnym podcięciem umożliwiającym bezpieczne operowanie tłokiem. Gumowe uszczelnienie tłoka z podwójnym pierścieniem. Czarna, trwała skala co 0,1 ml., logo producenta na korpusie. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Bez kodowania kolorystycznego opakowania handlowego na opakowaniu wyraźnie oznaczona pojemność i numer katalogowy w celu łatwej identyfikacji. Pakowana po 100 sztuk



**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawkę opisaną w pytaniu.

**Pytanie 162**

**Pakiet 1**

Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk dwuczęściowych 5 ml ze skalą rozszerzoną do 6 ml.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawkę dwuczęściową 5 ml ze skalą rozszerzoną do 6 ml.

**Pytanie 163**

**Pakiet 1**

Poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk 3-częściowa LUER-LOCK o pojemności 5 ml. Cylinder i tłok wykonany z polipropylenu. Tłok przezroczysty z czterostronnym podcięciem umożliwiającym bezpieczne operowanie tłokiem. Gumowe uszczelnienie tłoka z podwójnym pierścieniem. Czarna, trwała skala co 0,2ml., logo producenta na korpusie. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Bez kodowania kolorystycznego opakowania handlowego na opakowaniu wyraźnie oznaczona pojemność i numer katalogowy w celu łatwej identyfikacji. Pakowana po 100 sztuk

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawkę opisaną w pytaniu.

**Pytanie 164**

**Pakiet 1**

Poz.10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk dwuczęściowych 10 ml ze skalą rozszerzoną do 12 ml.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawkę dwuczęściową 10 ml ze skalą rozszerzoną do 12 ml.

**Pytanie 165**

**Pakiet 1**

Poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk 3-częściowa LUER-LOCK o pojemności 10 ml. Cylinder i tłok wykonany z polipropylenu. Tłok przezroczysty z czterostronnym podcięciem umożliwiającym bezpieczne operowanie tłokiem. Gumowe uszczelnienie tłoka z podwójnym pierścieniem. Czarna, trwała skala co 0,2ml., logo producenta na korpusie. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Bez kodowania kolorystycznego opakowania handlowego na opakowaniu wyraźnie oznaczona pojemność i numer katalogowy w celu łatwej identyfikacji. Pakowana po 100 sztuk.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawkę opisaną w pytaniu.

**Pytanie 166**

**Pakiet 1**

Poz.12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk dwuczęściowych 20 ml ze skalą rozszerzoną do 24 ml.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawkę dwuczęściowych 20 ml ze skalą rozszerzoną do 24 ml.

**Pytanie 167**

**Pakiet 1**

Poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk 3-częściowa LUER-LOCK o pojemności 50/60 ml. Cylinder i tłok wykonany z polipropylenu. Tłok przezroczysty z czterostronnym podcięciem umożliwiającym bezpieczne operowanie tłokiem. Gumowe uszczelnienie tłoka z podwójnym pierścieniem. Czarna, trwała skala co 1 ml., logo producenta na korpusie. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza strzykawkę opisaną w pytaniu.



**Pytanie 168**

**Pakiet 1**

Poz. 15

- 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3-częściowa cewnikowa o pojemności 100ml. Przezroczysty cylinder ze stożkiem cewnikowym ściętym prosto pod kątem 90°
- 2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3-częściowa cewnikowa o pojemności 100ml. z nazwą dystrybutora na cylindrze

**Wyjaśniamy:**

Ad 1) Zamawiający dopuszcza strzykawkę opisaną w pytaniu.

Ad 2) Zamawiający dopuszcza strzykawkę opisaną w pytaniu.

**Ogólne wyjaśnienie do zapisów pod formularzami asortymentowo – cenowymi dotyczące przeliczania ilości**

**Zamawiający wyjaśnia, iż:**

- w przypadku gdy w formularzach asortymentowo - cenowych w kolumnie nr 3 jednostką miary jest opakowanie i Wykonawca oferuje opakowania zawierające ilość sztuk zgodną z opisem Zamawiającego - to w kolumnie numer 7 należy podać ilość opakowań zgodną z kolumną nr 4 formularza asortymentowo – cenowego.

- w przypadku gdy w formularzach asortymentowo - cenowych w kolumnie nr 3 jednostką miary jest opakowanie i Wykonawca oferuje opakowania zawierające ilość sztuk inną niż w opisie Zamawiającego - to w kolumnie numer 7 należy podać ilość opakowań Wykonawcy – po odpowiednim przeliczeniu tzn. w pierwszej kolejności należy przeliczyć zamawianą ilość na sztuki (ilość opakowań z kolumny nr 4 x wielkość opakowania wskazana przez Zamawiającego w kolumnie nr 2 lub 3 = ilość sztuk Zamawiana), a następnie dokonać przeliczenia na ilość opakowań Wykonawcy – tak przeliczoną ilość należy wpisać do kolumny nr 7.

Dotychczasowe zapisy zawarte pod tabelami w formularzach asortymentowo – cenowych dotyczą przeliczania opakowań Wykonawcy, w przypadku gdy w kolumnie nr 3 jednostką miary są sztuki.

Ilość opakowań Wykonawcy (kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40  
mgr Aldona Sylwa

