

Wałbrzych, dnia 20.09.2022r.

DZPZ-530- Zp/60/TP/22

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe umożliwiające podgląd IEGM przedsionka z możliwością prowadzenia badań MRI po wszczępieniu - Zp/60/TP/22

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie:

1) Czy Zamawiający dopuści Kardiowerter-Defibrylator z możliwością podglądu przedsionka dedykowane do wymian, o standardzie złącza DF-1 o wadze urządzenia 82[g]? Urządzenie DF4 spełnia parametr wagi, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Tak, w składzie konsygnacyjnym dwa z łączem DF1 i trzy z łączem DF4.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządził: Dorota Piekarz
nr telefonu: 74/6489700*