



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/28/2024

Przasnysz, dn. 02.07.2024 r

**Do wszystkich,
Którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: Dopuszczenie szpitalnego oddziału ratunkowego i pracowni diagnostycznych z nim współpracujących w celu usprawnienia obsługi pacjenta w SPZZOZ w Przasnyszu.

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

Pyt. 1

Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu nr 1 lampy operacyjnej (pozycja nr 5) do oddzielnego ofertowania i pakietu ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3650 – 5000 K realizowaną w 10 krokach?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem


z-ca Dyrektora ds. medycznych
Lec. Andrzej Kos
Specjalista Chirurgii Ogólnej
Specjalista Medycyny Ratunkowej

Sporządziła:
Magdalena Krzykowska
st. insp. ds. zamówień publicznych
i eksploatacji sprzętu
tel. 29 75 34 405