



WSzSL/FZ.381.57/24. 354 .2024

Legnica 01.07.2024 r.

## ZAINTERESOWANI

**Dotyczy:**  
**POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH  
NA POTRZEBY PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ  
znak sprawy WSzSL/FZ-57/24**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpłynięciem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

### WYKONAWCA NR 2

#### Pytanie nr 2

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia – informację jakie wstrzykiwacze znajdują się w posiadaniu Szpitala, dla którego zestawu wskazano w części 8 i 9.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada wstrzykiwacz Accutron CT-D model CT862 firmy Medtron AG, stanowiący własność Zamawiającego.

Z poważaniem,

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

*Anna Płotnicka-Mieloch*

