



**Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**  
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice  
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 16.07.2024r.

Znak: ZP.26.1.30.2024.3

**Informacja o wpłynięciu pytania do SWZ w postępowaniu przetargowym  
pn. „Wykonanie okresowych przeglądów pogwarancyjnych sprzętu i aparatury  
medycznej w ZZOZ w Wadowicach”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice przekazuje zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnienia dotyczącego postępowania przetargowego pn. „Wykonanie okresowych przeglądów pogwarancyjnych sprzętu i aparatury medycznej w ZZOZ w Wadowicach”.

**Pytania 1:** Dotyczy: Pakiet 13, Wykaz aparatury i sprzętu do przeglądu i konserwacji Zgodnie z naszą wiedzą prawidłowy numer seryjny ww. wyrobu jest następujący: PKL12638. Prosimy o potwierdzenie, że postępowanie dotyczy przewoźnego aparatu RTG typ TXL-PLUS4-APR numer seryjny PKL12638.

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie 2:** Dotyczy: Pakiet 13, SWZ, XVII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, pkt 2 Kwalifikacje personelu 40 %  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna spełnienie wymogu potwierdzenia należytych kwalifikacji, czyli należytej wiedzy i doświadczenia inżynierów serwisu, jeżeli Wykonawca:

- przedstawi imienny certyfikat wystawiony przez dostawcę aparatu RTG do Zamawiającego w 2019 roku, który jest wyłącznym na terytorium RP i autoryzowanym przez producenta dystrybutorem ww. aparatu RTG oraz który
- sprawował profesjonalny serwis gwarancyjny nad ww. aparatem RTG w okresie gwarancji, oraz który
- sprawował również pogwarancyjną profesjonalną obsługę serwisową dotyczącą aparatu RTG typ TXL-PLUS4-APR, w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego postępowania.

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie 3:** Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt I ppkt 9: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wydawania orzeczeń wyłącznie bezpośrednio po przeglądzie technicznym.

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie 4:** Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ, Formularz ofertowy Prosimy o odstąpienie od wskazywania w formularzu

ofertowym numeru faksu. Powszechnie obowiązującym środkiem komunikacji jest wysyłanie pisemnych zgłoszeń na adres e-mail Wykonawcy (większość Wykonawców zrezygnowała z korzystania z faksu).

**Odpowiedź:** Informujemy, że Wykonawca nie musi wpisywać nr faks jeśli go nie posiada.

Termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem *www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice* w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 18.07.2024r.** do godz. 10:00. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **18.07.2024r. godz 10:30.** Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 16.08.2024r.

*Pełnomocnik Dyrektora ZZOZ w Wadowicach  
ds. Infrastruktury i Logistyki*

***mgr inż. Tomasz Matera***

**Otrzymują:**

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

1 x a/a