



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
W BEŁŻYCACH**

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

NIP: 713-28-46-648, **Regon:** 432710721, **Numer KRS:** 0000208113
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

Bełżyce, dn. 19.04.2023r.

Numer postępowania: ZP/D-SJ/17/2023
Tryb: Podstawowy art. 275 pkt. 1

Dotyczy postępowania pn.: ***Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów diagnostycznych, medycznych oraz odzieży ochronnej, bielizny i pościeli jednorazowej***”.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1

Zadanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produktu alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

- Okularki jednoczęściowe
- Wykonane z miękkiego materiału pokrytego delikatną, silikonową warstwą adhezyjną.
- Użyty materiał blokuje 99,95% światła widzialnego i UV (potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej);
- Bez dodatku lateksu i kleju.
- Hypoalergiczne.
- Kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą, 100% bawełnę, bez dodatku barwników.
- Sposób założenia i zdjęcia okularków odbywa się bezboleśnie i dotyczy wyłącznie okolic oczu, bez konieczności podnoszenia główki, zmiany pozycji noworodka
- Założenie nie wymaga stosowania rzepów i opasek wokół głowy pacjenta.
- Przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku.
- Dołączony plastikowy arkusz umożliwia higieniczne przechowywanie okularków podczas przerwy w fototerapii;
- Bezbolesne zdejmowanie.
- Do wyboru trzy rozmiary, w zależności od wagi (≤ 900 g, < 1000 g i > 1000 g) i wielkości główki noworodka.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Zadanie nr 21

Czy Zamawiający będzie wymagał aby ubieranie, ściąganie lub wymiana okularków nie wymuszały konieczności rozłączania, przemieszczania lub zdejmowania urządzeń podłączonych do twarzy noworodka oraz zmiany pozycji noworodka ?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga

Pytanie 3

dot. projektu umowy § 3. Pkt.15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu jak poniżej?

„Nieterminowe realizowanie zobowiązań umownych przez Zamawiającego dotyczących płatności ze zwłoką do 30 dni, nie może być podstawą odmowy świadczenia ze strony Wykonawcy i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tego tytułu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, wysokość zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, zamykające się w kształt litery „B”, długość linii szwu 85,1 mm. Rączka staplera z ładunkiem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 5

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem bez sekwencyjnej regulacji wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający cztery rzędy zszywek, wykonanych ze stopu tytanu, zamykające się w kształt litery „B”, o długości linii szwu 85,1 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 6

Zadanie nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie:

- od 1,4 mm do 2,2 mm, rozmiar 21 staplera, wysokość otwartej zszywki 4,5 mm
- od 1,4 mm do 2,2 mm, rozmiar 24 staplera, wysokość otwartej zszywki 4,5 mm
- od 1,6 mm do 2,4 mm, rozmiar 26 staplera, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm
- od 1,6 mm do 2,4 mm, rozmiar 29 staplera, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm
- od 1,8 mm do 2,6 mm, rozmiar 32 staplera, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm

Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 7:

Zadanie 25

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr. 25 w poz 3 zaoferowanie wzierników usznych pakowanych po 50 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości tj:

Poz.3 wziernik uszny 2,5 mm - 30 opakowań po 50 sztuk

Poz.3 wziernik uszny 4,0 mm - 50 opakowań po 50 sztuk ?

Reszta parametrów zgodnie z OPZ.

Odpowiedź: TAK

Pytanie: 8**Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i grubej (2,0 mm po zamknięciu), posiadających cztery rzędy zszywek wykonanych w technologii standardowej, ręczka staplera z ładunkiem, zszywki o przekroju prostokątnym, nóż zintegrowany z ładunkiem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 9**Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 21 mm, 24 mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm, 34 mm, wysokość otwartej zszywki 4,5 – 5,0 mm uchwyt ergonomiczny o konstrukcji antypoślizgowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 10**Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie klipsów pakowanych po 6 sztuk w magazynku?

Odpowiedź: TAK

Pytanie: 11:**Zadanie nr 24.**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie chwytaka z pętlą o średnicy 32 mm, długość narzędzia 2400 mm, średnica osłonki 2,4 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 12**Zadanie nr 24**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy 2,4 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 13**Zadanie nr 24**

Czy zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy 2,8 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:14**Zadanie nr 24**

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie ustników z otworem o rozmiarze 22 x 27 mm, opakowanie po 100 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:15**Zadanie nr 47**

Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 47 serwet o chłonności powyżej 150% o gramaturze powyżej 280 g/m².

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 47 serwety operacyjne o chłonności co najmniej 150% o gramaturze co najmniej 280 g/m²?

Proponowana tolerancja nie ma żadnego negatywnego wpływu na właściwości tkaniny

Odpowiedź: TAK

Pytanie:16**Zadanie nr 47**

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty karty technicznej producenta potwierdzającej skład chemiczny i gramaturę wystawioną przez producenta tkaniny?

Na Rynku zdarzają się niestety praktyki firm, które deklarują składy i gramatury w zależności od wymogów Zamawiającego, tak aby pozyskać zamówienie. Tylko potwierdzenie parametrów przez producentów tkanin.

Odpowiedź: Nie

Pytanie:17**Zadanie nr 47**

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty potwierdzenia chłonności w postaci wyniku z badań lub w karcie technicznej tkaniny?

Tylko powyższe potwierdzenie może dać Zamawiającemu pewność co do zaoferowanych parametrów.

Odpowiedź: Nie

Pytanie:18**Zadanie nr 47**

Serwety operacyjne są wyrobem medycznym oraz muszą spełniać określone kryteria, aby mogły być używane na bloku operacyjnym.

Czy w związku z powyższym, Zamawiający wymaga załączenia do oferty deklaracji zgodności CE oraz wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych?

Odpowiedź: Nie

Pytanie:19**Zadanie nr 44**

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną wykonaną z tkaniny o gramaturze 130 g/m² +/- 4%? Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: TAK

Pytanie:20**Zadanie nr 44**

Zamawiający dla odzieży operacyjnej wymaga granicznych parametrów, takich jak gramatura i skład tkaniny. Na Rynku zdarzają się niestety praktyki firm, które deklarują składy i gramatury w zależności od wymogów Zamawiającego, tak aby pozyskać zamówienie. Tylko na podstawie raportów z przeprowadzonych badań na wyznaczenie składu i gramatury Zamawiający może zweryfikować zaoferowane parametry.

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty akredytowanych raportów z badań, wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzających gramaturę i skład tkaniny, z której wykonana będzie zaoferowana w Zadaniu nr 44 odzież, tj. sukienka, bluza i spodnie?

Odpowiedź: Nie

Pytanie:21**Zadanie nr 44**

Zamawiający dla fartuchów barierowych wymaga granicznych parametrów, takich jak gramatury i składy tkanin, z których mają być wykonane fartuchy operacyjne. Na Rynku zdarzają się niestety praktyki firm, które deklarują składy i gramatury w zależności od wymogów Zamawiającego, tak aby pozyskać zamówienie. Tylko potwierdzenie parametrów przez producentów tkanin lub niezależne laboratoria badawcze może dać Zamawiającemu pewność co do zaoferowanych parametrów.

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty kart technicznych tkanin, wystawionych przez ich producentów lub akredytowanych raportów z badań, wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzających gramatury i składy tkaniny, z których wykonane będą zaoferowane w Zadaniu nr 44 fartuchy barierowe?

Odpowiedź: Nie

Pytanie:22

Zadanie nr 44

Zamawiający w Zadaniu nr 44 wymaga asortymentu zgodnego z normą PN-EN 13795.

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty akredytowanych raportów z badań potwierdzających zgodność z normą PN-EN 13795 tkanin, z których wykonany będzie zaoferowany asortyment, wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze?

Odpowiedź: Nie

Pytanie:23

Zadanie nr 44

Czy Zamawiający wymaga, aby raporty oraz karty techniczne potwierdzające gramatury i składy tkanin były spójne z przedstawionymi raportami z badań na zgodność z normą PN-EN 13795, tj. żeby dotyczyły konkretnych tkanin, z których będą wykonane zaoferowane wyroby?

Odpowiedź: Nie

Pytanie:24

Zadanie nr 44

Zamawiający w projekcie umowy zawarł zapis o terminie wykonania zamówienia, tj. w terminie 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W obecnie panujących warunkach rynkowych żaden Wykonawca nie jest w stanie zaopatrzyć się w tkaniny w krótkim terminie. Producenci bielizny borykają się z opóźnieniami w dostawach surowców oraz z chaosem spedycyjnym. Transport towarów jest przekierowany na surowce strategiczne, takie jak węgiel, paliwa i sprzęt zbrojeniowy. Wszystkie pozostałe towary, w tym również tkaniny, z których produkowany jest asortyment będący przedmiotem dostawy, są kolejgowane w transporcie – dotyczy to wszystkich dróg transportu – kolejowego, morskiego i drogowego. Czy Zamawiający, mając na uwadze powyższe, wydłuży termin realizacji dla Zadania nr 44 i Zadania nr 47 do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:25

Zadanie nr 3

Czy zamawiający dopuści Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 8, 11 i 16 mm (do wyboru przez Zamawiającego), długością ramienia 7 mm z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem dł. narzędzia 2300. Naklejka identyfikacyjna z datą ważności.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:26

zadanie nr 26

Prosimy o wydzielenie poz. 6 do oddzielnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 27

Zadanie 26 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych niż opisanych przez Zamawiającego o szerokości ostrza 36mm, pod warunkiem nieodpłatnego użyczenia strzygarek (strzygarki z funkcjonalnością obracania głowicy o 45° w lewo i w prawo jako rozwiązana równoważnego- jest to parametr lepszy) kompatybilnych z zaoferowanymi ostrzami na czas realizacji umowy. W przypadku dopuszczenia prosimy o podanie potrzebnej ilości strzygarek.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 28

Zadanie nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 20G, 1,1x32mm, pozostałe zgodne z SWZ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie: 29

Zadanie nr 6 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych o długości min. 88 mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie: 30

Zadanie nr 6 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę prowadzącą dla rozmiaru 25G – 27G?

Odpowiedź: TAK

Pytanie: 31

Zadanie nr 10 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści numeryczne oznaczenie tylko na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: TAK

Pytanie: 32

Zadanie nr 10 poz. 35

Czy Zamawiający wymaga, aby konektor służący do kontroli ssania był zabezpieczony dodatkową zatyczką chroniącą?

Odpowiedź: TAK

Pytanie: 33

Zadanie nr 39 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści mankiet o obwodzie ramienia 23-37 cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie: 34

Zadanie nr 43 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelcem stałym?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:35

Zadanie nr 2

Wnosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w Pakiecie nr 2 [Zgodnie z § 4.1. pkt. 4 regułą 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 nr 215, poz. 1416) oraz z pkt. 5.4. regułą 8 załącznika VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych zwane „MDR”, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz

uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG zwaną „MDD” wyroby medyczne, które są przeznaczone do implantacji i chirurgiczne wyroby inwazyjne do długotrwałego użytku powinny posiadać klasę IIb], wymagać będzie zaoferowania wyrobów medycznych – klipsów naczyniowych zaklasyfikowanych do klasy IIb

Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza

Pytanie: 36

Zadanie 4, poz. 5-7

Czy zamawiający wydzieli poz.5-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 37

Zadanie 4, poz. 6

Czy zamawiający dopuści skalę co 1 ml lub co 2 ml ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 38

Zadanie 11, poz. 8-13

Czy zamawiający dopuści maski z drenem o dł. 200 cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:39

Zadanie 11, poz. 8-13

Czy zamawiający wydzieli poz.8-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Czy zamawiający wymaga maski bez latexu i ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:40

Zadanie 11, poz. 1,6,9-10,

Czy zamawiający wydzieli poz. 1,6,9-10, do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:41

Zdanie 11, poz. 1

Czy zamawiający oczekuje opakowań po 100 szt. koreczków?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:42**Zadanie 11, poz. 6,9,10**

Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia? Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:43**Zadanie 32, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych w kolorze mlecznym – białym?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:44**Zadanie 42, poz. 4**

Czy zamawiający dopuści pojemność 150 ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:45**Zadanie 42, poz. 6**

Czy zamawiający wymaga sterylną szczoteczkę do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk, wykonana jest z tworzywa sztucznego, a gęste włosie wachlarzyka z materiału LDPE, co zapewnia pobieranie odpowiedniej ilości materiału do badań? Solidne mocowanie części wachlarza i rękojeści zapewnia bezpieczeństwo w trakcie badania. Szczoteczka jest pakowana indywidualnie, sterylna, co zapobiega potencjalnym infekcjom podczas badań. Szczoteczka typu wachlarzyk jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Wymóg szczoteczki typu wachlarzyk SOFT co wpływa na ograniczenie konkurencyjności postępowania wpływając na zmniejszenie ilości złożonych ofert, a tym samym na racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Wnioskujemy w związku z powyższym o dopuszczenie sterylnej szczoteczki do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk, umożliwi to złożenie ofert większej liczbie uczestników postępowania, dzięki czemu Zamawiający uzyska konkurencyjną cenę w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:46**Zadanie 45, poz. 2-3,6,8,22**

Czy zamawiający wydzieli poz. 2-3,6,8,22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 47**Zadanie 45, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 48**Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, w przypadku braku możliwości sprzedania produktu przez Wykonawcę z przyczyn

dotyczących Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zakupić go u podmiotu trzeciego, a różnicą wynikającą z wyższej ceny Zamawiający może obciążyć Wykonawcę, który zobowiązuje się do jej uiszczenia, bądź przyjąć produkt zastępczy o tych samych parametrach”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49

Dotyczy warunków umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze, bądź będzie je realizował w formie: przedpłata”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- 1) braków ilościowych w ciągu 72 godzin licząc od momentu otrzymania reklamacji,
- 2) wad jakościowych w ciągu 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 8 % wartości brutto pakietu określonego w § 1 ust. 1 w zakresie, którego nastąpiło odstąpienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn określonych w § 8 ust. 5, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 8 % wartości brutto pakietu określonego w § 1 ust. 1 w zakresie, którego nastąpiło odstąpienie”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„za wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego pakietu określonego w § 1 ust. 1 w zakresie, którego nastąpiło wypowiedzenie”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następujących przypadkach:

- 1) Wykonawca przerwie dostawę,
- 2) Wykonawca w trakcie realizacji umowy nie wykona z własnej winy części umowy,
- 3) Wykonawca w trakcie realizacji umowy trzykrotnie dostarczy produkty niezgodne z treścią SWZ lub ofertą”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:55

zadanie 28

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 28 nie są leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 dni od złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:56

zadanie 28

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu zapisanego we wzorze umowy §5 ust.4.1) do 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:57

zadanie 28

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 28 poz. 1 oraz 2- zaoferowanie w miejsce drenów jednorazowych -drenów wielorazowych, gdyż wymagane dreny jednorazowe zostały wycofane z produkcji.

Dreny wielorazowe spełniają wymagania Zamawiającego. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie ilości wymaganych drenów- pakowane są w opakowania zawierające jedną sztukę. .

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:58

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ

Pytanie:59

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normom

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 60

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar: -§ 6 ust. 1. 1) 1) za nieterminowe wykonanie dostawy, w tym dostawy z brakami ilościowymi lub wadami jakościowymi Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu towaru?

--§ 6 ust. 1. 1) 2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części pakietu określonego w § 1 ust. 1 w zakresie, którego nastąpiło odstąpienie.- w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy wykonawca zapłaci 10%- 20% (zejść o 10%) wartości niezrealizowanej wartości Umowy brutto?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 61

zadanie 16 pozycje 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego o następujących parametrach:

- a) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m
- b) wytrzymałość na rozciąganie linowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,5 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,3 kN/m
- c) wydłużenie w kierunku maszyny nie mniej niż 10%, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,5%
- d) odporność na przesiąkanie wody nie mniejsza niż 22 s
- e) gramatura nominalna 60 g/m²
- f) średnicy porów nie mniej niż 20µm
- g) zawartość chlorków nie większe niż 0,03 %
- h) zawartość siarczan nie większe niż 0,05 %?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 62

zadanie 16 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści papier krepowy w opakowaniach:

Rozmiar 120x120cm opakowanie 126 arkuszy

Rozmiar 100x100cm opakowanie 252 arkusze

Rozmiar 90x90cm opakowanie 252 arkusze

Rozmiar 75x75cm opakowanie 348 arkuszy

Oraz odpowiednie przeliczenie opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 63

zadanie 17 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych wykonanych zgodnie z normami PN-EN 868-3, PN-EN 868-5, spełniające poniższe wymagania: papier o gramaturze 70g/m², zawartość chlorków mniejsza lub równa 0,004%, zawartość siarczanów mniejsza lub równa 0,025%, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza nie mniej niż 10 µm/Pa*s, wytrzymałość na rozerwanie nie mniej niż 350 kPa na sucho, wytrzymałość na rozerwanie nie mniej niż 85 kPa na mokro, niezwilżalność wodą powyżej 30s, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,2 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,8 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 64

zadanie 17 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawy papierowo-foliowe z fałdą w rozmiarach 75x30mm x 100m oraz 100x40mm x 100m?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 65

zadanie 25 - poz.1 Lusterko laryngologiczne:

Czy Zamawiający dopuści lusterka pakowane po 100 szt. w opak. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: TAK

Pytanie: 66

dot. projektu umowy - §3 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu składania ofert do 30 dni?-

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 67

dot. projektu umowy - §6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wartości kar umownych do 10%?
- pkt c) do 100 zł?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 68

zadanie 17:

Czy Zamawiający dopuści rękawy o wytrzymałości na rozciąganie na mokro liniowo min. 1,5 kN/m, poprzecznie min. 0,8 kN/m; wytrzymałości na przepuklenie na sucho min.350 kPa, na mokro min. 60 kPa?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 69

zadanie 17, pozycja 1:

Czy w miejsce rękawa 50mm Zamawiający dopuści rękaw 55mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 70

zadanie 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego do sterylizacji, zielony, gramatura 60 g/m², wytrzymałość na rozciąganie na sucho liniowo min. 1,85 kN/m, poprzecznie min. 1,35 kN/m; wytrzymałość na rozciąganie na mokro liniowo min. 0,72 kN/m, poprzecznie 0,42 kN/m; zawartość chlorków do 0,005%; zawartość siarczków do 0,034%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 71

zadanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego w rozmiarze 120x120 pakowanego a 100 szt z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:72

zadanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego w rozmiarze 60x60 pakowanego a 500 szt z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:73

zadanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych z fałdą w rozmiarze 100mmx40mmx100m w miejsce 100mmx50mmx100m? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 74

zadanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych z fałdą w rozmiarze 380mmx80mmx100m w miejsce 400mmx80mmx100m? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:75

dot. projektu umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ

Pytanie:76

dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:77

dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:78

zadanie 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny anesteziologiczny, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,999%, skuteczność filtracji wobec HCV i TB, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, opór przepływu przy @30 L/min - 0.8 cm H₂O, opór przepływu @60 L/min - 2.0 cm H₂O, przestrzeń martwa 42 ml, waga 23 g, objętość oddechowa min. 150 ml, złącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:79

zadanie 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych, do respiratora, jednorazowy, nierozciągliwy, wewnętrznie gładki, dł. 1,6 m, średnica rur 22 mm, elastyczne złącza wdech/wydech 22F typu Flex, trójnik w kształcie Y ze złączem 22M/15F z kapturkiem zabezpieczającym, dodatkowo dołączone w opakowaniu akcesorium w postaci łącznika 22M/22M, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:80**zadanie 19 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych, do respiratora, jednorazowy, nierozciągliwy, wewnętrznie gładki, dł. 2 m, średnica rur 22 mm, elastyczne złącza wdech/wydech 22F typu Flex, trójnik w kształcie Y ze złączem 22M/15F z kapturkiem zabezpieczającym, dodatkowo dołączone w opakowaniu akcesorium w postaci łącznika 22M/22M, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:81**zadanie 19 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych, do respiratora, jednorazowy, nierozciągliwy, wewnętrznie gładki, dł. 1,6 m, średnica rur 22 mm, elastyczne złącza wdech/wydech 22F typu Flex uniemożliwiające samoczynne rozłączanie, trójnik w kształcie Y ze złączem 22M/15F z 2 portami kapno 7,6 mm, z kapturkiem zabezpieczającym, dodatkowo dołączone w opakowaniu akcesorium w postaci łącznika 22M/22M, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:82**zadanie 19 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści obwód anestezyjologiczny wykonany z rury karbowanej 22mm, rozciągliwej do 200 cm, dla dorosłych, ze złączem respiratora 22F-22F, równoległoramienny trójnik kątowy, z portem kapno, ze złączami pacjenta 22M/15F, łącznik prosty 22M-22M/19F, 2 l worek bez lateksowy z koszykiem zapobiegającym sklejeniu worka pod wpływem wilgoci, ramię dodatkowe 90-150 cm, układ mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:83**zadanie 19 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści układ resuscytacyjny dla dorosłych jednorazowego użytku, składający się z worka oddechowego samorozprężalnego o teksturowanej powierzchni z PCV, połączony z workiem rezerwuar tlenowy 1,5 L oraz dren tlenowy o długości 3 m, w zestawie maska twarzowa z mankietem w rozm. 5 z regulacją ciśnienia, mikrobiologicznie czysty, zestaw pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:84**zadanie 19 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści układ resuscytacyjny dla dorosłych jednorazowego użytku, składający się z worka oddechowego samorozprężalnego o teksturowanej powierzchni z PCV, połączony z workiem rezerwuar tlenowy 1 L z zaworem nadciśnieniowym (40 cm H₂O) oraz dren tlenowy o długości 3 m, w zestawie maska twarzowa z mankietem w rozm. 4 z regulacją ciśnienia, mikrobiologicznie czysty, zestaw pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 85**zadanie 19 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści układ resuscytacyjny pediatryczny jednorazowego użytku, składający się z worka oddechowego samorozprężalnego o teksturowanej powierzchni z PCV, połączony z workiem rezerwuar tlenowy 550 ml z zaworem nadciśnieniowym (40 cm H₂O) oraz dren tlenowy o długości 3 m, w zestawie maska twarzowa z mankietem w rozm. 3 z regulacją ciśnienia, mikrobiologicznie czysty, zestaw pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 86**zadanie 19 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści układ resuscytacyjny pediatryczny jednorazowego użytku, składający się z worka oddechowego samorozprężalnego o teksturowanej powierzchni z PCV, połączony z workiem rezerwuar tlenowy 500 ml z zaworem nadciśnieniowym (40 cm H₂O) oraz dren tlenowy o długości 3 m, w zestawie maska twarzowa z mankietem w rozm. 1 z regulacją ciśnienia, mikrobiologicznie czysty, zestaw pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 87**zadanie 19 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści układ resuscytacyjny niemowlęcy jednorazowego użytku, składający się z worka oddechowego samorozprężalnego o teksturowanej powierzchni z PCV, połączony z workiem rezerwuar tlenowy 280 ml z zaworem nadciśnieniowym (40 cm H₂O) oraz dren tlenowy o długości 3 m, w zestawie maska twarzowa z mankietem w rozm. 1 z regulacją ciśnienia, mikrobiologicznie czysty, zestaw pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:88**zadanie 19 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy o pojemności 2 L?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 89**zadanie 19 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy o pojemności 3 L?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie: 90**zadanie 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki o pojemności 20 ml w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: TAK

Pytanie: 91**zadanie 1, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki typu Janeta skalowane co 2 ml?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie:92**zadanie 1, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie:93**zadanie 1, pozycja 8, 9, 10**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji, co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie:94**zadanie 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczna w rozmiarze 16G, 1,7x45mm o przepływie 200ml/min; 18G, 13x45mm o przepływie 100ml/min; 20G, 1,1x32mm o przepływie 61ml/min; 24G, 0,7x19mm o przepływie 23l/min, reszta rozmiarów zgodna z SiWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie:95

zadanie 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igłę do penów w rozmiarach 29G, 30G, 31G?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie:96

zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zestawu w rękaw typu folia-papier ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie:97

zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka z kocykiem flanelowym w rozmiarze 160cm x 75cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie: 98

zadanie 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu bez podkładu ginekologicznego z folią?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie:99

zadanie 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z serwetą foliową z warstwą celulozową w rozmiarze 80cm x 80cm? (w miejsce serwety 75 x 75 cm)?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie:100

zadanie 7, pozycja 2 -

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z serwetą foliową z warstwą celulozową 90cm x 150cm? (w miejsce serwety 150 x 75 cm)?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie:101

zadanie 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z serweta na płyny o gramaturze 60g/m² w rozmiarze 114cm x 150cm zintegrowaną z workiem na płyny, warstwy serwety zgrzewane na gorąco?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie:102

zadanie 7, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z nerką plastikową o poj. 800ml?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie:103

zadanie 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z nożyczkami do cięcia krocza o dł. 14,5 cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie:104**zadanie 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z nożyczkami do cięcia pępowiny o dł. 12 cm?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:105**zadanie 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z serwetą o chłonności w strefie krytycznej ponad 900%, odporność na przenikanie cieczy 197cm H₂O?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:106**zadanie 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z etykietą z 2 etykietami TAG w języku polskim zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:107**zadanie 7, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii o składzie:

1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m²

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm, kraton

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:108**zadanie 7, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z serwetą w rozmiarze 180cm x 180cm z przylepcem (zamiast 180cm x 170cm)?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:109**zadanie 7, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z taśmą medyczną z tolerancją rozmiaru +/-1cm?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:110

zadanie 7, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z czyścikiem do koagulacji zapakowanym w torebkę papierową?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:111**zadanie 7, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z pokrowcem na stół Mayo wykonanym z folii niepiaskowanej + włóknina o gramaturze 80g/m²?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:112

zadanie 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z kieszenią dwukomorową przylepną w rozmiarze 30cm x 40cm?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:113

zadanie 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z fartuchami M, L, XL wzmocnione po wewnętrznej stronie fartucha o gramaturze 40g/m², mankiety o długości 7,5cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:114

zadanie 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii stawu barkowego z serwetą operacyjną dwuwarstwową (PP+PE) z wycięciem U w rozmiarze 230cm x 260cm?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:115

zadanie 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii stawu barkowego o poniższym składzie:

1 x Serweta chirurgiczna ortopedyczna 200x260 SMS wzmocniona, przylepne wycięcie U 8,5x85

1 x Serweta chirurgiczna 170cm x 180cm SMS wzmocniona, z przylepcem

1 x Serweta chirurgiczna 150cm x 180cm 2-warstwowa, z przylepcem

4 x Serwetka chłonna 30cm x 30cm

1 x Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna

1 x Osłona na kończynę 30cm x 60cm elastyczna, kraton

1 x Serweta na stół Mayo 140cm x 80cm wzmocniona (140cm x 60cm), czerwona

1 x Serweta na stół do instrumentarium 150cm x 190cm

20 x Kompres z gazy 17N 12W 10cm x 10cm z nitką RTG?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:116

zadanie 7, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia lędźwiowego o poniższym składzie:

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm, 2-warstwowa, z centralnym otworem 6cm x 8cm z przylepcem na boku

1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Igła iniekcyjna (0,7 x 40)

6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 15cm x 15cm

1 x Opatrunek foliowy z wkładem chłonnym, samoprzylepny 9cm x 10cm?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:117

zadanie 7, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo foliowy, w proponowanym zestawie znajdują się pojemnik 3 komorowy (w ramach blistra):

3 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

5 x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm

1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa (owinięcie całego zestawu)

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm

1 x Pęseta plastikowa 13cm

1 x Pęseta chirurgiczna 1x2 ząbki metalowa 14,5cm

1 x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm

1 x Nożyczki ostre/ostre metalowe 15cm

1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm, przezroczysty?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:118

zadanie 9, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 112mm x 90mm x 160 kart z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:119

zadanie 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Thorax w rozmiarach CH 20, 24, 28, 32?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:120

zadanie 10, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik do embolektomii wykonany z poliamidu, balon lateksowy?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:121

zadanie 10, pozycja 16-17

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 4260mm, zamiast 3000mm?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:122

zadanie 10, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści cewnik pępowinowy w rozmiarach CH 4, 5, 6 i 8?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:123

zadanie 10, pozycja 21-22

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne typu Foley 'a w rozm. CH20, 22, 24 z balonem o pojemności 5-15ml lub pojemności 30ml?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:124

zadanie 10, pozycja 21-22

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne typu Foley' a z lateksu pokrytym silikonem?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:125

zadanie 10, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu w pojedynczym opakowaniu papier/folia?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:126

zadanie 10, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści worki na mocz osobno dla chłopców i dla dziewczynek?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:127

zadanie 10, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran do drenów typu Redon CH8 do CH12?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:128

zadanie 10, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania z konektorem stożkowym z jednej strony CH 24 o długości 210cm o średnicy wewnętrznej 5,6mm, z zakończeniem lejek-universalny męski stożek, pakowany podwójnie folia/folia-papier?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:129

zadanie 10, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania z konektorem stożkowym z jednej strony CH 24 o długości 210cm o średnicy wewnętrznej 5,6mm, z zakończeniem lejek-universalny męski stożek?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:130

zadanie 10, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania z konektorem stożkowym z jednej strony CH 30 o długości 210cm, z zakończeniem lejek-universalny męski stożek?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:131

zadanie 12, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści Worek wykonany z wytrzymałej, przezroczystej folii w kolorze niebieskim, umożliwiającej obserwację wydzieliny. Pojemność całkowita worka: 2000 ml. Dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu. Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem. Obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treści. Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczepl”?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:132

zadanie 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o przepływie 350ml/min, reszta parametrów zgodna z SWZ?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:133

zadanie 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy z podwójnym przedłużaczem o długości drenu ok 21cm?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:134

zadanie 13, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przyrząd zgodnie z poniższymi parametrami:

regulacja przepływu: od 5 do 250 ml / h (niebieskie cyfry na białym tle), jest przeznaczona do niskich rozwiązań lepkości.

regulacja przepływu: od 5 do 200 ml / h (białymi cyframi na niebieskim tle) jest przeznaczona do roztworów o lepkości od 10 do 40%.

zakres błędów wynosi $\pm 15\%$.

komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez zawartości ftalanów (DEHP free)

kropłomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1 ml

filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm

kolec z odpowietrzeniem

odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową klapką

długość drenu 145 cm

zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren

port Y

oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami

nie zawiera lateksu ani ftalanów

jednorazowego użytku

sterylizowany tlenkiem etylenu

pakowanie: 1 sztuka/papier/folia

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:135

zadanie 13, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przyrząd zgodnie z poniższymi parametrami:

- regulacja przepływu: od 2 do 350 ml/h
- druga skala (literowa) do ustawiania i rejestrowania prędkości przepływu roztworów o wyższej lepkości
- komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez zawartości ftalanów (DEHP free)
- kropłomierz komory 20 kropli = 1ml
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm
- kolec z odpowietrzeniem
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką
- dren o długość 155 cm wyposażony w zacisk przesuwany
- dodatkowy port Y do podawania leków
- zakończenie luer lock
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- nie zawiera lateksu ani ftalanów
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/papier/folia

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie: 136**zadanie 13, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd zgodnie z poniższymi parametrami

- Precyzyjny regulator umożliwiający dokładne ustawienie pożądanego przepływu w zakresie 5-250ml/h z możliwością całkowitego zamknięcia lub otwarcia przepływu
- Dwie skale regulacji, rozróżnione kolorystycznie
- Regulacja w zakresie 5-250 ml/h pozwala na podawanie płynów o niskiej lepkości (do 10%) np. soli fizjologicznej
- Regulacja przepływu z wykorzystaniem drugiej skali (od 5 do 200 ml/h) umożliwia infuzję roztworów o wysokiej lepkości (od 10% do 40%)
- Długość całkowita 36 cm
- Dodatkowy port Y do podawania leków
- Zakończenie luer lock
- Oba końce drenu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Odporny na lipidy
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka/papier/folia

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:137**zadanie 13, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do upustu krwi z pojemnikiem 450ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:138**zadanie 13, pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd zgodnie z poniższymi parametrami:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Łatwy w obsłudze, ergonomiczny kształt
- Korpus z ABS-u (Chemo – kopolimer) z radełkowaną powierzchnią, zapewniającą pewny chwyt
- Ostry kolec biorczy o dł. 20 mm, umożliwiający szczelne i bezpieczne połączenie z pojemnikami o różnej pojemności
- Wyżłobienie kolca biorczego na dł. 10 mm, gwarantujące całkowite opróżnienie pojemnika
- Szczelna zatyczka samozatraskowa z PP zabezpieczająca łącznik przed zanieczyszczeniem
- Dostępny w wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) oraz w wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) i cząsteczkowym (płynu)
- Filtr bakteryjny chroni przed skażeniem mikrobiologicznym oraz przed działaniem szkodliwych aerozoli
- Filtr cząsteczkowy stanowi skuteczną barierę chroniącą leki, płyny przed zanieczyszczeniem
- Łącznik luer lock żeński kompatybilny z wyrobami o zakończeniu luer lub luer lock męski
- Pozbawiony lateksu, PCV oraz ftalanów
- Wyrób niepirogenny
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka/ papier-folia

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:139**zadanie 23, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimny w rozmiarze 13 x 14cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:140

zadanie 23, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimny w rozmiarze 16 x 26cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:141

zadanie 23, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimny w rozmiarze 12 x 29cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:142

zadanie 23, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimny w rozmiarze 12 x 29cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:143

zadanie 23 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimny w rozmiarze 21 x 38cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:144

zadanie 23, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimny w rozmiarze 30 x 40cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:145

zadanie 32, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaski tylko w kolorze białym?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:146

zadanie 38, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:147

zadanie 42, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny o długości całkowitej 53 mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:148

zadanie 42, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści preparat do cytologii w opakowaniu 150ml z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie:149

zadanie 45, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści czepek do bezwodnego mycia głowy zarejestrowany jako wyrób kosmetyczny?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:150

zadanie 45, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści papierki podbródkowe z rozstawem otworów 9 cm?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ

Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.