

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
p.o.
...podkom. Łukasz ZIEBIŃSKI...

Załącznik nr 1

ZATWIERDZAM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przegląd serwisowy komory laminarnej ALPINA BIO130 typ AF.

W zakres przeglądu serwisowego komory laminarnej wchodzi:

- pomiar ilości cząstek m3 powietrza,
- pomiar prędkości przepływu powietrza w przestrzeni roboczej,
- badanie stanu filtra HEPA, szczelność mocowania filtra HEPA, integralność filtra HEPA, skuteczność filtracji,
- przegląd techniczny komory (sprawdzenie lampy UV, świetlówki, gniazd 230VAC),
- sprawdzenie ogólnego stanu technicznego komory.

SPECJALISTA
Sekcji I
Laboratorium Kryminalistycznego KSP
podp. Łukasz ZIEBIŃSKI

TECHNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
podp. Ewelina POŁAWSKA

KIEROWNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
podp. Marek LEWIŃSKI

STARSZY TECHNIK
Szekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Miejskiej Stolecznej Policji
M. Plebanska
Martyna PLEBANSKA