

Kielce, 29.05.2023 r.

Znak sprawy: ZP.272.5.2023

Wojewódzka Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Kielcach

**Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- uzupełnienie**  
*Do wszystkich zainteresowanych*

Zamawiający Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach zgodnie z art. 253 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ofertach odrzuconych w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 na **Dostawę wyposażenia dla Sekcji Badań Higieny Radiacyjnej WSSE w Kielcach**, znak sprawy: ZP.272.5.2023.

Część 1: Rozbudowa/ modernizacja zestawu pomiarowego NBM-550 wyprodukowanego przez Narda Safety Test Solutions.

Numer oferty	Nazwa oraz adres Wykonawcy	Punkty przyznane w kryterium: Cena	Punkty przyznane w kryterium: Termin dostawy	Punkty przyznane w kryterium: Okres gwarancji	łącznie przyznana punktacja
1	2	3	4	5	6
3	<b>WAVE-TEST Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>

**Uzasadnienie prawne:** Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Uzasadnienie faktyczne:** Wykonawca złożył ofertę w terminie, spełnił wymogi zawarte w SWZ oraz otrzymał najwyższą liczbę punktów według kryteriów oceny ofert.

Część 2: Miernik do pomiarów szerokopasmowych składowej elektrycznej i składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości od 5Hz do 400 kHz.

Numer oferty	Nazwa oraz adres Wykonawcy	Punkty przyznane w kryterium: Cena	Punkty przyznane w kryterium: Termin dostawy	Punkty przyznane w kryterium: Okres gwarancji	łącznie przyznana punktacja
1	2	3	4	5	6
1	<b>MASCHEK POLSKA SZYMON STĘPA GORZYCE 6 62- 320 MIŁOŚLAW</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>

3	WAVE-TEST Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa	<p><b>Oferta odrzucona</b></p> <p>Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 5</p> <p>Podstawa faktyczna: Wedle wiedzy Zamawiającego zakres pomiaru indukcji magnetycznej miernika EHP-50F wynosi 0,3nT – 10mT i jest zgodny z częścią wymaganego zakresu od 1nT do 10mT, ale nie obejmuje części wymaganego zakresu od 10mT do 20mT, opisanego w pozycji 2 załącznika 2b do SWZ. Oferowany miernik EHP-50F nie posiada również wyświetlacza umieszczonego w obudowie, umożliwiającego bezpośrednią prezentację wyników pomiarów wartości chwilowych pola elektrycznego i magnetycznego, opisanego w pozycji 15 załącznika 2b do SWZ. Przedstawiona oferta nie uwzględnia wymaganej w pozycji 21 załącznika 2b walizki transportowej dla miernika, a jedynie wykorzystanie walizki wspólnie z miernikiem NBM-550. Ponadto stopień ochrony zapewnianej przez obudowę miernika EHP-50F wynosi IP42 i nie spełnia wymagania, co najmniej IP65, opisanego w pozycji 23 załącznika 2b do SWZ.</p>
---	---	--

**Uzasadnienie prawne:** Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Uzasadnienie faktyczne:** Wykonawca złożył ofertę w terminie, spełnił wymogi zawarte w SWZ oraz otrzymał najwyższą liczbę punktów według kryteriów oceny ofert.

Część 3: Zestaw do pomiarów promieniowania X w otoczeniu aparatów rentgenowskich oraz do badania fizycznych parametrów wyposażenia rtg w radiografii ogólnej, fluoroskopii, stomatologii, mammografii i tomografii komputerowej.

Numer oferty	Nazwa oraz adres Wykonawcy	Punkty przyznane w kryterium: Cena	Punkty przyznane w kryterium: Termin dostawy	Punkty przyznane w kryterium: Okres gwarancji	łącznie przyznana punktacja
1	2	3	4	5	6
2	<b>HELMAR Measurement Systems Jacek Dobrowiecki 01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 108C/2</b>	60,00	0,00	20,00	80,00

**Uzasadnienie prawne:** Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Uzasadnienie faktyczne:** Wykonawca złożył ofertę w terminie, spełnił wymogi zawarte w SWZ oraz otrzymał najwyższą liczbę punktów według kryteriów oceny ofert.

**Dotyczy części 1 i 3:** Zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1) lit a) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. W wymienionych wyżej pakietach Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na **01.06.2023 r.**

**Dotyczy części 2:** Zgodnie z art. 308 ust. 2 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W wymienionych wyżej pakietach Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na **06.06.2023 r.**

Umowa zostanie zawarta przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz przesłana za pośrednictwem platformy przetargowej.

Po podpisaniu umowy przez Wykonawcę Zamawiający oczekuje zwrotu poprzez Platformę przetargową.