



DZP.ŁG.282.6.2024

Sopot, dnia 28.06.2024 roku

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA 2
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
TRYB PODSTAWOWY – ZNAK: 6-TP-24**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego oraz wyrobów medycznych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o., w podziale na 31 pakietów– Znak: 6-TP-24


1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2023.1605 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1	Pakiet nr 8 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji oryginalnego papieru do defibrylatora Philips HeartStart Intrepid o rozmiarze 75 mm x 25 m. Właściwy rozmiar oryginalnego ww. papieru producenta Philips do 75 mm x 25 m.	Zamawiający dopuszcza oryginalny papier w rozmiarze 75 mm x 25m, Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
2	PAKIET 15 poz.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu medycznego - wosku kostnego o następującym składzie: * wosk pszczeli (83%), * parafina stała (5%), * palmitynian izopropylu (12%)? Dzięki 3-składnikowej budowie wosk jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować. Każda saszetka zawiera 2,5g. Opakowanie zbiorcze 12sztuk.	Zamawiający dopuszcza, Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
3	Dotyczy umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej?	Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
4	Dotyczy pakietu 17 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: Oryginalne, pakowane jednostkowo, sterylne ostrza do dużych kości do końcówki piły oscylacyjnej AR-600SAGMIS firmy Arthrex. Produkt wykonany w technologii oraz o grubości zapobiegającej uginaniu się ostrza podczas pracy. Ostrza dostępne w następujących rozmiarach: grubość/długość/szerokość 1 mm/ 90 mm/ 13 mm 1.19 mm/ 90 mm/ 13 mm 1.27 mm/ 90 mm/ 13 mm 1 mm/ 90 mm/ 19 mm 1.27 mm/ 90 mm/ 19 mm 1.37 mm/ 90 mm/ 19 mm 1 mm/ 90 mm/ 25.4 mm 1.19 mm/ 90 mm/ 25.4 mm 1.27 mm/ 90 mm/ 25.4 mm 1.47 mm/ 90 mm/ 25.4 mm 0.6 mm/ 45 mm/ 9 mm 1.27 mm/ 105 mm/ 19 mm 0.8 mm/ 65 mm/ 27mm 0.8 mm/ 65 mm/ 18 mm	Zamawiający dopuszcza, Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ


	0.8 mm/ 65 mm/ 46 mm	
5	PAKIET 16, POZ. 4: Obecnie Zamawiający kupuje zestaw do wklucia lędzwiowego zapakowany w opakowanie typu twardy blister z dwiema komorami. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu do zmiany opatrunku w opakowaniu typu twardy blister z min. dwiema komorami?	Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga opakowania typu twardy blister, a nie wymaga min. 2 komór. Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian
6	Pakiet 26: Czy Zamawiający dopuści Rękawice nitrylowe diagnostyczne / zabiegowe, przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Długość min. 240 mm, grubość ścianki na palcu min. 0,05 mm, na dłoni min. 0,05 mm, na mankiecie min. 0,04 mm, powierzchnia gładka, palce chropowate, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wydłużenie 400-500%, siła zrywająca przed i po starzeniu 6,0N, AQL 1,5, poziom chwytności 5 zgodnie z PN EN 420 +A1. Rękawice są środkiem ochrony indywidualnej kat III, typ. B. Rękawice zgodne z normą normami PN - EN 455, PN – EN 420, PN-EN ISO 374-1,-2,-4 i -5, PN-EN 16523-1, dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Rozmiary od XS do XL, pakowanie w kartonik po 100 szt., opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru.	Zamawiający nie dopuszcza
7	Dot. umowy Par. 6 ust. 6.5 Czy Zamawiający zmodyfikuje wzór umowy tak, aby Maksymalna wysokość kar nie mogła przekroczyć 20% łącznej wartości przedmiotu umowy?	Zamawiający nie wyraża zgody
8	Pakiet 27 poz.1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej gładkiej z mikroteksturą dla pewnego chwytu o typowej grubości ścianki na palcu: 0,20±0,02 mm?	Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
9	Pakiet 27 poz.2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej gładkiej z mikroteksturą dla pewnego chwytu?	Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
10	Pakiet 27 poz.2 Czy Zamawiający dopuści rękawice z aktualną normą EN 21420 zastępującą normę EN 420?	Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
11	Pakiet 27 poz.3 Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej dla pewnego chwytu?	Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
12	Pakiet 27 poz.3 Czy Zamawiający dopuści rękawice z aktualną normą EN 21420 zastępującą normę EN 420?	Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
13	Pakiet 27, poz. 1 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic z mankiem rolowanym zapobiegającym zsuwaniu się rękawic z mankieta bez taśmy adhezyjnej, rękawice obustronnie chlorowane, o powierzchni zewnętrznej delikatnie teksturowanej. Grubość na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,18 mm, na mankiecie 0,14 mm. Długość rękawicy min. 282 mm. Dostępne rozmiary 6.0-9.0	Zamawiający nie wyraża zgody


14	Pakiet 27, poz. 2 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic z mankietem rolowanym z niechlorowaną opaską adhezyjną, o powierzchni zewnętrznej wykończonej makroteksturą. Rękawice o nieznacznej różnicy w grubości tj: palec 0.19 ± 0.02 mm, dłoń 0.19 ± 0.03 mm, mankiet 0.16 ± 0.02 mm. Poziom protein ≤ 30 g/g. Długość 302 mm. Pozostałe wymagania, w szczególności dotyczące wewnętrznej warstwy nawilżającej, zgodnie z wymogami Zamawiającego	Zamawiający nie wyraża zgody
15	Pakiet 27, poz. 3 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic z mankietem rolowanym z niechlorowaną opaską adhezyjną. Rękawice o nieznacznej różnicy w grubości tj: palec 0.25 ± 0.03 mm, dłoń 0.21 ± 0.02 mm, mankiet 0.17 ± 0.02 mm. Poziom protein ≤ 30 g/g. Długość 302 mm. Pozostałe wymagania, w szczególności dotyczące powłoki wewnętrznej rękawic, zgodnie z wymogami Zamawiającego	Zamawiający nie wyraża zgody
16	Pakiet 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę jednorazową z łącznikiem stożkowym umieszczonym bocznie?	Zamawiający dopuszcza, Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
17	Pakiet 1, poz. 1-4 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe gdzie kryza zabezpieczająca tłok przed wypadnięciem wykonana jest z kauczuku naturalnego?	Zamawiający dopuszcza, Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
18	Pakiet 1, poz. 4,7 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?	Zamawiający dopuszcza, Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
19	Pakiet 1, poz. 5-7 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę bez rozszerzenia skali?	Zamawiający nie dopuszcza
20	Pakiet 1, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp infuzyjnych nie wpisaną w menu pompy?	Zamawiający nie dopuszcza
21	Pakiet 1, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'60 szt. wraz z przeliczeniem ilości?	Zamawiający dopuszcza, Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
22	Pakiet 1, poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp infuzyjnych nie wpisaną w menu pompy, z pojedynczą skalą pomiarową?	Zamawiający nie dopuszcza
23	Pakiet 1, poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'60 szt. wraz z przeliczeniem ilości?	Zamawiający dopuszcza, Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
24	Pakiet 1, poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp infuzyjnych z pojedynczą skalą pomiarową?	Zamawiający nie dopuszcza
25	Pakiet 1, poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową z podziałką co 0,01ml oraz z igłą o wymiarze 0,45 x 13 mm?	Zamawiający dopuszcza, Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
26	Pakiet 1, poz. 23-24,25 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?	Zamawiający dopuszcza, Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ

27	Pakiet 1, poz. 29 – Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 26G x 90 mm?	Zamawiający dopuszcza, Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
28	Pakiet 1, poz. 31-33 – Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych bez dodatkowego wskaźnika położenia szlif igły?	Zamawiający nie dopuszcza
29	Pakiet 1, poz. 34 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm do 17cm od strony dystalnej). Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości z radiocieniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz bezpieczeństwo wprowadzania cewnika. Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej z ostrymi strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły w płuciu Płaski filtr epiduralny 0,2µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczeniem kierunku przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem Łącznik do cewnika epiduralnego Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z zatraskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła miejsca jego wprowadzenia do ciała Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w odpowiednim miejscu na ciele pacjenta Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny	Zamawiający dopuszcza, Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
30	Pakiet 5, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos sterylne?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
31	Pakiet 5, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści cewnik do dróg oddechowych z dwoma otworami bocznymi?	Zamawiający dopuszcza, Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
32	Pakiet 5, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści cewnik ruologiczny Foley z balonami o pojemności 5-10 ml oraz 30 ml w zależności od rozmiaru oraz sterylizowany tlenkiem etylenu?	Zamawiający nie dopuszcza
33	Pakiet 5, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Foleya z drapowaniem tylko na szerokości?	Zamawiający nie dopuszcza
34	Pakiet 5, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe sterylne?	Pakiet 5 poz. 6 nie dotyczy masek tlenowych
35	Pakiet 5, poz. 13-14 – Czy Zamawiający dopuści woreczek do pobierania moczu o pojemności 2000ml	Zamawiający nie dopuszcza

36	Pakiet 8, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści papier 75 x 25 mm?	Odpowiedź jak w pytaniu nr 1
37	Pakiet 9, poz. 1-2 – Czy Zamawiający dopuści dren łączący z końcówkami takimi jak na zdjęciu 	Zamawiający nie dopuszcza
38	Pakiet 10, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści szczotki chirurgiczne pakowane po 40 szt wraz z przeliczeniem ilości?	Zamawiający dopuszcza, Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
39	Pakiet 15 - Czy Zamawiający dopuści jałowy воск kostny o składzie: 80% mieszanina wosków pszczelich, 20% palmitynian izopropylowy?	Zamawiający dopuszcza, Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
40	Pakiet 16 – Czy Zamawiający dopuści etykietę z 2 etykietami TAG w języku polskim zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu?	Zamawiający dopuszcza pod warunkiem ,że pozostałe parametry i skład pozostaje bez zmian, Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
41	Pakiet 16 pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem?	Zamawiający nie dopuszcza
42	Pakiet 16 pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie, zapakowany w twardej blister: <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa PP+PE 50cm x 60cm • 1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa PP+PE 50cm x 60cm, z centralnym otworem o średnicy 5 cm i przecięciem • 2 szt. Rękawice diagn. nitylowe bezpudrowe rozm. M w opakowaniu papierowym • 6 szt. Tupfer gazowy bez nitki RTG 20 cm x 20 cm, 17-nitkowy • 8 szt. Kompres z gazy 7,5cm x 7,5cm, 17-nitkowy, 8-warstwowy • 1 szt. Pęseta plastikowa dł. 12,5cm; polipropylen; kolor zielony • 1 szt. Chwytek plastikowy Pean dł. 14cm; polipropylen; kolor niebieski • 1 szt. Pojemnik okrągły poj. 120ml; polipropylen; kolor transparentny Osobno zapakowane: <ul style="list-style-type: none"> • ampułkostrzykawka 10 ml z wodą i gliceryną • ampułkostrzykawka 6 ml z lubrykantem 	Zamawiający nie dopuszcza
43	Pakiet 16 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie? <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. Serweta chirurgiczna 60cm x 75cm (niebieski SMS) • 1 szt. Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm (niebieski SMS) • 1 szt. Pojemnik okrągły poj.120ml • 6 szt. Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 30cm x 	Zamawiający nie dopuszcza

	<p>30cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 szt. Kompres z włókniny 30G 4W 10cm x 10cm • 1 szt. Chwytnak plastikowy 23cm • 1 szt. Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm • 1 szt. Strzykawka 3-częściowa 2ml Luer • 1 szt. Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer • 1 szt. Igła iniekcyjna (0,5 x 40) • 1 szt. Igła iniekcyjna (1,2 x 40) 	
44	<p>Pakiet 16 pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa bibułowo-foliowa 90cm x 75cm • 1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa bibułowo-foliowa 45cm x 75cm z centralnym otworem przyklepnym o średnicy 8 cm • 10 szt. Tupfer gazowy bez nitki RTG 20cm x 20cm 17-nitkowa • 10 szt. Kompres z gazy 7,5cm x 7,5cm 17-nitkowa, 8-warstwowa • 1 szt. Pęseta plastikowa dł. 12,5cm; polipropylen; kolor niebieski • 1 szt. Chwytnak metalowy Pean dł. 13cm; stal nierdzewna • 1 szt. Igłotrzymacz MAYO-HEGAR, metalowy dł. 13cm; stal nierdzewna • 1 szt. Strzykawka dwuczęściowa w opakowaniu papier-folia poj. 10ml, Luer • 1 szt. Strzykawka dwuczęściowa w opakowaniu papier-folia poj. 20ml, Luer • 1 szt. Igła iniekcyjna w opakowaniu papier-folia 1,2mm x 40mm • 1 szt. Igła iniekcyjna w opakowaniu papier-folia 0,8mm x 40mm • 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 11 • 1 szt. Opatrunek foliowy z ramką i taśmą do opisu w opakowaniu papier-folia 10cm x 15cm 	Zamawiający dopuszcza, Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
45	<p>Pakiet 18 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści dren Redona CH 12 /70cm z elementem kontrastującym w RTG?</p>	Pakiet 18 poz. 1 nie dotyczy drenu Redona
46	<p>Pakiet 18 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny z taśmą przeciwpotną w części czołowej wykonaną z 5 warstw włókniny typu spunlance o gramaturze 38g/m2?</p>	tak, zamawiający dopuszcza. Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
47	<p>Pakiet 18 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści maskę na blok operacyjny typu IIR z gumkami?</p>	Zamawiający nie dopuszcza
48	<p>Pakiet 18 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści maskę na blok operacyjny typu IIR z trokami?</p>	tak, zamawiający dopuszcza. Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
49	<p>Pakiet 18 pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z poszewką w rozmiarze 70x80cm?</p>	tak, zamawiający dopuszcza. Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
50	<p>Pakiet 18 pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli w którego skład wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -prześcieradło: 150 cm x 210 cm -poszewka na kołdrę 160 cm x 210 cm 	Tak, Zamawiający dopuszcza. Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ

	-poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm -osobno zapakowany koc ogrzewający w rozmiarze 110x210cm, wykonany z 2 warstw włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, oraz wypełnienia z poliestru o gramaturze 80g/m2, w kolorze niebiesko-zielonym?	
51	Pakiet 18 pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy w rozmiarze 30x40cm, gramatura 60g/m2?	Zamawiający nie dopuszcza
52	Pakiet 18 pozycja 12, 13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający nie dopuszcza
53	Pakiet 18 pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy w rozmiarze 40x70cm, gramatura 60g/m2?	Zamawiający nie dopuszcza
54	Pakiet 18 pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015. Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym składem, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości opakowań. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe?	Zamawiający nie dopuszcza
55	Pakiet 18 pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty wykonane z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63 g/m ² , o wymiarach: wysokość 48 cm, długość podeszwy 38cm, gumka w stanie napiętym 28cm, pakowane po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 	Tak, Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
56	Pakiet 18 pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny o chłonności 1326ml?	Zamawiający nie dopuszcza
57	Pakiet 18 pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'6 rolek?	Tak, Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ

58	<p>Pakiet 18 pozycja 20 – Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP2 NR posiadającą składaną, płaską konstrukcję umożliwiającą łatwą obsługę, wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos, pianka uszczelniająca w części nosowej, mocowana na gumki zakładane na uszy z klipsem umożliwiającym połączenie w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy, wyposażona w wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania poziomu ochrony FFP2 NR zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009, kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, graficzna instrukcja zakładania nadrukowana na opakowaniu jednostkowym, kolor biały, przeznaczona do użytku podczas jednej zmiany roboczej (max 8 godzin), jednorazowego użytku?</p> 	Tak, Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
59	<p>Pakiet 18 pozycja 24 – Czy Zamawiający dopuści spodnie w rozmiarze uniwersalnym?</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
60	<p>Pakiet 18 pozycja 25 – Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt.?</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
61	<p>Pakiet 26 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców?</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
62	<p>Pakiet 26 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zaoferowanej ilości?</p>	ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
63	<p>Pakiet 26 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z aktualną normą EN ISO 21420?</p>	Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
64	<p>Pakiet 28 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści obłożenie pacjenta, odporność na rozzerwanie na mokro/sucho 172 kPa/180kPa, pozostałe parametry zgodne z SWZ?</p>	Zamawiający nie dopuszcza
65	<p>Pakiet 28 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80cm x 145cm (Folia PE+ wzmocnienie wiskoza + poliester o wymiarach 60 cm x 145 cm)?</p>	Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
66	<p>Pakiet 28 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze XXL o długości 157 cm +/-3cm, odporność na przenikanie cieczy 102cm H20 na pozostałej powierzchni 35cm H20, odporność na wypychanie na</p>	Zamawiający nie dopuszcza

	sucho/mokro 107,74kPa/110,8kPa, oraz na sucho i mokro na pozostałej powierzchni 80,60 kPa, pozostałe parametry zgodne z SWZ?	
67	Pakiet 28 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści obłożenie pacjenta, odporność na rozerwanie na mokro/sucho 172 kPa/180kPa, pozostałe parametry zgodne z SWZ?	Zamawiający nie dopuszcza
68	Pakiet 28 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80cm x 145cm (Folia PE+ wzmocnienie wiskoza + poliester o wymiarach 60 cm x 145 cm)?	Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
69	Pakiet 28 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze XXL o długości 157 cm +/-3cm, odporność na przenikanie cieczy 102cm H20 na pozostałej powierzchni 35cm H20, odporność na wypychanie na sucho/mokro 107,74kPa/110,8kPa, oraz na sucho i mokro na pozostałej powierzchni 80,60 kPa, pozostałe parametry zgodne z SWZ?	Zamawiający nie dopuszcza
70	Pakiet 28 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny w rozmiarze L o długości 128cm +/- 3cm, odporność na wypychanie na sucho/mokro 80,60 kPa/ 76 kPa, pozostałe parametry zgodne z SWZ?	Zamawiający nie dopuszcza
71	Pakiet 28 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści obłożenie pacjenta wykonane z materiału typu SMS o gramaturze 50g/m2 , w strefie krytycznej dodatkowo warstwa wzmocniona SM o gramaturze 80g/m2, odporność na przenikanie cieczy 110cm H20, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 205,6 kPa/199,4 kPa?	Zamawiający nie dopuszcza
72	Pakiet 28 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80cm x 145cm (Folia PE+ wzmocnienie wiskoza + poliester o wymiarach 60 cm x 145 cm)?	Zamawiający nie dopuszcza
73	Pakiet 28 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę do artroskopii kolana w rozmiarze 200cm x 320cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o wymiarach 6 cm x 8 cm , zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia do podłączenia drenów?	Zamawiający nie dopuszcza
74	Pakiet 28 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści osłonę ortopedyczną na kończynę w rozmiarze 30cm x 60cm?	Zamawiający nie dopuszcza
75	Pakiet 28 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze XXL o długości 157 cm +/-3cm, odporność na przenikanie cieczy 102cm H20 na pozostałej powierzchni 35cm H20, odporność na wypychanie na sucho/mokro 107,74kPa/110,8kPa, oraz na sucho i mokro na pozostałej powierzchni 80,60 kPa, pozostałe parametry zgodne z SWZ?	Zamawiający nie dopuszcza
76	Pakiet 28 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny w rozmiarze L o długości 128cm +/- 3cm, odporność na wypychanie na sucho/mokro 80,60 kPa/ 76 kPa, pozostałe parametry zgodne z SWZ?	Zamawiający nie dopuszcza
77	Pakiet 28 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę w rozmiarze 14 cm x 250cm?	Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ

78	Pakiet 28 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści dren Redona CH 12 /70cm z elementem kontrastującym w RTG?	Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
79	Pakiet 28 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści obłożenie pacjenta wykonane z materiału typu SMS o gramaturze 50g/m2 , w strefie krytycznej dodatkowo warstwa wzmocniona SM o gramaturze 80g/m2 łączna gramatura w strefie wzmocnienia 130g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 110cm H20, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 205,6 kPa/199,4 kPa?	Zamawiający nie dopuszcza
80	Pakiet 28 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80cm x 145cm (Folia PE+ wzmocnienie wiskoza + poliester o wymiarach 60 cm x 145 cm)?	Zamawiający nie dopuszcza
81	Pakiet 28 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną na kończynę wzmocnioną w rozmiarze 200cm x 320cm z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 6cm x 8 cm z dwoma organizatorami przewodów?	Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
82	Pakiet 28 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści osłonę ortopedyczną na kończynę w rozmiarze 30cm x 60cm?	Zamawiający nie dopuszcza
83	Pakiet 28 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze XXL o długości 157 cm +/-3cm, odporność na przenikanie cieczy 102cm H20 na pozostałej powierzchni 35cm H20, odporność na wypychanie na sucho/mokro 107,74kPa/110,8kPa, oraz na sucho i mokro na pozostałej powierzchni 80,60 kPa, pozostałe parametry zgodne z SWZ?	Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
84	Pakiet 28 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny w rozmiarze L o długości 128cm +/- 3cm, odporność na wypychanie na sucho/mokro 80,60 kPa/ 76 kPa, pozostałe parametry zgodne z SWZ?	Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
85	Pakiet 28 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę w rozmiarze 14 cm x 250cm?	Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
86	Pakiet 28 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści dren Redona CH 12 /70cm z elementem kontrastującym w RTG?	Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
87	Pakiet 25, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne wykonane z winylu?	Zamawiający nie dopuszcza
88	Pakiet 25, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści szynę Zimmera 20x400mm?	Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
89	Pakiet nr 5 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści balon 5-15 ml?	Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ

90	Pakiet nr 5 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści sterylizowany tlenkiem etylenu?	Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
91	Pakiet nr 5 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści balon 3 ml dla rozmiaru CH6 oraz 3-5 ml dla rozmiaru CH8-10?	Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
92	Pakiet nr 5 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści cewnik nie silikonowy?	Zamawiający nie dopuszcza
93	Pakiet nr 5 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 550 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji. Specjalnie skonstruowany pojemnik z wbudowanym w ściankę kanałem powodującym przejście tlenu do samego dna, a potem aż ku jego górnej części, powodując jego przejście przez całą objętość wody?	Zamawiający nie dopuszcza
94	Pakiet nr 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści System do kontrolowanej zbiórki stolca o następujących parametrach: <ul style="list-style-type: none"> • Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm • Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika • Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo • Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący • Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml) z filtrem węglowym • Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka • Niesterylny • Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe • Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawka 60ml, 2x przyklepne opatrunki • Możliwość użytkowania systemu przez 29 dni? 	Zamawiający nie dopuszcza
95	Pakiet nr 6 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o wymiarach ok. 16,5 x 30 cm wyposażony w plastikowy okrągły uchwyt posiadający specjalne otwory, dzięki którym możliwe jest zamknięcie worka umożliwiając tym samym wydostanie się treści i przykrego zapachu?	Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
96	Pakiet nr 6 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 2000ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), z filtrem węglowym, mikrobiologicznie czyste?	Zamawiający nie dopuszcza
97	Pakiet nr 9 poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści końcówki z zamocowanym dodatkowo kapturkiem nakrywającym końcówkę?	Zamawiający nie dopuszcza
98	Pakiet nr 9 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści resuscytator o poj. 550 ml, z rezerwuarem tlenu 1600 ml?	Zamawiający nie dopuszcza

99	Pakiet nr 9 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści kankę o średnicy 21 Fr?	Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
100	Pakiet nr 9 poz. 10 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łyżek sterylnych?	Zamawiający nie wymaga łyżek sterylnych, dopuszcza zaoferowanie produktu mikrobiologicznie czystego.
101	Pakiet nr 9 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści długość od końca światłowodu do końcówki dystalnej 45 mm?	Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
102	Pakiet nr 9 poz. 13 Czy Zamawiający dopuści skalę na korpusie do 6 cm?	Zamawiający nie dopuszcza
103	Pakiet nr 9 poz. 13 Czy Zamawiający dopuści marker zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I sterylnej? Właśnie taka rejestracja pozwala na kontakt z nienaruszoną skórą. Wskazana przez Zamawiającego Klasa IIa jest wymagana w przypadku wyrobów inwazyjnych, a marker chirurgiczny nie jest takim produktem.	Zamawiający dopuszcza Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
104	Pakiet nr 9 poz. 15 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku z możliwością intubacji, wykonaną w całości z PCV, bezlateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta umieszczona na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru, oraz objętości wypełniającej mankiety umieszczone na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?	Zamawiający nie dopuszcza
105	Pakiet nr 9 poz. 16 Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne w pojedynczych rozmiarach od 0 do 5 lub od 1 do 6?	Zamawiający nie dopuszcza
106	Pakiet nr 9 poz. 16 Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne w pojedynczych rozmiarach od 0 do 6?	Zamawiający nie dopuszcza
107	Pakiet nr 9 poz. 18 Czy Zamawiający dopuści dwie rury rozciągliwe do długości 160 cm?	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
108	Pakiet nr 9 poz. 19 Czy Zamawiający dopuści przewodnice w rozmiarach: • 2.0 – długość 255mm; • 3.3 – długość 340mm; • 4.0 – długość 340mm; • 4.7 – długość 340mm?	Zamawiający dopuszcza, Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
109	Pakiet nr 9 poz. 19 Czy Zamawiający dopuści wyrób ze śladową ilością ftalanów, zgodną z obowiązującymi w naszym kraju i UE normami?	Zamawiający nie dopuszcza

110	Pakiet nr 9 poz. 21 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem niesilikonowane?	Zamawiający nie dopuszcza
111	Pakiet nr 9 poz. 21 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem zawierające śladowe ilości ftalanów?	Zamawiający nie dopuszcza
112	Pakiet nr 9 poz. 22 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone niesilikonowane?	Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza
113	Pakiet nr 9 poz. 22 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone zawierające śladowe ilości ftalanów?	Zamawiający nie dopuszcza
114	Pakiet nr 9 poz. 24 Czy Zamawiający dopuści maskę z dmuchanym mankietem w rozmiarach od 0 do 6?	Zamawiający nie dopuszcza
115	Pakiet nr 9 poz. 26 Czy Zamawiający dopuści resuscytator o poj. 1650 ml, z rezerwuarem tlenu 2000 ml?	Zamawiający nie dopuszcza
116	Pakiet nr 27, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic o grubości na palcu 0,20 mm +/-0,02 mm, pozostałe wymagania zgodne z SWZ.	Zamawiający dopuszcza, Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
117	PAKIET NR 11 poz. 5 Z uwagi na różnorodność produktów w Pakiecie nr 11 prosimy o wydzielenie poz. 5 do osobnej części. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.	Zamawiający nie wyraża zgody
118	PAKIET NR 11 poz. 5 Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż do strzygarki Medline pod warunkiem nieodpłatnego użyczenia strzygarek kompatybilnych z zaoferowanymi ostrzami na czas realizacji umowy. Szerokość ostrza 36mm, pakowane: 1szt / blister; 50 blisterów/ pudełko, z przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 10 op. (50*10=500szt.) W przypadku dopuszczenia powyższego rozwiązania prosimy o podanie potrzebnej ilości strzygarek, które użyczymy bezpłatnie na czas trwania umowy.	Zamawiający nie dopuszcza

2. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2023.1605 ze zm.) – zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- 1) Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”, punkt 2
o treści:
„Termin składania ofert: do dnia 01.07.2024 r., do godz. 09:00 pod rygorem nieważności”
otrzymuje brzmienie:
„Termin składania ofert: **do dnia 05.07.2024 r., do godz. 09:00** pod rygorem nieważności”
- 2) Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”, punkt 4
o treści:

„Termin otwarcia ofert: Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 01.07.2024 roku o godz. 09:15.”

otrzymuje brzmienie:

„Termin otwarcia ofert: Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **05.07.2024 roku o godz. 09:15.**”

- 3) Rozdział XI „INNE INFORMACJE”, ust. 2 „termin związania ofertą”, pkt 2.1, o treści:

„2.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 30.07.2024 r.”

otrzymuje brzmienie:

„2.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 03.08.2024 r.**”

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego oraz wyrobów medycznych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o., w podziale na 31 pakietów – Znak: 6-TP-24 – **nie zmienia się.**

WICEPREZES ZARZĄDU

lek. med. Kinga Kozicka