



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 05.05.2025
EZ/36/2025/...421.....

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne
DOTYCZY: 36/2025- Zakup i dostawa nici chirurgicznych i kleju tkankowego

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 ze zm), udziela odpowiedzi:

PYTANIE

Dotyczy pakietu 2, Formularz cenowy, wymagania do pakietu, „zewnątrzne opakowanie sterylizacyjne: aluminiowa saszetka”:

Prosimy o odstąpienie od wymogu opakowania sterylizacyjnego – oferowane wyroby są jednorazowego użytku, fabrycznie sterylne.

ODPOWIEDŹ

Nie, Zamawiający nie może odstąpić od wymogu opakowania sterylizacyjnego „aluminiowa saszetka”.

Zamawiający wymaga w tym pakiecie szwów wchłaniających, a jedynym opakowaniem dla tego rodzaju nici chirurgicznych jest właśnie aluminiowa saszetka, gdyż chroni produkt przed wilgocią i zapewnia prawidłowe warunki przechowywania zapewniające utrzymanie właściwych parametrów wyrobu.

PYTANIE

Dotyczy pakietu 2, Formularz cenowy, wymagania do pakietu:

Prosimy o dopuszczenie opakowania transportowego bez banderoli.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający odstąpi w pakiecie 2 od wymogu banderoli na opakowaniu zbiorczym.

Z poważaniem,

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

Paulina Giermek

mgr farm.