



WszSL.FZ.381./35/2024

Legnica 28.05.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY DROBNEGO NIESTERYLNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ SYSTEMÓW DO ODSYSANIA WYDZIELIN
znak sprawy WszSL/FZ-35/24

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1
dot. część 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy nie posiadający obrotowej części Y?

Układ ten jest dedykowany do pracy z respiratorem SERVO przez producenta urządzenia, firmę Getinge.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2
dot. część 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody przezierne w promieniach RTG o wymiarach nie większych niż:

- Podłużne: 10 x 25 mm

- Okrągłe o średnicy: Ø 26 mm

do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 3
dot. część 3

Czy Zamawiający wymaga aby elektrody spełniały standardy zgodnie z normą EN/IEC 60601-2-25 oraz EN/ IEC 60601-2-27 oraz AAMI EC12 a także AAMI EC11 ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 4
dot. część 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody przezierne w promieniach RTG których powierzchnia adhezyjna składa się z hydrożelowego rdzenia z hydrokolidową obwódką?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 5
dot. część 4

Czy Zamawiający wymaga elektrod przeziernych w promieniach RTG z możliwością użytkowania na jednym pacjencie bez zdejmowania do 5 dni?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).



Pytanie 6

Czy Zamawiający w części 1 dopuści obwód oddechowy o wymaganych parametrach, jednak zawierający komorę nawilżacza z innym system (automatyczny zawór odcinający) zabezpieczającym przed zalaniem niż wymagane dwa pływaków? Oba systemy, ten wymagany jak i ten przez nas oferowany, spełniają tak samo swoją funkcję. Zobowiązujemy się dostarczyć oświadczenie wytwórcy obwodu oddechowe o kompatybilności z określonym w SWZ respiratorem.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

część 4, poz. 1:

Czy zamawiający dopuści kieliszki do leków w kolorze przezroczystym, spełniające pozostałe wymagania SWZ. Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 8

część 4, poz. 1:

Czy zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane w rękaw foliowy po 75szt. z odpowiednim przeliczeniem na 6667 (minimalna przewidywalna ilość w ramach prawa opcji) lub 12000 (maksymalna przewidywalna ilość w ramach prawa opcji do leków) pełnych opakowań?

Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza zaproponowane opakowanie. Wskazuje jednak, że w formularzu asortymentowo – cenowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto odpowiadającej jednostce miary.

Pytanie 9

część 4, poz. 1:

Czy zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane w rękaw foliowy po 80szt. z odpowiednim przeliczeniem na 6250 (minimalna przewidywalna ilość w ramach prawa opcji) lub 11250 (maksymalna przewidywalna ilość w ramach prawa opcji do leków) pełnych opakowań?

Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza zaproponowane opakowanie. Wskazuje jednak, że w formularzu asortymentowo – cenowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto odpowiadającej jednostce miary .

Pytanie 10

Część nr 8, poz. 1,2,3,4,5,6

Czy Zamawiający, w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania wkład do ssaka równoważny do opisanego - antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta, o następujących cechach:

Wkłady posiadają w okrągłej pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, dostosowany do drenów o różnej średnicy. Króciec pacjenta nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wkłady wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu; wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Dostarczane w formie częściowo sprasowanej, by



ograniczyć przestrzeń na magazynowanie. Kanistry (pojemniki wielorazowe) mają kształt okrągły, wyposażone tylko w zaczep do mocowania (ze względu na inne rozwiązanie techniczne - próżnia bezpośrednio do wkładu - nie wymagają "łącznika kątownego").

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Oferent deklaruje wyposażenie Zamawiającego nieodpłatnie, na czas umowy, w kompatybilne pojemniki wielorazowe, pasujące do systemu mocowników, będących na wyposażeniu Zamawiającego. Brak dopuszczenia innego systemu stwarza sytuację, gdy tylko jeden produkt spełnia wymogi SIWZ co budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z ustawą ZP (zasada uczciwej konkurencji) oraz racjonalnością wydatkowania środków publicznych. Zamawiający ma narzędzia np. w postaci zażądania próbek, aby przekonać się, że oferujemy system gwarantujący wzajemną kompatybilność oferowanych wkładów i pojemników oraz skuteczne i bezpieczne odsysanie.

W przypadku niedopuszczenia naszego systemu, prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11

Część nr 8, poz. 2,4

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem o dł. 2,1 m, średnica wew. 5,6 mm, zewnętrzna 8,0 mm z łącznikiem typu kapkon? Wkład i dren kompatybilne, pochodzące od różnych producentów.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12

Część nr 8, poz. 12

Prosimy o dopuszczenie łącznika do próżni kompatybilnego z oferowanym systemem (prosty, wielokrotnego użytku).

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13

Część nr 8, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wysokości 38 cm.?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14

Część nr 8, poz. 15,16

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem o dł. 2,1 m, średnicy wew. 5,6 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15

Część nr 8, poz. 15,16

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, by dren posiadał dodatkową osłonkę do ochrony przed zabrudzeniem, które to rozwiązanie jest w praktyce szpitalnej rzadko stosowane, a podwyższa istotnie cenę?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16

Część nr 8, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści wiaderko 4 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17

Część 5

Czy Zamawiający w dobrej uczciwej konkurencji dopuści produkt o poniższym opisie:

Torba na wymiociny o pojemności 1500 ml, wyskalowana co 100 ml, wykonana z transparentnej niebieskiej folii pozwalającej weryfikować treść wymiocin oraz posiadającą ergonomiczny trójkątny ustnik dopasowany do kształtu twarzy, pozwalający wygodnie trzymać wyrób podczas użycia oraz posiadający wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie, co zabezpiecza przed wylaniem treści oraz odcina przykry zapach, opakowanie 50 sztuk.



W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 18

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści kieliszki jedynie bezbarwne?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 19

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opak a80 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 20

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500 ml, podziałka co 100 ml od 100-1500 ml, mleczny w pełni przejrzysty, pozwalający na wizualną obserwację zawartości, w tym krwi, wyposażony w plastikowy okrągły uchwyt posiadający specjalne otwory, dzięki którym możliwe jest zamknięcie worka umożliwiając tym samym wydostanie się treści i przykrego zapachu?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 21

Dotyczy Części 7 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Druty do wiązania odłamów kostnych; średnica: 0,3 – 1,5 mm*; długość: 10 m w zwoju.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Uwaga:

Odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Anna Płotnicka-Mieloch