



Numer sprawy: **SPZOZ-ZP/2/24/242/15/2022**

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców,
którzy pobrali SWZ

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – CZĘŚĆ III

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. **Sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego**. Zamawiający: SPZOZ w Wieluniu informuje, że za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma zakupowa) zostały złożone wnioski wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Spełniając wymóg art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022.1710 t.j ze zm. zwanej dalej "PZP" poniżej udostępniamy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 103

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od dnia złożenia reklamacji” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy Projektu umowy.

Pytanie 104

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania i przesyłania faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany adres poczty e-mail: apteka@szpital-wielun.pl. Stosowny zapis został wprowadzony do §5 Projektu umowy. (patrz Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy po zmianach).

Pytanie 105

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. a), b):

1. W przypadkach wymienionych poniżej, Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy następującymi karami umownymi:

- b) za zwłokę w realizacji złożonego zamówienia względem terminu określonego w § 3 ust. 3 umowy, w wysokości **0,5%** wartości netto tego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości netto **opóźnionej w dostawie części** zamówienia;
- c) za zwłokę w realizacji obowiązków reklamacyjnych w § 4 względem terminu określonego w § 4 ust. 2, w wysokości **0,5%** wartości netto reklamowanej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwykłego, nie więcej jednak niż **10%** wartości netto **reklamowanej części** zamówienia.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy Projektu umowy.

Pytanie 106

*Czy Zamawiający w **Pakiecie 29 poz.6** wymaga łączników do próżni wielorazowych, kompatybilnych z pojemnikami wielorazowymi z poz.1 i 2? Bo w systemie typu Serres łącznik taki do wkładów workowych j.uż. jest zbędny, gdyż wkład workowy j.uż. łączy się automatycznie z pojemnikiem bez użycia dodatkowych łączników?*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 107

*Czy Zamawiający w **Pakiecie 61 poz.1** oczekuje kleszczyków do usuwania zszywek (staplerów skórnych) **jednorazowego czy wielorazowego** użytku?*

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu jednorazowego użytku.

Pytanie 108

*Czy Zamawiający w **Pakiecie 104** dopuści jednorazowy stepler tnąco-zamykająco poprzeczny, z prostą linią cięcia, cztery rzędy tytanowych zszywek, kompatybilnych z MRI, długość linii szwu 43 mm, kowadełko i ładunek prosty o długości 40 mm linii cięcia. Wysokość zszywki zamkniętej 1,5 lub 2 mm, do wyboru Zamawiającego?*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 109

*Czy Zamawiający w **Pakiecie 104** w rubryce jednostka miary op. ma na myśli 1 sztukę*

Odpowiedź: Zamawiający jako opakowanie ma na myśli stapler.

Pytanie 110

*Zamawiający w **Pakiecie 125 poz. 1 i 2** w rubryce jednostka miary opak. ma na myśli 1 sztukę czy opakowanie zawierające 5sztuk ewakuatorów laparoskopowych?*

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli sztukę.

Pytanie 111

***Dotyczy SIWZ** : Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za wystarczające, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Powyższe oświadczenie stanowi podmiotowy środek dowodowy, jest składane na wezwanie Zamawiającego i musi być aktualne na dzień jego składania.

Pytanie 112

***Dotyczy zawarcia umowy:** Wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 113

Pakiet 10 poz. 11, 12 . Czy Zamawiający dopuści równoważny nakłuwacz?

Prosta intuicyjna obsługa; Specjalnie ostrzone, trójplaszczynowe igły ze stali nierdzewnej pokryte silikonem; Igły sterylizowane promieniami gamma. Mechanizm bezpieczeństwa eliminujący możliwość przypadkowego zakłucia. Aktywowany poprzez dociśnięcie do opuszka palca

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 114

Pakiet 15 poz. 2. Czy Zamawiający określi minimalną długość?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza min.160 cm.

Pytanie 115

Pakiet 15 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 30 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gramaturę min. 35 g/m².

Pytanie 116

Pakiet 15 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści rozmiar 160 x 210 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 117

Pakiet 18. Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65 g/m²
- Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 118

Pakiet 18. Czy zamawiający dopuści oświadczenie producenta, że zestaw nie zawiera lateksu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 119

Pakiet 18. Czy Zamawiający dopuści min. dwie samoprzylepne naklejki transferowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120

Pakiet 18. Zamawiający dopuści oświadczenie producenta potwierdzające zgodność z Normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokumentów wydanych przez producenta potwierdzające zgodność parametrów oferowanych zestawów z obowiązującymi normami.

Pytanie 121

Pakiet 57 Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych

- Serwety z materiału dwuwarstwowego, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 serweta 100 x 100 cm;
- 1 uchwyt samoprzylepny typu Velcro 2,5 x 23 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 180/255 x 200 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25 cm oraz trójkątnym zbiornikiem na płyny wyposażonym w kształtkę (sztywnik), separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka;
- 2 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 122

Pakiet 57. Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych:

Serwety z materiału dwuwarstwowego, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 serweta 75 x 90 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 150/220 x 240 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny i przylepnym otworem 9 x 12 cm otoczonym padem chłonnym 20 x 45 cm. Dodatkowo 4 zintegrowane z serwetą organizatory na przewody w formie rzepów;

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 123

Pakiet 58 poz. 1,2 ,3,4 .Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny ze standardowym rękawem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 124

Pakiet 58 poz. 1,2,3,4 .Czy Zamawiający dopuści Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125

Pakiet 58 poz. 1,2,3,4 .Czy Zamawiający dopuści min. 2 naklejki samoprzylepne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 126

Pakiet 58 poz. 2.Czy Zamawiający dopuści włókninę SMMMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 127

Pakiet 58 poz. 1,2,3,4 .Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta potwierdzające z zgodność normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokumentów wydanych przez producenta potwierdzających zgodność parametrów oferowanych zestawów z obowiązującymi normami.

Pytanie 128

Pakiet 58 poz. 1,2,3,,4 .Czy Zamawiający dopuści fartuchy spełniające normę PN EN 13795:2011 i w związku z tym spełniające odporność na przenikanie cieczy zgodnie z wymogami normy. .

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 129

Pakiet 94 .Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 24 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie do pełnych opakowań zaokrąglonych w górę.

Pytanie 130

Pakiet 101 poz. 1,2 .Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny PP?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131

Pakiet 101 poz. 1,2. Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 20 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 132

Pakiet 101 poz. 1,2 .Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 133

Zadanie 3, poz. 14-17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu aby pozycje 14 do 17 pochodziły od jednego Producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 134

Zadanie 4, poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej G 20 w rozmiarze 1,1 na 0,32 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 135

Zadanie 4, poz. 4-9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniul do wlewów dożylnych z cewnikiem z podwójnie czyszczonego teflonu PTFE?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 136

Zadanie 4, poz. 4-9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniul do wlewów dożylnych wyposażone w filtr hydrofobowy, zatrzymujący wypływ krwi poza kaniulą?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 137

Zadanie 7, poz. 1-4. Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze z tłokiem w kolorze niebieskim i przezroczystym cylindrem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 138

Zadanie 7, poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 139

Zadanie 7, poz. 5-6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej 50-60 biała/ bursztyn w opakowaniu 50 szt. Z odpowiednim przeliczeniem w formularzu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 140

Zadanie 7, poz. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z igłą w rozmiarze 0,45 x 13 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 141

Zadanie 8, poz. 1. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kropłową wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 142

Zadanie 8, poz. 2. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 143

Zadanie 8, poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 144

Zadanie 8, poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z drenem 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 145

Zadanie 8, poz. 3. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów bursztynowy z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 146

Zadanie 8, poz. 3. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z workiem w kolorze żółtym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 147

Zadanie 8, poz. 3. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z workiem , w którym worek będzie zapakowany osobno?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 148

Zadanie 19, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka pielęgniarzkiego typu beret w opakowaniu foliowym, umożliwiającym wyciągnięcie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 149

Zadanie 19, poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka typu furażerka w przedniej części wstawka pochłaniająca pot, z tyłu nieuciskająca gumka ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 150

Zadanie 19, poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ochraniaczy krótkich flizelinowych w kolorze niebieskim, rozmiar 41x16cm, opakowanie 100 sztuk; materiał: włóknina (polipropylen) Gramatura 30g/m² PP, mocowane za pomocą gumki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 151

Zadanie 19, poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha foliowego typu przedniak w rozmiarze 117 cm x 70 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 152

Zadanie 38, poz. 1-3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski tlenowej z drenem w rozmiarze M,L, XL , dren o długości 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 153

Zadanie 38, poz. 9-12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski tlenowej nebulizatorem rozmiarze z drenem o długości 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 154

Zadanie 38, poz. 16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie drenu tlenowego o długości 2000 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 155

Zadanie 43, poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 50 ml do cytostatyków z rozszerzeniem do 60 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 156

Zadanie 43, poz. 1-3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie strzykawek, Opakowanie 100 szt. Z odpowiednim przeliczeniem w formularzu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 157

Zadanie 43, poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie strzykawek, Opakowanie 50 szt. Z odpowiednim przeliczeniem w formularzu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 158

Zadanie 46, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rampy z 5 kranikami o wytrzymałość do 2,5 bara?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 159

Zadanie 46, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika trójdrożnego tylko z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 160

Zadanie 81, poz. 1. Pokrowce na buty wykonane z włókniny PP i laminatu PE o gramaturze 57 g/m². Mocowane na gumkę oraz dodatkowo wiązane, z taśmami antypoślizgowymi na podeszwie. Kolor biały. Wysokość 48cm. Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III typ PB(3/4/6)-B, używany w sytuacjach wysokiego ryzyka. Ograniczona ochrona przed cieczami chemicznymi – typ 3/4 B zgodnie z 14605:2008, Ochrona przed lekko rozpylonymi cząstkami Typ 6 B zgodnie EN 13034:2005 + A1:2009 ; Ochrona przed organizmami chorobotwórczymi EN 14126:2003 +AC:2004. Spełniające wymagania normy 13688:2013.

Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 161

Zadanie 83, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej wykonanej z PTFE?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 162

Zadanie 83, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej posiadającej filtr hydrofobowy zamiast zastawki antyzwrotnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 163

Zadanie 101, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha higienicznego o gramaturze 20gr? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Zatwierdził:

.....
 podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej
 (Na oryginale właściwy podpis: Dyrektor SPZOZ w Wieluniu Anna Freus)