



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
W BEŁŻYCACH

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

NIP: 713-28-46-648, Regon: 432710721, Numer KRS: 0000208113

Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

Bełżyce, dn. 13.02.2025r.

Numer postępowania: ZP-PN/SM/01/2025

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania pn.: **“Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach”**

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 5

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydzielenie kolposkopu do osobnego pakietu w ramach przetargu na dostawę sprzętu medycznego ZP-PN/SM/01/2025. W skład pakietu nr 5 wchodzi urządzenia: kolposkop, KTG, EKG, piła wodna, lampa wodna oraz tonometr, które są przeznaczone do różnych działań i zastosowań. Kolposkop, jako specjalistyczne urządzenie stosowane w ginekologii, wymaga odrębnego podejścia zarówno w zakresie jakości, jak i specyfikacji technicznych. Wydzielenie go do osobnego pakietu pozwoli na lepsze dostosowanie ofert do wymagań, które są specyficzne dla tego typu sprzętu. Wydzielenie kolposkopu do osobnego pakietu stworzy również większą przestrzeń dla producentów i dostawców, którzy specjalizują się w dostarczaniu tego typu sprzętu, co może przyczynić się do podniesienia jakości i konkurencyjności składanych ofert.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

PAKIET 5

Czy Zamawiający wydzieli osobny pakiet dot. aparatu EKG z zadania numer 5? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

PAKIET 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wadze 2,1kg. Różnica w wadze wynosząca 800g jest niewielka i nie wpłynie na użytkowanie urządzenia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Załącznika nr 2 – Projekt umowy

Pytanie 1 dot. § 5 ust. 4 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu 24 godziny robocze oraz zapisu Zgłoszenia będą dokonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 5

Dotyczy: Załącznika nr 2 – Projekt umowy

Pytanie 2 dot. § 6 ust. 1 pkt. 3

Czy Zamawiający może wyjaśnić, o jakie czynności chodzi, brak w paragrafie 6 zapisów o jakichkolwiek czynnościach?

Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapisy zawarte w § 6 ust. 1 pkt. 3), w projektowanych postanowieniach umowy.

Pytanie nr 6

Czy w Zadaniu nr 2 poz. 1 Zamawiający dopuści laser YAG/SLT zintegrowany bez adaptera o poniższych parametrach:

Zastosowanie: kapsulotomia, irydotomia, selektywna laserowa trabekuloplastyka, vitreoliza
IV klasa bezpieczeństwa lasera

Typ lasera: Nd:YAG

Długość fali - 1064 nm

Zakres emitowanej energii : pojedynczy puls 0,2 – 15 mJ, podwójny puls 10-25mJ, potrójny puls 20-45mJ

Czas trwania impulsu max. 4,0 ns

Wielkość ogniska płamki 8 µm

Kąt padania wiązki max.16 stopni

Częstotliwość powtarzania lasera: do 3,0 Hz

Q-switched

Możliwość uzyskania dokładnego odsunięcia ogniska lasera roboczego w stosunku do ogniska wiązek celujących

lasera diodowego (OFFSET) od -500 µm do +500 µm

Chłodzenie powietrzem

LASER CELOWNICZY

Typ lasera: diodowy, dwa punkty celownicze

Laser celowniczy: dioda zielona

CHARAKTERYSTYKA MODUŁU SLT

Typ lasera: Nd:YAG Q-Switched o podwojonej częstotliwości

Długość fali - 532 nm

Emitowana energia regulowana w zakresie 0,2 – 2,6 mJ na jeden impuls, z płynną regulacją co 0,1 mJ

Czas trwania impulsu max. 3,0 ns

Kąt padania wiązki max.3 stopnie

Częstotliwość repetycji od 2Hz do 3Hz

Chłodzenie powietrzem

Wielkość spotu 400 mikrometrów

Kontrola energii wiązki roboczej po każdej ekspozycji dla modułu SLT

Ekspozycja wiązki roboczej uruchamiana przyciskiem umieszczonym w joysticku lampy szczelinowej

Korpus lasera wyposażony w informacje dotyczące: ilości pulsów, całkowitej mocy, aktualnej mocy

LASEROWA LAMPA SZCZELINOWA

Oświetlenie koaksacyjne typu LED – współogniskowo z optyką mikroskopu

5 powiększeń: 5x, 8x, 14x, 25x, 38x

Możliwość mocowania attachmentu lasera siatkówkowego zielonego 532nm lub żółtego 577nm
WYPOSAŻENIE

Filtry bezpieczeństwa wbudowane w torze optycznym

Stolik elektryczny pod laser bez zintegrowanego fotela

Soczewki do laserowania

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza laser YAG/SLT zintegrowany bez adaptera o poniższych parametrach:

**Zastosowanie: kapsulotomia, irydotomia, selektywna laserowa trabekuloplastyka, vitreoliza
IV klasa bezpieczeństwa lasera**

Typ lasera: Nd:YAG

Długość fali - 1064 nm

Zakres emitowanej energii : pojedynczy puls 0,2 – 15 mJ, podwójny puls 10-25mJ, potrójny puls 20-45mJ

Czas trwania impulsu max. 4,0 ns

Wielkość ogniska plamki 8 µm

Kąt padania wiązki max.16 stopni

Częstotliwość powtarzania lasera: do 3,0 Hz

Q-switched

Możliwość uzyskania dokładnego odsunięcia ogniska lasera roboczego w stosunku do ogniska wiązek celujących

lasera diodowego (OFFSET) od -500 µm do +500 µm

Chłodzenie powietrzem

LASER CELOWNICZY

Typ lasera: diodowy, dwa punkty celownicze

Laser celowniczy: dioda zielona

CHARAKTERYSTYKA MODUŁU SLT

Typ lasera: Nd:YAG Q-Switched o podwojonej częstotliwości

Długość fali - 532 nm

Emitowana energia regulowana w zakresie 0,2 – 2,6 mJ na jeden impuls, z płynną regulacją co 0,1 mJ

Czas trwania impulsu max. 3,0 ns

Kąt padania wiązki max.3 stopnie

Częstotliwość repetycji od 2Hz do 3Hz

Chłodzenie powietrzem

Wielkość spotu 400 mikrometrów

Kontrola energii wiązki roboczej po każdej ekspozycji dla modułu SLT

Ekspozycja wiązki roboczej uruchamiana przyciskiem umieszczonym w joysticku lampy szczelinowej

Korpus lasera wyposażony w informacje dotyczące: ilości pulsów, całkowitej mocy, aktualnej mocy

LASEROWA LAMPA SZCZELINOWA

Oświetlenie koaksacyjne typu LED – współogniskowo z optyką mikroskopu

5 powiększeń: 5x, 8x, 14x, 25x, 38x

Możliwość mocowania attachmentu lasera siatkówkowego zielonego 532nm lub żółtego 577nm

Wypożyczenie

Stolik elektryczny na aparaturę medyczną z zintegrowanym fotelem – 1 szt.

Soczewka przeznaczona do standardowej laserowej trabekuloplastyki – 1 szt.

Soczewka do irydektomii – 1 szt.

Soczewka do kapsulotomii – 1szt.

Pytanie nr 7

Czy w związku z faktem, że ustawa o wyrobach medycznych i rozporządzenie Rady Parlamentu UE 2017/745 (MDR) art. 10 - nie nakładają obowiązku zapewniania części zamiennych oraz zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt: KIO 2648/18 WYROK z dnia 14 stycznia 2019 r.

- z którego wynika, iż Zamawiający może żądać zapewnienia części, ale na okres nie dłuższy niż ogólna gwarancja – Zamawiający dopuści: „zapewnienie dostępności części zamiennych w Zadaniu nr 2 przez okres max. 5 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 8

Czy w Zadaniu nr 2 poz. 2 Zamawiający dopuści wyświetlacz optotypów o poniższych parametrach:

Przekątna ekranu: 24”

Zakres odległości projekcyjnej od 2 do 7 m

Szybkość zmiany optotypów nie więcej niż 0,5s

Jasność tła w granicach: 200 cd/m²

Sterowanie za pomocą pilota

Możliwość odtwarzania dźwięku

Funkcja automatycznego wyłączania po ustalonym wcześniej przez użytkownika czasie (5, 10, 15 min)

Dostępne testy:

Testy kontrastowe

Optotypy literowe

Optotypy dziecięce (rysunki)

Optotypy cyfry

Haki (E) Snellena

Pierścienie Landolta

Test czerwono-zielony

Test astygmatyzmu

Punkt fiksacyjny

Test cylindra krzyżowego

Test solniczki

Testy kontrastowe

Test Amslera

Test Ishihara

Maski: pojedyncza, poziome, pionowe, podkreślenie

Maska czerwono-zielona

Test Wilczka

Test dla głuchoniemych

Test HOTV

Testy kolorowe dla dzieci

Obrazki 3D

Schematy anatomiczne (np.: budowa oka, schorzenia)

Zasilanie: External INPUT: 100 – 240 ~0.9A 50/60 Hz. OUTPUT: 12.0V 3.0A DC

Wymiary: 605 x 370 x 30 mm; Waga: 3,5 kg

Odpowiedz: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Ad. SWZ, rozdział 17 pkt. 17.1, 17.3

Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących „kryteria oceny ofert” pkt 17.1 Parametry techniczne (PT) 10% oraz pkt 17.3 wzór PT x20pkt, ponieważ zapisy w obu punktach różnią się.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę, ujednolica zapisy rozdziału 17 pkt. 17.1, 17.3: pkt 17.1 Parametry techniczne (PT) 10% oraz pkt 17.3 wzór PT x 10 pkt.

Pytanie 10

Ad. Załącznik Nr 2 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, §2, ust. 7; Załącznik Nr 1 Tabelka pozycja Nr 1 pkt 7, pozycja Nr 2 pkt 7

Czy Zamawiający zmieni zapis z

„Wykonawca oświadcza, iż sprzęt pozbawiony jest wszelkich blokad, w tym w szczególności kodów serwisowych lub innych podobnych zabezpieczeń, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu przez inny niż Wykonawca podmiot, w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. W przypadku, gdy sprzęt posiada wskazane ograniczenia, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia najpóźniej do ostatniego dnia upływu terminu gwarancji pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1 pkt 4. Obowiązek wskazany w niniejszym ustępie istnieje także po zapłacie kary umownej, a Zamawiający ma prawo dochodzić dalszych roszczeń. Wykonawca zobowiązuje się dopełnić wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu umożliwienia pełnego korzystania z urządzenia przez Zamawiającego.”

na:

„Wykonawca oświadcza, iż sprzęt pozbawiony jest wszelkich blokad, w tym w szczególności kodów serwisowych lub innych podobnych zabezpieczeń, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu przez inny niż Wykonawca podmiot, w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. W przypadku, gdy sprzęt posiada wskazane ograniczenia, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia najpóźniej do ostatniego dnia upływu terminu gwarancji pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1 pkt 4. A gdy sprzęt posiada blokady zmieniające się dynamicznie, których nie można usunąć, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania kodów serwisowych, pozwalających na nieograniczony dostęp do funkcji aparatu pozwalający na serwisowanie sprzętu po okresie gwarancji przez podmioty zewnętrzne, na każde wezwanie Zamawiającego. Obowiązek wskazany w niniejszym ustępie istnieje także po zapłacie kary umownej, a Zamawiający ma prawo dochodzić dalszych roszczeń. Wykonawca zobowiązuje się dopełnić wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu umożliwienia pełnego korzystania z urządzenia przez Zamawiającego.”

Uzasadnienie: W najnowocześniejszych aparatach ultrasonograficznych nie funkcjonują kody serwisowe stałe, jedynie kody dynamiczne/zmienne, do których dostęp w momencie serwisowania posiadają jedynie autoryzowani przedstawiciele producenta za pomocą specjalistycznej aplikacji. W związku z tym nie ma możliwości dostępu do platformy serwisowej przy pomocy kodów stałych. W razie potrzeby Wykonawca udostępni kody serwisowe na wezwanie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Ad. Załącznik Nr 2 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, §5, ust. 5

Czy Zamawiający zmieni zapis z

„W okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca na własny koszt usunie niezwłocznie wszystkie wady, jak również w terminie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym, dokona wszelkich przeglądów okresowych i modyfikacji oraz aktualizacji zalecanych przez producenta urządzenia, które będą potwierdzone każdorazowo wpisem do paszportu technicznego urządzenia. Wszelkie koszty (w tym koszty elementów zużywalnych) związane z naprawami gwarancyjnymi i wszelkimi przeglądami gwarancyjnymi, oględzinami, ekspertyzami, transportem, dojazdami ponosi Wykonawca.”

na:

„W okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca na własny koszt usunie niezwłocznie wszystkie wady, jak również w terminie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym, dokona wszelkich przeglądów okresowych i modyfikacji oraz aktualizacji zalecanych przez producenta urządzenia, które będą potwierdzone każdorazowo wpisem do paszportu technicznego urządzenia. Wszelkie koszty (w tym koszty elementów zużywalnych wyszczególnionych w instrukcji serwisowej przez producenta) związane z naprawami gwarancyjnymi i wszelkimi przeglądami gwarancyjnymi, oględzinami, ekspertyzami, transportem, dojazdami ponosi Wykonawca.”?

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

Ad. Załącznik Nr 2 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, §5, ust. 4, pkt.1

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku kryterium „czas reakcji” kontakt telefoniczny z użytkownikiem wraz z diagnostyką zdalną? W wielu przypadkach doświadczony serwis jest w stanie zdiagnozować usterkę i przedstawiać kosztorys naprawy po konsultacji z użytkownikiem aparatu.

Odpowiedz: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13

Ad. Załącznik Nr 2 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, §5, ust. 4, pkt.1

Czy Zamawiający zmieni zapis z

„W przypadku konieczności naprawy czas reakcji serwisu od momentu powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wyniesie maksymalnie 24 godziny.” na

„W przypadku konieczności naprawy czas reakcji serwisu od momentu powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wyniesie maksymalnie 48 godziny w dni robocze”?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Ad. Załącznik Nr 2 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, §5, ust. 4, pkt.3

Prosimy o ujednolicenie zapisów z „w ciągu 5 dni roboczych” na „w ciągu 10 dni roboczych” zgodnie z §5, ust. 4, pkt.2, w przypadku, konieczności sprowadzenia części zmiennych z zagranicy do dokonania wymiany na nowy element (moduł/podzespół).

Odpowiedz: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15

Ad. Załącznik Nr 2 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, §5, ust. 4, pkt.4; Załącznik Nr 1 Tabelka pozycja Nr 1 pkt 6, pozycja Nr 2 pkt 6

Czy Zamawiający zmieni zapis z

„niezwłocznie zaktualizować wszelkie oprogramowanie dostarczone Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy, jeżeli pojawią się jego nowe wersje. Aktualizacja obejmuje również udzielenie niezbędnych licencji.”

na

„niezwłocznie zaktualizować wszelkie oprogramowanie dostarczone Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy, jeżeli pojawią się jego nowe wersje rekomendowane przez producenta. Aktualizacja obejmuje również udzielenie niezbędnych licencji.”

Uzasadnienie: Niejednokrotnie zdarza się, że kolejne najnowsze wersje oprogramowania posiadają nieprzewidziane błędy, których producent nie mógł przewidzieć a pojawiły się podczas eksploatacji przez Użytkowników, wówczas producent opracowuje nowsze poprawione wersje oprogramowania, które z czasem rekomenduje do instalacji w systemach. Aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów w eksploatacji i

przerw w badaniach zaleca się wykonywać aktualizacje oprogramowania rekomendowane przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16

Ad. Załącznik Nr 2 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, §5, ust. 7.

Czy Zamawiający zmieni zapis z

„Każda interwencja gwarancyjna w postaci naprawy lub wymiany (przekraczająca 2 dni robocze) powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji.”

Na:

„Każda interwencja gwarancyjna w postaci naprawy lub wymiany (przekraczająca 2 dni robocze) powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji pomijając sytuację w której Wykonawca dostarczy aparat/ głowicę zastępczą.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17

Ad. Załącznik Nr 2 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, §5, ust. 12; Załącznik Nr 1 Tabelka pozycja Nr 1 pkt 5, pozycja Nr 2 pkt 5

Czy Zamawiający zmieni zapis z

„Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia sprzedaż części zamiennych przez okres min. 10 lat.” na „Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia sprzedaż części zamiennych przez okres 8 lat od daty dostawy do Użytkownika”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18

Ad. Załącznik Nr 2 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, §6, ust. 1, pkt. 3

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 1% na 0,5%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 19

Ad. Załącznik Nr 2 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, §6, ust. 1, pkt. 4

Z uwagi na wysoką wartość zamówienia wymaganie wysokości 10% wartości brutto umowy w przypadku niewykonania obowiązku wskazanego w §2 ust. 7 skutkować będzie wysokim ryzykiem operacyjnym dla każdego z potencjalnych wykonawców. W związku z tym prosimy o obniżenie kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20

Ad. Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, tabela Pozycja Nr 1 pkt.22,83, Pozycja Nr 2 pkt.21,79.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta wyposażony w możliwość rozbudowy o funkcje umożliwiające nagrywanie, w trakcie wykonywania badania ultrasonograficznego, filmów bezpośrednio na pamięci typu pen-drive, zewnętrzne dyski twarde bez możliwości nagrywania na płyty CD/ DVD?

Zmiana ta nie wpłynie na pogorszenie jakości oferowanego sprzętu.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 21

Ad. Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, tabela Pozycja Nr 1 pkt. 37, Pozycja Nr 2 pkt. 36.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta wyposażony w Zakres PRF dla Dopplera kolorowego od 0,05KHz do 25 KHz?

Zmiana ta nie wpłynie na pogorszenie jakości oferowanego sprzętu.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenia Zadania nr 2 na dwa pojedyncze niezależne pakiety, laser okulistyczny i wyświetlacz optotypów?

Urządzenia są znacząco różne funkcjonalnie i w działają całkowicie niezależnie od siebie i nie ma konieczności integracji ich w jedno zadanie. Zabieg taki umożliwi oferowanie szerszej gamy produktów i zwiększy konkurencyjność ofert sprzętowych przedstawionych zamawiającemu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 pozycja 1 - laser okulistyczny wyrazi zgodę na urządzenie o następujących parametrach:

-par.5- Energia w trybie pojedynczym, regulowana w sposób krokowy min. w 30 krokach w zakresie 0,3-10 mJ.

- par.6- Długość trwania pulsu 3ns.

-par.14- Energia regulowana w sposób krokowy min. w 33 krokach w zakresie 0,3-3mJ

-par. 16- Kąt zbieżności wiązki 5,5 stopnia (większy kąt zbieżności stożka powoduje rozproszenie energii na większej powierzchni przy przejściu wiązki przez rogówkę dzięki czemu efekt terapeutyczny jest mniej bolesny dla pacjenta)

-par.19- Długość trwania pulsu 3ns.

-par.20- Moduł zintegrowany z laserem, przełączenie trybu z YAG na SLT możliwe za pomocą przycisku na dotykowym panelu bez konieczności stosowania adapterów

-par.21 Laser YAG i SLT zintegrowane z lampą szczelinową bez konieczności stosowania adapterów

-par.22- Laserowa wiązka celująca o długości fali 635 nm.

-par.23- Źródło światła lampy szczelinowej: światło ciepły biały LED

-par.24- 5 powiększeń lampy: 5x; 8x; 12.5x; 20x; 32x

-par.28- Przyciski zmiany energii zainstalowane obok przycisku wyzwalającego bez konieczności odrywania ręki od dżojstika

- par.30- Stolik z dedykowanym fotelem dla pacjenta nie zintegrowany z fotelem ze względu na różną budowę ciała pacjenta i konieczność ustalenia różnych pozycji (bliżej/dalej) od stolika lasera.

Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 pozycja 2 - wyświetlacz optotypów wyrazi zgodę na wyświetlacz optotypów o następujących parametrach:

-par.1- Rozdzielczość 1280x1024

- par.2- Przekątna ekranu 17"

- par.4- Odległość pracy regulowana w zakresie 2,5-6m

- par.8- Optotypy zaawansowane: tablica zegara, solniczka, testy cylindra skrzyżowanego, punkt fiksacyjny, testy widzenia obuocznego, testy widzenia przestrzennego/steroskopowego, test pojedyncza kolumna i rząd

- par.8/9-urządzenie nie posiadające wbudowanych testów do terapii widzenia: terning ruchów sakkadowych, śledzących, wergencyjnych oraz testów wrażliwość na kontrast i rozpoznawania kolorów. Opcjonalnie testy dostarczone w zewnętrznej formie poza urządzeniem.

- par.12- Złącze karty SD do aktualizacji i odtwarzania zdjęć

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25

Czy dopuszczą Państwo ofertę dla pojedynczej pozycji z zadania 5 (KTG)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26

Czy dopuszczą Państwo KTG o parametrach?:

Główne cechy:

Metoda: USG Doppler

Technika wykrywania: Autokorelacja

Wyświetlacz: 7" kolorowy TFT (800 x 480) LCD, obrotowy ekran

Pamięć: 450 godzin zarejestrowanych badań

Sondy: 9-elementowe, krystaliczne o częstotliwości 0.985 MHz, wodoodporne (IPX8)

Monitorowanie parametrów:

Ultradźwiękowe monitorowanie Doppler FHR

Zakres BPM: 30 ~ 240

Dokładność: $\pm 2\%$

Natężenie: 10mW/cm²

Częstotliwość ultradźwięków: 0.985 MHz

Przenikanie: <10uA

Izolacja: >4kV RMS

Wykrywanie ruchów płodu (FM)

Automatyczna detekcja ruchów płodu

Monitorowanie skurczów macicy (TOCO / UC)

Zakres UC: 0-99 jednostek względnych

Rozdzielczość: 1

Dokładność: $\pm 1\%$

Przenikanie: <10uA

Izolacja: >4kV

Drukarka:

Typ: Termiczna, rolkowy układ zapisu (szerokość: 150 mm)

Prędkość zapisu:

Tryb normalny: 1, 2 lub 3 cm/min ($\pm 1\%$)

Tryb wysokiej prędkości: 10 cm/min

Kontrast zapisu: Tryb 3 zakresowy (1, 2, 3)

Automatyczny okres rejestracji: Off, 10, 20, 30, 40, 50, 60 min

Rodzaj papieru: Składany Z, 150 mm x 90 mm x 15 mm

Ustawienia:

Alarmy wysokich/niskich wartości

Czas i data

Kontrast wydruków: 1, 2, 3

Prędkość wydruku i zoom

Ustawienia FHR

Funkcje:

Funkcja zaznaczania

Automatyczny wydruk

Wielojęzykowy interfejs i szybki przewodnik na ekranie LCD

Offset FHR II

Wydruk FM

Referencje UC

Zoom

Moduły komunikacji:

RS-232

Bluetooth (Opcjonalny)

Warunki pracy i przechowywania:

Temperatura pracy: 10 - 45°C

Temperatura przechowywania: -10 - 60°C

Wilgotność względna: 20 - 90%

Zasilanie:

Wejście: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 1.2A

Wyjście: DC +18V 2.5A

Opcja dodatkowa: Akumulator NiMH, do 14 h pracy

Sygnały / Dźwięki:

Dźwięk Dopplera z kontrolą natężenia

Sygnał zakresu tętna

Dźwięk przycisków

Alarmy: brak papieru, usterka sondy, niski poziom naładowania baterii

Wymiary i montaż:

Wymiary: 80 x 330 x 280 mm

Waga: 2,8 kg

Możliwość montażu ściennego

Stolik/wózek w zestawie

Dodatkowe funkcje:

Auto wykrywanie ciąży bliźniaczej

Interpretacja KTG

CCV (weryfikacja wielokanałowa)

13 języków do wyboru (angielski, polski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i inne)

Wodoodporna sonda (DOP & UC) IPX8

AST (stymulator akustyczny)

Etui w zestawie

Warunki środowiskowe:

Temperatura pracy: 10 ~ 40°C

Wilgotność: 5 ~ 85%

Temperatura przechowywania: -20 ~ 60°C

Wilgotność przechowywania: 0 ~ 95%

Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 27

ZADANIE 5 - APARAT KTG 1 SZT.

dotyczy pkt. 14

czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki psarskiej polegającej na błędnym wpisaniu

„Nie gwarantujemy wsparcia technicznego po okresie gwarancji – 0 pkt” w kolumnie

Parametr zamiast w kolumnie – „parametry oferowane (podać zakresy i opisać)” ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską polegającą na błędnym wpisaniu

„Nie gwarantujemy wsparcia technicznego po okresie gwarancji – 0 pkt” w kolumnie

Parametr zamiast w kolumnie – „parametry oferowane”.

Pytanie 28

ZADANIE 5 - LAMPA WOODA – 1 SZT.

dotyczy pkt. 14

Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na błędnym

wpisaniu

„Nie gwarantujemy wsparcia technicznego po okresie gwarancji – 0 pkt” w kolumnie „Parametr” zamiast w kolumnie – „Parametry oferowane (podać zakresy i opisać)”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską polegającą na błędnym wpisaniu „Nie gwarantujemy wsparcia technicznego po okresie gwarancji – 0 pkt” w kolumnie Parametr zamiast w kolumnie – „parametry oferowane”.

Pytanie 29

Zadanie Nr 5, Pozycja Nr 2 PIŁA DO GIPSU – 1 SZT

Parametry ogólne

pkt. 11

Prosimy o odstąpienie od poniższego zapisu:

Możliwość rozbudowywania o nowe komponenty i aktualizacji oprogramowania przez co najmniej

Poniżej 3 lat – 0 pkt

3 lata – 1pkt

5 lat – 2 pkt

8 lat – 4 pkt

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30

Zadanie Nr 5, Pozycja Nr 2 PIŁA DO GIPSU – 1 SZT

Parametry szczegółowe

pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie piły, w której oscylacja jest następująca: 3500 do 24000 oscylacji / min., płynna regulacja

Poziomy oscylacji:

Poziom 1 - 3500/min

Poziom 2 - 7000/min

Poziom 3 - 12000/min

Poziom 4 - 17000/min

Poziom 5 - 21000/min

Poziom 6 - 24000/min

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Zadanie Nr 5, Pozycja Nr 2 PIŁA DO GIPSU – 1 SZT

pkt. 11

Prosimy o dopuszczenie piły o poniższych wymiarach: 58 x 58 x 165 mm / (długość kabla-5 m)

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Zadanie Nr 5, Pozycja Nr 2 PIŁA DO GIPSU – 1 SZT

Dotyczy: pkt. 12

Prosimy o dopuszczenie poniższego poziomu hałasu:

65 - 85 dB(A) $\pm$ 5 dB(A) (poziom 1 do 3) w odniesieniu do wybranych oscylacji, w niekorzystnych warunkach pracy ok. 95 dB(A) $\pm$ 5 dB(A) (poziom 4 do 6)

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Zadania Nr 5 Pozycja Nr 1 TONOMETR APLANACYJY – 1 SZT.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zasilanie bateryjne za pomocą baterii litowej 3,6V?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Pytanie 34

Zadania Nr 5 Pozycja Nr 1 TONOMETR APLANACYJY – 1 SZT.

Czy Zamawiający dopuści zasilanie urządzenia na baterię litową 3,6V co pozwoli na zwiększenie ilość wykonywanych badań na jednej baterii do około 15 000 pomiarów?

Odpowiedz: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Zadania Nr 5 Pozycja Nr 1 TONOMETR APLANACYJY – 1 SZT.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 18,4 długość x 3,2 szerokość x 3,2 wysokość?

Odpowiedz: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Zadania Nr 5 Pozycja Nr 1 TONOMETR APLANACYJY – 1 SZT.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach szerszym niż wymagane tzn. w zakresie od 5 do 60 mmHg?

Odpowiedz: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.