



Wrocław, dnia 2025.02.14

EZ/1197/405/24

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy materiałów medycznych i obłożeń operacyjnych (sygnatura sprawy EZ/1197/405/24)**

Pytanie 1

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1: (zał. nr 3 SWZ)

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 1) w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy wyrobów za każdy dzień zwłoki w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 do dnia zrealizowania dostawy,
- 2) w wysokości 0,5% wartości brutto umowy wyrobów, którego dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, Począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem kary umownej z tego tytułu Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy;
- 3) w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 3 ust. 10 umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian. Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż kwestionowane kary umowne, dotyczą przypadków, które są dla Zamawiającego istotne z punktu widzenia realizowanych przez niego świadczeń medycznych. Nadto, Zamawiający wskazuje również, na dyscyplinującą rolę kar umownych, które w przypadku dochowania przez Wykonawcę postanowień umowy, nie powinny w ogóle nastąpić. W kontekście powyższego Zamawiający wskazuje, iż kary te przewidziano na okoliczność zwłoki Wykonawcy, a zatem kwalifikowanej formy opóźnienia, a więc za które wyłączną winę ponosi Wykonawca.

Pytanie 2 Zadanie 16

Czy zamawiający dopuści w zestawie do koronarografii:

- w punkcie 1: serwetę 230 x 380 cm z trójwarstwowego laminatu wysokochłonnego na całą powierzchnię serwety, z panelami foliowymi 57 x 380cm obustronnie, z otworami udowymi fi zewnętrzne 12cm / wewnętrzne 9 cm oraz promieniowymi fi zewnętrzne 12 x 7 cm / wewnętrzne 6x 4 cm, odległość otworów promieniowych od brzegu serwety 61 cm. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
 - w punkcie 5: Oslonę PE 150 cm zamiast 140 cm
 - w punkcie 25: serwetę na stół narzędziowy 150 x 200 cm zamiast 150 x 190
 - w punkcie 3: ręczniki celulozowe 40 x 45 cm zamiast 30 x 40 cm
- Reszta parametrów zestawu zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem zgodności pozostałych parametrów z SIWZ.

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Pytanie 3 Do Umowy

Czy Zamawiający zmieni zapisy w umowie?

§ 11.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) w wysokości 1 % wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy ...

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż kwestionowane kary umowne, dotyczą przypadków, które są dla Zamawiającego istotne z punktu widzenia realizowanych przez niego świadczeń medycznych. Nadto, Zamawiający wskazuje również, na dyscyplinującą rolę kar umownych, które w przypadku dochowania przez Wykonawcę postanowień umowy, nie powinny w ogóle nastąpić. W kontekście powyższego Zamawiający wskazuje, iż kary te przewidziano na okoliczność zwłoki Wykonawcy, a zatem kwalifikowanej formy opóźnienia, a więc za które wyłączną winę ponosi Wykonawca.


Pytanie 4 Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów brzuszno- kroczywych

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 przylepna kieszeń dwukomorowa 2 x 15 x 40 cm
- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 180/240 x 280 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, otworem przylepnym 30 x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną i otoczonym padem chłonnym 50 x 55 cm oraz otworem przylepnym 12 x 15 cm otoczonym padem chłonnym z płachtą umożliwiającą zakrycie otworu. Dodatkowo 4 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.;



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. Uzasadnienie: Brak informacji o gramaturze wzmocnienia serwet w strefach krytycznych. Brak ręczników. Brak taśmy typu rzep 2x22-25cm. Brak osłony na przewody i kamery. W serwecie głównej otwór w okolicy krocza za duży, Brak informacji o ilości etykiet samoprzylepnych typu TAG oraz opakowaniu zestawu.

Pytanie 5 Pakiet 5

- Czy Zamawiający dopuści Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

- Gramatura serwet 65 g/m²
- Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. Uzasadnienie: Brak informacji o gramaturze wzmocnień serwet. W serwetach samoprzylepnych za mała powierzchnia padów chłonnych, co może skutkować zniesieniem sterylności pola operacyjnego. Brak informacji o etykietach samoprzylepnych typu TAG oraz opakowaniu zestawu.


Pytanie 6 Zadanie 10

Czy Zamawiający dopuści:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta
- Gramatura serwet 65g/m² (Biflex) i 83g/m² (Triflex)
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 150/250 x 200 cm, z otworem z osłoną na palec do badania per rectum i otworem przylepnym o średnicy 6 cm. Zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (szywnik), separator części stałych od płynnych oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka. Otwór przylepny w rozmiarze 6,5 x 8cm. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. Uzasadnienie: Brak w zestawie taśmy typu rzep w rozmiarze 2x22cm, w zamian taśma włókninowa 10x50cm, nie jest ona w stanie zastąpić wymaganej taśmy. Serweta główna w kształcie litery T za mała, co zmniejsza pole operacyjne. Za mały jest również otwór serwety, co zmniejsza dostęp operacyjny oraz skutkuje

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej


koniecznością jego poszerzenia, a to utratą sterylności. Serweta główna nie posiada troków do przywiązania do operatora do jego fartucha urologicznego, które potrzebne są do prawidłowego odprowadzania płynów ustrojowych.

Pytanie 7 Pakiet 18

- Czy Zamawiający dopuści Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
 - Gramatura serwet 65 g/m²
 - Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym
 - Uniwersalne zastosowanie
 - Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. Uzasadnienie: Brak informacji o gramaturze wzmocnienia serwet w strefach krytycznych. Serwety samoprzylepne wyposażone są w taśmę lepłą o szerokości 5cm, w zestawie pediatrycznym wymagamy szerokości 2,5cm ze względu na mocowanie do ciała dziecka. Zbyt szeroka taśma może skutkować makrouszkodzeniem skóry dziecka. Brak w zestawie taśmy samoprzylepnej o wymiarach 10x50cm. Brak informacji o ilości etykiet samoprzylepnych typu TAG oraz opakowaniu zestawu.

Pytanie 8 Pakiet 23

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 100 x 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozmiar, z zachowaniem zgodności pozostałych parametrów z SWZ.

Pytanie 9 Pakiet 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 x 70 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozmiar, z zachowaniem zgodności pozostałych parametrów z SWZ.

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Pytanie 10 Pakiet 27 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Serweta w rozmiarze 45x75cm z otworem przylep. 5x6cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety. Uzasadnienie: Otwór serwety jest za mały, co zmniejsza dostęp operacyjny oraz skutkuje koniecznością jego poszerzania, a to utratą sterylności.

Pytanie 11 Pakiet 27 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Serweta 50x75cm z otworem przylepnym 5cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety. Uzasadnienie: Otwór serwety jest za mały, co zmniejsza dostęp operacyjny oraz skutkuje koniecznością jego poszerzania, a to utratą sterylności.

Pytanie 12 Pakiet 37

Czy Zamawiający dopuści ściereczki pakowane a 2 sztuki ?

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 2 sztuki ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ściereczek pakowanych po 2 sztuki oraz wyceny za opakowanie po 2 sztuki. Uzasadnienie: Opakowania po 2 sztuki są nieekonomiczne.

Pytanie 13

Czy Zamawiający w Zadaniu 22 podając rozmiar 60x 52 ma na myśli część lepna folii ? pozostałe parametry zgodne z zapisami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli część lepna folii.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 22 sterylną, oddychającą, antystyczną, matową, folię poliestrową o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Wyrób medyczny klasy III. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Rozmiar 66x60 cm (część przylepna 56x60 cm)? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem zgodności pozostałych parametrów z SWZ.

Pytanie 15 Zapytanie Nr 1 - dotyczy Zadanie nr 5

1. Czy zamawiający w zdaniu 5 dopuści zestaw o minimalnym składzie i parametrach technicznych:
- 1) Serweta z taśmą samoprzylepną 175cmx175cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej o wymiarach 55x19, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1szt.
- 2) Serweta z taśmą samoprzylepną 240cmx150cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1szt.
- 3) Serwety z taśmą samoprzylepną 75cmx90cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej – 2szt.
- 4) Serweta na stół 150x190cm(+/-10cm) , warstwa chłonna 75cmx190cm – 1szt.
- 5) Taśma samoprzylepna nieprzepuszczalna elastyczna 9cmx49cm – 1szt.

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

- 6) Ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt.
- 7) Osłona na stół Mayo 79cmx145cm, warstwa chłonna 65cmx85cm – 1szt.

Minimalne parametry materiałów:

- serwety z pkt 1,2,3 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włóknina wiskozowa min. 20g/m² / folia PE 40 μ / włóknina celulozowa min. 18 g/m², oraz dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej z włókna o gram. min. 40g/m²
- serweta z pkt 4 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 μ / włóknina min. 20 g/m²
- taśma samoprzylepna z pkt 5, laminat włóknina poliestrowa min. 40g/m² / folia PE 27,5 μ - osłona z pkt 7 wykonana z folii PE o grubości 60 μ wzmocniona w strefie blatu stołka włókniną wiskozową min. 20g/m².
- serwety w poz. 1,2,3; odporność serwet na przepuszczanie płynów w strefie pozakrytycznej min. 190 cmH₂O, w strefie krytycznej min. 190 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho w strefie pozakrytycznej min. 78 Pa. Odporność na rozerwanie na mokro w strefie krytycznej min. 180Pa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 16 Zapytanie Nr 2 - dotyczy Zadanie nr 6

1. Czy zamawiający w zadaniu 6 dopuści zestaw o minimalnym składzie i parametrach technicznych
 1. Sterylny 1.fartuch chirurgiczny L - 1szt.
 2. Sterylny fartuch chirurgiczny XL - 2szt.
 3. Papier krepowy 60x60cm - 1 szt.
 4. Obłożenie do angiografii 240x330cm, 2 otwory przyklejane 5x7cm, 2 otwory przyklejane 7x9cm, wzmocnienie 240x75cm - 1szt
 5. Osłona na stół narzędziowy o wymiarach min. 150 x 190 cm, obszar chłonny min. 75 x 190 cm - 1szt.
 6. Osłona na aparaturę foliową, o śr. 110-130 cm, przeźroczysta, okrągła, z gumką - 2szt.
 7. Osłona na aparaturę foliową, o śr. 150 cm , przeźroczysta, okrągła, z gumką - 1szt.
 8. Strzykawka 10ml 3-częściowa LL - 5 szt.
 9. Strzykawka 20ml 3-częściowa LL - 2 szt.
 - 10.Strzykawka 5ml 3-częściowa LL - 2szt.
 - 11.Strzykawka 3ml 3-częściowa LL - 2szt.
 - 12.Skalpel chirurgiczny nr 11 bezpieczny, zintegrowana plastikowa rączka z przeźroczystą osłonką, z mechanizmem blokującym, pozwalającym na obsługę jedną ręką – 1 szt.
 - 13.Igła iniekcyjna 21G 40mm - 1szt.
 - 14.Igła iniekcyjna 18G 40mm – 1 szt.
 - 15.Kranik trójdrożny z dodatkowym drenem - 1szt.
 - 16.Miska z polipropylenu .120 ml z podziałką, przeźroczysta - 1szt.
 - 17.Miska plastikowa 120 ml z podziałką, przeźroczysta - 1szt.
 - 18.Miska z polipropylenu 250-260 ml z podziałką, przeźroczysta - 1szt.
 - 19.Miska z polipropylenu 2500 - 2600 ml, niebieska, z wróbkami – 2 szt.
 - 20.Taca z polipropylenu wymiar 44,2x31,5x6,3cm 8000ml, niebieska, - 1szt. - 1szt.
 - 21.Podkład chłonny, wymiary 60x90 cm - 1szt.
 - 22.Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 32-warstwowy, biały) – 100 szt.
 - 23.Kleszczyki 14-20cm, zagięte, typu pean – 1 szt
- W poz. 4 serweta do angiografii wykonana z laminatu dwuwarstwowego (w strefie krytycznej trójwarstwowego): włóknina wiskozowa o gramaturze min 23g/m², folia polietylenowa o gramaturze 40 mikronów oraz w strefie krytycznej dodatkowa warstwa chłonna włóknina wiskozowa / poliestr o gramaturze min 50g/m². Boki serwety przykrywające panele boczne angiografu wykonane z folii przeźroczystej z obu stron serwety.

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

W poz. 1 oraz 2 fartuch chirurgiczny jednorazowy jałowy z włókniny bawełnopodobnej typu spunlaced o gramaturze min. 68 g/m² z. Pakowane indywidualnie z ręcznikami do osuszania rąk, sterylne zgrzewane w op. papierowo-foliowym. estaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie typu TYVEK wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. Uzasadnienie: Zamawiający wymaga 4 etykiet typu TAG, 2 etykiety to za mała ilość do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji. Zamawiający wymaga kranik trójdrożny z przezroczystym drenem dł. 10-25cm o minimalnym tolerowanych ciśnieniu 300PSI.

Pytanie 17 Zapytanie Nr 3 - dotyczy Zadanie nr 7

1. Czy zamawiający w zadaniu 7 dopuści zestaw o minimalnym składzie i parametrach technicznych:
1. Sterylny fartuch chirurgiczny L - 1szt.
2. Sterylny fartuch chirurgiczny XL - 2szt.
3. Papier krepowy 60x60 cm - 1 szt.
4. Obłożenie chirurgiczne do angiografii 240x370cm, 2 otwory przyklejane 7x10cm - 1szt.
5. Osłona na stół narzędziowy o wymiarach min. 150x190 cm,(+/- 10 cm) obszar chłonny min. 75x190cm - 1szt.
6. Osłona na aparatę foliowa o śr. 110-130 cm, przeźroczysta, okrągła, z gumką – 2 szt.
7. Osłona na aparatę foliowa, o śr. 150 cm , przeźroczysta, okrągła, z gumką - 1szt.
8. Strzykawka 10 ml 3-częściowa LL – 4 szt.
9. Strzykawka 20 ml 3-częściowa LL – 2 szt.
10. Strzykawka 5 ml 3 częściowa LL – 1 szt.
11. Skalpel chirurgiczny nr 11 bezpieczny, zintegrowana plastikowa rączka z przeźroczystą osłonką, z mechanizmem blokującym, pozwalającym na obsługę jedną ręką – 1 szt.
12. Igła iniekcyjna 21G 40mm - 1szt.
13. Igła iniekcyjna 18G 40mm - 1szt.
14. Miska z polipropylenu 120 ml, z podziałką, przeźroczysta – 1 szt.
15. Miska plastikowa 120 z podziałką - 1szt.
16. Miska z polipropylenu 250 -260 ml z podziałką, przeźroczysta – 1 szt.
17. Podkład chłonny, wymiary 60x90 cm – 1 szt.
18. Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 32-warstwowy, biały, RTG) – 30 szt.
19. Kleszczyki 14-20 cm, zagięte, typu pean – 1 szt.

W poz. 4 serweta do angiografii wykonana z laminatu dwuwarstwowego (w strefie krytycznej trójwarstwowego): włóknina wiskozowa o gramaturze min 23g/m², folia polietylenowa o gramaturze 40 mikronów oraz w strefie krytycznej dodatkowa warstwa chłonna włóknina wiskozowa / poliestr o gramaturze min 50g/m². Boki serwety przykrywające panele boczne angiografu wykonane z folii przeźroczystej z obu stron serwety.

W poz. 1 oraz 2 fartuch chirurgiczny jednorazowy jałowy z włókniny bawełnopodobnej typu spunlaced o gramaturze min. 68 g/m² .

Konstrukcja fartucha w tylnej części gwarantująca sterylne plecy operatora podczas zabiegu. Pakowany indywidualnie z ręcznikami do osuszania rąk, zgrzewany w op. papierowo-foliowe. estaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papie lub typu TYVEK wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz min.2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.



**DOLNY
ŚLĄSK**



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. Uzasadnienie: Zamawiający wymaga 4 etykiet typu TAG, 2 etykiety to za mała ilość do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji. W obłożeniu do angiografii Zamawiający wymaga w sumie 4 otworów w okolicach tętnic: 2 w okolicy tt udowych oraz 2 w okolicy tt promieniowych.

Pytanie 18 Zapytanie Nr 4 - dotyczy Zadanie nr 8

1. Czy zamawiający w zadaniu 8 dopuści zestaw o minimalnym składzie i parametrach technicznych:

- 1) serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 175/250cmx325 cm zintegrowana z ekranem anestezyjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25cmx30 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie – 1szt.
- 2) taśma samoprzylepna typu RZEP 2,5cmx30cm – 1szt.
- 3) taśma samoprzylepna 9cmx49cm – 1szt.
- 4) ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt.
- 5) osłona na kamerę (perforowana końcówka) 14cmx250cm – 1szt.
- 6) osłona na stół Mayo 79cmx145cm, warstwa chłonna 65cmx85cm – 1szt.
- 7) serweta na stół 150cmx190cm, warstwa chłonna 75cmx190cm – 1szt

Minimalne parametry materiałów:

-serweta z pozycji 1 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włóknina wiskozowa 23g/m² / folia PE 40 μ / włóknina celulozowa 20 g/m²), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókniny o gramaturze 50g/m²-osłona z pozycji 6 wykonana z folii o grubości 80 μ wzmocniona w strefie biału stolika laminatem folia 50 μ / włóknina 40g/m²

- serweta z pozycji 7 folia PE 55 μ / włóknina 23 g/m²

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw z zachowaniem zgodności pozostałych parametrów z SWZ.

Pytanie 19 Pakiet nr 1

Poz. Nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kraniotomii o charakterystyce:

1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μm, ze wzmocnieniem chłonnym (owinięcie zestawu)

2 x serweta na stół Mayo 80x145 cm z mocnej folii PE ze wzmocnieniem chłonnym min.60x85

4 x serweta przylepna, chłonna 45x50 cm

2 x taśma lepna, przezroczysta 8x40 cm

1 x serweta do kraniotomii, 240x410cm +/-5cm, z otworem 20x33cm w kształcie rombu całkowicie wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny, dużym przylepcem do fiksacji serwety min.10x40 +/-3 cm i dwoma uchwytami na przewody typu rzep.

Serweta główna w części okrywającej pacjenta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na penetrację płynów > 175 cm H₂O. Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw z zachowaniem zgodności pozostałych parametrów z SWZ.

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Pytanie 20 Pakiet nr 2

Poz. Nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu serwet do operacji brzuszno-kroczowych o charakterystyce:

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50 µm ze wzmocnieniem

1x taśma przylepna 9x50cm

2x ręcznik chłonny 30x20cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1x serweta z bilaminatu 75x90cm

1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej 15X5 cm, z przylepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z gęstym filtrem i portem do ssaka z zatyczką i sztywnikiem do regulacji worka, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pyłących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max.58g/m². Materiał odporny na przenikanie płynów > 175 cm H₂O. I klasa palności Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw, z zachowaniem zgodności pozostałych parametrów z SWZ, tzn. obecności w zestawie osłony na przewody i kamery w rozmiarze 14x250cm oraz serwety na stolik Mayo o wymiarach 80x145cm wykonanej z folii PE o gramaturze min.50g/m², wzmocnionej chłonną włókną polipropylenową o wymiarach min.60x145cm i gramaturze min.37g/m² z łączną gramaturą w strefie wzmocnionej min.87g/m².

Pytanie 21 Pakiet nr 4

Poz. Nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do litotrypsji o charakterystyce:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50 m ze wzmocnieniem

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm,

4 x ręcznik chłonny 34x36cm

1 x serweta główna 200/260x310cm +/- 3cm z osłoną ramion stołu, z przylepnym otworem brzuszny 25x28cm, z obszernym wzmocnieniem chłonnym wokół otworu 40x 100 cm +/-3cm, z kieszeniami z zapięciami typu rzep po obu stronach otworu operacyjnego, ze zintegrowanymi uchwytyami na przewody typu rzep.

Serweta w części okrywającej pacjenta wykonana z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze 70g/m², miękkiej, dobrze układającej się, „oddychającej”, ze wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej łącznej gramaturze min.140 g/m², odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H₂O), odpornym na rozzerwanie na mokro/sucho (min. 407 kPa), wytrzymałym na rozciąganie na sucho i mokro CD powyżej 205 N.

Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.





Pytanie 22 Pakiet nr 5

Poz. Nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu serwet uniwersalnych o charakterystyce:

- 1x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50 μ m ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
- 1x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88 cm, składana rewersowo
- 2x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm
- 1x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów
- 1x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów
- 1x taśma lepna włókninowa 9X50 cm
- 4x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/- 2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m² odpornego na penetrację płynów (>175 cmH₂O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pyłących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m²), o łącznej gramaturze w 121 g/m². Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepna ułatwiająca mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 23 Pakiet nr 10

Poz. Nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do resekcji przezcewkowej o charakterystyce:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem
- 1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm, z nieprzylepnymi końcami z obu stron
- 1 x taśma typu rzep o jednoczęściowej konstrukcji 2,5x 14cm
- 2 x ręcznik chłonny celulozowy 20 x 30 cm z mikrosiecią zapobiegającą rozrywaniu
- 1x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm ze zintegrowanymi długimi nogawicami min.130cm z przylepcami do fiksacji, z przylepnym otworem brzuszny $\varnothing$ 8 cm, z przylepnym otworem na prącie $\varnothing$ 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2cm i dodatkowo z taśmą lepna do fiksacji z fartuchem operatora. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu o gramaturze max.58g/m² pozbawionego pyłących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$ i wysokiej odporności na przenikanie płynów min. 165 cm H₂O. I klasa palności. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany podwójnie we włókninę i sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 24 Pakiet nr 18

Poz. Nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu serwet pediatrycznych o charakterystyce:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm, 50 μ (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm, ze wzmocnieniem w części centralnej 55x88 cm, składana rewersowo
- 2 x serweta 75x75 cm, przylepna (przylepiec: 2,5x75 cm)
- 1 x serweta 175x190 cm, przylepna (przylepiec: 2,5x98 cm)
- 1 x serweta 160x260 cm, przylepna (przylepiec: 2,5x85 cm)
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrością zabezpieczająca przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów +/- 2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m², odpornego na penetrację płynów (> 178 cmH₂O). Materiał odporny na rozrywanie na mokro/sucho (min. 145 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia $\leq 1,9 \log 10$). Serwety przylepne posiadają wąskie taśmy lepne, $\leq 2,5$ cm. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 25 Poz. Nr 1, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu serwet pediatrycznych o charakterystyce:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo min 80x142 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej
- 2 x serweta 75x102 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 35x20 cm
- 1 x serweta 183x190 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 35x20 cm i zintegrowanym organizatorem przewodów typu rzep
- 1 x serweta 157x250 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 65x37 cm i zintegrowanym 1 organizatorem przewodów typu rzep
- 2 x ręcznik chłonny 34x36 cm z mikrością zabezpieczająca przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów +/- 2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej, dobrze układającej się „oddychającej”-paroprzepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43g/m², w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min. 115 g/m², odpornym na penetrację płynów (min. 200 cmH₂O), odpornym na rozrywanie na mokro/sucho (min. 250 kPa), wytrzymałym na rozciąganie na sucho i mokro MD i CD powyżej 90N, o wysokim współczynniku absorpcji (min. 400%). Serwety przylepne posiadają wąskie taśmy lepne, $\leq 2,5$ cm. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot,

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw, z zachowaniem zgodności pozostałych parametrów z SWZ, w szczególności szerokości taśmy lepnej pediatrycznej 2,5cm.

Pytanie 26 Pakiet nr 22

Poz. 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej bakteriobójczej pokrytej jodoforem o wymiarach powierzchni lepnej 60x45cm, a całkowita wynosi 70x45cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Uzasadnienie: Za małą szerokość powierzchni lepnej folii, co może skutkować zmniejszeniem sterylności pola operacyjnego.

Pytanie 27 Poz. 1, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej bakteriobójczej pokrytej jodoforem o wymiarach powierzchni lepnej 60x60cm, a całkowita wynosi 70x60cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w folię.

Pytanie 28 Pakiet nr 24

Poz. 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego, jednorazowego pokrowca na przewody lub kamerę video o szer. 18 cm oraz dł. 250 cm, wykonanego z mocnej folii PE (50μ, gramatura 46g/m²) z perforowaną końcówką zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepą do mocowania oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w pokrowiec.

Pytanie 29 Poz. 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, uniwersalnej, jednoczęściowej, osłony ramienia C wykonanej z folii PE, utrzymywana na miejscu za pomocą elastycznej gumki z tyłu oraz trzech przylepnych pasków do mocowania. Rozmiar 137x216cm, wycięcie „U” 99 cm, długość pasków min.45cm. Osłona posiada 10 piktogramów pozwalających na intuicyjne zamocowanie na sprzęcie. Opakowanie jednostkowe- rozrywana torebka papierowo foliowa zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja EO.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w osłonę.

Pytanie 30 Pakiet nr 35

Poz. nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon pakowanych zbiorczo w opakowanie foliowe z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk w formularzu ofertowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w osłony, z zachowaniem zgodności pozostałych parametrów z SWZ, tzn. sterylności osłon.

Pytanie 31 Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet uniwersalnych:



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 55 g/m², w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 55 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wzmocnienie o wymiarach 15x50 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 15x50 cm
- 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm (+10 cm)
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 79 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół narzędziowy stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.(+/- 10 cm)

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze min.40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - min. 76g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze min.50 g/m² wzmocniona laminatem dwuwarstwowym o wymiarach 66x85cm i gramaturze min.37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min.87 g/m².

Osłona w postaci worka, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki oraz z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Zestaw sterylny. Opakowanie folia-papier typu papier-folia wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, nazwa marki

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 32 Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet uniwersalnych:

- 1 x rzep Velcro 2,5x30cm;
- 1 x taśma mocująca 9x50cm;
- 1 x ręcznik do rąk 30x30cm (+10cm);
- 1 x serweta główna 175/282x172cm z osłoną na palec o średnicy 3 cm, otworem o średnicy 5 cm i przylepnym otworem o średnicy 8 cm, zintegrowana z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka;
- 1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)

Serweta główna na całej powierzchni wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m²

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze min.40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - min. 76g/m².

Zestaw sterylny. Opakowanie folia-papier typu papier-folia wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, nazwa marki

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestaw. Uzasadnienie: Serweta główna jest za mała oraz posiada za niską gramaturę, co zmniejsza pole operacyjne, oraz jego chłonność, a tym samym jego sterylność.

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Pytanie 33 Pytanie nr 3 – dotyczy Zadania nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 55g/m², spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 34 Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania nr 33 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety nieprzylepnej 150x180cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 55g/m².

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety. Uzasadnienie: Serweta jest za krótka, co zmniejsza pole operacyjne, a tym samym jego sterylność.

Pytanie 35 Pytanie do Zadania nr 6, Zestaw do embolizacji sterylny podwójnie pakowany

Czy Zamawiający dopuści :

- 1.Serwetę angiograficzną z trójwarstwowej włókniny SMS miękką , dobrze układającą się w rozmiarze 240x380cm z dwoma owalnymi otworami do tt. promieniowych w rozmiarze 12x7cm podklejone delikatną folią przylepną wchodzącą 2,5cm w światło otworu oraz dwa otwory okrągłe do tt udowych o śr.12cm podklejone folią przylepną wchodzącą 2,5cm. Otwory od tt promieniowej oddalone od otworów do tt udowych o max 30cm. Serweta posiada warstwę wysokochłoną w polu zabiegowym o wymiarach 140x150cm, 2 przezroczyste krawędzie do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego o szer. 60 cm,
- 2.Serwetę 2 warstwową 75x90cm,
- 3.Chustę na stolik i do zawinięcia zestawu z nieprzemakalnego laminatu z powłoką typu spunbond ze splotem diamentowym wysokiej gęstości w rozmiarze 150-155 x 190-195 cm, wzmocniona po całości,
- 4.Powłokę ochronną typu czepek, przezroczysta z gumką wym. 120X120cm,
- 5.Powłokę ochronną typu czepek, przezroczysta z gumką wym. 140 X 140 cm,
- 6.kranik trójdrożny z drenikiem łączącym dł 10 cm, tolerowane ciśnienie 2 bar,
- 7.Miski przezroczyste z miarką pojemności 150 ml,
- 8.Miskę niebieską 45X31,5X6 cm,
- 9.Zestaw zapakowany w worek typu folia - papier. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie głównej 2 x etykiety samoprzylepne z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym, partią, nazwą producenta i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną ?
- 10.Pozostałe komponenty zgodne ze SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. Uzasadnienie: Brak w zestawie papieru krępowego 60x60cm. Powłoka ochronna typu czepek w rozmiarze 140x140cm jest za mała, wymagamy śr.150cm. Kranik trójdrożny z drenem posiada za małe ciśnienie tj. 2 bary, natomiast wymagane 300PSI=ok 20bar. Brak pojemności miski z pozycji 19, podane są tylko wymiary. W zestawie tylko 2 etykiety samoprzylepne typu TAG, to za mała ilość do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji.

Pytanie 36 pytanie do Zadania nr 7 Zestaw do zabiegów angiografii naczyń mózgowych, sterylny Czy Zamawiający dopuści:

- 1.Serwetę 2 warstwową 75x90cm
- 2.Serwetę angiograficzną z trójwarstwowej włókniny SMS miękką , dobrze układającą się, w rozmiarze 240x380cm z dwoma owalnymi otworami do tt. promieniowych w rozmiarze 12x7cm

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

podklejone delikatną folią przylepną wchodząca 2,5cm w światło 3.otworu oraz dwa otwory okrągłe do tt udowych o śr.12cm podklejone folią przylepną wchodząca 2,5cm. Otwory od tt promieniowej oodalone od odtworów do tt udowych o max 30cm. Serweta powinna posiadać warstwę wysokochłoną w polu zabiegowym o wymiarach 140x150cm 2 przezroczyste krawędzie do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego o szer. 60 cm

4.Chustę na stół i do zawinięcia zestawu z nieprzemakalnego laminatu z powłoką typu spunbond ze splotem diamentowym wysokiej gęstości w rozmiarze 150-155 x 190-195 cm, wzmocniona po całości

5.Powłokę ochronną typu czepek, przezroczysta z gumką wym. 120X120cm,

6.Powłokę ochronną typu czepek, przezroczysta z gumką wym. 140 X 140 cm,

7.Miski przezroczyste z miarką pojemności 150 ml,

8.zestaw zapakowany w worek typu folia - papier. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie głównej 2 x etykiety samoprzylepne z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym, partią, nazwą producenta i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną?

9. Pozostałe komponenty godne ze SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. Uzasadnienie: Brak w zestawie papieru krępowego 60x60cm. Powłoka ochronna typu czepek w rozmiarze 140x140cm jest za mała, wymagamy śr.150cm. W zestawie tylko 2 etykiety samoprzylepne typu TAG, wymagamy 4 szt, to za mała ilość do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji.

Pytanie 37 Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kraniotomii sterylnej o składzie:

Opis składnika Ilość Jednostka

- POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI (warstwa chłonna 85cm x 76cm) 1 OP
- SERWETA L3 60X50CM PRZYL 60 4 SZ
- KIESZEŃ NA PŁYNY PE 40X30CM KSZTAŁTKA PRZYL 1 SZ
- KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM 2 SZ
- TAŚMA MEDYCZNA Z WŁÓKNINĄ 9X50CM 2 SZ
- KIESZEŃ PE 2-KOMOROWA 42X35CM KSZTAŁTKA PRZYL 1 SZ
- SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM (szerokość warstwy chłonnej 66cm) 1 SZ
- SERWETA L3 320X240CM O25X20 FOLIA CHIR WOREK TUR 1 SZ

Serwety wykonane z laminatu L3: laminat trójwarstwowy wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej oraz włókniny polipropylenowej, posiada gramaturę 73g/m2. Odporność serwet na przepuszczanie płynów 191 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho 108 kPa, odporność na wypychanie na mokro 100 kPa. Zgodne z normą PN-EN 13795-1.

Serweta na stół instrumentarium wykonana jest z folii polietylenowej oraz polipropylenowej warstwy chłonnej (szerokość 66cm). Chłonność warstwy chłonnej 400%. Gramatura 84 g/m2.

Pokrowiec na stół Mayo wykonany jest z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, złożony teleskopowo. Zgodny z normą PN-EN 13795-1. Grubość folii 50 µm, piaskowana. Łączna masa powierzchniowa włókniny i folii 82g/m2.

Zestaw sterylnej. Opakowanie typu TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Pytanie 38 Zadanie 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

RĘCZNIKI DO RĄK – kompres włókninowy 40G 4W– 40x20cm - 2 szt.

POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI z warstwą chłonną 76x85 – 1 SZT

SERWETA 240X150CM L2-62G Z ŁATĄ CHŁONNĄ 37,5X70CM I PRZYLEPCEM 5X60CM – 1 SZT.

SERWETA 170X200CM L2-62G Z ŁATĄ CHŁONNĄ 37,5X70CM I PRZYLEPCEM 5X60CM – 1 SZT.

SERWETA 75X90CM L2-62G Z ŁATĄ CHŁONNĄ 37,5X70CM I PRZYLEPCEM 5X90CM – 2 SZT.

SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM – 1 SZT.

TAŚMA MEDYCZNA 9X50CM PRZYLEPNA – 1 SZ

Serwety operacyjne ze wzmocnieniem w części krytycznej w postaci warstwy chłonnej, wykonane są z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa + włókna polipropylenowa), warstwy chłonnej (włókna polipropylenowa). Serwety zgodne z normą PN-EN 13795-1 dla wymagań wysokich.

Warstwa chłonna o masie powierzchniowej 60g/m², masa powierzchniowa części mniej krytycznej 62g/m² – łącznie masa powierzchniowa 125 g/m² w części krytycznej.

Chłonność laminatu części krytycznej min. 422%, chłonność laminatu części mniej krytycznej min. 260%. Laminat nie powoduje drażnienia, nie powoduje uczulenia, nie jest cytotoksyczny, I klasa palności.

Serweta na stół instrumentarium wykonana jest z folii polietylenowej oraz polipropylenowej warstwy chłonnej (szerokość 66cm). Chłonność warstwy chłonnej 400%. Gramatura 84 g/m².

Pokrowiec na stolik Mayo wykonany jest z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, złożony teleskopowo. Zgodny z normą PN-EN 13795-1. Grubość folii 50 µm, piaskowana. Łączna masa powierzchniowa włókniny i folii 82g/m².

Zestaw sterylne. Opakowanie folia-papier (blister) wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 39 Zadanie 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do laparoskopii o następującej specyfikacji:

- 1 x Serweta z laminatu 2-warstwowego z warstwą chłonną, otworem i przylepcem, w rozmiarze 300x230cm, lata chłonna wokół otworu 120x80cm, otwór w kształcie prostokąta w rozmiarze 34x30 cm;
- 1 x serweta do stołu Mayo, wzmocniona 80x145cm (wzmocnienie serwety 76x85cm) - składana teleskopowo, niebieska;
- 2 x ręczniki do rąk – kompresy włókninowe 40G 4W 40x20 cm;
- 1 x Kieszeń 2-komorowa na płyny z kształtką i przylepcem w rozmiarze 42x35cm;
- 1 x Taśma medyczna 50x9 cm;
- Organizator na przewody 15x10 cm 2 szt;
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 66x190cm)

Parametry laminatu L2: wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo - polipropylenowej o gramaturze 55 g/m².

Folia laminatu jest trójwarstwowa, embosowana.

Folia laminatu została wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego.





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Laminat o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 300 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie - na sucho na poziomie min. 247 Kpa, o wytrzymałości na wypychanie - na mokro na poziomie min. 241 Kpa, o chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 397%

Laminat o nasiąkliwości (metodą run off) wg. PN-EN ISO 9073-11 na poziomie min. 28 %, o sile delaminacji (włóknina/folia) na poziomie min. 1,91 N/25mm.

Zgodny z normą PN-EN 13795-1.

Warstwa chłonna wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 60g/m². Chłonność min. 590%.

Serweta na stół instrumentarium wykonana jest z folii polietylenowej oraz polipropylenowej warstwy chłonnej (szerokość 66cm). Chłonność warstwy chłonnej 400%. Gramatura 84 g/m².

Pokrowiec na stolik Mayo wykonany jest z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, złożony teleskopowo. Zgodny z normą PN-EN 13795-1. Grubość folii 50 µm, piaskowana. Łączna masa powierzchniowa włókniny i folii 82g/m².

Opakowanie: torebka papierowo-foliowa, wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy.

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. Uzasadnienie: Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego, wymagamy trójwarstwowego, zabiegi laparoskopowe są zabiegami obfitymi w płyny ustrojowe, grubość serwet jest kluczowa. Warstwa chłonna serwety głównej jest za mała, wymagamy 80g/m². Otwór w serwecie głównej jest za duży, co może skutkować zmniejszeniem sterylności pola operacyjnego. Za małą ilość ręczników, wymagamy 4 szt. Brak osłony na przewody i kamery o wymiarach 14x250cm.

Pytanie 40 Zadanie 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy do zabiegów TUR, sterylne o składzie:

Opis składnika Ilość Jednostka

- SERWETA L2 215X180CM O5O4 ELEMENT EL OCHR/PALEC WOR ZINTEGR NOG 1 SZ
- POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM 1
OP
- KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 20X40CM 2 SZ
- TAŚMA MEDYCZNA Z WŁÓKNINĄ 9X50CM 1 SZ
- SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM (szerokość warstwy chłonnej 66cm) 1 SZ

Parametry laminatu L2: wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo - polipropylenowej o gramaturze 55 g/m².

Folia laminatu jest trójwarstwowa, embosowana.

Folia laminatu została wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego.

Laminat o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 300 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie - na sucho na poziomie min. 247 Kpa, o wytrzymałości na wypychanie - na mokro na poziomie min. 241 Kpa, o chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 397%

Laminat o nasiąkliwości (metodą run off) wg. PN-EN ISO 9073-11 na poziomie min. 28 %, o sile delaminacji (włóknina/folia) na poziomie min. 1,91 N/25mm.

Zgodny z normą PN-EN 13795-1.

Serweta na stół instrumentarium wykonana jest z folii polietylenowej oraz polipropylenowej warstwy chłonnej (szerokość 66cm). Chłonność warstwy chłonnej 400%. Gramatura 84 g/m².

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Pokrowiec na stolik Mayo wykonany jest z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, złożony teleskopowo. Zgodny z normą PN-EN 13795-1. Grubość folii 50 µm, piaskowana. Łączna masa powierzchniowa włókniny i folii 82g/m².

Zestaw sterylny. Opakowanie: Torebka papierowo-foliowa, wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy. Dodatkowo, serweta na stolik instrumentariuszki stanowiąca owinięcie zestawu, posiada naklejkę zamykającą zestaw. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. Uzasadnienie: Serweta główna posiada za mały otwór brzuszny, co może utrudniać dostęp do pola operacyjnego, a także może skutkować potrzebą jego poszerzenia, a to utratą sterylności. Serweta główna posiada za małą gramaturę, co może skutkować zmniejszeniem jej chłonności, a tym samym sterylności pola operacyjnego.

Pytanie 41 Zadanie 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do terapii obrzęku limfatycznego kończyny górne

Przylepiec Plastosilk na jedwabiu 1,25cm x 9,14m	2 szt.
Podkład MATOSOFT NATURAL 10cm x 3m	3 szt.
Podkład MATOSOFT NATURAL 15cm x 3m	2 szt.
Rękaw bawełniany Tabula Cotton 10cm x 6m	1 szt.
Bandaż elastyczny MATOLAST rozciągliwość 150% 6cm x 4m	20 szt.
Bandaż elastyczny MATOPRESS rozciągliwość min 90% 10cm x 5m	1 szt.
Bandaż elastyczny MATOPRESS rozciągliwość min 90% 12cm x 5m	1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 42 Zadanie 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Zestaw:

Przylepiec Plastosilk 1,25cm x 9,14m	2 szt.
Podkład MATOSOFT SYNTHTEIC 10cm x 3m	3 szt.
Podkład MATOSOFT SYNTHTEIC 15cm x 3m	2 szt.
Rękaw bawełniany Tabula Cotton 10cm x 6m	1 szt.
Bandaż elastyczny MATOLAST rozciągliwość 150% 6cm x 4m	20 szt.
Bandaż elastyczny MATOPRESS rozciągliwość min 90% 6cm x 5m	1 szt.
Bandaż elastyczny MATOPRESS rozciągliwość min 90% 8cm x 5m	1 szt.
Bandaż elastyczny MATOPRESS rozciągliwość min 90% 10cm x 5m	4 szt.
Bandaż elastyczny MATOPRESS rozciągliwość min 90% 12cm x 5m	3 szt.
Bandaż elastyczny, uciskowy Matopat Ideal rozciągliwość min 70% 20cmx5m	2 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 43 Zadanie 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Zestaw

Przylepiec Plastosilk 1,25cm x 9,14m	2 szt.
Podkład MATOSOFT NATURAL 10cm x 3m	6 szt.
Rękaw bawełniany Tubula Cotton 7cm x 6m	1 szt.
Bandaż elastyczny tkany MATOLAST rozciągliwość 150% 6cm x 4m	20 szt.

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Bandaż elastyczny MATOPRESS rozciągliwość min 90% 10cm x 5m

3 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 44 Zadanie 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do terapii obrzęku limfatycznego kończyny dolnej:

Przylepiec Plastosilk 1,25cm x 9,14m

2 szt.

Podkład MATOSOFT SYNTHTEIC 10cm x 3m

6 szt.

Rękaw Tubula Cotton 7cm x 6m

1 szt.

Bandaż elastyczny MATOLAST rozciągliwość 150% 6cm x 4m

20 szt.

Bandaż elastyczny MATOPRESS rozciągliwość min 90% 6cm x 5m

1 szt.

Bandaż elastyczny MATOPRESS rozciągliwość min 90% 8cm x 5m

1 szt.

Bandaż elastyczny MATOPRESS rozciągliwość min 90% 10cm x 5m

3 szt.

Bandaż elastyczny MATOPRESS rozciągliwość min 90% 12cm x 5m

1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 45 Zadanie 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny pediatryczny, sterylny o składzie:

Opis składnika Ilość Jednostka

- POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI (warstwa chłonna 85cm x 76cm) 1 SZ
- KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 20X40CM 2 SZ
- TAŚMA MEDYCZNA Z WŁÓKNINĄ 9X50CM 1 SZ
- SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM (szerokość warstwy chłonnej 66 cm) 1 SZ
- SERWETA L2 (gramatura 55g/m²) 90X75CM PRZYL 90 2 SZ
- SERWETA L2 (gramatura 55g/m²) 210X150CM PRZYL 80 1 SZ
- SERWETA L2 (gramatura 55g/m²) 180X150CM PRZYL 80 1 SZ

Parametry laminatu L2: wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo - polipropylenowej o gramaturze 55 g/m².

Folia laminatu jest trójwarstwowa, embosowana.

Folia laminatu została wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego.

Laminat o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 300 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie - na sucho na poziomie min. 247 Kpa, o wytrzymałości na wypychanie - na mokro na poziomie min. 241 Kpa, o chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 397%

Laminat o nasiąkliwości (metodą run off) wg. PN-EN ISO 9073-11 na poziomie min. 28 %, o sile delaminacji (włóknina/folia) na poziomie min. 1,91 N/25mm.

Zgodny z normą PN-EN 13795-1.

Serweta na stół instrumentarium wykonana jest z folii polietylenowej oraz polipropylenowej warstwy chłonnej (szerokość 66cm). Chłonność warstwy chłonnej 400%. Gramatura 84 g/m².

Pokrowiec na stolik Mayo wykonany jest z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, złożony teleskopowo. Zgodny z normą PN-EN 13795-1. Grubość folii 50 µm, piaskowana. Łączna masa powierzchniowa włókniny i folii 82g/m².

Opakowanie: Torebka papierowo-foliowa wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY ŚLĄSK



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy.

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. Uzasadnienie: Serwety z laminatu dwuwarstwowego mają za małą gramaturę, wymagamy 60g/m², brak jest też informacji o gramaturze wzmocnienia w strefie krytycznej. Serweta 75x90cm - brak informacji o rozmiarze i gramaturze wzmocnienia w strefie krytycznej. Serweta 210x150cm oraz 180x150 cm są za małe, co może skutkować zmniejszeniem pola operacyjnego, a co za tym idzie jego sterylności. Brak informacji o szerokości taśmy samoprzylepnej pediatrycznej.

Pytanie 46 Zadanie 21 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do włączenia centralnego o składzie:

Skład:

SERWETA L2 45X45CM PRZYL 45 2

KOMPRES Z GAZY 17N 7,5X7,5CM 12W 10

TUPFER A 17N 20X20CM 5

KLESZCZYKI MET. 12,5CM ZAGIĘTE MOSKIT ZAGIĘTE ZNACZONE KOLOREM 1 1

KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM MAYO HEGAR PROSTE ZNACZONE KOLOREM 11

NOŻYCHY MET. 14CM DEEVER PROSTE OSTRO-TEPE ZNACZONE KOLOREM 1 1

PESETA MET. CHIRURGICZNA 12,5CM ADSON ZNACZONA KOLOREM 1 1

KLESZCZYKI PLASTIKOWE GROSZKOWE 13CM NIEBIESKIE 1 1

POJEMNIK PLAST OKRĄG 60ML WYS 3CM ŚR DENKA 5,5CM SKALA TRANSP 1 1

SERWETA L2 100X90CM 1 1

Parametry laminatu L2: wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo - polipropylenowej o gramaturze 55 g/m².

Folia laminatu jest trójwarstwowa, embosowana.

Folia laminatu została wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego.

Laminat o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 300 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie - na sucho na poziomie min. 247 Kpa, o wytrzymałości na wypychanie - na mokro na poziomie min. 241 Kpa, o chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 397%

Laminat o nasiąkliwości (metodą run off) wg. PN-EN ISO 9073-11 na poziomie min. 28 %, o sile delaminacji (włóknina/folia) na poziomie min. 1,91 N/25mm.

Zgodny z normą PN-EN 13795-1.

Opakowanie torebka papierowo-foliowa, wyposażone w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 47 Zadanie 27 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego: folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 55g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwety.

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Pytanie 48 Zadanie 27 poz. 1

Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa wym. 45cm x 75cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m², pakowana 30x1 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 49 Zadanie 27 poz. 2

Serweta chirurgiczna wym. 45cm x 75cm z centralnym otworem przylepnym 8 cm, sterylna, wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 55g/m², pakowana 20x1 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 50 Zadanie 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Serwetę na stolik Mayo 80 x145 cm wzmocniona wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, sterylna?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 51 Zadanie 33 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego: folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 55g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwety.

Pytanie 52 Zadanie 33 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę bez przylepca?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety. Uzasadnienie: Serweta bez przylepca jest całkowicie innym asortymentem.

Pytanie 53 Zadanie 33 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną serwetę 180x240 cm lub 150x200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści serwetę 180x240cm, natomiast nie dopuszcza serwety 150x200cm. Uzasadnienie: Serweta 150x200cm jest za krótka, co zmniejsza pole operacyjne, a tym samym może skutkować zmniejszeniem sterylności podczas zabiegu.

Pytanie 54 Zadanie 37

Czy zamawiający dopuści opakowanie ściereczek a'4 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w opakowania ściereczek. Uzasadnienie: Rozwiązanie jest nieekonomiczne.

Pytanie 55 W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej „umową”, w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy: „Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 11 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy na 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 11 ust. 1 pkt 1)?”





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż kwestionowane kary umowne, dotyczą przypadków, które są dla Zamawiającego istotne z punktu widzenia realizowanych przez niego świadczeń medycznych. Nadto, Zamawiający wskazuje również, na dyscyplinującą rolę kar umownych, które w przypadku dochowania przez Wykonawcę postanowień umowy, nie powinny w ogóle nastąpić. W kontekście powyższego Zamawiający wskazuje, iż kary te przewidziano na okoliczność zwłoki Wykonawcy, a zatem kwalifikowanej formy opóźnienia, a więc za które wyłączną winę ponosi Wykonawca.

Pytanie 56 Dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 5:

- serwety ze wzmocnieniem zintegrowanym z uchwytami włókninowymi na przewody (2 organizery po dwa otwory)?
- serweta górna 150x250 cm ze wzmocnieniem 50x40 cm
- serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem 50x40 cm

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienia jaki jest cel zastosowania dodatkowej serwety jako zewnętrznej osłony

zestawu. Biorąc pod uwagę, że opakowanie zawiera już pokrowiec na stół, który chroni pozostałe elementy zestawu, dodatkowa wymagana serweta 2-warstwowa przyczynia się do zwiększenia ilości odpadów. W trosce o zrównoważony rozwój i zmniejszenie ilości utylizowanych odpadów, czy mogliby Państwo odstąpić od tego wymogu i dopuścić zestawy bez dodatkowej serwety? Oferowany przez nas produkt pochodzi z fabryki producenta, który jest w trakcie wdrażania normy środowiskowej ISO 14001 –

system zarządzania jakością w zakresie ochrony środowiska (potwierdzone oświadczeniem producenta).

Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w serwet. Uzasadnienie: Serwety posiadają za krótkie wzmocnienie w strefie krytycznej, co zmniejsza pole operacyjne, a tym samym może skutkować zmniejszeniem sterylności podczas zabiegu. Wyjaśnienie: Wymóg dodatkowej serwety stanowiącej pierwsze zewnętrzne owinięcie zestawu, to pomyłka pisarska. Zamawiający nie wymaga takowej.

Pytanie 57 Dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 5:

- 2 naklejki TAG – reszta wymagań zgodna z SWZ.



**DOLNY
ŚLĄSK**



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 2 etykiet samoprzylepnych typu TAG. Uzasadnienie: 2 etykiety samoprzylepne typu TAG, to za mała ilość do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji.

Pytanie 58 Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1:

- 4x serwety samoprzylepne 75x75 cm.

Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Upierzejmie prosimy o wyjaśnienia jaki jest cel zastosowania dodatkowej serwety jako zewnętrznej osłony

zestawu. Biorąc pod uwagę, że opakowanie zawiera już pokrowiec na stół, który chroni pozostałe elementy zestawu, dodatkowa wymagana serwetka 2-warstwowa przyczynia się do zwiększenia ilości odpadów. W trosce o zrównoważony rozwój i zmniejszenie ilości utylizowanych odpadów, czy mogliby Państwo odstąpić od tego wymogu i dopuścić zestawy bez dodatkowej serwety? Oferowany przez nas produkt pochodzi z fabryki producenta, który jest w trakcie wdrażania normy środowiskowej ISO 14001 –

system zarządzania jakością w zakresie ochrony środowiska (potwierdzone oświadczeniem producenta).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na serwety samoprzylepne 75x75cm. Wyjaśnienie: Wymóg dodatkowej serwety stanowiącej pierwsze zewnętrzne owinięcie zestawu, to pomyłka pisarska. Zamawiający nie wymaga takowej.

Pytanie 59 Dotyczy zadania nr 8

Upierzejmie prosimy o wyjaśnienia w zadaniu 8:

- jaki jest cel zastosowania dodatkowej serwety jako zewnętrznej osłony zestawu. Biorąc pod uwagę, że opakowanie zawiera już pokrowiec na stół, który chroni pozostałe elementy zestawu, dodatkowa wymagana serwetka 2-warstwowa przyczynia się do zwiększenia ilości odpadów. W trosce o zrównoważony rozwój i zmniejszenie ilości utylizowanych odpadów, czy mogliby Państwo odstąpić od tego wymogu i dopuścić zestawy bez dodatkowej serwety? Oferowany przez nas produkt pochodzi z fabryki producenta, który jest w trakcie wdrażania normy środowiskowej ISO 14001 – system zarządzania jakością w zakresie ochrony środowiska (potwierdzone oświadczeniem producenta).

Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Wyjaśnienie: Wymóg dodatkowej serwety stanowiącej pierwsze zewnętrzne owinięcie zestawu, to pomyłka pisarska. Zamawiający nie wymaga takowej.

Pytanie 60 Pytanie 1 – pakiet 10, poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym i jakościowym oferty prosimy o dopuszczenie zestawu, w którym serwety są wykonane z laminatu o gramaturze 56 g/m² (wymagane 60 g/m²).

- Serwetka na stół instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze min.40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach min. 65 cm x 190 cm i gramaturze min.35 g/m² (wymagane 37 g/m²). Łączna gramatura w strefie chłonnej - min.75 g/m²(wymagane 77 g/m²).Zestaw zawiera 2 etykiety do dokumentacji pacjenta.

Proponowany zestaw spełnia pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.





**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Uzasadnienie: Serweta główna posiada za małą gramaturę, co może zmniejszyć chłonność pola operacyjnego, a tym samym jego sterylność. Zestaw posiada tylko 2 etykiety samoprzylepne typu TAG, to za mała ilość do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji.

Pytanie 61 Pytanie 2 - pakiet 14 poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym i jakościowym oferty prosimy o dopuszczenie zestawu zawierającego skalpel nr 24 z rączką w zestawie oraz kolec przelewowy do transferu leków pakowany osobno sterylnie.

Proponowany zestaw spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. **Uzasadnienie:** Brak precyzyjnej informacji czy skalpel posiada blokadę ostrza w pozycji bezpiecznej, zgodnie z dyrektywą 2010/32/UE. Kolec przelewowy do transferu leków nie może być pakowany osobno poza zestawem.

Pytanie 62 Pytanie 3 - pakiet 15 poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym i jakościowym oferty prosimy o dopuszczenie zestawu, w którym warstwa chłonna w serwecie głównej wykonana jest z materiału: WŁÓKNINA/ FILM PE PODSTAWOWA STRUKTURA ZWIĄZANY CHEMICZNIE SPUNLACE/PE FILM i posiada certyfikat OekoTex Standard 100 Produkt II ISO 9001:2008.

Kolec przelewowy do transferu płynów i leków pakowany osobno, sterylnie, poza zestawem. Etykieta z 2 naklejkami do dokumentacji.

Proponowany zestaw spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. **Uzasadnienie:** Kolec przelewowy do transferu leków nie może być pakowany osobno poza zestawem. Zestaw posiada tylko 2 etykiety samoprzylepne typu TAG, to za mała ilość do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji.

Pytanie 63 Pytanie 3 - pakiet 18 poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym i jakościowym oferty prosimy o dopuszczenie zestawu wykonanego z serwet o gramaturze 56 g/m² (wymagane 60 g/m²), serweta na stół instrumentariuszki wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², osłona Mayo wykonana z folii 40 um i wzmocnienia z włókniyny 35 g/m². Dwie etykiety samoprzylepne do dokumentacji.

Proponowany zestaw spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. **Uzasadnienie:** Gramatura 56g/m² jest za mała, może skutkować zmniejszeniem chłonności, a co za tym idzie utratą sterylności pola operacyjnego.

Pytanie 64 Pytanie 4 - pakiet 28poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym i jakościowym oferty prosimy o dopuszczenie osłony Mayo w rozmiarze 78 x 145 cm.

Proponowana osłona spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 65 Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 Punkt 1 serwety wykonane z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m² z tolerancją +/- 1 g/m².

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwety.

Pytanie 66 Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 Punkt 1 serwety dwuwarstwowej 230x300cm o gramaturze 60g/m² z tolerancją +/- 1 g/m², wyposażona w otwór 20x30cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o wymiarze 100x145cm o gramaturze min. 105g/m² w części krytycznej oraz z torbą trójkątną do zbiórki płynów. Chłonność wzmocnienia min. 755%.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 67 Pytanie nr 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 Punkt 1 taśmy typu rzep o wymiarach 2,5x22cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w taśmę.

Pytanie 68 Pytanie nr 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 Punkt 1 serwety na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x190cm. Wykonanej z folii PE o gramaturze min. 25g/m², wzmocniona włókniną o wymiarach 65x190cm i gramaturze min. 28g/m².

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety. Uzasadnienie: Serweta posiada za małą gramaturę, co może skutkować mniejszą chłonnością w polu operacyjnym, a co za tym idzie utratą sterylności.

Pytanie 69 Pytanie nr 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 Punkt 1 serwety na stolik instrumentariuszki wykonanej w całości z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m².

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety. Uzasadnienie: Serweta posiada za małą gramaturę, co może skutkować mniejszą chłonnością w polu operacyjnym, a co za tym idzie utratą sterylności. Brak dodatkowego wzmocnienia w strefie krytycznej.

Pytanie 70 Pytanie nr 6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 Punkt 1 serwety na stolik Mayo 80x140cm wykonana z folii PE o gramaturze min. 50g/m², wzmocnienie min. 59g/m² o wymiarach 60x140cm. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 109g/m². Osłona w postaci worka składana w sposób ułatwiający aplikację.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 71 Pytanie nr 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 Punkt 1 owinięcie zestawu w dodatkową serwetę dwuwarstwową wykonaną z włókniny polipropylenowej PP połączonej z folią polietylenową PE o gramaturze min. 59g/m². Oferowana przez nas serweta jest wykonana z materiału o wyższej jakości, niepyląca i bezpieczniejsza dla pacjenta niż serweta wykonana z materiału celulozowego, który jest materiałem mocno pyłącym i może pozostawiać włókna na pozostałych elementach zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.





Pytanie 72 Pytanie nr 8

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 2 Punkt 1 serwety na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x190cm. Wykonanej z folii PE o gramaturze min. 25g/m², wzmocniona włókniną o wymiarach 65x190cm i gramaturze min. 28g/m².

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety. Uzasadnienie: Serweta posiada za małą gramaturę, co może prowadzić do przecieknięcia, a to do utraty sterylności.

Pytanie 73 Pytanie nr 9

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 2 Punkt 1 serwety na stolik instrumentariuszki wykonanej w całości z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m².

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety. Uzasadnienie: Serweta posiada za małą gramaturę, co może skutkować mniejszą chłonnością w polu operacyjnym, a co za tym idzie utratą sterylności. Brak dodatkowego wzmocnienia w strefie krytycznej.

Pytanie 74 Pytanie nr 10

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 2 Punkt 1 osłony na przewody wyposażonej w końcówkę perforacyjną, kartonik, ułatwiający aplikacje oraz dwie taśmy przyklepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o grubości min. 0,04mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w osłonę z zachowaniem pozostałych wymagań z SWZ.

Pytanie 75 Pytanie nr 11

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 2 Punkt 1 owinięcie zestawu w dodatkową serwetę dwuwarstwową wykonaną z włókniny polipropylenowej PP połączonej z folią polietylenową PE o gramaturze min. 59g/m². Oferowana przez nas serweta jest wykonana z materiału o wyższej jakości, niepylająca i bezpieczniejsza dla pacjenta niż serweta wykonana z materiału celulozowego, który jest materiałem mocno pylącym i może pozostawiać włókna na pozostałych elementach zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 76 Pytanie nr 12

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 3 Punkt 1 i 2 bandaży wysokoelastycznego podtrzymującego o wymiarach 12cmx5m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w bandaże.

Pytanie 77 Pytanie nr 13

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 3 Punkt 1 i 2 osłony na przewody o wymiarach 14x250cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w osłony.

Pytanie 78 Pytanie nr 14

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 3 Punkt 1 i 2 owinięcie zestawu w dodatkową serwetę dwuwarstwową wykonaną z włókniny polipropylenowej PP połączonej z folią polietylenową PE o gramaturze min. 59g/m² i chłonności min. 360%. Oferowana przez nas serweta jest wykonana z materiału o wyższej jakości, niepylająca i bezpieczniejsza dla pacjenta niż serweta wykonana z materiału celulozowego, który jest materiałem mocno pylącym i może pozostawiać włókna na pozostałych elementach zestawu.





Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w osłonę.

Pytanie 79 Pytanie nr 15

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 3 Punkt 1 i 2 taśmy typu rzep o wymiarach 2,5cm x 22cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w taśmę.

Pytanie 80 Pytanie nr 16

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 3 Punkt 2 serwety 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 9x85cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 81 Pytanie nr 17

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 4 Punkt 1 serwety wykonane z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m² z tolerancją +/- 1 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwety.

Pytanie 82 Pytanie nr 18

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 5 Punkt 1 serwet wykonanych z włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45g/m². W strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie min. 80g/m². Zintegrowane z organizatorami przewodów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwety.

Pytanie 83 Pytanie nr 19

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 5 Punkt 1 serwety na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x190cm. Wykonanej z folii PE o gramaturze min. 25g/m², wzmocniona włókniną o wymiarach 65x190cm i gramaturze min. 28g/m².

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety. Uzasadnienie: Serweta posiada za małą gramaturę, co może prowadzić do przecieknięcia, a to do utraty sterylności.

Pytanie 84 Pytanie nr 20

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 5 Punkt 1 serwety na stolik instrumentariuszki wykonanej w całości z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m².

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety. Uzasadnienie: Serweta posiada za małą gramaturę, co może skutkować mniejszą chłonnością w polu operacyjnym, a co za tym idzie utratą sterylności. Brak dodatkowego wzmocnienia w strefie krytycznej.

Pytanie 85 Pytanie nr 21

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 5 Punkt 1 serwety na stolik Mayo 80x140cm wykonana z folii PE o gramaturze min. 50g/m², wzmocnienie min. 59g/m² o wymiarach 60x140cm. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 109g/m². Osłona w postaci worka składana w sposób ułatwiający aplikację.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.





Pytanie 86 Pytanie nr 22

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 5 Punkt 1 owinięcie zestawu w dodatkową serwetę dwuwarstwową wykonaną z włókniny polipropylenowej PP połączonej z folią polietylenową PE o gramaturze min. 59g/m². Oferowana przez nas serweta jest wykonana z materiału o wyższej jakości, niepylająca i bezpieczniejsza dla pacjenta niż serweta wykonana z materiału celulozowego, który jest materiałem mocno pyłącym i może pozostawiać włókna na pozostałych elementach zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 87 Pytanie nr 23

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 7 Punkt 1 osłony na stolik narzędziowy 150x190cm z obszarem chłonnym o wymiarach 65x190cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 88 Pytanie nr 24

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 7 Punkt 1 strzykawki 2,5 ml 3-częściowa LL.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w strzykawki. Uzasadnienie: Strzykawka posiada za małą pojemność, zamawiający wymaga strzykawki 5ml.

Pytanie 89 Pytanie nr 25

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 7 Punkt 1 miski z polipropylenu 150ml z podziałką, przezroczystej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w miszkę.

Pytanie 90 Pytanie nr 26

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 7 Punkt 1 miski z polipropylenu 150ml z podziałką.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w miszkę.

Pytanie 91 Pytanie nr 27

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 7 Punkt 1 serwety głównej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m². Wzmocnionej w części krytycznej laminatem trójwarstwowym o gramaturze min. 104g/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę, za zachowaniem pozostałych parametrów z SWZ.

Pytanie 92 Pytanie nr 28

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 7 Punkt 1 kompresy gazowego 10x10cm 17nitek, 16 warstw.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w kompresu. Uzasadnienie: Kompres 16-warstwowy jest za cienki, w stosunku do wymaganego 32-warstwowego, co może skutkować za małą chłonnością.





Pytanie 93 Pytanie nr 29

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 8 Punkt 1 serwet wykonanych z włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45g/m². W strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie min. 80g/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 94 Pytanie nr 30

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 8 Punkt 1 taśmy typu rzep o wymiarach 2,5cm x 22cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w taśmę.

Pytanie 95 Pytanie nr 31

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 8 Punkt 1 serwety na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x190cm. Wykonanej z folii PE o gramaturze min. 25g/m², wzmocniona włókniną o wymiarach 65x190cm i gramaturze min. 28g/m².

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety. Uzasadnienie: Serweta posiada za małą gramaturę, co może skutkować mniejszą chłonnością w polu operacyjnym, a co za tym idzie utratą sterylności.

Pytanie 96 Pytanie nr 32

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 8 Punkt 1 serwety na stolik instrumentariuszki wykonanej w całości z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m².

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety. Uzasadnienie: Serweta posiada za małą gramaturę, co może skutkować mniejszą chłonnością w polu operacyjnym, a co za tym idzie utratą sterylności. Brak dodatkowego wzmocnienia w strefie krytycznej.

Pytanie 97 Pytanie nr 33

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 8 Punkt 1 serwety na stolik Mayo 80x140cm wykonana z folii PE o gramaturze min. 50g/m², wzmocnienie min. 59g/m² o wymiarach 60x140cm. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 109g/m². Osłona w postaci worka składana w sposób ułatwiający aplikację.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 98 Pytanie nr 34

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 8 Punkt 1 owinięcie zestawu w dodatkową serwetę dwuwarstwową wykonaną z włókniny polipropylenowej PP połączonej z folią polietylenową PE o gramaturze min. 59g/m² o chłonności min. 360g/m². Oferowana przez nas serweta jest wykonana z materiału o wyższej jakości, niepyląca i bezpieczniejsza dla pacjenta niż serweta wykonana z materiału celulozowego, który jest materiałem mocno pyłącym i może pozostawiać włókna na pozostałych elementach zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 99 Pytanie nr 35

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 11 Punkt 1 serwety wykonane z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m² z tolerancją +/- 1 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie min. 80g/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.





Pytanie 100 Pytanie nr 36

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 11 Punkt 1 serwety o wymiarach 200x260cm z otworem U o wymiarach 20x100, z warstwą chłonną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 101 Pytanie nr 37

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 11 Punkt 1 osłony na kończynę z taśmą min. 30x120cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w osłonę.

Pytanie 102 Pytanie nr 38

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 11 Punkt 1 taśmy chirurgicznej typu rzep o wymiarach 2,5x22cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w taśmę.

Pytanie 103 Pytanie nr 39

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 11 Punkt 1 owinięcie zestawu w dodatkową serwetę dwuwarstwową wykonaną z włókniny polipropylenowej PP połączonej z folią polietylenową PE o gramaturze min. 59g/m² o chłonności min. 360g/m². Oferowana przez nas serweta jest wykonana z materiału o wyższej jakości, niepylająca i bezpieczniejsza dla pacjenta niż serweta wykonana z materiału celulozowego, który jest materiałem mocno pyłącym i może pozostawiać włókna na pozostałych elementach zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 104 Pytanie nr 40

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 12 Punkt 1 taśmy chirurgicznej typu rzep o wymiarach 2,5x22cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w taśmę.

Pytanie 105 Pytanie nr 41

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 12 Punkt 1 owinięcie zestawu w dodatkową serwetę dwuwarstwową wykonaną z włókniny polipropylenowej PP połączonej z folią polietylenową PE o gramaturze min. 59g/m² o chłonności min. 360g/m². Oferowana przez nas serweta jest wykonana z materiału o wyższej jakości, niepylająca i bezpieczniejsza dla pacjenta niż serweta wykonana z materiału celulozowego, który jest materiałem mocno pyłącym i może pozostawiać włókna na pozostałych elementach zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 106 Pytanie nr 42

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 21 Punkt 1 kleszczyków plastikowych zielonych atraumatycznych o długości 14cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w kleszcze.





Pytanie 107 Pytanie nr 43

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 21 Punkt 1 nożyczki ostro tępe o długości 13cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w nożyczki.

Pytanie 108 Pytanie nr 44

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 21 Punkt 1 pęsety typu Adson o długości 13cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w pęsetę, z zachowaniem pozostałych parametrów z SWZ.

Pytanie 109 Pytanie nr 45

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w Zadaniu 21 Punkt 1 czy zamawiającemu chodziło o serwetę samoprzylepną o wymiarach 50x50cm?

Odpowiedź: Tak zamawiający wymaga serwety samoprzylepnej 50x50cm.

Pytanie 110 Pozycja 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowej serwety 2- warstwowej, celulozowo foliowej i dopuści by serweta na stolik instrumentariuszki stanowiła owinięcie zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dodatkowej serwety 2-warstwowej celulozowo-foliowej.

Pytanie 111 Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylizację tlenkiem etylenu? Proces sterylizacji tlenkiem etylenu jest równie bezpieczny jak sterylizacja parą wodną, ponieważ każdy rodzaj sterylizacji musi być zwalidowany, nadzorowany, kontrolowany zgodnie z mającymi zastosowanie obowiązującymi normami dla danego rodzaju procesu sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterylizację tlenkiem etylenu, pod warunkiem gwarancji jakości sprzętu w zestawie.

Pytanie 112 Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę do artroskopii 200cm x 320cm z materiału SMS , pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 113 Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę 2 warstwową w rozmiarze 230cm x 300cm z samouszczelniającym się otworem o śr.7cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 114 Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zawijania w serwetę 2 warstwową z celulozą, gdyż w zestawie znajduje się serweta do instrumentarium 150cm x 190cm (owinięcie zestawu)?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dodatkowej serwety 2-warstwowej celulozowo-foliowej.





Pytanie 115 Pakiet 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwety samoprzylepne wzmocnione o wymiarach 180cm x 180cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwety.

Pytanie 116 Pakiet 3, poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zawijania w serwetę 2 warstwową z celulozą, gdyż w zestawie znajduje się serweta do instrumentarium 150cm x 190cm (owinięcie zestawu)?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dodatkowej serwety 2-warstwowej celulozowo-foliowej.

Pytanie 117 Pakiet 4 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowej serwety 2-warstwowej, celulozowo-foliowej i dopuści by serweta na stolik instrumentariuszki stanowiła owinięcie zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje i od wymogu dodatkowej serwety 2-warstwowej celulozowo-foliowej.

Pytanie 118 Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m²:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 119 Pakiet 11, 12 i 18

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zawijania w serwetę 2 warstwową z celulozą, gdyż w zestawie znajduje się serweta do instrumentarium 150cm x 190cm (owinięcie zestawu)?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dodatkowej serwety 2-warstwowej celulozowo-foliowej.

Pytanie 120 Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylną na ramię C osobno pakowaną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w osłonę.

Pytanie 121 Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie wyposażone w 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych?

- 1 Serweta na stolik do instrumentarium 100cm x 150cm
- 2 Serweta chirurgiczna 45cm x 45cm 2-warstwowa, z przylepcem
- 10 Kompres z gazy 17N 12W 7,5cm x 7,5cm



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

- 1 Pojemnik okrągły poj. 120ml
- 5 Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 30cm x 30cm
- 1 Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
- 1 Nożyczki ostre/tępe metalowe 15cm
- 1 Pęseta ADSON metalowa 12cm
- 1 Kleszczyki metalowe HALSTED MOSQUITO zakrzywione 12,5cm
- 1 Iglotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów z SWZ.

Pytanie 122 Pakiet 22

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze 60cmx65cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w folie pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów z SWZ.

Pytanie 123 Pakiet 23

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m², w rozmiarze 90cm x 120cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 124 Pakiet 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 16cm x 250cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w osłonę.

Pytanie 125 Pakiet 24, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw osłon na ramię C RTG, zestaw składający się z czterech części: dwóch osłon z gumką do stabilizacji osłony na aparaturze i dwóch taśm. Wymiary osłony w rozmiarze 100cm x 160cm, 80cm x 150cm, oraz taśmy w rozmiarze 3cm x 100cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w osłonę.

Pytanie 126 Pakiet 25

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 85cm x 85cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w osłonę.

Pytanie 127 Pakiet 26, pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 56 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w osłonę z zachowaniem pozostałych warunków z SWZ.

Pytanie 128 Pakiet 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50cm x 70cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę z zachowaniem pozostałych warunków z SWZ.



**DOLNY
ŚLĄSK**



Pytanie 129 Pakiet 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50cm x 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę z zachowaniem pozostałych warunków z SWZ.

Pytanie 130 Pakiet 30

Czy Zamawiający dopuści zarękawek wykonany z włókniny typu SMS ze wzmocnieniem o łącznej gramaturze 75g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zarękawek.

Pytanie 131 Zadanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do kraniotomii w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wykonana z włókniny polipropylenowej i folii

polietylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m², wymiary wzmocnienia 75 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wykonana z folii polietylenowej, obszar wzmocniony z włókniny

polipropylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m² (+/-1g/m²), wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm

3 serwety samoprzylepne foliowe 50 cm x 50 cm

1 serweta wzmocniona do kraniotomii wzmocniona 225 cm x 280 cm z otworem 19 cm x 25 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem do formowania brzegów z sitem i zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 50 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5 g/m²). Zdolność absorpcji cieczy 348%. Materiał obłożenia spełnia wymagania

wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy,

LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. Uzasadnienie: Za małą ilość serwet samoprzylepnych w rozmiarze 50x50cm. Za mały otwór w serwecie głównej, co może skutkować potrzebą jego poszerzania, a to utratą sterylności. Za mały rozmiar oraz gramatura łąty chłonnej w serwecie głównej, co może skutkować przeciekiem, a także utratą sterylności. Za małą ilość etykiet typu TAG, do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji.

Pytanie 132 Zadanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do operacji brzuszno- krocowych w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wykonana z włókniny polipropylenowej i folii





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

polietylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m², wymiary wzmocnienia 75 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wykonana z folii polietylenowej, obszar wzmocniony z włókniny

polipropylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m² (+/-1g/m²), wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm

1 serweta brzuszno - kroczoza wzmocniona 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny

dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z otworem na krocze 10 cm x 15 cm

z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia

polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarze 50x60cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109

g/m² (+/-0,5 g/m²). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada

min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. Uzasadnienie: Brakuje informacji o kształcie otworu w serwecie brzuszno-kroczozej. Rozmiar 28x32cm wskazuje kwadrat, Zamawiający wymaga trapezu w rozmiarze 30x20x20cm. Za mała ilość etykiet typu TAG do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji.

Pytanie 133 Zadanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do operacji brzuszno- kroczozych w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wykonana z włókniny polipropylenowej i folii

polietylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m², wymiary wzmocnienia 75 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wykonana z folii

polietylenowej, obszar wzmocniony z włókniny polipropylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m² (+/-1g/m²), wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm

1 serweta brzuszno - kroczoza 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm

z otworem w okolicy jamy brzusznej 35 cm x 37 cm otoczonym folią chirurgiczną (rozmiar okna),

z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, z dwoma zintegrowanymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia,

z osłoną podpórki na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

1 serweta do podłożenia pod pacjenta z zakładką do sterylnej aplikacji 75 x 120 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia

polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę

ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. Uzasadnienie: Brakuje informacji o kształcie otworu w serwecie brzuszno-kroczonej. Rozmiar 35x37cm wskazuje kwadrat, Zamawiający wymaga trapezu w rozmiarze 30x20x20cm. Za małą ilość etykiet typu TAG do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji.

Pytanie 134 Zadanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu barkowego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wykonana z włókniny polipropylenowej i folii

polietylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m², wymiary wzmocnienia 75 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wykonana z folii

polietylenowej, obszar wzmocniony z włókniny polipropylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m² (+/-1g/m²), wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm

1 osłona ortopedyczna (elastyczna) na kończynę, krótka 24 cm x 80 cm

1 foliowa taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta do artroskopii stawu barkowego 225 cm x 380 cm z samouszczelniającym się

otworem w kształcie gruszki 11,5 cm x 12,5 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów posiadającą sztywnik z zaworem do podłączenia drenu z trzema uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu

rzep

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. Uzasadnienie: Serweta główna posiada za mały otwór, powiększanie go skutkuje utratą sterylności. Brak serwet samoprzylepnych o wymiarach 170x180cm oraz 150x180cm. Za małą ilość taśm chirurgicznych w rozmiarze 10x50cm. Brak: drenu do odsysania, opaski elastycznej, osłony na przewody, kompresów, fartuchów, licznika igieł oraz taśmy tyłu rzep. Za małą ilość etykiet typu TAG do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji.

Pytanie 135 Zadanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wykonana z włókniny polipropylenowej

i folii polietylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m², wymiary wzmocnienia 75cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wykonana z folii polietylenowej, obszar wzmocniony z włókniny polipropylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m² (+/-1g/m²), wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²). Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5 g/m²).

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu

wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Ilość w opakowaniu handlowym 13 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestawu, pod warunkiem dostarczenia 4 etykiet typu TAG do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji. Uzasadnienie: Za małą ilość etykiet typu TAG do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji.

Pytanie 136 Zadanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wykonana z włókniny polipropylenowej i folii

polietylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m², wymiary wzmocnienia 75 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wykonana z folii polietylenowej, obszar wzmocniony z włókniny

polipropylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m² (+/-1g/m²), wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm

1 serweta do laparoskopii 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne z otworem

w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm otoczonym folią operacyjną, z dwoma 2-komorowymi torbami na

narzędzia, z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. Uzasadnienie: Za małą ilość ręczników. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego, wymagamy trójwarstwowego o łącznej gramaturze 130g/m². Zabiegi laparoskopowe są zabiegami obfitymi w płyny ustrojowe, grubość serwet jest kluczowa. W zestawie brakuje: taśm samoprzylepnych, samoprzylepej kiseni, osłony na przewody.

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Pytanie 138 Zadanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu pediatrycznego w następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, warstwa chłonna 75 x 90 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m², folia 50 g/m²

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m, folia 55 g/m²

1 taśma samoprzylepna 9x50cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²).

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu

wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci

piktogramów. Ilość w opakowaniu handlowym 14 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. Uzasadnienie: Za małą ilość ręczników. Za małą gramaturę obłożenia pacjenta, brak informacji o gramaturze wzmocnienia w strefie krytycznej. Brak informacji nt szerokości taśmy lepnej pediatrycznej. Za małą ilość etykiet typu TAG do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji.

Pytanie 139 Zadanie 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 100 x 150 cm wykonanej

z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-

0,5 g/m²)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 140 Zadanie 24 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłony na ramię C o wymiarach 90 x 225 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w osłony. Uzasadnienie: Osłona o takim rozmiarze nie przejdzie przez część składową urządzenia.

Pytanie 141 Zadanie 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłony na ramię C o średnicy 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w osłonę.

Pytanie 142 Zadanie 26 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłony na kończynę wykonanej

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej białej dzianiny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w osłony. Uzasadnienie: Osłona wykonana z innego materiału niż wymagany.

Pytanie 143 Zadanie 26 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłony na kończynę w rozmiarze 32 x 110 cm wykonanej z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej białej dzianiny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w osłony. Uzasadnienie: Osłona wykonana z materiału innego niż wymagany.

Pytanie 144 Zadanie 26 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłony na kończynę w rozmiarze 33 x 110 cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57

g/m² (+/- 0,5 g/m²)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w osłonę.

Pytanie 145 Zadanie 27 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 40,6 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety. Uzasadnienie: Serweta posiada znacząco za małą gramaturę, co może skutkować przeciekaniem oraz utratą sterylności.

Pytanie 146 Zadanie 27 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety z otworem 6 cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 40,6 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety. Uzasadnienie: Serweta posiada znacząco za małą gramaturę, co może skutkować przeciekaniem oraz utratą sterylności. Zamawiający wymaga serwety bez otworu.

Pytanie 147 Zadanie 27 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem 6 cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w serwetę. Uzasadnienie: Serweta jest za krótka, co zmniejsza okrycie pola operacyjnego.

Pytanie 148 Zadanie 33 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwety.



**DOLNY
ŚLĄSK**



Pytanie 149 Zadanie 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu ręcznik do rąk jako produktu higienicznego, który nie może być już klasyfikowany jako wyrób medyczny w rozumieniu MDR? Zgodnie z Rozporządzeniem MDR przeznaczenie produktu przez producenta zostało określone w sposób następujący „Ręczniki służą do osuszania rąk i przedramion lub do wycierania płynów z powierzchni” zatem nie ma przeznaczenia medycznego, w związku z czym na gruncie MDR jest produktem higienicznym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w ręczniki. Uzasadnienie: Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobu medycznego dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie RP.

Pytanie 150 Dot. zadania nr 22

Zawracamy się o możliwość złożenia oferty folii sterylnej chirurgicznej o wymiarach 70x45, jodowanej

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w folii. Uzasadnienie: Za małą szerokość powierzchni lepnej folii, co może skutkować zmniejszeniem sterylności pola operacyjnego.

Pytanie 151 Dot. zadania nr 24 pozycja 1

Zawracamy się o możliwość złożenia oferty osłony foliowej sterylnej na przewody o wymiarach 13x244cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w osłony. Uzasadnienie: Za małą szerokość, możliwość uszkodzenia osłony podczas manipulacji urządzeniem.

Pytanie 152 Dot. zadania nr 24 pozycja 2

Zawracamy się o możliwość złożenia oferty osłony na ramię C o wymiarach 230x104cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w osłony. Uzasadnienie: Za małą szerokość, możliwość uszkodzenia osłony podczas manipulacji urządzeniem.

Pytanie 153 Dot. zadania nr 24 pozycja 1

Zawracamy się o możliwość złożenia oferty pokrowiec (osłona) na przewody, wideokamery o wymiarach 18x244cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w osłonę.

Pytanie 154 Dot. zadania nr 24 pozycja 2

Zawracamy się o możliwość złożenia oferty osłony na ramię C o wymiarach 267x152 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w osłonę.

Pytanie 155 Dot. zadania nr 34

Zwracamy się o możliwość złożenia ofert osłony o wymiarach 117x267cm z wypukłą osłoną na obiektyw poprawiającą obrazowanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w osłonę.

Pytanie 156 Dot. wzoru umowy §3 ust. 2 oraz Oferta Wykonawcy załącznik nr 1 do SWZ pkt.9
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 157 Dot. wzoru umowy §11 ust.1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację §11 ust.1 w sposób następujący:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 1) w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów za każdy dzień zwłoki w dostawie, poczynając od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy;
- 2) w wysokości 1% wartości brutto wyrobów, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, poczynając od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem kary umownej z tego tytułu Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy;
- 3) w wysokości 1% wartości brutto umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 3 ust. 10, poczynając od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania;
- 4) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż kwestionowane kary umowne, dotyczą przypadków, które są dla Zamawiającego istotne z punktu widzenia realizowanych przez niego świadczeń medycznych. Nadto, Zamawiający wskazuje również, na dyscyplinującą rolę kar umownych, które w przypadku dochowania przez Wykonawcę postanowień umowy, nie powinny w ogóle nastąpić. W kontekście powyższego Zamawiający wskazuje, iż kary te przewidziano na okoliczność zwłoki Wykonawcy, a zatem kwalifikowanej formy opóźnienia, a więc za które wyłączną winę ponosi Wykonawca.

Pytanie 158 Dot. wzór umowy §16 ust.1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację §16 ust.1 w sposób następujący:

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie wyrobów we wskazanym w § 3 ust. 2. umowy terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy (tzw. nabycie zastępcze) pod warunkiem uprzedniego poinformowania Wykonawcy o takim zamiarze. Możliwość zakupu wyrobów równoważnych będzie możliwe jedynie w przypadku jeżeli Wykonawca nie dysponuje takowym. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o takim zakupie, co oznaczać będzie anulowanie złożonego wcześniej zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 159 Dot. wzór umowy §16 ust.2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację §16 ust.2 w sposób następujący:

2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wyrobów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną wyrobów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówione wyroby w terminie. Różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego towaru z umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie do 21 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 160 Zadanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do kraniotomii o składzie i parametrach jak poniżej:





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Serweta główna wykonana z laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Serwety samoprzylepne wykonane z laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 62 g/m².

Skład :

- 1 x czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm, w postaci worka, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozkładania. Wykonana z folii PE o gramaturze 60g/m², wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową 40 g/m² na powierzchni 60x145 cm
- 1x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, stanowiąca owinięcie zestawu. Serweta wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m², wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową 30 g/m² na powierzchni 80x190 cm
- 1 x serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy głowy o wymiarach 180/240 x 354 cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 24x20 cm, wyposażona w dodatkową warstwę chłonną wokół otworu o wymiarach 100x75cm oraz zintegrowany worek foliowy do przechwytywania płynów z sztywnikiem
- 4 x serwety samoprzylepne 45x45cm z taśmą lepną o szerokości 2.5cm
- 2 x włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm
- 1 x taśma typu „rzep” 2,5x25cm
- 1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa ze sztywnikiem 30x40cm
- 1 x samoprzylepna kieszeń dwukomorowa ze sztywnikiem 30x40cm
- 2 x ręczniki celulozowe wzmocnione nitką 30x40cm

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu, zgodny z normą EN 13795-1. Zestaw posiada piktogramy z oznaczeniem kierunku rozkładania serwet. Zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG, zawierające: nazwę producenta, nr LOT, nr REF, kod kreskowy, termin przydatności, datę produkcji. Kierunek otwierania opakowania zaznaczony na opakowaniu jednostkowym. Zestawy pakowane w karton zbiorczy, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw pod warunkiem 4 etykiet typu TAG do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji.

Pytanie161 Zadanie 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego o składzie i parametrach jak poniżej:

Serwety operacyjne wykonane z laminatu dwuwarstwowego - polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 x niebieska osłona na stół Mayo 80x145cm, w postaci worka, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozkładania. Wykonana z folii PE o gramaturze 60g/m², wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową 40 g/m² na powierzchni 60x145 cm
- 1x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, stanowiąca owinięcie zestawu. Serweta wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m², wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową 30 g/m² na powierzchni 80x190 cm
- 1 x serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 1 x serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 2 x serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą na dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 45x60cm
- 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 x ręczniki celulozowe wzmocnione nitką 30x40cm

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu, zgodny z normą EN 13795-1. Zestaw posiada piktogramy z oznaczeniem kierunku rozkładania serwet. Zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG, zawierające: nazwę producenta, nr LOT, nr REF, kod kreskowy, termin przydatności, datę produkcji. Kierunek otwierania opakowania zaznaczony na opakowaniu jednostkowym. Zestawy pakowane w karton zbiorczy, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw pod warunkiem 4 etykiet typu TAG do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji.

Pytanie 162 Zadanie 27

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 45x75 cm z centralnym otworem nieprzylepnym 7 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 163 Zadanie 28

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na stół Mayo 80x 145 cm; wykonana z folii PE o gramaturze 60g/m², wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową 40 g/m² na powierzchni 60x145 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 164 ZADANIE 3 – Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana zgodnego z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37 o następującym składzie:

- serweta do artroskopii 150 cm x 300 cm 2-warstwowa, samouszczelniający się otwór o śr. 5 x 7 cm
- 3 x taśma chirurgiczna 10 cm x 50 cm włókninowa, przylepna
- 2 x dren do odsysania pola operacyjnego (dł. 300 cm, CH30, lejek-lejek)
- 1 x opaska elastyczna 12 cm x 5 m, podtrzymująca
- 1 x igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1 x osłona na przewody 18 cm x 244 cm
- 20 x kompres z gazy 17N 12W 10 cm x 10 cm
- 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XXL z wstawkami nieprzemakalnymi
- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. L z wstawkami nieprzemakalnymi
- 1 x serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocniona, osłona w postaci worka
- 1 x osłona na kończynę 35 cm x 80 cm, 2-warstwowa
- 1 x licznik igieł na 20 szt., magnes i pianka, usuwacz ostrzy
- 1 x taśma chirurgiczna typu rzep 2,5x14 cm
- 1 x serweta na stół do instrumentarium 150 cm x 300 cm (stanowiąca owinięcie zestawu)

Owinięcie zestawu w serwetę do instrumentarium 2-warstwowa, włókninowo - foliową o gramaturze min. 54g/m² i chłonności min.180%,.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie typu TYVEK wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. Uzasadnienie: Serweta do artroskopii jest za wąska, co może zmniejsza zakres pola operacyjnego, a co za tym idzie jego sterylności.

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Pytanie 165 ZADANIE 3 – Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii barku zgodnego z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37 o następującym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna wzmocniona o wymiarach 200 cm x 260 cm z wycięciem „U” o wymiarach 20 cm x 95 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170 cm x 175 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 175 cm
- 3 x taśma chirurgiczna 10 cm x 50 cm włókninowa, przylepna
- 2 x dren do odsysania pola operacyjnego (dł. 300 cm, CH30, lejek-lejek)
- 1 opaska elastyczna 12 cm x 5 m, podtrzymująca
- 1 x osłona na przewody 18 cm x 244 cm
- 20 x kompres z gazy 17N 12W 10 cm x 10 cm
- 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XXL z wstawkami nieprzemakalnymi
- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. L z wstawkami nieprzemakalnymi
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm wzmocniona, osłona w postaci worka
- 1 x serweta na stolik do instrumentarium 150 cm x 190 cm
- 1 x licznik igieł na 20 szt., magnes i pianka, usuwacz ostrzy,
- 1 x taśma chirurgiczna typu rzep 2,5x14 cm

Owinięcie zestawu w serwetę do instrumentarium 2-warstwową, włókninowo - foliową o gramaturze min. 54g/m² i chłonności min.180%,.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie typu TYVEK wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie 166 ZADANIE 5 – Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych w którego skład wchodzi serwety wykonane z hydrofobowej włókniny dwuwarstwowej typu SMS o gramaturze 55 g/m², w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 55 g/m² (gramatura w strefie krytycznej: 110 g/m²) o następującym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x240cm, wzmocnienie o wymiarach min.30 cmx75cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x200cm, wzmocnienie o wymiarach min. 50 cmx75cm
- 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze min. 55 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm (+10 cm)
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół narzędziowy stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

- Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze min.40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach min. 65 cm x 190 cm i gramaturze min.30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - min.77g/m².

- Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze min. 50 g/m² wzmocniona chłonna włókniną polipropylenową o wymiarach min. 60 cm x 145 cm i gramaturze min.37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min.87 g/m². Osłona w postaci worka, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w serwetę do instrumentarium 2-warstwową, włókninowo - foliową o gramaturze min.54g/m² i chłonności min.180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylny. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz serwety spełniają wymagania aktualnej normy EN 13795-1:2019?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. Uzasadnienie: Zbyt mała gramatura serwety samoprzylepnej o wymiarach 75x90cm, co może skutkować jej przeciekaniem, a to utratą sterylności. 2 etykiety typu TAG to za mała ilość do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji.

Pytanie 167 ZADANIE 8 – Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do laparoskopii w którego skład wchodzi serwety wykonane z hydrofobowej włókniny dwuwarstwowej typu SMS o gramaturze 55 g/m², w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 55 g/m² (gramatura w strefie krytycznej: 110 g/m²) o następującym składzie:

- 1 x serweta 250/260cm x 280cm zintegrowana z osłonami na kończyny oraz torbami na narzędzia chirurgiczne, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 28 cm x 32 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm (+ 10 cm)
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2,5 cm x 14 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

- Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze min.40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach min.65 cm x 190 cm i gramaturze min.30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - min. 77g/m².

- Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze min.50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach min.60 cm x 145 cm i gramaturze min.37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min.87 g/m². Osłona w postaci worka, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w serwetę do instrumentarium 2-warstwową, włókninowo - foliową o gramaturze min.54g/m² i chłonności min.180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylny. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz serwety spełniają wymagania aktualnej normy EN 13795-1:2019?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw pod warunkiem 4 etykiet typu TAG do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji.

Pytanie 168 ZADANIE 11 – Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do alloplastyki stawu biodrowego i kolanowego zgodnego z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37 o następującym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna wzmocniona o wymiarach 245 cm x 260, z wycięciem „U” o wymiarach 20 cm x 95 cm

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 175cm x 200cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm DWUWARSTWOWA
- 4 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 15cm x 5m
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
- 1 x osłona na kończynę z taśmą 35cm x 120 cm laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 55g/m², sterylne,
- fartuchy operacyjne XL x 3, L x 1
- kieszeń samoprzylepna 43x38
- 1 x licznik igieł na 20 szt., magnes i pianka, usuwacz ostrzy,
- 1 x czyścik do koagulacji
- 1 x taśma chirurgiczna typu rzep 2,5x14 cm

Owinięcie zestawu w serwetę do instrumentarium 2-warstwowa, włókninowo - foliową o gramaturze min. 54g/m² i chłonności min.180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylne. Opakowanie typu TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz serwety spełniają wymogi aktualnej normy EN 13795-1:2019?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów Z SWZ.

Pytanie 169 ZADANIE 12 – Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyny zgodnego z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37 o następującym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna wzmocniona o wymiarach 150 cm x 200 cm z wycięciem „U” o wymiarach 6,5 cm x 65 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 240 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 175 cm x 200 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x osłona na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- 1 x osłona na kończynę 35 cm x 80 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 12 cm x 5 m
- 1 x licznik igieł na 20 szt., magnes i pianka, usuwacz ostrzy,
- 1 x taśma chirurgiczna typu rzep 2,5x14 cm

Owinięcie zestawu w serwetę do instrumentarium 2-warstwowa, włókninowo - foliową o gramaturze min. 54g/m² i chłonności min.180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylne. Opakowanie typu TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz serwety spełniają wymogi aktualnej normy EN 13795-1:2019?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów Z SWZ.



**DOLNY
ŚLĄSK**



Pytanie 170 ZADANIE 18 – Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet pediatricznych, uniwersalnych wzmocnionych w którego skład wchodzi serwety wykonane z hydrofobowej włókniny dwuwarstwowej typu SMS o gramaturze 55 g/m², w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 55 g/m² (gramatura w strefie krytycznej: 110 g/m²), serwety wyposażone w taśmę lepłą PEDIATRYCZNĄ o szerokości 2,5cm o następującym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach min. 30 cm x 75cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 200cm, wzmocnienie o wymiarach min. 50 cm x 75cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach min. 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm (+10 cm)
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół narzędziowy stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

- Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze min. 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach min. 65 cm x 190 cm i gramaturze min. 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - min. 77 g/m².

- Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze min. 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach min. 60 cm x 145 cm i gramaturze min. 37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 87 g/m². Osłona w postaci worka, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w serwetę do instrumentarium 2-warstwową, włókninowo - foliową o gramaturze min. 54 g/m² i chłonności min. 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylny. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz serwety spełniają wymogi aktualnej normy EN 13795-1:2019?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. Uzasadnienie: 2 etykiety typu TAG w zestawie, to za mała ilość do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji, z niską chłonnością w strefie krytycznej serwet.

Pytanie 171 ZADANIE 23 – Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanej serwety operacyjnej o gramaturze min. 55 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 172 ZADANIE 27 – Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanej serwety chirurgicznej o gramaturze min. 55 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 173. ZADANIE 27 – Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety chirurgicznej o wym. 50cm x 60cm z centralnym przylepnym otworem 7 cm, sterylna, wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE/włóknina o gramaturze min. 55g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w serwetę. Uzasadnienie: Serweta jest za krótka, co zmniejsza okrycie pola operacyjnego.



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Pytanie 174 ZADANIE 27 – Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety chirurgicznej o wym. 45cm x 75cm z centralnym przylepnym z możliwością dostosowania średnicy otworu, sterylna, wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE/włóknina o gramaturze min. 55g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.

Pytanie 175 ZADANIE 33 – Poz. nr 1-3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanych serwet chirurgicznych/operacyjnych o gramaturze min. 55 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwety.

Zamawiający w oparciu o art. 135 i art. 137 ustawy Pzp, przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia **03.03.2025 r.**, miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia **31.05.2025 r.** . Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl