



Szczecin, dnia 31.05.2022 r.

WZZ-2375-15-840-05/22

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej „ustawa Pzp” pn.: „Dostawa i montaż sterylizatora parowego dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Nr postępowania: 15/2022.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Prosimy o dopuszczenie do postępowania sterylizatora z wytrzymałą na korozję komorą z płaszczem pełnym o grubości ścian 7mm gwarantującą min 20 letnie użytkowanie.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Zważywszy iż komora ma mieć pojemność 6 STE prosimy o dopuszczenie do oceny komory o głębokości 1300mm i pojemności 6 STE przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Prosimy o wykreślenie pkt. 22 OPZ jako charakterystycznego tylko dla jednego producenta sterylizatorów firmy SMS.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Zestawienia parametrów i wymagań granicznych, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

W Zestawieniu parametrów i wymagań granicznych, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ poz. 22, w kolumnie 2 otrzymuje brzmienie: „Przewężenie bądź inne równoważne rozwiązanie techniczne niepowodujące wydostawania się skroplin z komory w przypadku awarii”.

Pytanie nr 4: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Wnosimy o wykreślenie pkt. 42 z OPZ jako niezgodnego z PZP i zastąpieniem go następującą treścią „Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu producenta na terenie RP”.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wymaga oddziału lub dedykowanego serwisanta autoryzowanego serwisu producenta na terenie województwa Zamawiającego.

Pytanie nr 5: dotyczy zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń. Uzasadnienie: prosimy o podanie opisu drogi transportowej do Centralnej Sterylizatorni: rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości oraz informacji czy droga transportowa jest płaska - czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy (prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności).



Prosimy o podanie rozmiarów największego oraz najniższego przejścia przewidywaną drogą transportową. Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający zapewni drogę transportową dla wózka transportowego z jedną przeszkodą architektoniczną jaką jest winda o wymiarach: długość 2,30cm, szerokość 1,25 cm wysokość 2,10 cm, nośność: 1650 kg . Wymiary przejścia 94cm szerokości, 2 m wysokości.

Pytanie nr 6: dotyczy zapisów SWZ

Czy w miejscu posadowienia sterylizatora są niezbędne media, czy nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń? Uzasadnienie: Informacja ta jest niezbędna do kalkulacji przetargowej.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający zapewni media zasilające oraz odpływ, ewentualna modyfikacja przyłączy spoczywa na dostawcy.

Pytanie nr 7: dotyczy rozdziału VII SWZ

1. Termin realizacji zamówienia wynosi **60 dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

1. Termin realizacji zamówienia wynosi **90 dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SWZ.

W Rozdziale VII (Termin wykonania zamówienia), pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.”.

Pytanie nr 8: dotyczy § 7 ust. 1 Wzoru umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zamontować, uruchomić urządzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Prosimy zamawiającego o zmianę zapisu na:

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zamontować, uruchomić urządzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Uzasadnienie: dwuletni czas pandemii wpłynął destabilizująco na światową gospodarkę, załamały się łańcuchy dostaw, od których uzależnieni są wszyscy producenci. W wyniku pandemii wzrosło zapotrzebowanie na sprzęt medyczny i w związku z tym czas realizacji zamówień uległ znacznemu wydłużeniu. Sterylizatory parowe to urządzenia produkowane na konkretne zamówienie, z konfiguracją wg. wymogów Zamawiającego. Termin 90 dni kalendarzowych daje gwarancję terminowego wykonania kontrakt przez Wykonawcę.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

We Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ: § 7 ust. 1, otrzymuje brzmienie:

„1.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zamontować, uruchomić urządzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy”.

Pytanie nr 9: dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SWZ za wynagrodzeniem w wysokości: zł brutto (słownie złotych brutto:), w tym: zł netto (słownie złotych netto:)+ % VAT (kwota podatku VAT:).

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SWZ za wynagrodzeniem w wysokości: zł brutto (słownie złotych brutto:), w tym: zł netto (słownie złotych netto:) + VAT stawka 8% (kwota podatku VAT: stawka 8%.....), w tym: zł netto + VAT stawka 23% (kwota podatku VAT: stawka 23 %.....)

Uzasadnienie: sterylizatory jako urządzenia medyczne objęte są stawką podatku VAT 8 % natomiast akcesoria nie stanowiące integralnej części urządzeń oraz usługi bezpośrednio związane z wykonaniem kontraktu opodatkowane są stawką 23 %.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

W Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ: Pkt 1, otrzymuje brzmienie: „1.Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SWZ za wynagrodzeniem w wysokości: zł brutto (słownie złotych brutto:), w tym: zł netto (słownie złotych netto:) + VAT stawka 8% (kwota podatku VAT: stawka 8%.....), w tym: zł netto + VAT stawka 23% (kwota podatku VAT: stawka 23 %.....).”.

Pytanie nr 10: dotyczy załącznika nr 2 do SWZ – Szczegółowa oferta cenowa

Prosimy Zamawiającego o możliwość modyfikacji tabeli: dodania drugiego wiersza: tak aby były wyszczególnione dwie kwoty netto i dwie stawki VAT: 8% i 23%. Uzasadnienie: sterylizatory jako urządzenia medyczne objęte są stawką podatku VAT 8 % natomiast akcesoria nie stanowiące integralnej części urządzeń oraz usługi bezpośrednio związane z wykonaniem kontraktu opodatkowane są stawką 23%.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Szczegółowej oferty cenowej, stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.

W Szczegółowej ofercie cenowej, stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ: poz. 1 kolumna 7 (Stawka podatku VAT), otrzymuje brzmienie: „8%, 23%”.

Pytanie nr 11: dotyczy § 3 ust. 1 ppkt 5 Wzoru umowy

5. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w terminie 48 godzin od otrzymania na piśmie, faxem lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie urządzenia oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia uszkodzenia.

Prosimy zamawiającego o zmianę zapisu na:

5. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w terminie 48 godzin w dni robocze od otrzymania na piśmie, faxem lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie urządzenia oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia uszkodzenia.

Uzasadnienie: serwis Wykonawcy nie pracuje w dni wolne: soboty, niedziele. Przykładowo zgłoszenie w piątek po południu skutkowałoby stawiennictwem serwisu w przeciągu 48 godzin tj. w niedzielę po południu. Jeżeli Zamawiający nie dokona modyfikacji tego zapisu, to oferta każdego wykonawcy ulegnie zwiększeniu z powodu kosztów zatrudnienia serwisantów w wolne dni typu sobota, niedziela oraz święta.

Odpowiedź nr 11: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.

We Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ: § 3 ust. 1 ppkt 5, otrzymuje brzmienie: „5)Wykonawca zobowiązany będzie w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w terminie 48 godzin w dni robocze od otrzymania na piśmie, faxem lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie urządzenia oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 8 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia uszkodzenia;”.

Pytanie nr 12: dotyczy § 3 ust. 1 ppkt 8, 9, 10, 11 Wzoru umowy

8) w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady dostarczonego i zamontowanego urządzenia w czasie do 3 dni roboczych liczonych od chwili powzięcia wiadomości o awarii, usterce lub wadzie, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, w ciągu wyżej 3 dni roboczych - na czas naprawy, urządzenia zamiennego tej samej klasy i o tych samych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat;

9) w przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zamiennego, o którym mowa w pkt 8), Zamawiający po upływie 3 dni roboczych liczonych od momentu powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o awarii, usterce lub wadzie, ma prawo zwrócić się do podmiotu trzeciego o dostarczenie odpowiedniego urządzenia zamiennego aż do czasu dostarczenia urządzenia zamiennego przez Wykonawcę, bądź do momentu usunięcia awarii, usterki lub wady urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia oraz przywrócenia możliwości jego

użytkowania przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem urządzenia zamiennego od podmiotu trzeciego obciążają Wykonawcę;

10) w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania opisanego w pkt 8) będzie on zobowiązany do pokrycia w całości kosztów przestoju oraz utraconych korzyści, z zastrzeżeniem pkt 9);

11) Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany urządzenia na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii, usterek lub wad tego samego elementu (części). Wymiana gwarancyjna urządzenia nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia reklamacji. W przypadku, gdy w okresie gwarancji wystąpi awaria, usterka lub wada skutkującą trwałym unieruchomieniem urządzenia bądź skutkiem albo skutkami, w wyniku których albo której urządzenie stanie się niezdatny do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, wymiana urządzenia na nowy nastąpi niezależnie od tego, czy w okresie gwarancji miały miejsce trzy istotne awarie, usterki lub wady, o których mowa w zdaniu pierwszym;

Prosimy Zamawiającego o: usunięcie punktu 8, 9,10 oraz zmianę zapisu punktu 11 na:

11) Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany elementy na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii, usterek lub wad tego samego elementu (części).

Uzasadnienie: sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie, w odpowiedniej konfiguracji dostosowanej do potrzeb Zamawiającego. Żaden Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie. Ponadto urządzenie to podlega rejestracji i ścisłej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Eksploatowanie urządzenia bez odpowiedniego wniosku oraz rejestracji i decyzji wydanej przez inspektora UDT jest prawnie zabronione.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.

We Wzorce umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ: § 3 ust. 1 ppkt 8,9,10, otrzymuje brzmienie:

„8)w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterek lub wady dostarczonego i zamontowanego urządzenia w czasie do 8 dni roboczych liczonych od chwili powzięcia wiadomości o awarii, usterce lub wadzie Zamawiający ma prawo zwrócić się do podmiotu trzeciego o usunięcie awarii, usterki lub wady urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia oraz przywrócenia możliwości jego użytkowania. Wszelkie koszty związane z naprawą urządzenia od podmiotu trzeciego obciążają Wykonawcę;

9)w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania opisanego w pkt 8) tj. do pokrycia kosztów naprawy sprzętu u podmiotu trzeciego będzie on zobowiązany do pokrycia w całości kosztów przestoju oraz utraconych korzyści, w szczególności kosztu wykonania sterylizacji u innego podmiotu w trakcie oczekiwania na serwis z zastrzeżeniem pkt 8);

10)Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany elementu (części) na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii, usterek lub wad tego samego elementu (części). Wymiana gwarancyjna elementu (części) nastąpi w czasie nie dłuższym niż 10 dni od daty przyjęcia reklamacji. W przypadku, gdy w okresie gwarancji wystąpi awaria, usterka lub wada skutkującą trwałym unieruchomieniem urządzenia bądź skutkiem albo skutkami, w wyniku których albo której urządzenie stanie się niezdatne do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, wymiana urządzenia na nowe nastąpi niezależnie od tego, czy w okresie gwarancji miały miejsce trzy istotne awarie, usterki lub wady, o których mowa w zdaniu pierwszym;”.

Pytanie nr 13: dotyczy § 5 ust. 1, 2, 3 Wzoru umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu:
 - 1) jednostronnego rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 4 ust. 2;
 - 2) zwłoki w dostarczeniu urządzenia w wysokości **1,50 %** wartości umowy określonej w § 4 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 3) zwłoki w usunięciu wady, w ramach serwisu gwarancyjnego urządzenia, w wysokości 250,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną, z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 4 ust. 2.
3. łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy.

Prosimy zamawiającego o zmianę zapisów na:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu:
 - 1) jednostronnego rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 4 ust. 2;
 - 2) zwłoki w dostarczeniu urządzenia w wysokości **0,20 %** wartości umowy określonej w § 4 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 3) zwłoki w usunięciu wady, w ramach serwisu gwarancyjnego urządzenia, w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną, z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 4 ust. 2.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy

Uzasadnienie: wysokość zaproponowanych kar znacznie przewyższa standardowe stawki stosowane w tego typu umowach.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy na miejscu posadowienia sterylizatora jest instalacja sprężonego powietrza ? Jeżeli nie czy Zamawiający wymaga dostarczenia sprężarki wraz ze sterylizatorem?

Odpowiedź nr 14:

W miejscu instalacji istnieje przyłączy sprężonego powietrza. Na dostawcy spoczywają ewentualne przeróbki celem podłączenia do urządzenia.

Pytanie nr 15: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy w skład wyposażenia sterylizatora mają być dołączone kosze druciane, jeżeli tak to w jakiej pojemności STE i w jakiej ilości?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający oczekuje dostawy 12 koszy 1/2 STE. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Zestawienia parametrów i wymagań granicznych, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

W Zestawieniu parametrów i wymagań granicznych, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ poz. 42, w kolumnie 2 otrzymuje brzmienie: „Dostawa 12 koszy 1/2 STE”.

Pytanie nr 16: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy na miejscu posadowienia sterylizatora jest sterylizator do demontażu - jeżeli tak, to na czyj koszt ma być zdemontowany i czy jest przygotowane przez Zamawiającego miejsce do jego składowania?

Odpowiedź nr 16:

Sterylicator winien zostać usunięty przez wykonawcę i przetransportowany w miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie szpitala zamawiający zapewni drogę transportową dla wózka paletowego dostosowano do gabarytów urządzenia.

Pytanie nr 17: dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Pytanie nr 18: dotyczy § 2 ust. 2 Wzoru umowy

Prosimy o dopisanie o ile dotyczy. Wymagane przez Zamawiającego świadectwo homologacji nie dotyczy sterylizatorów.

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.

We Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ: § 2 ust. 2, otrzymuje brzmienie: „2.Wykonawca przed przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu zobowiązany jest

zaopatrzyć dostarczone urządzenia w etykiety producenta, świadectwa homologacji – nie dotyczy sterylizatorów, instrukcje obsługi oraz właściwe certyfikaty bezpieczeństwa w języku polskim.”.

Pytanie nr 19: dotyczy § 2 ust. 4 Wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotowuje miejsce montażu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy.

Odpowiedź nr 19:

Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie przygotować miejsce montażu.

Pytanie nr 20: dotyczy § 3 ust. 1 pkt 5 Wzoru umowy

Prosimy o uściślenie zapisów tego punktu, wskazując, że zawiadomienie o awarii, usterce lub wadzie urządzenia musi wpłynąć do wykonawcy w terminie umożliwiającym spełnienie stawiennictwa w terminie 48 godzin. Jeżeli zamawiający zgłosi usterkę np. o godzinie 15 w piątek to 48 godzin przypadnie na niedzielę, czyli nie ma możliwości spełnienia przez wykonawcę zapisów tego paragrafu, już na etapie podpisywania umowy.

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.

We Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ: § 3 ust. 1 pkt 5, otrzymuje brzmienie: „5) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w terminie 48 godzin w dni robocze od otrzymania na piśmie, faxem lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie urządzenia oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 8 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia uszkodzenia;”.

Pytanie nr 21: dotyczy § 3 ust. 1 pkt 7 Wzoru umowy

Prosimy o dodanie, iż ewentualne usunięcie wad będzie zlecane osobie trzeciej posiadającej autoryzację producenta. Serwis przedmiotu zamówienia musi być realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności, zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych.

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22: dotyczy § 3 ust. 1 pkt 8 i 9 Wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu tych paragrafów w całości lub dopuści alternatywnie zlecenie usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy?

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.

We Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ: § 3 ust. 1 ppkt 8,9, otrzymuje brzmienie: „8) w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady dostarczonego i zamontowanego urządzenia w czasie do 8 dni roboczych liczonych od chwili powzięcia wiadomości o awarii, usterce lub wadzie Zamawiający ma prawo zwrócić się do podmiotu trzeciego o usunięcie awarii, usterki lub wady urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia oraz przywrócenia możliwości jego użytkowania. Wszelkie koszty związane z naprawą urządzenia od podmiotu trzeciego obciążają Wykonawcę;

9) w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania opisanego w pkt 8) tj. do pokrycia kosztów naprawy sprzętu u podmiotu trzeciego będzie on zobowiązany do pokrycia w całości kosztów przestoju oraz utraconych korzyści, w szczególności kosztu wykonania sterylizacji u innego podmiotu w trakcie oczekiwania na serwis z zastrzeżeniem pkt 8);”.

Pytanie nr 23: dotyczy § 3 ust. 1 pkt 11 Wzoru umowy

Prosimy o zmianę zapisów tak, aby pozwalały na usunięcie wady (lub wymianę wadliwego elementu) w zamian za wymianę urządzenia na nowe.

Urządzenia tego typu składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.

We Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ: § 3 ust. 1 ppkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10)Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany elementu (części) na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii, usterek lub wad tego samego elementu (części). Wymiana gwarancyjna elementu (części) nastąpi w czasie nie dłuższym niż 10 dni od daty przyjęcia reklamacji. W przypadku, gdy w okresie gwarancji wystąpi awaria, usterka lub wada skutkująca trwałym unieruchomieniem urządzenia bądź skutkiem albo skutkami, w wyniku których albo której urządzenie stanie się niezdatne do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, wymiana urządzenia na nowe nastąpi niezależnie od tego, czy w okresie gwarancji miały miejsce trzy istotne awarie, usterki lub wady, o których mowa w zdaniu pierwszym;”.

Pytanie nr 24: dotyczy § 5 ust. 3 Wzoru umowy

Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany maksymalnej wysokości kar z 50% na maksymalnie do 20%. Obecna wysokość maksymalnej kary jest rażąco wysoka i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25: dotyczy § 7 ust. 1 Wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 22 tygodni od podpisania umowy? Z uwagi na obecną sytuację na rynku i w związku z tym wystąpieniem zakłóceń w łańcuchu dostaw, urządzenia są zamawiane u producenta pod konkretne postępowanie i nie są dostępne od ręki. Czas produkcji oraz transportu i ewentualnej odprawy celnej nie pozwala na tak szybką realizację dostawy.

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym komora wykonana jest ze stali nierdzewnej 316L wg AISI, z powierzchnią wewnętrzną gładką poddaną procesowi kuleczkowania w celu zwiększenia powierzchni oddawania ciepła do materiału? Uzasadnienie komory z wnętrzem komory elektropolerowanym lub ręcznie polerowanym ograniczają przekazywanie ciepła do sterylizowanego materiału.

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o lekkiej i energooszczędnej konstrukcji komory o grubości ścian nie przekraczającej 5 mm?

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Zestawienia parametrów i wymagań granicznych, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

W Zestawieniu parametrów i wymagań granicznych, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ poz. 2, w kolumnie 2 otrzymuje brzmienie: „Lekka i energooszczędna konstrukcja komory – grubość ścian komory nie większa niż 5mm”.

Pytanie nr 28: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z komorą o wymiarach 660x660x1000 mm (WxSxG)? Uzasadnienie: Powyżej podane wymiary nieznacznie odbiegają od wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylizatora o wymiarach (WxSxG) 1970x990x1420 mm?

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 30: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie sterylizatora z wytwornicą pary o mocy 30 kW?

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający zamiast parametru z pkt 9 dopuści urządzenie, w którym wartości ciśnienia wskazywane są na ekranie sterownika po stronie załadowniczej? Rozwiązanie takie pozwala na utrzymanie większej higieniczności panelu sterowania poprzez eliminację wystających elementów?

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dotykowym panelem sterowania z kolorowym ekranem 5,7" po stronie załadowniczej oraz ekranem graficznym po stronie wyładowniczej pozwalającym wyświetlenie minimum 4 linii tekstu?

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dotykowym panelem sterowania z kolorowym ekranem 5,7" po stronie załadowniczej oraz ekranem graficznym po stronie wyładowniczej pozwalającym wyświetlenie minimum 4 linii tekstu bez manometrów (wartości ciśnienia wskazane na ekranie sterownika po stronie załadowniczej)?

Uzasadnienie: Rozwiązanie takie pozwala na utrzymanie większej higieniczności panelu sterowania poprzez eliminację wystających elementów.

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z 5 programami zwalidowanymi przez producenta maszyny oraz możliwością wgrania dodatkowych programów z bazy programów? Uzasadnienie: Praca sterylizatora parowego w centralnej sterylizatorni ogranicza się w praktyce do użycia maksymalnie 5 zwalidowanych przez producenta programów (jednoznacznie podanych w instrukcji produkcji wraz z pełnym załadunkiem dla danego programu) bez możliwości modyfikacji programów przez użytkownika. W przypadku edycji programów użytkownik (szpital) bierze całkowitą odpowiedzialność za zgodność z aktualnymi przepisami dotyczącymi norm sterylizacyjnych i jest świadomy konieczności wykonania walidacji procesowej oraz operacyjnej po zmianie parametrów programu.

Odpowiedź nr 34:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z wbudowaną drukarką termiczną o trwałości wydruku ponad 10 lat?

Odpowiedź nr 35:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z filtrem powietrza sterylnego zatrzymujący nie mniej niż 99,95% cząstek nie większych od 0,30µm?

Odpowiedź nr 36:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z komorą z nieznacznym przewężeniem wewnątrz o świetle wejściowym 660 x 660 mm oraz objętości 6 jednostek sterylizacyjnych wg normy PN-EN 285/ EN 285? Przewężenie zapobiega wydostawaniu się gorących skroplin w przypadku awaryjnego otwarcia drzwi.

Odpowiedź nr 37:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 38: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na za pomiar poziomu wody za pomocą czujnika opartego na przewodności, jeżeli czujnik taki posiada szerokie spektrum pomiarowe? Uzasadnienie: Układ pomiaru poziomu wody z czujnikami przewodnościowymi jest rozwiązaniem stosowanym przez liderów branży sterylizacyjnej i jest niezależny od osadzającego kamienia wewnątrz wytwornicy co może mieć miejsce w przypadku zastosowania pomiaru pływakowego.

Odpowiedź nr 38:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 39: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z automatycznym odczytem odczytu wody w wytwornicy przez sterownik bez konieczności stosowania wskaźników zewnętrznych i odczytu przez personel co jest zgodne z PN EN 285? Uzasadnienie: W proponowanym urządzeniu wszystkie funkcje w urządzeniu są automatyczne i nie wymagają ingerencji użytkownika.

Odpowiedź nr 39:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym:

- Komora i płaszcz oraz drzwi wykonane całkowicie ze stali kwasoodpornej klasy 1.4404 (AISI316L).
- Rama sterylizatora, opanelowanie wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 (AISI304).
- Instalacja parowa sterylizatora wykonana ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L).
- Wszystkie połączenia wykonane orurowaniem sztywnym (nie dopuszcza się połączeń elastycznych).
- Fragmenty instalacji wodnej i parowej wykonane z materiałów innych odpornych na korozję?

Odpowiedź nr 40:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Pytanie nr 41: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający wymaga, że ciężar drzwi ze względów bezpieczeństwa powinien być równoważony przeciwcieżarem co w przypadku awarii zasilania lub awarii linii sprężonego powietrza nie powoduje nagłego nieprzewidywalnego ruchu drzwi urządzenie oraz pozwala na ich awaryjne otwarcie przez personel w przypadku awarii?

Odpowiedź nr 41:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Pytanie nr 42: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie by drzwi sterylizatora były przesuwne w płaszczyźnie pionowej, zamykane i ryglowane automatycznie, z napędem elektrycznym?

Odpowiedź nr 42:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie by drzwi sterylizatora były przesuwne w płaszczyźnie pionowej, zamykane i ryglowane automatycznie, z napędem elektrycznym? Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem nowoczesniejszym.

Odpowiedź nr 43:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający wymaga aby wytrzymałość uszczelki drzwiowej dociskanej powietrzem wynosiła min. 3500 cykli sterylizacji oraz niewymagającej smarowania?

Odpowiedź nr 44:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Pytanie nr 45: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Prosimy o doprecyzowanie czy w celu zapewnienie prawidłowego działania układu próżniowego sterylizatora dla wyższej temperatury wody chłodzącej latem, układ powinien być wyposażony w pompę próżniową dwustopniową wyposażoną dodatkowo w inżektor powietrzny wzmacniający działanie pompy, poprawiający warunki suszenia oraz zmniejszający zużycie wody?

Odpowiedź nr 45:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym układ wytwarzania próżni jest wyposażony w inżektor powietrzny wzmacniający działanie pompy, poprawiający warunki suszenia oraz zmniejszający zużycie wody?

Odpowiedź nr 46:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na siedzibę główną autoryzowanego serwisu producenta na terenie innego województwa, z zaznaczeniem iż pracownicy serwisu są dostępni na terenie wszystkich województw, w tym województwa Zamawiającego?

Odpowiedź nr 47:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Zestawienia parametrów i wymagań granicznych, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

W Zestawieniu parametrów i wymagań granicznych, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ poz. 42, w kolumnie 2 otrzymuje brzmienie: „Oddział lub dedykowany serwisant autoryzowanego serwisu producenta na terenie województwa Zamawiającego”.

Pytanie nr 48: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający dopuści sterylizator o grubości ścian komory 5 mm ? Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z opisanym, zapewniając porównywalne funkcje użytkowe dodatkowo większa grubość komory zapewnia większą odporność na odkształcenia.

Odpowiedź nr 48:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Zestawienia parametrów i wymagań granicznych, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

W Zestawieniu parametrów i wymagań granicznych, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ poz. 2, w kolumnie 2 otrzymuje brzmienie: „Lekka i energooszczędna konstrukcja komory – grubość ścian komory nie większa niż 5mm”.

Pytanie nr 49: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający dopuści sterylizator o długości komory 1000mm ? Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym, zapewniając identyczną funkcjonalność.

Odpowiedź nr 49:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 50: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający dopuści sterylizator o wymiarach 1253 x 1980 x 1350mm ? Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z opisanym, tak znikome różnice nie stanowią problemu podczas instalacji urządzenia.

Odpowiedź nr 50:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 51: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający dopuści sterylizator fabrycznie wyposażony we własną wytwornicę pary o mocy 40 kW ? Uzasadnienie: Proponowana moc nieznacznie różni się od wymaganej, a dodatkowo zapewnia krótszy proces sterylizacji.

Odpowiedź nr 51:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający dopuści sterylizator bez przewężenia światła komory przez kanał uszczelki ? Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym, zapewniając identyczną funkcjonalność.

Odpowiedź nr 52:

Zamawiający dopuszcza przewężenie bądź inne równoważne rozwiązanie techniczne niepowodujące wydostawania się kroplin z komory w przypadku awarii. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Zestawienia parametrów i wymagań granicznych, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

W Zestawieniu parametrów i wymagań granicznych, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ poz. 22, w kolumnie 2 otrzymuje brzmienie: „Przewężenie bądź inne równoważne rozwiązanie techniczne niepowodujące wydostawania się kroplin z komory w przypadku awarii”.

Pytanie nr 53: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z wodowskazem umieszczonym w strefie serwisowej ? Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym, zapewniając identyczną funkcjonalność.

Odpowiedź nr 53:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający autoryzowany serwis producenta na terenie województwa Wielkopolskiego ?

Odpowiedź nr 54:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55: dotyczy rozdziału VII SWZ

Termin wykonania zamówienia : Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 90 dni z powodu dłuższych terminów dostaw komponentów potrzebnych do produkcji. Wydłużone terminy produkcji urządzenia są związane z ogólnoswiatową sytuacją, które doprowadziły do zachwiania łańcuchów dostaw ?

Odpowiedź nr 55:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SWZ.

W Rozdziale VII (Termin wykonania zamówienia), pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.”.

Pytanie nr 56: dotyczy § 3 ust. 1 pkt 8 Wzoru umowy

Prosimy o zmianę zapisu: W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady dostarczonego i zamontowanego urządzenia w czasie do 3 dni roboczych liczonych od chwili powzięcia wiadomości o awarii, usterce lub wadzie, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, w ciągu wyżej 3 dni roboczych - na czas naprawy, urządzenia zamiennego tej samej klasy i o tych samych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat.

Odpowiedź nr 56:

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.

We Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ: § 3 ust. 1 ppkt 8,9, otrzymuje brzmienie:

„8)w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady dostarczonego i zamontowanego urządzenia w czasie do 8 dni roboczych liczonych od chwili powzięcia wiadomości o awarii, usterce lub wadzie Zamawiający ma prawo zwrócić się do podmiotu trzeciego o usunięcie awarii, usterki lub wady urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia oraz przywrócenia możliwości jego użytkowania. Wszelkie koszty związane z naprawą urządzenia od podmiotu trzeciego obciążają Wykonawcę;”.

Pytanie nr 57: dotyczy § 3 ust. 1 pkt 6 Wzoru umowy

Prosimy o zmianę zapisu: maksymalny czas usunięcia awarii, usterki lub wady u Zamawiającego w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, nie może przekroczyć 10 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie, to jest od otrzymania na piśmie, faxem lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie urządzenia.

Odpowiedź nr 57:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 58: dotyczy § 3 ust. 1 pkt 8, 9, 10, 11 Wzoru umowy

Prosimy o usunięcie wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Uzasadnienie – przedmiotem zamówienia jest urządzenie naprawiane w szpitalu a nie poza siedzibą zamawiającego. Jest to urządzenie, które instalowane jest na stałe i podłączane do specjalnie przygotowanego miejsca. Transport oraz instalacja urządzenia na zamianę zajęłaby kilka dni roboczych i wyłączyłaby z pracy cały dział sterylizatorni ponieważ podczas prac instalacyjnych nie jest możliwe zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych do obróbki narzędzi. Biorąc pod uwagę powyższe, zakończenie nawet najbardziej skomplikowanej naprawy będzie możliwe nieporównywalnie wcześniej niż dostarczenie urządzenia zastępczego.

Odpowiedź 58:

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.

We Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ: § 3 ust. 1 ppkt 8,9,10, otrzymuje brzmienie:

„8)w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady dostarczonego i zamontowanego urządzenia w czasie do 8 dni roboczych liczonych od chwili powzięcia wiadomości o awarii, usterce lub wadzie Zamawiający ma prawo zwrócić się do podmiotu trzeciego o usunięcie awarii, usterki lub wady urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia oraz przywrócenia możliwości jego użytkowania. Wszelkie koszty związane z naprawą urządzenia od podmiotu trzeciego obciążają Wykonawcę;

9)w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania opisanego w pkt 8) tj. do pokrycia kosztów naprawy sprzętu u podmiotu trzeciego będzie on zobowiązany do pokrycia w

całości kosztów przestoju oraz utraconych korzyści, w szczególności kosztu wykonania sterylizacji u innego podmiotu w trakcie oczekiwania na serwis z zastrzeżeniem pkt 8);

10) Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany elementu (części) na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii, usterek lub wad tego samego elementu (części). Wymiana gwarancyjna elementu (części) nastąpi w czasie nie dłuższym niż 10 dni od daty przyjęcia reklamacji. W przypadku, gdy w okresie gwarancji wystąpi awaria, usterka lub wada skutkująca trwałym unieruchomieniem urządzenia bądź skutkiem albo skutkami, w wyniku których albo której urządzenie stanie się niezdatne do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, wymiana urządzenia na nowe nastąpi niezależnie od tego, czy w okresie gwarancji miały miejsce trzy istotne awarie, usterki lub wady, o których mowa w zdaniu pierwszym;”.

Pytanie nr 59: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

42	Autoryzowany serwis producenta na terenie województwa Zamawiającego	Tak, podać adres	
----	---	------------------	--

Prosimy o wyłączenie tego parametru z oceny – Wykonawca gwarantuje czas reakcji na wezwanie Zamawiającego bez względu czy jest na terenie zamawiającego.

Odpowiedź nr 59:

Zamawiający wymaga oddziału lub dedykowanego serwisanta autoryzowanego serwisu producenta na terenie województwa Zamawiającego. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Zestawienia parametrów i wymagań granicznych, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

W Zestawieniu parametrów i wymagań granicznych, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ poz. 42, w kolumnie 2 otrzymuje brzmienie: „Oddział lub dedykowany serwisant autoryzowanego serwisu producenta na terenie województwa Zamawiającego”.

Pytanie nr 60: dotyczy § 5 ust. 1, 3 Wzoru umowy

Umowa – kary – par. 5 Prosimy o obniżenie kar z 1,5% do 0,5 % - dot. par 5, pkt 1,2) Prosimy o obniżenie kar z 250 zł do 100 zł – dot. par 5, pkt 1,3). Prosimy o obniżenie kar z 50% do 20 % - dot. par 5, pkt 3.

Odpowiedź nr 60:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61:

Czy Zamawiający dopuszcza otrzymywanie faktur w formacie pdf na wyznaczony adres mailowy?

Odpowiedź nr 61:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 62:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis , że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawienie i przesłanie faktur , duplikatów faktur oraz ich korekt , a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail.

Odpowiedź nr 62:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z grubością komory 6mm?

Odpowiedź nr 63:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z grubością komory max 5mm. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Zestawienia parametrów i wymagań granicznych, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

W Zestawieniu parametrów i wymagań granicznych, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ poz. 2, w kolumnie 2 otrzymuje brzmienie: „Lekka i energooszczędna konstrukcja komory – grubość ścian komory nie większa niż 5mm”.

Pytanie nr 64: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wytwornicą pary o mocy 40KW?

Odpowiedź nr 64:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z czterema manometrami (ciśnienie: komory, płaszcz, wytwornicy i uszczelki)?

Odpowiedź nr 65:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Pytanie nr 66: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z czterema manometrami nad komorą wyświetlaczem z boku komory?

Odpowiedź nr 66:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67: dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez przewężenia światła? Prosimy o zmianę tego parametru ponieważ w obecnie produkowanych sterylizatorach nie istnieje ryzyko wydostania się skroplin z komory przy otwartych drzwiach, a dodatkowo, rozwiązanie to jest charakterystyczne tylko dla jednego producenta sterylizatorów?

Odpowiedź nr 67:

Zamawiający dopuszcza przewężenie bądź inne równoważne rozwiązanie techniczne niepowodujące wydostawania się skroplin z komory w przypadku awarii. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Zestawienia parametrów i wymagań granicznych, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

W Zestawieniu parametrów i wymagań granicznych, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ poz. 22, w kolumnie 2 otrzymuje brzmienie: „Przewężenie bądź inne równoważne rozwiązanie techniczne niepowodujące wydostawania się skroplin z komory w przypadku awarii”.

Nadto, Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ, tj. Załącznik nr 8 - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych, Załącznik nr 3 - Wzór umowy, załącznik nr 2 - Szczegółowa oferta cenowa, załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Zamawiający informuje, że udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia_szczecin: zmodyfikowany Załącznik nr 8 - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych, zmodyfikowany Załącznik nr 3 - Wzór umowy, zmodyfikowany Załącznik nr 2 - Szczegółowa oferta cenowa, zmodyfikowany załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Nadto, Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treści SWZ. Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

- w Rozdział VII (Termin wykonania zamówienia), pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.”,

- we Wzorce Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, w § 7 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zamontować, uruchomić urządzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.”

Zamawiający stwierdza zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, że zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, dlatego Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień: **06.06.2022 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu **06.06.2022 r. o godz. 10:30.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy Rozdziału XVII SWZ, gdzie pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **05.07.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Dyrektor

**SP ZOZ MSWIA w Szczecinie
dr Elżbieta Kasprzak**