



DZP.281.94A.2024

Katowice 22.11.2024r

Do wszystkich Wykonawców

## Odpowiedzi na pytania

*Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę okulistycznej platformy diagnostycznej*

Dyrektor

mgr Renata Wachowicz

ul. Ceglana 35  
40-514 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 358 14 60  
tel.: (32) 358 12 00  
fax: (32) 251 84 37  
sekretariat@uck.katowice.pl

### Pytanie 1

**(umowa, §4, pkt. 6)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

### ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu naprawy, natomiast doprecyzowuje zapis we wzorze umowy w §4, pkt. 6 w następujący sposób:

*„ Wykonawca gwarantuje naprawę uszkodzonego lub wadliwego Aparatu w czasie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, a w przypadku konieczności wymiany części zamiennych 5 (pięć) dni roboczych od daty zgłoszenia. W szczególnych przypadkach możliwe jest przedłużenie 5-dniowego terminu ( w przypadku naprawy z użyciem części zamiennych) po uprzednim uzgodnieniu terminu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na wydłużony termin.”*

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
*mgr Agata Cholej*  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych