



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Znak postępowania: Szp/FZ – 43/2019

Wrocław, dn. 10.09.2019 r.

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
pod nazwą

**DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**

**RADCA PRAWNY**

*Krzyszyna Michalska*

Sprawdzono pod względem prawnym

**Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji**

*mgr inż. Jolanta Raziuk*

Zatwierdzam

## ROZDZIAŁ I

## INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  
**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław**  
adres do korespondencji:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
ul. H. Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław
  - adres strony internetowej: <http://www.wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne>
  - adres platformy zakupowej: [https://www.platformazakupowa.pl/wssk\\_wroclaw](https://www.platformazakupowa.pl/wssk_wroclaw)Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:35
2. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zwanego DUUE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona na w/w stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.
3. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

## ROZDZIAŁ II

## TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 221 000,00 euro.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  - 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp,
  - 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.),
  - 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479),
  - 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477),
  - 5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1320 ze zm.),
  - 6) Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.),
  - 7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 211)
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

## ROZDZIAŁ III

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do siedziby Zamawiającego określonych w pakietach:

Pakiet 1 - Strzykawki jednorazowego użytku

Pakiet 2 - Igły jednorazowego użytku

Pakiet 3 - Cewniki do odsysania  
Pakiet 4 - Przedłużacze do pomp infuzyjnych jednorazowego użytku, z zakończeniem luer i luer- lock, pozbawione DEHP  
Pakiet 5 - Przyrządy do przetoczeń  
Pakiet 6 - Przyrządy do przetoczeń z regulacją prędkości  
Pakiet 7 - Jednorazowe cewniki urologiczne typ Foley'a  
Pakiet 8 - Jednorazowe cewniki urologiczne  
Pakiet 9 - Zestawy do szynowania moczowodów  
Pakiet 10 - Nefrostomia  
Pakiet 11 - Zestaw do cystostomii  
Pakiet 12 - Zgłębniki żołądkowe  
Pakiet 13 - Igły do penów  
Pakiet 14 - Ostrza wymienne chirurgiczne jednorazowego użytku  
Pakiet 15 - Igły do biopsji  
Pakiet 16 - Zestawy do punkcji  
Pakiet 17 - Odsysanie pola operacyjnego  
Pakiet 18 - Filtry oddechowe sterylne  
Pakiet 19 - Znieczulenia zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe  
Pakiet 20 - Znieczulenia podpajęczynówkowe  
Pakiet 21 - Rurki intubacyjne  
Pakiet 22 - Worki do moczu sterylne  
Pakiet 23 - Filtry do infuzji  
Pakiet 24 - Zgłębnik Sengstakena wykonany ze 100% silikonu  
Pakiet 25 - Osprzęt do zabiegów giętkiego URS  
Pakiet 26 - Igły do biopsji mostka  
Pakiet 27 - Cewniki do drenażu klatki piersiowej z trokarem  
Pakiet 28 - Cewniki do embolektomii i trombolektomii  
Pakiet 29 - Łączniki do drenów  
Pakiet 30 - Cewnik do karmienia  
Pakiet 31 - Rurki tracheostomijne metalowe z okienkiem i bez okienka typu luer  
Pakiet 32 - Szczotki do chirurgicznego mycia rąk, jednorazowego użytku, sterylne  
Pakiet 33 - Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym  
Pakiet 34 - Przyrząd do aspiracji płynów z butelki  
Pakiet 35 - Materiały różne  
Pakiet 36 - Cewniki typu Swana- Ganz  
Pakiet 37 - Elektrody do czasowej stymulacji serca  
Pakiet 38 - Klipsy naczyniowe

Pakiet 39 - Moduł do implantacji portu  
Pakiet 40 - Cewniki do długotrwałych wlewów dożylnych  
Pakiet 41 - Akcesoria do wkłuć  
Pakiet 42 - Cewniki wieloświatłowe do żył centralnych  
Pakiet 43 - Osłony sterylne na tubus  
Pakiet 44 - Rękaw sterylny do urządzenia Gammafinder II  
Pakiet 45 - Bezpieczne zestawy do infuzji  
Pakiet 46 - Pediatryczny system do pomiaru diurezy  
Pakiet 47 - Aparaty do pomp objętościowych  
Pakiet 48 - Cewniki do kontrybucji  
Pakiet 49 - Cewnik do tętnicy promieniowej  
Pakiet 50 - Zestaw do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną  
Pakiet 51 - Zestaw do drenażu klatki piersiowej  
Pakiet 52 - Strzykawki jednorazowego użytku 3-częściowe  
Pakiet 53 - Porty dostępu do podawania cytostatyków wraz z igłami  
Pakiet 54 - Maski krtaniowe  
Pakiet 55 - Rampy  
Pakiet 56 - Cewniki wprowadzane metodą Seldingera  
Pakiet 57 - Wkłucia, cewniki i akcesoria stosowane w Intensywnej Terapii Noworodka  
Pakiet 58 - Zestaw laryngologiczny  
Pakiet 59 - Cewniki moczowodowe  
Pakiet 60 - Dreny brzuszne  
Pakiet 61 - Gumki naczyniowe  
Pakiet 62 - Igły lokalizacyjne  
Pakiet 63 - Igły typu Sterican  
Pakiet 64 - Igły do trepanobiopsji  
Pakiet 65 - Igły do stymulacji nerwu  
Pakiet 66 - Łyżki jednorazowe do laryngoskopów  
Pakiet 67 - Zestaw do przezskórnej tracheostomii  
Pakiet 68 - Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha  
Pakiet 69 - Zgłębnik do tamowania krwotoków z nosa  
Pakiet 70 - Zestaw do leczenia zatok  
Pakiet 71 - Prowadnice  
Pakiet 72 - Elektrody typu Quick Combo  
Pakiet 73 - Kontrolowana zbiórka stolca  
Pakiet 74 - Wkłucia bezpieczne

Pakiet 75 - Wzierniki ginekologiczne

Pakiet 76 - Łyżki jednorazowe do laryngoskopu typu McGrath

Pakiet 77 - Zestaw do odsysania pola operacyjnego

Pakiet 78 - Zestaw z cewnikiem wieloświatłowym do żył centralnych

Pakiet 79 - Łyżki jednorazowe metalowe do laryngoskopów

Pakiet 80 - Biopsy Punch

Pakiet 81 - Ostrza do shakera

Pakiet 82 - Pojemnik do odsysania ran

Pakiet 83 - Igły i rozszerzacze do nefrostomii

Pakiet 84 - Drenaż ran operacyjnych

Pakiet 85 - Prowadniki diagnostyczne

Pakiet 86 - Łyżki jednorazowe metalowe z podwójnym światłem do laryngoskopów

Pakiet 87 - Przedłużacze do tlenu

Pakiet 88 - Materiały do badań diagnostycznych

Pakiet 89 - Igły typu "motylek"

Pakiet 90 - Pojemniki różne

Pakiet 91 - Ustny cewnik dotchawiczy do podania leku

Pakiet 92 - Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego

Pakiet 93 - Trener oddechowy przepływowy Respiflo FS

Pakiet 94 - Zestawy 12-godzinne do wstrzykiwacza Medrad Stellant CT D

Pakiet 95 - Kanki do odbytu dla dorosłych i dzieci

Pakiet 96 - Worek ogrzewający noworodka

Pakiet 97 - Zestaw do żywienia enteralnego noworodków typu Nutrisafe 2

Pakiet 98 - Elektrody do neuromonitora

Pakiet 99 - Zestawy do punkcji opłucnej i otrzewnej z cewnikiem typu Pig-Tail

Pakiet 100 - Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym

Pakiet 101 - Cewniki do diagnostycznego płukania oskrzelowo-pęcherzykowego

Pakiet 102 - Zestaw do dializy otrzewnowej

Pakiet 103 - Przetwornik pojedynczy do krwawego pomiaru RR

Pakiet 104 - Elektrody do kardiostymulacji

Pakiet 105 - Zestaw CEPAP

Pakiet 106 - Wkucia pediatryczne

Pakiet 107 - Elementy wymienne do aparatu Neurosign 100

Pakiet 108 - Elementy wymienne do systemu iniekcji środka kontrastowego CTEpres 4D

Pakiet 109 - Zestaw do terapii ozonem

Pakiet 110 - Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową

Pakiet 111 - Cewniki specjalistyczne  
Pakiet 112 - Worek kolostomijny  
Pakiet 113 - Mostek stomijny  
Pakiet 114 - Torba izolacyjna  
Pakiet 115 - Elektroda z końcówką haczykową" L"  
Pakiet 116 - Dreny Redona, Kehra, Pezzera, zgłębniki żołądkowe  
Pakiet 117 - Marker skórny, magnetyczny licznik igieł  
Pakiet 118 - Shunt naczyniowy prosty  
Pakiet 119 - Shunt naczyniowy z balonem  
Pakiet 120 - Igła kulkowa  
Pakiet 121 - Igła biopsyjna do tkanek miękkich półautomatyczna  
Pakiet 122 - Zestaw do bezpiecznej morcelacji  
Pakiet 123 - Zamknięty system do odsysania z portem do bronchoskopii  
Pakiet 124 - Odciąg chirurgiczny do bardzo niskich zespołów odbytniczych  
Pakiet 125 - Zestaw do przyłączenia strzykawki typu luer lock  
Pakiet 126 - Czujniki do ciągłego pomiaru rzutu serca  
Pakiet 127 - Bezpieczna kaniula do nakłucia przetoki  
Pakiet 128 - Zestaw do ratunkowej konikotomii  
Pakiet 129 - Test ureazowy  
Pakiet 130 - Urządzenie nadkrtaniowe

1. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określają formularze asortymentowe – cenowe nr 1.1 – 1.130 stanowiące załączniki do formularza ofertowego.
2. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia.
6. Dostarczony asortyment musi posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego.
7. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
8. Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w informacje oraz oznaczenia w języku polskim zgodnie z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych.

9. Zamawiający w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących spełnienia minimalnych parametrów określonych w formularzu asortymentowo - cenowym może żądać dostarczenia próbek oferowanych produktów.
10. Zamawiający w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących spełnienia parametrów określonych w formularzu asortymentowo - cenowym może żądać dostarczenia próbek oferowanych produktów.
11. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
12. Klasyfikacja zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV):  
**33140000 – 2 – Materiały medyczne**
13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – do **130 części**. Za część należy rozumieć „pakiet”. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części.
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
15. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

#### ROZDZIAŁ IV

#### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia sukcesywnie przez 24 miesiące od daty podpisania umowy.
2. Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie stosowanie do potrzeb Zamawiającego.
3. W przypadku zmniejszenia procedur medycznych, dla których przewidziano zakup asortymentu określonego w niniejszym zamówieniu lub nie wykorzystania ilości określonej w poszczególnych pakietach Zamawiający może przedłużyć termin realizacji zamówienia do 6 miesięcy.

#### ROZDZIAŁ V

#### WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego poniżej:

Przesłanki wykluczenia z postępowania	Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia
<p><b>A</b> W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 22) Wykonawca <b>na wezwanie Zamawiającego</b> przedkłada:</p>	<p>1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w <u>art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy</u> wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;</p> <p>2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;</p> <p>3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec</p>

		niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
<b>Warunki udziału w postępowaniu</b>		<b>Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu</b>
<b>B</b>	W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca <b><u>na wezwanie Zamawiającego</u></b> przedkłada:	<p>1) opisy, fotografie oraz inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.</p> <p>2) oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.</p> <p><u>Pouczenie:</u> zgodnie z wykładnią art. 297 § 1 Kodeksu Karnego: <i>Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5</i></p>
<b>C</b>	W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca <b><u>wraz ofertą</u></b> składa oświadczenie własne Wykonawcy aktualne na dzień składania ofert	<p><b>Jednolity Europejski Dokument Zamówienia</b> - zwany dalej <i>jednolitym dokumentem</i></p> <p><u>Informacja:</u> <i>Jednolity dokument można pobrać ze strony <a href="https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-stosowania-jednolitego-europejskiego-dokumentu-zamowienia">https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-stosowania-jednolitego-europejskiego-dokumentu-zamowienia</a> i wypełnić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.</i></p> <p><b>UWAGA:</b> <i>Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV jednolitego dokumentu - Kryteria kwalifikacji - i nie musi wypełniać pozostałych pozycji przywołanej sekcji.</i></p>
<b>D</b>	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) <b><u>Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 składa:</u></b>	<p>oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp.</p> <p>Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.</p> <p><u>Informacja:</u> <i>Zamawiający uzna zachowanie terminu 3 dni w przypadku przesłania informacji, o której mowa powyżej w formie skanu drogą elektroniczną lub faksu <b>pod warunkiem niezwłocznego przesłania oryginału dokumentu do Zamawiającego.</b></i></p>



2. Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni dokumentów i oświadczeń wymienionych w tabeli powyżej.
4. Zamawiający może na każdym etapie niniejszego postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.
5. **OFERTA WSPÓLNA:**
  - 1) Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
    - a) partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
    - b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
    - c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
  - 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, **jednolity dokument składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.**
6. **DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE:**
  - 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, potwierdzający okoliczności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) uPzp wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, składa:
    - a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
    - b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
  - 2) Dokumenty, o których mowa w ust. 1 lit. a) i lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
  - 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
  - 4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 1, składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
  - 5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## 7. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI POWIERZENIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM:

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców.

8. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

## ROZDZIAŁ VI

### INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy są zobligowani przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą dostępnej na stronie Zamawiającego Platformy zakupowej [https://www.platformazakupowa.pl/wssk\\_wroclaw](https://www.platformazakupowa.pl/wssk_wroclaw) i formularza *Wyślij wiadomość* dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do systemu.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w:
  - 1) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych,
  - 2) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  - 3) Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 17.10.2018 r. poz. 1993),
  - 4) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z dnia 17.10.2018 r. poz. 1991).

*UWAGA: W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania [platformazakupowa.pl](https://www.platformazakupowa.pl) Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej [zp@wssk.wroc.pl](mailto:zp@wssk.wroc.pl)*

4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się numerem postępowania określonym w SIWZ.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku określonym wyżej w pkt. 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
8. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający przekazuje wykonawcom za pośrednictwem Platformy zakupowej [https://www.platformazakupowa.pl/wssk\\_wroclaw](https://www.platformazakupowa.pl/wssk_wroclaw).
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na za pośrednictwem Platformy zakupowej.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11. Jeżeli przywołana w ust. 9 zmiana prowadzić będzie do zmiany lub sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaze Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej informację o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
12. Jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa w ust. 9 nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz zamieści stosowne informacje za pośrednictwem Platformie zakupowej na stronach, o których mowa w ust. 8. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Monika Wojciechowska oraz Jacek Banaszak.
14. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

## ROZDZIAŁ VII

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie **136 735,00 zł** (słownie: *sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 00/100*). Wadium dla ofert częściowych przedstawia się następująco:

<b>Pakiet</b>	<b>Wadium</b>	<b>Pakiet</b>	<b>Wadium</b>
<b>Pakiet nr 1</b>	<b>3 872,00</b>	<b>Pakiet nr 17</b>	<b>2 278,00</b>
<b>Pakiet nr 2</b>	<b>1 011,00</b>	<b>Pakiet nr 18</b>	<b>3 380,00</b>
<b>Pakiet nr 3</b>	<b>821,00</b>	<b>Pakiet nr 19</b>	<b>795,00</b>
<b>Pakiet nr 4</b>	<b>580,00</b>	<b>Pakiet nr 20</b>	<b>3 558,00</b>
<b>Pakiet nr 5</b>	<b>5 390,00</b>	<b>Pakiet nr 21</b>	<b>3 138,00</b>
<b>Pakiet nr 6</b>	<b>1 407,00</b>	<b>Pakiet nr 22</b>	<b>2 305,00</b>
<b>Pakiet nr 7</b>	<b>561,00</b>	<b>Pakiet nr 23</b>	<b>770,00</b>
<b>Pakiet nr 8</b>	<b>78,00</b>	<b>Pakiet nr 24</b>	<b>161,00</b>
<b>Pakiet nr 9</b>	<b>816,00</b>	<b>Pakiet nr 25</b>	<b>5 452,00</b>
<b>Pakiet nr 10</b>	<b>1 633,00</b>	<b>Pakiet nr 26</b>	<b>41,00</b>
<b>Pakiet nr 11</b>	<b>178,00</b>	<b>Pakiet nr 27</b>	<b>102,00</b>
<b>Pakiet nr 12</b>	<b>297,00</b>	<b>Pakiet nr 28</b>	<b>1 259,00</b>
<b>Pakiet nr 13</b>	<b>48,00</b>	<b>Pakiet nr 29</b>	<b>26,00</b>
<b>Pakiet nr 14</b>	<b>236,00</b>	<b>Pakiet nr 30</b>	<b>444,00</b>
<b>Pakiet nr 15</b>	<b>889,00</b>	<b>Pakiet nr 31</b>	<b>528,00</b>
<b>Pakiet nr 16</b>	<b>111,00</b>	<b>Pakiet nr 32</b>	<b>1 766,00</b>

<b>Pakiet</b>	<b>Wadium</b>	<b>Pakiet</b>	<b>Wadium</b>
Pakiet nr 33	178,00	Pakiet nr 84	195,00
Pakiet nr 34	3 683,00	Pakiet nr 85	1 329,00
Pakiet nr 35	934,00	Pakiet nr 86	221,00
Pakiet nr 36	1 435,00	Pakiet nr 87	23,00
Pakiet nr 37	500,00	Pakiet nr 88	463,00
Pakiet nr 38	873,00	Pakiet nr 89	106,00
Pakiet nr 39	3 020,00	Pakiet nr 90	150,00
Pakiet nr 40	7 868,00	Pakiet nr 91	136,00
Pakiet nr 41	1 339,00	Pakiet nr 92	141,00
Pakiet nr 42	5 430,00	Pakiet nr 93	81,00
Pakiet nr 43	500,0	Pakiet nr 94	7 046,00
Pakiet nr 44	333,00	Pakiet nr 95	15,00
Pakiet nr 45	394,00	Pakiet nr 96	207,00
Pakiet nr 46	412,00	Pakiet nr 97	669,00
Pakiet nr 47	5 105,00	Pakiet nr 98	1 500,00
Pakiet nr 48	1 730,00	Pakiet nr 99	288,00
Pakiet nr 49	1 507,00	Pakiet nr 100	434,00
Pakiet nr 50	2 400,00	Pakiet nr 101	644,00
Pakiet nr 51	352,00	Pakiet nr 102	72,00
Pakiet nr 52	4 990,00	Pakiet nr 103	33,00
Pakiet nr 53	4 858,00	Pakiet nr 104	84,00
Pakiet nr 54	507,00	Pakiet nr 105	689,00
Pakiet nr 55	2 210,00	Pakiet nr 106	607,00
Pakiet nr 56	140,00	Pakiet nr 107	607,00
Pakiet nr 57	2 480,00	Pakiet nr 108	4 007,00
Pakiet nr 58	122,00	Pakiet nr 109	89,00
Pakiet nr 59	344,00	Pakiet nr 110	76,00
Pakiet nr 60	252,00	Pakiet nr 111	389,00
Pakiet nr 61	458,00	Pakiet nr 112	333,00
Pakiet nr 62	13,00	Pakiet nr 113	12,00
Pakiet nr 63	9,00	Pakiet nr 114	111,00
Pakiet nr 64	30,00	Pakiet nr 115	82,00
Pakiet nr 65	1 156,00	Pakiet nr 116	319,00
Pakiet nr 66	440,00	Pakiet nr 117	795,00
Pakiet nr 67	1 252,00	Pakiet nr 118	400,00
Pakiet nr 68	177,00	Pakiet nr 119	432,00
Pakiet nr 69	244,00	Pakiet nr 120	722,00
Pakiet nr 70	239,00	Pakiet nr 121	113,00
Pakiet nr 71	226,00	Pakiet nr 122	556,00
Pakiet nr 72	519,00	Pakiet nr 123	260,00
Pakiet nr 73	3 324,00	Pakiet nr 124	76,00
Pakiet nr 74	25,00	Pakiet nr 125	433,00
Pakiet nr 75	53,00	Pakiet nr 126	1 417,00
Pakiet nr 76	253,00	Pakiet nr 127	40,00
Pakiet nr 77	143,00	Pakiet nr 128	80,00
Pakiet nr 78	252,00	Pakiet nr 129	82,00
Pakiet nr 79	1 731,00	Pakiet nr 130	35,00
Pakiet nr 80	182,00		
Pakiet nr 81	903,00		
Pakiet nr 82	234,00		
Pakiet nr 83	446,00		

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu,
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - 3) gwarancjach bankowych,
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. **Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.**
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzone przez PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904, z dopiskiem – **Szp/FZ – 43/2019 – Pakiet nr....**
5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego.
6. **W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wniesienia wadium (tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia) należy złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą.**
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:
  - 1) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8,
  - 2) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczność, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
10. Z treści gwarancji lub poręczenia, winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego rozdziału.
11. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winna ona być:
  - 1) bez zapisu nakazującego, aby żądanie zapłaty było przekazywane Gwarantowi za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta gwarancji,
  - 2) bez warunku, aby podpisy osób wystawiających żądanie zapłaty były poświadczone za zgodność przez inne osoby niż Radca Prawny.

## ROZDZIAŁ VIII

## TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## ROZDZIAŁ IX

## OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi zawierać:
  - 1) **wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wypełnione formularze asortymentowo – cenowe odpowiednio do wybranych części zamówienia,**
  - 2) **Jednolity europejski dokument zamówienia,**
  - 3) **pełnomocnictwo zgodnie z ust. 4 pkt 7 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy),**
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Ustawa Pzp nakłada na Wykonawcę obowiązek podpisania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nie Profilem zaufanym. Kwalifikowany podpis elektroniczny powinien być wydany w jednym z państw członkowskich i musi być uznawany we wszystkich pozostałych państwach członkowskich (art. 25 eIDAS). Oznacza to, że Wykonawca powinien nabyć podpis w jednym z Państw członkowskich UE, aby był podpisem ważnym.
4. **Instrukcja złożenia oferty:**
  - 1) Wykonawca, składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
  - 2) Integralną część platformy stanowi m.in. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy <https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>;
  - 3) Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się: txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv;
  - 4) Do oferty należy dołączyć w postaci elektronicznej wszystkie wymagane dokumenty.
  - 5) Oferta wraz z wymaganymi załącznikami składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis wykonawca **musi złożyć bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu<sup>1</sup>** przy czym dodatkowe podpisanie całego pakietu dokumentów w kroku 2 **Formularza składania oferty** (po kliknięciu w przycisk „**Przejdź do podsumowania**”) jest opcjonalne.
  - 6) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
  - 7) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie tj. należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznego dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu.

<sup>1</sup> Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

5. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy **Centrum Wsparcia Klienta**, które udziela wszelkich informacji, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępnego codziennie **od poniedziałku do piątku** w godzinach **od 8:00 do 17:00** pod nr tel. **(22) 101-02-02**.

UWAGA: Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r. poz. 1219 ze zm.).

6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
7. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
8. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
9. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.
10. Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:
- 1) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
  - 2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
  - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.
11. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do Instrukcji określonej ust. 4 niniejszego Rozdziału.
12. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 86 ust. 4 ustawy) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkiem, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy jest zaszyfrowana nie można jej edytować, ale można ją zmienić. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

16. Złożenie nowej oferty w postępowaniu, w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty przed upływem terminu zakończenia składania ofert, powoduje wycofanie oferty poprzedniej. Jeśli Wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty następuje od razu po złożeniu nowej oferty. Jeżeli oferta składana jest przez niezautoryzowanego Wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:
- przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email lub
  - zalogowanie i kliknięcie w przycisk "Potwierdź ofertę".
17. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.
- Uwaga: Wycofać ofertę może tylko zautoryzowany użytkownik. Czynności wycofania oferty nie można cofnąć. Wycofana oferta nie będzie widoczna dla zamawiającego po odszyfrowaniu ofert w postępowaniu.
18. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
19. Wykonawca może złożyć ofertę po terminie składania ofert poprzez kliknięcie przycisku "Odblokuj formularz", jednak oferta ta zostanie automatycznie zwrócona Wykonawcy, a Zamawiający nie będzie mógł się z nią zapoznać.
20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert.

## ROZDZIAŁ X

## MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: [https://www.platformazakupowa.pl/wssk\\_wroclaw](https://www.platformazakupowa.pl/wssk_wroclaw) do dnia **29.10.2019 r. do godz. 09:00**.
2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.10.2019 r. o godz. 10:00** w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – Budynek nr 10 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający przy udziale osób zainteresowanych poda:
  - 1) nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także
  - 2) informacje dotyczące ceny oraz przyjętego kryterium oceny ofert.
6. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert Zamawiający zamieści na platformie zakupowej informacje dotyczące:
  - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - 2) nazw firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
  - 3) ceny

## ROZDZIAŁ XI

## OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Ceną oferty jest wartość brutto przedmiotu zamówienia określona w danym pakiecie.
2. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
3. Wartość brutto pozycji w pakiecie należy liczyć w sposób następujący:



$$\text{cena jednostkowa netto} \times \text{ilość} = \text{wartość netto} + \text{podatek VAT} = \text{wartość brutto}$$

4. Cenę jednostkową brutto pozycji w pakiecie należy liczyć w sposób następujący:

$$\text{wartość brutto} \div \text{ilość}$$

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
6. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załączniki nr 1.1 ÷ 1.130 do SIWZ.
7. Podana cena oferty netto, zamieszczona w Formularzu asortymentowo - cenowym będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia.
8. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
9. Zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

## ROZDZIAŁ XII

### OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAGI TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SIWZ, Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej:

Lp.	Kryteria	Waga (znaczenie) kryterium
1	cena	100%
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>100 %</b>

#### Kryterium nr 1 – cena (C):

$$C = \frac{C_{\min}}{C_n} \times 100 \% \times 100$$

gdzie:

$C$  - cena

$C_{\min}$  - najniższa oferowana cena brutto spośród ofert nie odrzuconych w danym pakiecie

$C_n$  – oferowana cena brutto ocenianej oferty w danym pakiecie

2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
3. Zamawiający na podstawie art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert na podstawie kryterium, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ i ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert, tj. uzyska największą liczbę punktów.

## **ROZDZIAŁ XIII**

### **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego określonego w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt 1) lit a) ustawy Pzp.
6. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umów zgodnych ze wzorami umów, załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ).
7. W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

## **ROZDZIAŁ XIV**

### **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **ROZDZIAŁ XV**

### **WZÓR UMOWY**

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Jako odrębny załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

## **ROZDZIAŁ XVI**

### **ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI uPzp.

## **ROZDZIAŁ XVII**

### **POUCZENIE O KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający przestrzegając przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz wypełniając obowiązki wynikające z regulacji zawartych w art. 13 i z uwagi na zapis art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej: „RODO” - niniejszym informuje, iż w treści Formularza ofertowego, znajduje się oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub 14 RODO.

2. Jednocześnie Zamawiający, wypełniając ciążący na nim obowiązek informacyjny zawarty w art. 13 RODO (a na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO – Wykonawcy względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej) podaje w pkt 3 poniżej treść „Klauzuli informacyjnej w zakresie danych osobowych.
3. KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje Wykonawców, o tym że na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO - Wykonawcy odpowiednio, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci odpowiednio, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu jest Krzysztof Glubiak kontakt: [iodo@wssk.wroc.pl](mailto:iodo@wssk.wroc.pl) 71 73 29 631 (*informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*);
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Spr/FZ-43/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*);
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
4. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO - jest w szczególności:
- 1) **Zamawiający** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
    - a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
    - b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
    - c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
    - d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
    - e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  - 2) **Wykonawca** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
    - a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
    - b) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
    - c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową, działalność gospodarczą,
    - d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
    - e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
  - 3) **Podwykonawca/podmiot trzeci** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

*Załącznik nr 1 – formularz ofertowy wraz z formularzami asortymentowo - cenowymi*

*Załącznik nr 2 – wzór umowy*

*Załącznik nr 3 – Jednolity europejski dokument zamówienia*

*Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia*

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Zamawiający:**

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. Kamieńskiego 73a  
51-124 Wrocław**

**DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**

**I. DANE WYKONAWCY**

<b>Nazwa i siedziba Wykonawcy*)</b>	..... ..... <i>ul:</i> ..... <i>kod:</i> ..... <i>miejsowość:</i> .....
<b>Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?</b>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<b>Forma prowadzonej działalności/ nr KRS- jeżeli dotyczy</b>	
<i>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) .....</i>	
<i>*) w przypadku konsorcjum wpisać nazwę i siedzibę partnera oraz wpisać lidera</i>	..... ..... <i>ul:</i> ..... <i>kod:</i> ..... <i>miejsowość:</i> .....
<b>NIP</b>	
<b>REGON</b>	
<b>Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby)</b>	<i>ul:</i> ..... <i>kod:</i> ..... <i>miejsowość:</i> .....
<b>Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym</b>	.....
<b>Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z</b>	<i>e- mail:</i> ..... <i>tel.:</i> .....

niniejszym postępowaniem	fax: .....
<b>II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</b>	
<p>Składam ofertę na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  <b>„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku”</b>  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu</p>	
<b>III. CENA</b>	
Cena oferty zgodnie z formularzem ofertowym wynosi dla:	
*) <b>Pakiet nr ...</b>	
<b>Cena brutto</b>	..... zł
Słownie cena brutto	.....
<p>*) <i>wpisać nr pakietu, w przypadku przystąpienia do większej ilości pakietów należy powielić ramkę</i></p> <p>Wynagrodzenie należne z tytułu niniejszego postępowania należy przelać na rachunek bankowy o następującym numerze [.....]  prowadzone przez bank [.....]</p>	
<b>IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:</b>	
<p>Oświadczam, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;</li> <li>w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i dostawy przedmiotu zamówienia;</li> <li>uważam się za związanego, niniejszą ofertą na okres <b>60 dni</b> licząc od dnia otwarcia ofert;</li> <li>oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych i należy do:  pakiet nr ..... klasa.....,  pakiet nr ..... klasa.....,  i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty i dostarczę je do wglądu na każde żądanie Zamawiającego,</li> <li>wybór mojej oferty <b>będzie/nie będzie</b>*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.</li> <li>wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.</li> <li>wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO” - wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i w oparciu o dane informacyjne zawarte w Rozdziale XVII SIWZ</li> </ol> <p>*)<i>wybrać odpowiednio, niepotrzebne skreślić</i></p>	
<b>V. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W PRZYPADKU PRYZNANIA ZAMÓWIENIA</b>	
<p>W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;</li> <li>zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w ofercie;</li> <li>wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu</li> </ol>	

zamówienia: ..... e-mail: ..... tel./fax: .....

#### VI. POTWIERDZENIE WNIESIENIA WADIUM

Wykonawca oświadcza, że wniósł wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: ..... zł w formie .....

W tym:

Pakiet nr .....

Pakiet nr .....

**Nazwa banku i numer konta na które Zamawiający powinien dokonać zwrotu wadium  
(wypełnić jeżeli dotyczy)**  
.....

#### VII. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać **samodzielnie/wykonać przy udziale podwykonawców\***.

\*\*) Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

1) .....w zakresie .....

2) .....w zakresie .....

\*) **wybrać odpowiednio**

\*\*\*) **wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców**

#### VIII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zastrzegam, że informacje:

.....

**(wymienić czego dotyczy)**

zawarte są w następujących dokumentach:

....., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz.419) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

#### UZASADNIENIE

.....  
.....

#### **Uwaga:**

*Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „**tajemnica przedsiębiorstwa**” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.*

#### IX. SPIS TREŚCI

Integralną część oferty stanowią:

1) .....

2) .....

Oferta została złożona na ..... kolejno ponumerowanych stronach

.....  
(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.1  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

#### Pakiet 1- Strzykawki jednorazowego użytku

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	ilość op.	cena jedn.op. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.op. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	strzykawki 2 ml - skala co 0,1 ml	szt.	336,000								
2	strzykawki 5 ml - skala co 0,1-0,2 ml	szt.	360,000								
3	strzykawki 10 ml - skala co 0,5 ml	szt.	400,000								
4	strzykawki 20 ml - skala co 1 ml	szt.	500,000								
5	strzykawki 1 ml do insuliny z rozbieralną igłą	szt.	12,000								
6	strzykawki 1 ml do Tbc z rozbieralną igłą, ze skalą co 0,01 ml	szt.	40,000								
7	strzykawki Janety 100 ml	szt.	12,000								

słownie brutto: .....

data:

**maksymalna ilość w opakowaniu do 100 szt.**

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

#### Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych:

- 1) zakończenie luer, kontrastujący kolorowy tłok
- 2) trwała, nie ścieralna, przedłużona skala (poz. 1-4)
- 3) maksymalna ilość w opakowaniu do 100 szt
- 4) gumowy tłok o podwójnym uszczelnieniu typu oring strzykawk trzyczęściowych Janet 100 ml,
- 5) skalowanie co 0,01ml - poz. 5
- 6) logo lub nazwa własna producenta oraz nazwa własna strzykawki na cylindrze

\*) kolumnę wypełnia Wykonawca wskazując ilość opakowań oferowanych produktów ( Np. 4200 szt. sztuk wymagana :100 szt. w opakowaniu oferowanym =42 op.)



.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.2  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 2 - Igły jednorazowego użytku**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn.op. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.op. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	igła ju 0,3x13mm a 100szt.	op.	30							
2	igła ju 0,45x16mm a 100 szt.	op.	30							
3	igła ju 0,5x40mm a 100 szt.	op.	30							
4	igła ju 0,5x25mm a 100 szt.	op.	1,200							
5	igła ju. 0,6x30mm a100 szt.	op.	280							
6	igła ju 0,7x30mm a 100 szt.	op.	500							
7	igła ju 0,8x40mm a 100 szt.	op.	1,500							
8	igła ju 0,9x40mm a 100 szt.	op.	600							
9	igła ju 1,1x40mm a 100 szt.	op.	1,200							
10	igła ju 1,2x40mm a 100 szt.	op.	6,000							
11	igła ju 1,2x40mm a 100 szt.	op.	2,500							
12	igła motylek 0,6 - 0,8	szt.	200							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) igła cienkościenna wykonana ze stali nierdzewnej, ostrze długo ścięte
- 2) kolorowy kod identyfikacyjny i rozmiar igły na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym
- 3) nasadka igły wykonana z polipropylenu lub innego materiału równoważnego zapewniającego szczelność połączenia ze strzykawką
- 4) pakowane w kartonach zbiorczych po 100 szt.

**Poz. 9**

- 1) igła o specjalnej konstrukcji i szlifie otórkowym z otworem bocznym, przeznaczona do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem
- 2) wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej  
boczny otwór o specjalnym szlifie, umieszczonym na szczycie igły, umożliwiającym swobodne rozpuszczanie leków z jednoczesnym ograniczeniem pienienia się
- 3) leku poprzez kierowanie płynu bezpośrednio na ścianki fiolki
- 4) konstrukcja igły zapobiegająca niezamierzonemu wytwarzaniu skrawków korków gumowych

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.3  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 3 - Cewniki do odsysania**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	Ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	cewnik do odsysania ch 4-5/25-30 cm	szt.	600							
2	cewnik do odsysania ch 6 i 8 /30-40 cm	szt.	26,000							
3	cewnik do odsysania od ch10 do ch18/50-60cm	szt.	100,000							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) dwa otwory boczne naprzeciwległe o powierzchni mniejszej niż otwór centralny
- 2) opakowanie folia – papier
- 3) numeryczny i kolorowy kod rozmiarowy; numeryczny oznacza rozmiar w CH umieszczony na opakowaniu, a kod kolorowy na opakowaniu i konektorze cewnika
- 4) „zmrożona” powierzchnia cewnika (eliminująca konieczność użycia substancji „poślizgowych)

słownie brutto: .....

data: .....

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.4  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 4 - Przedłużacze do pomp infuzyjnych jednorazowego użytku, z zakończeniem luer i luer- lock, pozbawione DEHP**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm	szt.	70,000							
2	przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm zatrzymujące promienie UV dla leków wrażliwych na światło	szt.	4,000							
5	kranik 3 drożny z przedłużaczem 7 - 10 cm o całkowitej objętości wypełnienia nie przekraczającej 0,8 ml.	szt.	2,000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.5  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 5 - Przyrządy do przetoczeń**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	przyrząd do przetaczania płynów	szt.	400,000							
2	przyrząd do przetaczania krwi	szt.	20,000							
3	przyrząd do szybkich przetoczeń	szt.	1,000							
4	przyrząd ocz	szt.	1,000							
5	przyrządy do płynów infuzyjnych zatrzymująca promienie UV dla leków wrażliwych na światło z odpowietrznikiem z filtrem p/bakteryjnym i kłapką z miejscem na kolec komory kroplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, z dwuczęściową komorą kroplową o długości drenu minimum 180 -210 cm	szt	3,200							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

**poz.1-5 bez ftalanów**

**poz.1**

- 1) Komora kroplowa wykonana z PP wolna od PVC
- 2) Długość komory ( części przezroczystej ) 65 mm
- 3) Igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo z ostrym kolcem - logo lub nazwa producenta umieszczone na blistrze
- 4) Zaciskacz rolkowy z miejscem na dorn oraz specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej w postaci "pochewki"
- 5) Długość drenu min. 165 mm

**poz.2-3**

- 1) Igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym,

- 2) Szczelne połączenie z butelką z płynem lub workiem z krwią
- 3) Elastyczna duża komora kroplowa– o długości ok.. 6-10 cm
- 4) Miękki elastyczny dren bez DEHP o długości 150 -210cm
- 5) Możliwość sterowania prędkością przepływu (zacisk przesuwalny – pionowy, rolkowy)
- 6) Szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną łącznikiem Luer - Lock

**poz.4**

- 1) Igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym
- 2) Miękki elastyczny dren bez DEHP o długości minimum 150 - 210 cm
- 3) Duża komora kroplowa
- 4) Możliwość sterowania prędkością przepływu (zacisk przesuwalny – pionowy, rolkowy)
- 5) Szczelne i trwałe połączenie z kaniulą łącznikiem Luer - Lock
- 6) Opakowanie folia - papier
- 7) Dodatkowa skala pomiarowa do OCŻ - Zamawiający dopuszcza skalę papierową

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.6  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 6 - Przyrządy do przetoczeń z regulacją prędkości**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu od 0 do 250ml/h	szt.	8,000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) Igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym
- 2) Miękki elastyczny dren o długości 150 - 230 cm
- 3) Dwuczęściowa komora kropłowa
- 4) Kontrola przepływu niezależna od drenu, stały przepływ kropłowy
- 5) Zacisk przesuwany do krótkich przerw w infuzji
- 6) Zakończenie drenem Lock
- 7) Opakowanie folia - papier
- 8) Możliwość regulacji przepływu jedną ręką
- 9) Nie zawierający DEHP
- 10) Zawór BCV zapobiegający przed cofaniem się krwi do aparatu

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.7  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 7 - Jednorazowe cewniki urologiczne typu Foley'a**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	cewnik Foley'a CH 6 i CH8 z prowadnicą	szt.	300							
3	cewnik Foley'a od CH10 do CH 24	szt.	17,000							
4	cewnik Foley'a trójdrożny od CH18 do CH 24	szt.	500							
5	cewnik Foley'a z końcówką Tiemmana od CH 12 do CH 24	szt.	1,700							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) Cewniki wykonane z wysokiej jakości lateksu powlekanego cienką warstwą 100% silikonu (silikonowane)
- 2) cewnik Foley'a - utrzymanie do 14 dni
- 3) pakowane w opakowanie medyczne folia - papier

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.8  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 8 - Jednorazowe cewniki urologiczne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn.netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	cewnik Couvelaire'a od CH 8 do CH 18	szt	1,200							
2	cewnik Couvelaire'a od CH 20 do CH 26	szt	800							
3	cewnik Nelaton od CH6 do CH 22/36-40	szt	1,600							
4	cewnik Nelaton od CH 24 do CH 26/36-40	szt	300							
5	cewnik Tiemann od CH 20 do CH 24/40	szt	400							
6	cewnik Tiemann od CH 8 do CH 18/40	szt	1,100							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

1. kolorowe konektory odpowiadające rozmiarowi - średnicy
2. dwa otwory boczne
3. pakowane w opakowanie medyczne folia - papier



.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.9  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 9 - Zestawy do szynowania moczowodów**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7F,6,0F, 7,0F,8,0F o dł.24,26,28cm otwarty-zamknięty lub otwarty-otwarty. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-zamknięty lub otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2cm, prowadnik 0,035" lub prowadnik 0,038" dł.145cm, popychacz dł. co najmniej 50cm(do wyboru popychacz inteligentny o dł.52cm, lub popychacz do urs-u o dł.70cm);system blokujący.Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6miesiący.Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie.	szt.	600							
2	Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 5,0F,6,0F, 7,0F o dł.24,26,28cm. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm,hydrofilny prowadnik 0,035" lub 0,038", popychacz dł. co najmniej 50cm( inteligentny popychacz umożliwiający sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu) system blokujący.Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 12 miesięcy.Zestaw jednorazowy, pakowany , sterylony.	szt.	40							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.10  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 10 - Nefrostomia**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	kateter moczowodowy podwójnie zagięty do endopilotomii 7F/12F/30/4- średnica pętli pęcherzowej 4 cm	szt	20							
2	zestaw do nefrostomii 9F,10F,12F	szt	500							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

Elementy zestawu do nefrostomii :

- 1) kateter typu Pigtail z łącznikiem do worka na mocz
- 2) prowadnik typu Lunderquista "J" 0,038x80cm
- 3) igła wprowadzająca dwuczęściowa 18Gx20cm
- 4) rozszerzacz
- 5) rozszerzacz z rozrywalną koszulką
- 6) strzykawka 10ml LL
- 7) kołnierz mocujący z opaską
- 8) skalpel

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.11  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 11 - Zestaw do cystostomii**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw do cystostomii o składzie: cewnik typu pigtail wykonany z poliuretanu bez balonu o długości 40-45cm w zależności od rozmiaru, trokar rozrywalny, silikonowa tulejka do mocowania, worek na mocz 2l, zatyczka lub zacisk, roamiary od ch8-ch14.	szt.	160							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.12  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 12 - Zgłębniki żołądkowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn.netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	zgłębnik żołądkowy CH 18 x 800-1250	szt	2000							
2	zgłębnik żołądkowy z 4 otworami bocznymi i prowadnicą CH 20 x 800-1250	szt	3000							
3	zgłębnik żołądkowy CH22 x 800-1250	szt	400							
4	zgłębnik żołądkowy CH 24 -25 x 1250-1500	szt	400							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) Lejkowate zakończenie umożliwiające połączenie z żanetą i workiem,
- 2) Zgłębnik z prowadnicą 4 otwory boczne (tylko poz. 2)
- 3) Otwory boczne duże
- 4) Pakowane sterylnie pojedynczo [folia-papier]
- 5) Nie zawierające DEHP

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.13  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 13 - Igły do penów**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Igły do penów 0,25x6mm i 0,30 x 8mm pakowane po 100 szt.	op	130							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.14  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 14 - Ostrza wymienne chirurgiczne jednorazowego użytku**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn.op. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.op brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ostrza różne kształty i rozmiary a. 100szt.	op	1000							
2	Skalpele jednorazowe z trzonkiem.10szt.	op	100							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych  
poz.1**

- 1) Wykonane ze stali węglowej lub ze stali nierdzewnej
- 2) Pasujące do standardowych trzonków w rozmiarach 3, 4, 3L i 4L
- 3) Pakowane pojedynczo w aluminiowe saszetki z datą ważności w opakowaniach zawierających 100 szt.

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.15  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 15 - Igły do biopsji**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Igły do biopsji tkanek miękkich do pistoletu Bard Magnum - rozm. 14Gx160mm; 16Gx160mm; 16Gx200mm; 18Gx200mm	szt.	2000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY****Pakiet 16 - Zestawy do punkcji**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestawy do punkcji opłucnej z 3 igłami punkcyjnymi	szt.	400							

słownie brutto: .....

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) worek o pojemności 2 l z podziałką i zastawką antyzwrotną
- 2) 3 igły o roz. 14, 16, 18G dł. min. 80 mm
- 3) strzykawka o poj 50/60 ml ze skalą
- 4) kranik trójdrożny

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.17  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 17 - Odsysanie pola operacyjnego**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dren do odsysania pola operacyjnego lejek - lejek 100cm średnica wewnętrzna 7 mm, na jednym końcu dodatkowa zatyczka chroniąca światło drenu przed zabrudzeniem	szt.	1,000							
2	Dren do odsysania pola operacyjnego lejek-lejek 200-210 cm średnica wewnętrzna 7 mm, na jednym końcu dodatkowa zatyczka chroniąca światło drenu przed zabrudzeniem	szt.	16,000							
3	Dren do odsysania pola operacyjnego lejek-stożek 200 cm, średnica wewnętrzna 6 mm, na zakończeniu stożkowym dodatkowa zatyczka chroniąca światło drenu przed zabrudzeniem,	szt.	2000							
4	Sterylny, jednorazowy zestaw do odsysania złożony z drenu o średnicy 7mm i długości 300cm oraz kanki 10CH z regulacją siły ssania, pakowany w podwójne opakowanie: wewnętrzne foliowe, zewnętrzne: folia-papier	szt.	2000							
5	Sterylny, jednorazowy zestaw do odsysania złożony z drenu o średnicy 5mm i długości 300cm oraz kanki krótkiej (17,5cm) 12CH bez regulacji siły ssania, pakowany w podwójne opakowanie: wewnętrzne foliowe, zewnętrzne: folia-papier	szt.	2000							
6	Dren do odsysania pola operacyjnego z fajką - średnica drenu 7 mm, rozmiar fajki do ssania 18 CH i 24 CH (do wyboru), standardowe łączniki lejek -lejek pasujące do wszelkich typów końcówek i ssaków, <b>Z REGULACJĄ SIŁY SSANIA.</b>	szt.	16000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych  
poz. 1,2,3,6**

Zamawiający wymaga podwójnego opakowania: wewnętrzne foliowe, zewnętrzne papier-folia z wyraźnym miejscem do otwarcia

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.18  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 18 - Filtry oddechowe sterylne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla dorosłych, w obudowie przezroczystej, pakowane pojedynczo, sterylne, z portem capno	szt	16,000							
2	przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr mechaniczny (plisowana membrana hydrofobowa) z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, sterylne, z portem capno	szt	8,000							
3	elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o zmniejszonej objętości dla noworodków - waga do 9g, z portem do capno, w obudowie przezroczystej, sterylne	szt	800							
4	elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o zmniejszonej objętości dla dzieci z portem do capno, sterylne	szt	800							
5	wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do podawania tlenu oraz z portem do odsysania, sterylne	szt	5,000							
6	filtr elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy bez wymiennika ciepła i wilgoci	szt	6,500							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

**poz. nr 1**

- 1) opakowanie folia- papier  
skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%

**poz. nr 3**

- skuteczności filtracji względem
- 1) bakterii i wirusów 99,99%  
wydajność nawilżania min. 27 mg/l
  - 2) przy VT - 50 ml

**poz. nr 5**

- 1) opakowanie folia- papier
- 2) przestrzeń martwa w przedziale 15 - 20 ml

3) wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy VT 500 ml, i utrata  
4) przestrzeń martwa w przedziale 50 - 55 ml  
filtr zwalidowany na WZW typu C, HIV, Mycobacterium

5) Tuberculosis  
Skuteczność filtracyjna

6) względem NaCl  $\geq 97,416\%$

1) **poz. nr 2**

2) opakowanie folia- papier

3) skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999%

4) wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy VT 500 ml i utrata wilgoci max 6 mg przy VT 500 ml

5) przestrzeń martwa w przedziale 85-100 ml  
powierzchnia wymiany ciepła i wilgoci w postaci

6) celulozowej membrany

7) filtr zwalidowany na WZW typu C, HIV, Mycobacterium Tuberculosis

8) Skuteczność filtracyjna względem NaCl  $\geq 97,416\%$

3) przestrzeń martwa max 10ml

4) opakowanie folia- papier

5) Skuteczność filtracyjna względem NaCl  $\geq 97,416\%$

3) wydajność nawilżania min. 27 mg/l przy VT-500 ml

**poz. nr 4**

1) skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów 99,99%

2) wydajność nawilżania min. 31 mg/l przy VT- 250 ml

3) martwa w

4) opakowanie folia- papier

**Poz. 6**

1) filtr elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy  
w zakresie objętości oddechowej 150 – 1200 ml

2) wydajność nawilżania 9 mg H<sub>2</sub>O /l przy Vt 500 ml

3) objętość wew. 36 ml, masa 19 g

4) z portem kapno, sterylne

**UWAGA: dotyczy wszystkich pozycji**

*Wymagany opis na korpusie każdego pojedynczego filtra wskazujący która część filtra powinna zostać podłączona od strony pacjenta.*

*Wymagane by filtry zostały wykonane starannie, nie mogą posiadać śladów po resztkach kleju, lub innych substancji wiążących warstwy filtra i membrany wymiennika ciepła i wilgoci, dostarczane w jednostkowym opakowaniu producenta.*

*ZASTRZEŻENIA: Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni do wglądu raporty z niezależnych laboratoriów, które potwierdzają, że dany filtr został przetestowany względem konkretnych drobnoustrojów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania próbek w razie wątpliwości czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego*

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.19  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

### FORMULARZ ASORTYMENTOWY - CENOWY

#### Pakiet 19 - Znieczulenia zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	zestaw do kombinowanego znieczulenia zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego z systemem blokowania igły podpajęczynówkowej w igłę zewnątrzoponowej	szt.	50							
2	zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych 16 G i 18G rozszerzony	szt.	400							
3	igła do znieczuleń G 22 dł 88-90 ze szlifem Quinckiego, z przewodnikiem z eliptycznym ergonomicznym uchwytem ze wskaźnikiem położenia szlif igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR	szt.	1,500							

słownie brutto: .....

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

data:

#### Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych poz. nr 1

- 1) igła do znieczulenia podpajęczynówkowego 27G, z końcówką Quinckiego
- 2) igła do znieczulenia zewnątrzoponowego 18G z końcówką Touhy ze skrzydełkami,
- 3) cewnik zewnątrzoponowy 20G, dł. 90 - 100 cm z przewodnikiem,
- 4) łącznik cewnika, koreczek luer-lock
- 5) strzykawka niskooporowa 10 ml,
- 6) filtr płaski gęstość 0,2 µm z systemem mocowania do skóry pacjenta

#### poz. nr 2

- 1) igła Touchy ze skrzydełkami 16G x 80mm i 18G x 80 mm
- 2) strzykawka niskooporowa 10ml
- 3) cewnik zewnątrzoponowy 20G o dł. 85-100 cm z przewodnikiem,
- 4) filtr płaski gęstość 0,2 µm,
- 5) oba końce filtra chronione przez zatyczkę lub koreczek z systemem mocowania do skóry pacjenta
- 6) łącznik cewnika luer-lock
- 7) igła do podawania leków 0,8 x 40
- 8) igła do znieczulania skóry 0,5 x 16 mm
- 9) strzykawka zwykła 20 ml
- 10) grot do nacięcia skóry

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.20  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 20 - Znieczulenia podpajęczynówkowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	igła do znieczuleń Pencil Point o średnicach 24G, 25G, 26G i 27 G (do dowolnego wyboru przez Zamawiającego) , dł 88-90 z pakowanym przewodnikiem	szt	6,000							
2	zestaw do znieczuleń podpajęczynowych z igłą Pencil Point o średnicach 24G ; 25G; 26G i 27G, (do dowolnego wyboru przez Zamawiającego), dł 88-90 z przewodnikiem , igłą do podawania leków, strzykawką 10 ml,	szt	4,000							
3	igła do znieczuleń Pencil Point od 24G do 27 G, dł 110 - 130 z przewodnikiem	szt	200							
4	zestaw do znieczuleń podpajęczynowych z igłą Pencil Point od 24G do 27G, dł 110 - 130 z przewodnikiem , igłą do podawania leków, strzykawką 5 ml,	szt	200							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 21- Rurki intubacyjne

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	rurki intubacyjne bez mankietu rozmiar od 2,0 do 6,0	szt	1,200							
2	rurki intubacyjne z mankiem niskociśnieniowym , wysokoobjętościowym rozmiar od 3,0 do 9,5	szt	10,000							
3	rurki ustno gardłowe sterylne nr 000, dł. 30 mm	szt	60							
4	rurki ustno gardłowe sterylne nr 00, dł. 40 mm	szt	80							
5	rurki ustno gardłowe sterylne nr 0, dł.50 mm	szt	80							
6	rurki ustno gardłowe sterylne nr 1, dł. 60 mm	szt	200							
7	rurki ustno gardłowe sterylne nr 2 , dł. 70-80 mm	szt	1,600							
8	rurki ustno gardłowe sterylne nr 3, dl. 80 - 90 mm	szt	1,600							
9	Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu 7,0 do 9,0 - mankiety niskociśnieniowy do długotrwałych wentylacji typu "duża objętość - niskie ciśnienie" sterylne, posiadające skalę głębokości, nadruk rozmiaru, - wyposażona w balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem, kontrastowa linia RTG oraz dodatkowy wskaźnik RTG wtopiony w rurkę na wysokości otworu do drenażu wbudowany dodatkowy kanał dający możliwość dostępu i drenażu okolicy podgłośniowej, ścianka mankietu max. 50 -60 mikronów, średnica drenu do odsysania min. 4 mm.	szt.	700							
10	Zamknięty jednoświatłowy system do odsysania (w wersji do rurek intubacyjnych i do tracheostomijnych), tchawiczo - oskrzelowy 14 i 16CH a 10 szt. - czas użytkowania systemu min. 48h, - podwójny obrotowy łącznik, zastawka kontroli siły ssania, port do podawania leków MDI, cewnik o zmniejszonej sztywności posiadający 4 otwory boczne i 1 centralny, - dwustronna skala głębokości, oznaczenie rozmiaru na cewniku, port do płukania systemu, obrotowa zastawka dostępu cewnika do pacjenta, gładki łącznik typu martwa przestrzeń, w zestawie kapturek umożliwiający prowadzenie bronchoskopii bez odłączania całego zestawu.	szt.	900							

11	Zamknięty jednoświatłowy system do odsysania, tchawczo- oskrzelowy, rozmiar 5CH; 6CH; 7CH; - czas użytkowania systemu 48h, - zastawka kontroli siły ssania, - cewnik o zmniejszonej sztywności na końcu dytalnym posiadający 4 otwory boczne i 1 centralny; skalowany kolorami; oznaczenie rozmiaru na cewniku; port do płukania systemu; obrotowa zastawka dostępu cewnika pacjenta; w zesatwie min. 2 przejściówki Y do różnych rozmiarów rurek minimalizujące przestrzeń martwą. opak. a`10szt.	op.	50							
----	--	-----	----	--	--	--	--	--	--	--

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych  
poz.1**

- 1) brzegi rurki atraumatyczne, wygładzone zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa
- 2) wykonane z wysokiej jakości PVC, termoplastyczna, silikonowana
- 3) oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w co najmniej 2 miejscach oraz dodatkowo jedno oznaczenie rozmiaru na łączniku
- 4) minimum dwa dodatkowe oznaczenia głębokości w postaci półpierścieni
- 5) półtransparentny łącznik 15 mm
- 6) sterylna pakowana pojedynczo, opakowanie folia - papier

**poz. 2**

- 1) brzegi rurki atraumatyczne, wygładzone zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa
- 2) wykonane z wysokiej jakości PVC, termoplastyczna, silikonowana, mankiet uszczelniający wysokoobjętościowy, niskociśnieniowy
- 3) oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w co najmniej 2 miejscach oraz dodatkowo jedno oznaczenie rozmiaru na łączniku lub baloniku kontrolnym
- 4) minimum dwa dodatkowe oznaczenia głębokości nad mankiem w postaci półpierścieni
- 5) półtransparentny łącznik 15 mm
- 6) sterylna pakowana pojedynczo, opakowanie folia - papier

**poz. 4-9**

rurki sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie folia - papier, kolorowe kodowane rozmiary - kolorystyczny kod rozmiaru widoczny przez przeziernie opakowanie i po zastosowaniu rurki przez cały okres jej użytkowania w każdych warunkach anatomiczno – klinicznych.

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 22 - Worki do moczu sterylne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzaگیęciową odcinka min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25ml. Możliwość powieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.	szt.	1500							
2	Worek do dobowej zbiórki moczu, pojemność 2l, skalowane z odpływem, zastawką antyzwrotną, sterylne, opakowanie typu folia/papier.	szt.	80,000							
3	Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznegometodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometrycznywyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotnawbudowana w łącznik do cewnika foleyzapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni	szt.	50							



data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.23  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 23 - Filtry do infuzji**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	filtr do infuzji neonatologiczny	szt.	3200							
2	filtr do infuzji emulsji tłuszczowych	szt.	2000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych  
poz. 1**

- 1) 0,2µm filtr z dodatnio naładowaną membraną, zatrzymujący bakterie, endotoksyny, cząsteczki,
- 2) możliwość stosowania do 96 godzin
- 3) automatyczny odpowietrznik
- 4) zamknięcie Luer- lock
- 5) wielkość przepływu >2 ml/min, objętość wypełnienia 0,55 ml

**poz. 2**

- 1) 1,2 µm filtr do emulsji tłuszczowych i żywienia, zatrzymujący mikroorganizmy, w szczególności grzyby i zarodniki
- 2) automatyczny odpowietrznik
- 3) zamknięcie Luer- Lock
- 4) możliwość stosowania do 24 godzin
- 5) wielkość przepływu > 30 ml/min, objętość wypełnienia 0,55 ml

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.24  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 24 - Zgłębnik Sengstakena wykonany ze 100% silikonu**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	zgłębnik Sengstaken 16 i 18 CH wykonany ze 100% silikonu	szt.	30							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.25  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 25 - Osprzęt do zabiegów giętkiego URS**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Koszulka dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną do wytwarzania kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych. Koszulka klasyczna lub umożliwiająca wprowadzenie przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego przewodnika. Rozmiary: 9,5F, 10,7F, 12,0F, 14,0F, dł. 28-55cm.	szt.	250							
2	Nitynolowy przewodnik hydrofilny z dwustronną gietką końcówką. Kontrola obrotu jeden do jednego. Trzon przewodnika posiada oznaczenia w odstępach co 5cm. Platynowa końcówka, powłoka AQ. Rozmiary: 0,035, 0,038 cala, dł. 145cm	szt	300							
3	Nitynolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów. Specjalna konstrukcja umożliwia lekarzowi chwytanie, zmianę położenia, zwolnienie lub usuwanie złogów w nerce lub moczowodzie. Rozmiary: 1,7F, 2,2F, dł. min. 115cm, rozmiary koszyka 8mm lub 11mm.	szt	200							
4	Introduktor nerkowy Amplatz do poszerzania kanału nefrostomijnego i umieszczania koszulki	szt	500							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.26  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 26 - Iglę do biopsji mostka**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Iglę do biopsji mostka z regulacją długości 45-65mm, śr. 15G; 16G; zdejmowalny poprzeczny uchwyt, metalowy łącznik luer-lock do przyłączenia strzykawki	szt	100							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.27  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 27 - Cewniki do drenażu klatki piersiowej z trokarem**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem CH 24, 28, 32	szt	300							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) Wtopiony znacznik rtg
- 2) Wyrażna podziałka określająca głębokość, co 2- 5 cm

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.28  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 28 - Cewniki do embolektomii i trombolektomii**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cewniki do trombolektomii i embolektomii, dł. 80 cm, od 3F do 6F, objętość balona napełnionego płynem 0,20 ml - 2,0 ml	szt	2,000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) wykonany z PCV termoplastycznego, znakowany co 10 cm, zakończenie miękkie, sferyczne, redukcja do minimum możliwości przebicia naczynia
- 2) zakończone końcówką Luer - Lock, balon wykonany z lateksu, mocowny jedwabną nicią w celu zwiększenia wytrzymałości połączenia z kateterem.

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.29  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 29 - Łączniki do drenów**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Łączniki do drenów, redukcyjne, sterylne 8-11/7-3-5/2mm	szt	700							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.30  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 30 - Cewnik do karmienia**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	cewnik do karmienia przez nos CH 6/40	szt	30,000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) Delikatny zakończony atraumatycznie koniec
- 2) Kolorowy kod rozmiarowy
- 3) Skalowanie co 5 cm
- 4) Znacznik rtg na całej długości
- 5) łącznik luer z zamknięciem

na opakowaniu jednostkowym była zamieszczona informacja o czasie użytkowania cewnika do karmienia przez nos

.....  
Nazwa Wykonawcy**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY****Pakiet 31 - Rurki tracheostomijne metalowe z okienkiem i bez okienka typu luer**

L.p.	Przedmiot zamówienia		JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	rurka tracheostomijna metalowa bez okienka	roz. 3 śr.7mm dł.55mm roz.4 śr.8mm dł.60mm roz.5 śr.9mmdł.60mm roz.6 śr.10mm dł.65mm roz7 śr.11mm dł.70mm roz.8 śr.12mm dł.80mm roz.9 śr.13mmdł.90mm	szt.	60							
2	rurka tracheostomijna metalowa z okienkiem	roz. 7 śr. 11 mm dł. 70 mm roz. 8 śr. 12 mm dł. 80 mm	szt.	60							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.32  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 32 - Szczotki do chirurgicznego mycia rąk, jednorazowego użytku, sterylne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	szczotki do chirurgicznego mycia rąk, sucha, jałowa o wymiarach 79x48x34mm	szt.	32000							
2	dwustronne szczotki do chirurgicznego mycia rąk (jedna strona szczotka, jedna strona gąbka nasączona chlorhexidine gluconate) pakowane pojedynczo w sposób gwarantujący zachowanie sterylności z pilniczkiem	szt	64,000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY****Pakiet 33 - Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	rurka tracheostomijna w rozmiarach od 4 do 10 CH co 0,5 CH	szt	300							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) rurka wykonana z delikatnego, termoplastycznego materiału
- 2) atraumatyczne zakończenie, nitka radiacyjna wzdłuż całej długości rurki
- 3) cienka ścianka mankieta max. 50 mikronów, dostosowany do niskich ciśnień, wysokobjętościowy (ok. 1,5 średnicy tchawicy)
- 4) możliwość regulacji położenia kołnierza
- 5) oznaczenie rozmiaru na kołnierzu rurki
- 6) opakowanie folia - papier

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.34  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 34 - Przyrząd do aspiracji płynów z butelki**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	przyrząd do aspiracji płynów z butelek z filtrem p/bakteryjnym 0,45 µm , z zatraskową zatyczką z wbudowanym filtrem i z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką.	szt	90,000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.35  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 35 - Materiały różne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn.netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pincety j.uż. - sterylne;	szt.	5,000							
2	Zaciskacz do pępowiny	szt.	10,000							
3	Sterylny łącznik do regulacji siły ssania z dwiema końcówkami stożkowymi do przerywania ssania	szt.	16,000							
4	Zatyczki do cewników sterylne, pakowane pojedynczo, schodkowe zakończenie	szt.	1200							
5	Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch.	szt.	650							
6	Ślinociąg, cewnik do odsysania jamy ustnej, zmożliwością nadania kształtu, łącznik do ssaka, microbiologiczne czysty, pakowany folia	szt.	800							
								- zł		

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.36  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 36 - Cewniki typu Swana- Ganza**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cewniki typu Swana Ganza F7/110 cm	szt.	500							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) cewniki do termodylucji, czteroświatłowy, pokryty heparyną, jałowy, jednorazowego użytku
- 2) długość 110 cm, profil 7F
- 3) kontrastujący w promieniach RTG,
- 4) przezroczysty kranik, pojemność balonika 1,5 ml, średnica balonu wypełnionego 12 mm,
- 5) max. średnica przewodnika 0,028"

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.37  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 37 - Elektrody do czasowej stymulacji serca**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	elektrody do czasowej stymulacji serca F6 dł. 125 cm	szt.	200							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) elektroda skalowana co 10 cm
- 2) rozstaw elektrod 10 mm
- 3) dł. całkowita 125 cm, dł. robocza 112 cm
- 4) rezystancja dystalna 8 ohm, i proksymalna 22 ohm



.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.38  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 38 - Klipsy naczyniowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	klipsy tytanowe w rozmiarze małym (długość zamkniętego klipsa 3,7mm),pakowane w zasobniki po 6 i 10szt.Wielkość zasobnika do wyboru przez Zamawiającego przy składania zamówienia),kompatybilne z klipsownicami Grena Ltd	szt	2160							
2	klipsy tytanowe do laparoskopii w rozmiarze średnio-dużym (długość zamkniętego klipsa9,1mm),pakowane w zasobniki po 4, 6 i 10szt. do wyboru przez Zamawiającego ,kompatybilne z klipsownicami STORZ	szt	18000							
3	klipsy tytanowe do laparoskopii w rozmiarze dużym (długość zamkniętego klipsa 12,3mm),pakowane w zasobniki po 6 szt. ,kompatybilne z klipsownicami Ethicon	szt	1,560							

słownie brutto: .....

data:

oferowane zasobniki z klipsami z poz.1 i 2

- 1) 1. Mają posiadać taśmę samoprzylepną ułatwiającą pobieranie klipsów z zasobnika  
Do każdego zasobnika klipsów dołączona wklejka do kartoteki pacjenta,zawierająca informacje: nr katalogowy,producent,datę ważności, nr serii
- 2) Zamawiający wymaga dodatkowego użyczenia po 1szt klipsownic dł.20cm do chirurgii otwartej do klipsów z poz. 1i2

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



1	<p><b>ZESTAWU AKCESORIÓW WPROWADZAJĄCYCH</b> składający się ze:</p> <p>strzykawki 10ml          igły Seldingera 18G          dwóch igieł prostych G22x30 do przepłukania portu          drutu przewodnika J w podajniku          dwóch łączników z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika          rozszerzacza naczyń z osłonką rozrywalną          tunelizatora o tępych zakończeniach          igły Hubera ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm"</p> <p><b>ZESTAWU DO IMPLANTACJI PORTU</b> składający się z:</p> <p>Miski prostokątnej 30 x 25 x 5 cm (+/- 3cm) - 1 szt.          Skalpela jednorazowego bezpiecznego nr 11 - 1 szt.          Opatrunku pooperacyjnego paraprzepuszczalnego o wym. 9x20 cm - 1 szt.          Strzykawki trzyczęściowej 10 ml Luer – 1 szt.          Strzykawki trzyczęściowej 20ml Luer – 1 szt.          Igły iniekccyjnej 1.2 - 1 szt.          Igły iniekccyjnej 0,8 – 1 szt.          Igły Seldingera G18x70mm z portem bocznym umożliwiającym wprowadzenie drutu do igły bez konieczności odłączenia strzykawki od igły - 1 szt.          Kompresów gazowych 10 cmx10 cm – a'10 szt.          Nici plecionej, powlekanej, wchłanialnej 56-70 dni 3/0 z igłą okrągłą ½ koła 26mm o długości 70 cm –1 szt.          Serwety 150x200cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt.          Serwety 150x90cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt.          Fartucha rozmiar L - 1 szt.          Książeczka dla pacjenta          Zestaw do mycia (elementy zestawu do mycia zapakowane w osobne, sterylne opakowanie; zestaw położony na wszystkich powyższych elementach tj. portu i zestawu do implantacji)          Gazik wielkości śliwki – 4 szt.          Kleszczyki zagięte 20cm – 1 szt.          Miska 120 ml – 1 szt.          Rękawiczki operacyjne rozmiar 6,5 – 1 para"</p>	szt.	200							
---	---	------	-----	--	--	--	--	--	--	--

słownie brutto: .....

data:

.....  
*(Imię i nazwisko osoby  
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 40 - Cewniki do długotrwałych wlewów dożylnych**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kaniuła pediatryczna o rozmiarze 24G - 0,7x19mm i 26G - 0,6x19mm; bez portu bocznego, ma posiadać uchwyt ułatwiający założenie, o max. przepływie 13ml/min. Trójkątne ostrze igły i stożkowata końcówka kaniuli, wykonanej z PTFE. Kaniule widoczne w aparacie USG (bez pasków kontrastujących) Kończówka kaniuli dokładnie przylegająca do mandrynu /igły, współgrająca ze szlifem igły, umożliwiającą bezproblemowe wprowadzenie kaniuli do tkanek, oraz minimalizująca otwór po wprowadzeniu kaniuli (brak przeciekania krwi w miejscu wkłucia). Opakowanie bez zawartości celulozy Tyvek, odporne na rozerwanie, wodoszczelne, gwarantujące sterylność produktu.	szt.	18,000							
2	Kaniuła do kaniulacji żył obwodowych, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, kaniuła widoczna w promieniach RTG, minimum 4 wtopione paski radiocieniujące, kaniuła wykonana z materiału biokompatybilnego - poliuretan. Opakowanie nierozrywalne Tyvek, wodoszczelne (bez zawartości celulozy), które zapobiega uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania. Rozmiar kaniul,-śred.zew.mm-długość -przepływ 14G – 2,0mm-45mm-270ml/min ; 16 G -1,8mm-45mm-236ml/min 17G -1,5mm-45mm-133ml/min ; 18G-1,3mm-45mm-103ml/min 18G -1.3mm-32mm-103ml/min ; 20 G -1.1mm-32mm-67ml/min 22G- 0,9mm- 25mm -42ml/min Jakość i nieinwazyjność poliuretanu jako materiału, z którego został wykonany cewnik ma zostać potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi lub laboratoryjnymi (min. 3) potwierdzającymi ograniczenie ryzyka występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji kaniul.	szt.	160,000							
3	Kranik odcinający do terapii dożylnych, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu- tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Białe trójramiennie pokrętko umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, j.u., Niezależnie obracająca się nakrętka luer lock umożliwiająca podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów. Wyposażony w znaczniki: czerwony dla oznaczenia linii tętnicznej, niebieski dla oznaczenia linii żylnych, objętość wypełnienia 0,22ml, sterylizowany radiacyjnie.	szt.	30,000							

4	<p>Wielodostępowy system składający się z 6-ciu łączników, umożliwiający podłączenie co najmniej 6-ciu drenów. System z drenem podłączeniowym. Łączniki ułożone na rampie równoległe i symetrycznie po 3 z każdej strony. Każdy z łączników wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie i mieszanie się płynów. Długość całego systemu maksymalnie 18 cm. Objętość wypełnienia 1,1 ml. Końcówka rampy przystosowana do końcówek Luer-Lock, z jednej strony końcówka rotacyjna z minimalną przestrzenią martwą maksymalnie 0,03 ml. Przy odłączeniu strzykawki, pompy ciśnieniowej, neutralne ciśnienie, bez efektu zasysania krwi. Czas stosowania nie dłużej niż 7 dni, lub 100 aktywacji.</p>	szt.	30							
---	--	------	----	--	--	--	--	--	--	--

słownie brutto: .....

data:

**Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych cewników zawarte były następujące informacje: długość i rozmiar cewnika, wartość przepływu w ml/min, rodzaj materiału z jakiego jest wykonany oraz metoda sterylizacji**

.....  
*(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.41  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

#### Pakiet 41 - Akcesoria do wkłuć

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	nasadka do transferu leku w systemie zamkniętym,system bezigłowy	szt	700							
2	rampa 3 kraniki trójdrożne po jednej stronie	szt	60							
3	łącznik międzystrzykawkowy	szt	200							
4	koreczki dwufunkcyjne do kaniul i strzykawek	szt	250,000							
5	dwuodprowadzeniowy system dostępu do linii infuzyjnych	szt	400							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

#### Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

##### poz. 2

- 1) system 3 kraników trójdrożnych umieszczonych po jednej stronie rampy, z oznaczeniem kierunku przepływu, z równomiernym przepływem płynu bez zmiany ciśnienia
- 2) odporny na ciśnienie do 4 bar, kolorowe pokrętła, obrót 90°, mocowanie linii infuzyjnych z widocznym wskaźnikiem przepływu,
- 3) wykonane z poliamidu
- 4) konstrukcja płytki umożliwiająca mocowanie jej w pozycji poziomej do stojaka pionowego uchwytem typu Combi

##### poz. 3

- 1) łącznik międzystrzykawkowy umożliwiający bezpieczne przenoszenie leku pomiędzy strzykawkami
- 2) możliwość podłączenia końcówki luer-lock i luer-slip
- 3) oba końce zabezpieczone koreczkami

##### poz. 4

- 1) koreczek dwufunkcyjny luer - lock do strzykawek i kaniul
- 2) trzpień zamykający światło kaniul poniżej krawędzi korka co gwarantuje aseptyczne wyjęcie z opakowania jednostkowego

##### poz. 5

- 1) bezigłowy dwuodprowadzeniowy system dostępu do linii infuzyjnej typu Y, średnica wew. 1,0mm, długość 10 - 12 cm, zakończenie luer - lock
- 2) zaciski przesuwne na każdym odprowadzeniu
- 3) odprowadzenia zakończone bezigłowymi zaworami, z podzielną membraną, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej
- 4) przepływ 21 - 45 l/h, objętość wypełnienia max. 0,09 ml
- 5) bezlateksowy
- 6) możliwość podaży tłuszczu
- 7) ilość aplikacji max. 200 razy

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.42  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

#### Pakiet 42 - Cewniki wieloświatłowe do żył centralnych

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cewniki jednoświatłowe do żył centralnych 14G/20 cm	szt.	120							
2	Cewniki jednoświatłowe do żył centralnych 14G/30 cm	szt.	120							
3	Cewniki jednoświatłowe do żył centralnych 16G/20 cm	szt.	50							
4	Cewniki jednoświatłowe do żył centralnych 16G/30 cm	szt.	50							
5	Cewniki dwuświatłowe do żył centralnych 7-7,5 F/20 cm	szt.	1,600							
6	Cewniki dwuświatłowe do żył centralnych 7-7,5 F/30 cm	szt.	1,200							
7	Cewniki trzyświatłowe do żył centralnych 7-7,5 F/20 cm	szt.	220							
8	Cewniki trzyświatłowe do żył centralnych 7-7,5 F/30 cm	szt.	220							
9	Cewniki trzyświatłowe do żył centralnych 12 F/15 cm	szt.	20							
10	Cewniki trzyświatłowe do żył centralnych 12 F/20 cm	szt.	50							

słownie brutto: .....

data:

#### Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

##### 1) cewniki jednoświatłowe

cewniki jednoświatłowe z rozszerzadłem w zestawie ze strzykawką 5 ml, jednorazowego użytku, jałowe, wykonane z poliuretanu metodą Seldingera, przewodnik dla dł. 20 cm 0,35"/50cm i dla dł. 30 cm 0,35"/70 cm z końcówką prostą oraz "J" miękka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopnienie, z zaworem lub zaciskiem do krótkotrwałych przerw w infuzji posiadający skrzydełka mocujące oraz znaczniki do kontroli położenia możliwość wprowadzania przewodnicy bez odłączania strzykawki z elementami umożliwiającymi natychmiastową kontrolę położenia cewnika w EKG Prowadnica odporna na załamania

##### 2) cewniki dwuświatłowe 7F - z rozszerzadłem jałowe, jednorazowego użytku w zestawie ze strzykawką 5 ml, jałowe

z możliwością wprowadzania przewodnicy bez odłączania strzykawki miękka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopnienie, z zaworem lub zaciskiem do krótkotrwałych przerw w infuzji posiadający skrzydełka mocujące oraz znaczniki do kontroli położenia z elementami umożliwiającymi natychmiastową kontrolę położenia cewnika w EKG z przewodnicą odporną na załamania dla poz. 9 i 10 - kanały w rozmiarach 16/12/12 G

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.43  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 43 - Osłony sterylne na tubus**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Osłona na przewody- tubus złożone teleskopowo o wymiarach min. 16x200cm z samoprzylepna taśmą do mocowania na końcówkach.	szt.	10000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.44  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 44 - Rękaw sterylny do urządzenia Gammafinder II**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn.. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rękaw do bezprzewodowego detektora promieniowania gamma Gammafinder II, rękaw sterylny wykonany z podwójnej folii PE; kształt rękawa pozwalający na ścisłe objęcie detektora; dł. rękawa 36cm. szer. na dole 2cm, na górze 9cm; dwa paski samoprzylepne- jeden zamykający rekaw wokół detektora, drugi zabezpieczający wyświetlacz.	szt.	400							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.45  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 45 - Bezpieczne zestawy do infuzji**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem. Odpowietrznik zaopatrzone w filtr powietrza o skuteczności filtra bakteryjnego(BFE)min.99,999994%,oraz filtra wirusowego(VFE)min.99,9996%. W komorze kroplowej filtr zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki,zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania, w postaci filtra hydrofobowego,zacisk rolkowy z zabezpieczeniem na kolec komory kroplowej po użyciu zestawu.Dren dł.180cm	szt.	10000							
2	Aparat do infuzji grawitacyjnych, zatrzymujący promienie UV dla leków wrażliwych na światło, z odpowietrznikiem. Odpowietrznik zaopatrzone w filtr powietrza o skuteczności filtra bakteryjnego (BFE) min. 99,999994%, oraz filtra wirusowego (VFE) min. 99,9996%. W komorze kroplowej filtr zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki, z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania, w postaci filtra hydrofobowego, zacisk rolkowy z zabezpieczeniem na kolec komory kroplowej po użyciu zestawu, Dren dł. 180 cm	szt.	200							

słownie brutto: .....

data:.....

**Opis minimum parametrów techniczno-użytkowych**

**poz.1-2**

1) bez ftalanów

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.46  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 46 - Pediatriczny system do pomiaru diurezy**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jałowy system do pomiaru diurezy , pediatriczny o właściwościach: -worek na mocz pojemn.150ml; - butla/menzurka z podziałką o pojemn.60ml; - złącze/drenurologiczny; -rezerwuar spustowy	szt.	400							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.47  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 47 - Aparaty do pomp objętościowych**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Aparaty do pomp objętościowych Infusomat Space Standard	szt.	12,000							
2	Aparat do pomp Infusomat Space do leków światłoczułych, bursztynowy, przezroczysty z wstawką silikonową, bez PCV, dł. 250cm	szt.	1,000							
3	Aparat do pomp Infusomat Space do żywienia dojelitowego z uniwersalnym multiconectorem, bezigłowym portem do wstrzyknięć, złączem żeńskim typu Luer Lock i stopniowanym adapterem stożkowym z wstawką silikonową, bez PCV, dł. 250cm	szt.	3,200							
4	Aparat do pomp Infusomat Space do transfuzji- komora kroplowa ze zintegrowanym filtrem krwi pory( 200µm) z wstawką silikonową, bez DEHP, dł.250cm	szt.	400							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.48  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 48 - Cewniki do kontrpulsacji**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cewniki do kontrpulsacji wewnątrzaoortalnej w rozmiarach 7,5F/30cc i 7,5F/40cc .Korpus cewnika zbrojony metalowym opłotem, każdy cewnik posiada urządzenie homeostatyczne hamujące krwawienie przy zakładaniu cewnika metodą bezkoszulkową.W każdym zestawie z cewnikiem znajdują się: 2szt. przewodników pokrytych teflonem dł.175cm, 2szt.introduktorów dotętnicznych(jeden introduktor posiada port boczny, drugi jest bez portu bocznego), 3szt.rozszerzadeł, igła angiograficzna 18ga/2,5", strzykawka, przedłużacze, przewód napędu dpo pompy Arrow.	szt.	20							
2	Cewniki do kontrpulsacji wewnątrzaoortalnej 8F/40cc oraz 8F/30cc, wyposażone w integralny przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia znajdujący się w części dystalnej cewnika.W każdym zestawie z cewnikiem znajdują się: 2szt.przewodników pokrytych teflonem dł.175cm, 2szt. introduktorów dotętnicznych(jeden introduktor posiada port boczny, drugi jest bez portu bocznego), 3szt. rozszerzadeł, igła angiograficzna 18ga/2,5", strzykawka, przedłużacze, przewód napędu do pompy Arrow.	szt.	10							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.49  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 49 - Cewnik do tętnicy promieniowej**

l.p	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kaniuła dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym, zapobiegający wpływowi zwrotnemu, zmniejszając ryzyko powstania zatorów powietrznych i ekspozycji personelu na kontakt z krwią; ze skrzydełkami posiadającymi otwory do przyszywania do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane w TYVEK, sterylizowane tlenkiem etylenu z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m <sup>2</sup> /24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii.	szt.	4,000							
2	Strzykawką o pojemności 10 ml do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9 NaCl, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w opakowanie umożliwiające jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia po linii zgrzewu, bez konieczności rozdierania, klasa I lub III, okres ważności min. 24-mc, oznaczenie zgodności z USP na cylindrze	szt.	1,000							

3	Strzykawką o pojemności 20 ml do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9 NaCl, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w opakowanie umożliwiające jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb lub III, okres ważności min. 24-mc, oznaczenie zgodności z USP na cylindrze	szt.	600							
4	zamknięty system obsługi centralnych dostępuów żylnych, bezigłowy łącznik do cewników do hemodializ, do wielokrotnych aktywacji, bez lateksu, DEHP, poliwęglanu i części metalowych, pozwalający na wykonanie co najmniej 3-ch dializ bez wymiany, wewnętrzny przepływ przez łącznik powyżej 600 ml/min, pakowany pojedynczo, sterylizowany tlenkiem etylenu	szt.	200							

słownie brutto: .....

data:

.....  
*(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.50  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 50 - Zestaw do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną z przetwornikiem i linią tętniczną	szt.	800							
2	Zestaw do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną z dwoma przetwornikami i linią tętniczną	szt.	800							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych  
poz.1**

- 1) linia tętnicza o dł. min 200 cm pojedyncza
- 2) zestaw ma posiadać linię z wkłuciem kroplowym do celów płukania, z systemem zapobiegającym zapowietrzaniu się układu pomiarowego
- 3) zestaw (przetwornik i linia) odporny na zakłócenia zewnętrzne o częstotliwości własnej min 200 Hz
- 4) połączone z kablami interfejsowymi będącymi na wyposażeniu szpitala
- 5) wbudowany port do testowania poprawności działania systemu, który będzie miał możliwość podłączenia stymulatora do przetwornika w celu wygenerowania konkretnego ciśnienia i wskazania go na monitorze funkcji życiowych. Port musi być wyraźnie zaznaczony i opisany na przetworniku
- 6) w zestawie kolorowe zatyczki wpinane bezpośrednio do kranika, umożliwiające oznaczenie rodzaju mierzonego ciśnienia
- 7) wszystkie oferowane pozycje jednego producenta

**poz.2**

- 1) linia tętnicza o dł. min 200 cm pojedyncza
- 2) **zestaw wyposażony w dwa przetworniki z wbudowanym portem do testowania poprawności działania systemu** który będzie miał możliwość podłączenia stymulatora do przetwornika w celu wygenerowania konkretnego ciśnienia i wskazania go na monitorze funkcji życiowych port musi być wyraźnie zaznaczony i opisany na przetworniku
- 3) zestaw ma posiadać linię z wkłuciem kroplowym do celów płukania, z systemem zapobiegającym zapowietrzaniu się układu pomiarowego
- 4) zestaw (przetwornik i linia) odporny na zakłócenia zewnętrzne o częstotliwości własnej min 200 Hz
- 5) połączone z kablami interfejsowymi będącymi na wyposażeniu szpitala
- 6) zestaw wyposażony układ do pobierania próbek krwi w systemie zamkniętym ( zintegrowana strzykawka z tłokiem, 2 porty bezigłowe zakończone końcówką luer - lock)
- 7) pojemność strzykawki min 12 ml
- 8) prostolinijny przepływ przez przetwornik
- 9) w zestawie kolorowe zatyczki wpinane bezpośrednio do kranika, umożliwiające oznaczenie rodzaju mierzonego ciśnienia
- 10) wszystkie oferowane pozycje jednego producenta



.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.51  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 51 - Zestaw do drenażu klatki piersiowej**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw do drenażu biernego i czynnego klatki piersiowej z niskooporową wahadłową zastawką jednokierunkową, wyskalowaną komorą na wydzielinę o pojemności 1000ml z zaworem spustowym i możliwością wielokrotnego opróżniania komory do dodatkowego worka pojemności 1000ml, dodatkową precyzyjną podziałką dla małych objętości wydzieliny, płynną mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie 0-45cm słupa wody z dodatkowym wskaźnikiem rzeczywistej siły ssania, automatycznymi zaworami bezpieczeństwa, wskaźnikiem i skalą przeciwku doopłucnowego, portem bezigłowym do pobierania próbki wydzieliny, bańką ssącą informującą o stanie rozprężenia płuca	szt.	200							
2	Worek wymienny 1000ml na wydzielinę do zestawu drenażowego	szt.	100							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.52  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 52- Strzykawki jednorazowego użytku 3-częściowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	ilość op.	cena jedn.op.	wartość netto	% VAT	cena jedn.op brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	strzykawki 3 ml - skala co 0,1 ml trzyczęściowe z gumowym tłokiem	szt.	10,000								
2	strzykawki 20 ml 3-częściowe z gumowym tłokiem - skala co 1ml	szt.	80,000								
3	strzykawka 50/60 ml zatrzymująca promienie UV dla leków wrażliwych na światło skala co 1ml	szt.	4,000								
4	strzykawki 50/60 ml 3-częściowa z gumowym tłokiem skala co 1ml	szt.	100,000								
5	strzykawki 10 ml 3-częściowe z gumowym tłokiem - skala co 1ml	szt.	10,000								
6	strzykawka doustna o pojemności 10 ml, z purpurowym tłokiem, skalowana w łyżeczkach i mililitrach, z zatyczką, sterylna, pakowana pojedynczo	szt.	500								
7	strzykawka doustna o pojemności 20 ml, z purpurowym tłokiem, skalowana w łyżeczkach i mililitrach, z zatyczką, sterylna, pakowana pojedynczo	szt.	250								

słownie brutto: .....

data:

.....  
(imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) gumowy tłok o podwójnym uszczelnieniu typu oring strzykawek trzyczęściowych 2, 20, 50
- 2) dopuszczone są strzykawki posiadające prostopadłe wcięcie w tłoku,
- 3) logo lub nazwa producenta oraz nazwa własna strzykawki na cylindrze
- 4) poz. 2-5 trwała, nieścieralna, przedłużona skala na całej długości skalowania co 1ml
- 5) strzykawki 10ml, 20 ml i 50 ml 3-częściowe z gumowym tłokiem, bez ftalanów kompatybilne z pompami Ascot: (typy strzykawek: BD Perfusion, BD Plastik Pack; Braun Adalat, Omnifix, Perfusion, Pro injection; Codan/Once; Dispomed; Dispomed P; Injectionmat; Ivac; Janpol; Monoject; Once Perfusion; Polfa Bolesławiec; Polfa Lublin; Terumo; Penta) i kompatybilne z pompami Braun: (typy strzykawek: BD Perfusion; Monoject; ccUS Monoject; Braun Omnifix)

Zamawiający uzna zapis w instrukcji obsługi pompy oraz menu pompy jako potwierdzenie spełniania parametru dotyczącego kompatybilności strzykawek z pompami. Zamawiający dopuszcza \*) kolumnę wypełnia Wykonawca wskazując ilość opakowań oferowanych produktów ( Np. 4200 szt. sztuk wymagana :100 szt. w opakowaniu oferowanym =42 op.)

**maksymalna ilość w opakowaniu do 100 szt.**

.....  
Nazwa Wykonawcy

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## Pakiet 53 - Porty dostępu do podawania cytostatyków wraz z igłami

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Port dostępu dootrzewnego do podawania cytostatyków - jednokomorowy, trójkątny o wym 32x27mm, powłoka portu epoksydowo - żywiczna z silikonową membraną, - objętość martwa wew. Komory tytanowej 0,5 ml, -śr. Wew. Kaniuli wyjściowej z komory 1,8 mm, - dł cewnika 420-500 mm, - cewnik silikonowy z wieloma otworami i dwoma mankietami dakronowymi o srzew. 7,9 x wew 2,6mm - 15G, - waga max. 10g, - łącznik cewnika z komorą portu wykonany z tytanu	szt.	10							
2	Port dostępu dożylnego do podawania cytostatyków - jednokomorowy, trójkątny o wym. 26x22 mm, wysokość max 10,5 mm, -powłoka portu epoksydowo - żywiczna z silikonową membraną, - objętość wew. komory tytanowej 0,25 ml, - śr. wew. Kaniuli wyjściowej z komory 1 mm, - dł cewnika 75-80 cm, - cewnik silikonowy 6,5F, śr. wew. 1,0 mm, zew. 2,2 mm, - zestaw wprowadzający z drenem prowadzącym o dł 50 cm, - łącznik cewnika z komorą portu wykonany z tytanu, - waga max. 5 g	szt.	200							
3	Igły do portów dootrzewnowych 20G 3/4 cala, tj. 19 mm do długotrwałych wlewów cytostatyków, z giętka silikonową okrągłą płaszczyną mocującą i z zaciskiem do wlewów, zagiętą pod kątem 90°, średnica 20G, długość 20 mm, średnica 20G, długość 25, średnica 22 G długość 15-20-25 opakowanie = 25 szt.	szt.	400							

4	Igły do portów dożylnych 1 cal, tj. 25,4 mm, do średniego i długoterminowych wlewów cytostatyków, giętkimi skrzydełkami do mocowania oraz z zaciskiem do wlewów, zagiętą pod kątem 90 <sup>0</sup> , średnica 19 - 20 - 22 G, dł. 15 mm, opakowanie = 15 szt	szt.	5250							
5	port dostępu dożylnego do podawania cytostatyków - jednokomorowy, trójkątny o wym. 26x22 mm, wysokość max 9,7 mm, -powłoka portu epoksydowo - żywiczna z silikonową membraną, objętość wew. komory tytanowej 0,25 ml; długość cewnika 75-80cm, skalowanie cewnika co 1cm, opis co 5cm, cewnik silikonowy 6,5F, śr.wew. 1,0mm; zew. 2,2mm; zestaw wprowadzający z drenem porwadzącym o długości 50cm, pierścień łączący port z cewnikiem zabezpieczający przed załamaniem w ilości 2 szt. waga portu max. 5g. Port wraz z cewnikiem umożliwiający wykonanie iniekcji wysokociśnieniowych do 22,4 bar.	szt.	20							

słownie brutto: .....

data:

.....  
*(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

.....  
Nazwa Wykonawcy**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY****Pakiet 54 - Maski krtaniowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Maski krtaniowe j.uż. od nr 1-6 do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego, mankiet delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi, rurka maski wygięta i usztywniona pod kątem 70°, koniuszek mankieta z zabezpieczeniem w postaci fałdu przed podwijaniem się podczas zakładania, na baloniku kontrolnym wskazany rozmiar, waga pacjenta, objętość wypełnienia mankieta, dren balonika kontrolnego luźny, połączony na krótkim odcinku z rurką, na rurce znaczniki prawidłowego usytuowania maski, opakowanie kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru	szt.	1000							
2	Maski krtaniowe j.uż. z kanałem gastrycznym, od rozm. 3 - 5 do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego, mankiet delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi, rurka maski wygięta zgodnie z dudowa anatomiczną gardła (70° - 90°), zintegrowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej 14 Fr, ciśnienie uszczelnienia min 38 cm H <sub>2</sub> O,, możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej i endoskopu, na rurce znaczniki prawidłowego usytuowania maski, na baloniku kontrolnym wskazany rozmiar, waga pacjenta, objętość wypełnienia mankieta, pozbawiona ftalanów, opakowanie kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru	szt.	100							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.55  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 55 - Rampy**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	rampa trzykranikowa z przedłużaczem 150 cm ,	szt.	400							
2	rampa pięciokranikowa z przedłużaczem 150 cm ,	szt.	1200							
3	kranik trzydrożny zakończony dwoma systemami bezigłowymi z przedłużką o długości min. 13 cm , średnica wew. 2,5 mm , zew. 4 mm	szt.	200							
4	koreczek bezigłowy	szt.	25000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

poz. 1 i 2

- 1) lekka przezroczysta obudowa
- 2) kraniki kolorowe, każdy zakończony zamkniętym systemem bezigłowym (dla poz 1-łącznie 4 dla poz. 2 -łącznie 6)
- 3) wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka lub statywie

poz. 4

- 1) zamknięty system bezigłowy wielokrotnego użycia - do 7 dni lub od 400- 720 aktywacji
- 2) obudowa przezroczysta, nie zawierająca części metalowych, z podzielną silikonową membraną
- 3) prosty tor przepływu, łatwy do czyszczenia przed i po użyciu
- 4) możliwość podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip
- 5) maksymalna objętość wypełnienia do 0,07 ml
- 6) przepływ min. 350 ml/min
- 7) nie zawierający ftalanów i latexu

poz. 1. rampy mają być zakończone systemem bezigłowym o przepływie 170-350ml/min, przestrzeni martwej 0,02-0,05 ml, dającym możliwość używania przez 7dni lub 360 użyć.

.....  
Nazwa Wykonawcy

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## Pakiet 56 - Cewniki wprowadzane metodą Seldingera

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p>Antybakteryjny cewnik centralny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sterylny</li> <li>• dwuświatłowy</li> <li>• termowrażliwego poliuretanu z miękkim końcem</li> <li>• w całości kontrastujący w RTG</li> <li>• 7,5 Fr – dł. 30 cm światła 16G/18G</li> <li>• inkorporowany aktywnym srebrem z możliwością podawania kontrastu – przepływ do 5 ml/sek</li> <li>• wprowadzany techniką Seldingera (do wyboru wariant wprowadzania igłą lub krótką kaniulą)</li> <li>- znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm</li> </ul> <p>Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami</li> <li>- igła do nakłucia 18G/70mm</li> <li>- krótka kaniula 18G <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadnik typu „J” 60 cm ze znacznikiem głębokości</li> </ul> </li> </ul> <p>elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzenie jedną ręką</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dylatator 8,5 Fr 10 cm</li> <li>- dodatkowe skrzydełka mocujące</li> <li>- 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć</li> <li>- skalpel</li> <li>- strzykawka 5 ml</li> </ul>	szt.	35							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## Pakiet 57 - Wkłucia, cewniki i akcesoria stosowane w Intensywnej Terapii Noworodka

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2			5	6	7	8	9	10	11
1	Mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywanej kaniuli typu microflash G20. Poliuretanowy, cieniujący w rtg, w rozmiarze 2Fr/24G/30cm do przewlekłego dostępu żylnego, stosowany u wcześniaków o niskiej masie ciała powyżej 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Tworzywo poliuretanowe umożliwia długi czas stosowania, wyjątkowo cienka ścianka zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo. Znaczniki odległości co 1 cm. Niektóre modele wyposażone są w metalowy przewodnik. Wykonany z wysoce termo wrażliwego poliuretanu, co sprawia, że wprowadzenie cewnika jest łatwe, a po wprowadzeniu cewnik staje się miękki. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika.	szt.	30							
2	Mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą kaniuli 24G. Poliuretanowy, cieniujący w rtg, w rozmiarze 1Fr/28G/8cm do przewlekłego dostępu żylnego, stosowany u wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, mniejszej niż 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Tworzywo poliuretanowe umożliwia długi czas stosowania, wyjątkowo cienka ścianka zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo. Wykonany z wysoce termo wrażliwego poliuretanu. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika.	szt.	30							
3	Mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywanej kaniuli typu microflash G20. Dwuświatłowy, poliuretanowy, cieniujący w rtg, w rozmiarze 2Fr/24G/30cm do przewlekłego dostępu żylnego, stosowany u wcześniaków o niskiej masie ciała powyżej 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Tworzywo poliuretanowe umożliwiające długi czas stosowania, wyjątkowo cienka ścianka zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo. Metalowa przewodnica. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika.	szt.	30							
4	Mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywanej kaniuli typu microflash G20. Dwuświatłowy, poliuretanowy, cieniujący w rtg, w rozmiarze 2Fr/24G/20cm do przewlekłego dostępu żylnego, stosowany u wcześniaków o niskiej masie ciała powyżej 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Tworzywo poliuretanowe umożliwia długi czas stosowania, a wyjątkowo cienka ścianka zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika.	szt.	30							
5	Silikonowy cewnik w rozmiarze 2Fr/24G/20cm wprowadzany obwodowo za pomocą igły typu motylek G19 do przewlekłego stosowania (żywienie pozajelitowe, podawanie leków) przeznaczony dla wcześniaków i noworodków. Umożliwia infuzję roztworów o wysokim ciśnieniu osmotycznym. Silikon posiada doskonałą biokompatybilność (mniejsze ryzyko zapalenia żyły). Wyjątkowo elastyczny cewnik, doskonale tolerowany u wcześniaków o bardzo małej masie ciała.	szt.	30							



6	Mikrocewnik wprowadzany obwodowo poliuretanowy, cieniujący w rtg, w rozmiarze 1Fr/28G/20cm do przewlekłego dostępu żylnego, stosowany u wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, mniejszej niż 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Cewnik przeciwbakteryjny powleczony Rifampicyną i Mykonazolem, co ogranicza zakażenia odcewnikowe. Cewnik z przewodnikiem, zarejestrowana żywotność do 30 dni.	szt.	20						
7	Mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą kaniuli 24G. Poliuretanowy, cieniujący w rtg, w rozmiarze 1Fr/28G/15cm do przewlekłego dostępu żylnego, stosowany u wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, mniejszej niż 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Tworzywo poliuretanowe umożliwia długi czas stosowania, wyjątkowo cienka ścianka zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo. Wykonany z wysoce termo wrażliwego poliuretanu. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika.	szt.	60						
8	Mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą kaniuli 24G. Poliuretanowy cieniujący w Rtg, w rozmiarze 1F/28G/10cm do przewlekłego dostępu żylnego, stosowany u wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, mniejszej niż 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Tworzywo poliuretanowe umożliwia długi czas stosowania, wyjątkowo cienka ścianka zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo. Wykonany z wysoce termo wrażliwego poliuretanu. Metalowa przewodnica.								
9	Mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywanej kaniuli typu Microflash G20. Poliuretanowy, cieniujący w rtg, do przewlekłego dostępu żylnego, stosowany u wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, mniejszej niż 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Tworzywo poliuretanowe umożliwia długi czas stosowania, wyjątkowo cienka ścianka zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo. Wykonany z wysoce termo wrażliwego poliuretanu. Metalowa przewodnica.	szt.	60						
10	Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywalnej kaniuli typu Microflash 20 G – przeznaczony do przewlekłego stosowania, wykonany z termowrażliwego poliuretanu, znaczniki co 1 cm, o rozmiarze 2 F (0,3 x 0,6 mm) i długości 15 cm. Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika. Cewnik wyposażony w skrzydełka do mocowania i integralną przedłużkę o dł. 14 cm. (PUR). W zestawie sterylna taśma mierząca.	szt.	60						
11	Pediatryczny cewnik i.v. wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 22 G/ 2 F (0,7 mm śr.zew.) o długości 4 cm z przedłużką dł. 4,5 cm. W skład zestawu dodatkowo wchodzi: igła wprowadzająca, prosty przewodnik z giętką końcówką oraz gaza 50 cm/50 cm	szt.	40						
12	Pediatryczny cewnik i.v. wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 22 G/ 2 F (0,7 mm śr.zew.) o długości 6 cm z przedłużką dł. 4,5 cm. W skład zestawu dodatkowo wchodzi: igła wprowadzająca, prosty przewodnik z giętką końcówką oraz gaza 50 cm/50 cm	szt.	40						
13	Pediatryczny cewnik i.v. wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 22 G/ 2 F (0,7 mm śr.zew.) o długości 8 cm z przedłużką dł. 4,5 cm. W skład zestawu dodatkowo wchodzi: igła wprowadzająca, prosty przewodnik z giętką końcówką oraz gaza 50 cm/50 cm	szt.	40						
14	Rozłamywalna kaniula typu Microflash 2Fr	szt.	100						
15	Rozłamywalna igła 24 G	szt.	40						

16	MICROSITE 2 Fr MST KIT zestaw do wprowadzania cewników neonatologicznych typu PICC w rozmiarze 1 Fr i 2Fr metodą zmodyfikowanego Seldingera (metoda Micro Seldinger). W skład zestawu wchodzi: igła do nakłucia 24 G/ 19 mm, symetryczny Nitinolowy przewodnik o długości 20 cm, zakończony z dwóch stron okrągłymi „główkami” o wymiarze 0,3 mm, rozszerzacz z koszulką do 1 Fr i 2Fr cewników 20 G/18 mm.	szt.	30						
17	Nabieraczka zakończona bezpiecznym połączeniem typu Nutrisafe o długości 15 cm i średnicy 2,0 x 3,3 mm.	szt.	200						
18	Cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, znaczniki numeryczne co 1 cm na długości cewnika od 5 cm do 25 cm. wyposażony w kranik Luer Lock rozm. 5 Fr. długość 40 cm	szt.	200						
19	Cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, znaczniki numeryczne co 1 cm na długości cewnika od 5 cm do 25 cm. wyposażony w kranik Luer Lock rozm. 4 Fr. długość 40 cm	szt.	200						
20	Cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, znaczniki numeryczne co 1 cm na długości cewnika od 5 cm do 25 cm. wyposażony w kranik Luer Lock rozm. 3,5 Fr. długość 40 cm.	szt.	200						
21	Cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, znaczniki numeryczne co 1 cm na długości cewnika od 5 cm do 25 cm. wyposażony w kranik Luer Lock rozm. 2,5 Fr. długość 40 cm.	szt.	200						
22	Złączka wyposażona w nasadkę połączeniową typu lock, posiadająca wbudowany w obudowę mechanizm zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu),a jednocześnie wytwarza pozytywne ciśnienie powodujące podanie dawki 0,03 ml, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany. Przepływ 200ml/min. Martwa przestrzeń -0,1ml. Przeznaczona do żył. Może być używana przez 7 dni lub 400 użyć( 800 aktywacji)	szt.	100						
23	Zestaw do zakładania cewników pępowinowych i PICC. W skład zestawu wchodzi: waciki, bezpieczne igły, bezpieczny skalpel, miseczki na płyny, strzykawki, obłożenia adhezyjne, kleszce proste, pęseta neonatologiczna prosta i zagięta, rozszerzacz do pępka, nożyczki zagięte, imadło chirurgiczne, szwy 3.0, przezroczyste rozdzielalne obłożenie, kleszcze zębate, kleszcze zagięte, strzykawka 1ml, 2 strzykawki 3ml i 5ml, ręczniki, 2 stripy	szt.	100						
24	Cewnik do drenażu opłucnej umieszczany przez igłę wprowadzającą z rękawem ochronnym. Igła i rękaw są usuwane. Cewnik podłączany jest do kranika zamykającego. Dostarczany lejkowaty łącznik służy do podłączenia kranika zamykającego do ssania lub zaworka. Rozmiar 6 Fr.	szt.	30						
25	Cewnik do drenażu opłucnej umieszczany przez igłę wprowadzającą z rękawem ochronnym. Igła i rękaw są usuwane. Cewnik podłączany jest do kranika zamykającego. Dostarczany lejkowaty łącznik służy do podłączenia kranika zamykającego do ssania lub zaworka. Rozmiar 8 Fr.	szt.	30						
26	Igła do nakłucia łędźwiowego 25 G / 30 mm	szt.	60						
27	Igła do nakłucia łędźwiowego 22 G / 38 mm	szt.	60						
28	Igła do nakłucia łędźwiowego 20 G / 38 mm	szt.	60						
29	Dwuświatłowy cewnik pępkowy,cieniujący w Rtg z zaawansowaną technologią zawierający jony srebra jako czynnik przeciwbakteryjny,zintegrowane ze ścianą cewnika.Rozmiar 4F dł.20cm	szt.	40						
30	Trójświatłowy cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg,z jednym dystalnym i dwoma bocznymi otworami:znaczniki numeryczne co 1cm na długości cewnika od 4cm do 20cm.Rozmiar 4,5F dł.25cm	szt.	20						
31	Rurka intubacyjna z drugim światłem do podania leku dotchawiczo 2,0;2,5;3,0;3,5 do surfaktanu	szt.	200						
32	Zestaw do transfuzji wymiennej noworodka	szt.	20						

słownie brutto: .....

data:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY****Pakiet 58 - Zestaw laryngologiczny**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Skład zestawu: wziernik do nosa, wziernik do ucha oraz szpatułka. Zaokrąglone i ciepłe końcówki wzierników. Wziernik nosowy z funkcjonalnymi rękojeściami, gładką powierzchnią aplikacyjną oraz o matowej powierzchni rękojeści. Wziernik uszny koloru czarnego o matowej powierzchni wewnętrznej i średnicy 2mm i 4mm. Szpatułka białego koloru z elastycznego plasiku w dwóch rozmiarach, jednorazowego użytku, bez lateksu, bez ftalanów, sterylizowana tlenkiem etylenu, opakowanie papier/folia	szt.	6,000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.59  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 59 - Cewniki moczowodowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cewnik moczowodowy Ch5 z pętlą 5cm (pętla Zeissa)	szt.	80							
2	Cewnik moczowodowy Couvelairea od Ch5 do Ch7	szt.	500							
3	Cewnik moczowodowy Nelaton od Ch3 do Ch7	szt.	300							
4	Cewnik noczowodowy Tiemman od Ch3 do Ch8	szt.	150							

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.60  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 60 - Dreny brzuszne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dren brzuszny 28F 30F 32F dł.40cm, sterylny	szt.	2000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.61  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 61 - Gumki naczyniowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gumki naczyniowe MINI żółte, niebieskie, białe, czerwone	rolki	50							
2	Gumki naczyniowe MAXI żółte, niebieskie, białe	rolki	90							
3	Gumki naczyniowe SUPER MAXI czerwone	rolki	25							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) pakowane w rolkach po 50 m - możliwość przecięcia na pożądaną długość
- 2) produkt niesterylny, wykonany z silikonu
- 3) Rozmiary: mini - 1mm; maxi - 2mm; super maxi - 5mm
- 4) kolory żółte, niebieskie, białe, czerwone
- 5) sterylizacja - gaz

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.62  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 62 - Igły lokalizacyjne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Igła lokalizacyjna do guzków z wysuwającym drutem w rozm. 18 i 20 G dł. 10 cm	szt.	20							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.63  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 63 - Igly typu Sterican**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Igła typu Sterican G 23x2 2/5 koła (0,6x60 i 20x24 4/5 koła (0,9x70) lub równoważne	op	20							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.64  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 64 - Igły do trepanobiopsji**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Igła do trepanobiopsji 11Gx15cm, wyposażona w wewnętrzny mechanizm wycinający cylinder kostny zintegrowany trwale z kaniulą tnącą , ostrze trójgraniaste	szt.	40							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.65  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 65 - Igły do stymulacji nerwu**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobkami szkła, całkowicie echogeniczna ( do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlif igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarach:23G/25mm, 23G/35mm, 22G/50mm, 21G/85mm,21G/100mm, 20G/120mm, 20G/150mm.	szt.	2400							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.66  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 66 - Łyżki jednorazowe do laryngoskopów**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	jednorazowe łyżki do laryngoskopów typ McIntosh , sterylne, ze światłowodem, z ochronnym pokrowcem z możliwością zamontowania na uchwycie bez usuwania pokrowca rozm. - 1- 4	szt.	2,000							
2	uchwyt do laryngoskopu kompatybilny z jednorazową łyżką sterylną ze światłowodem z ochronnym pokrowcem, rozmiar standardowy, chropowaty"	szt.	5							

słownie brutto: .....

data:

poz. 1 łyżki kompatybilne z oferowanymi i posiadanymi przez Zamawiającego rękojeściami typu Safescope

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.67  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 67 - Zestaw do przezskórnej tracheostomii**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa w roz. 7,0, 8,0, 9,0 o następującym składzie: skalpel, kaniula z igłą i strzykawka do identyfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera, rozszerzadło, rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem z nad mankietu rurki, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, opaska na szyję, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu.	szt.	100							
2	Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa w roz. 7,0, 8,0, 9,0 o następującym składzie: wielorazowy Pean (dla-5ciu szt.), skalpel, kaniula z igłą i strzykawka do identyfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera, rozszerzadło, rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem z nad mankietu rurki, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, opaska na szyję, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu.	szt.	10							
3	Rurka tracheostomijna w rozmiarach od 7 do 10 z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej co 0,5 CH	szt.	200							
4	Rurka tracheostomijna w rozmiarach od 7 do 10 z regulowanym położeniem kołnierza co 1,0 CH	szt.	60							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

- 1) rurka wykonana z delikatnego, termoplastycznego materiału
- 2) mankiet miękki, cienkościenny, niskociśnieniowy
- 3) system ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankieta typu Soft Seal
- 4) balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankieta - płaski przed wypełnieniem
- 5) na baloniku kontrolnym oznaczenie rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankieta
- 6) kołnierz rurki przezroczysty, elastyczny, z oznakowaniem rozmiaru i długości rurki
- 7) samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie lub wymianę rurki

**poz. 4**

- 1) rurka wykonana z mieszaniny silikonu i termoplastycznego materiału
- 2) mankiet miękki, cienkościenny, niskociśnieniowy
- 3) system ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankieta typu Soft Seal
- 4) balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankieta - płaski przed wypełnieniem
- 5) na baloniku kontrolnym oznaczenie rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankieta
- 6) regulowane położenie kołnierza z mechanizmem blokującym, umożliwiającym przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360°

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.68  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 68 - Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, przeznaczony do stosowania w przewlekłych, wysiękowych zapaleniach ucha środkowego, przy wylewie krwi do jamy bębenkowej oraz przy znacznym upośledzeniu drożności trąbki słuchowej w celu przeciwdziałania powstawaniu zrostów w jamie bębenkowej. Przyrząd powinien spełniać następujące warunki: -łatwe zamocowanie na błonie bębenkowej(np.przy wykorzystaniu występu w osi kołnierza wewnętrznego) z możliwością łatwego usunięcia za pomocą nitki z przędzy poliamidowej, -ewakuację wydzieliny, -dobrą wentylację, -wprowadzanie leków.	szt.	120							
2	Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, przeznaczony do stosowania w przewlekłych, wysiękowych zapaleniach ucha środkowego, przy wylewie krwi do jamy bębenkowej oraz przy znacznym upośledzeniu drożności trąbki słuchowej w celu przeciwdziałania powstawaniu zrostów w jamie bębenkowej. Przyrząd powinien spełniać następujące warunki: -łatwe zamocowanie na błonie bębenkowej(np.przy wykorzystaniu występu w osi kołnierza wewnętrznego) z możliwością łatwego usunięcia za pomocą nitki z przędzy poliamidowej, -ewakuację wydzieliny, -dobrą wentylację, -wprowadzanie leków.	szt.	20							

słownie brutto: .....

data: .....

**Opis minimalnych parametrów techniczno-użytkowych  
poz.1**

- 1)Materiał:politetrafluoroetylen(PTFE)
- 2)Prześwit w ośi przyrządu:1,15 mm
- 3)Średnica kołnierza zewnętrznego: 2 mm
- 4)Wymiary kołnierza wewnętrznego: dł.3 mm,szer.2mm, śr.2mm
- 5)Długość przyrządu:1,6mm
- 6)Rowek na błonę o okrągłym kształcie i promieniu krzywizny 0,45mm
- 7) Produkt pakowany pojedynczo, syerylizowany i dostarczany w stanie jałowym.

**poz.2**

- 1)Materiał:politetrafluoroetylen(PTFE)
- 2)Prześwit w ośi przyrządu:0,9 mm
- 3)Średnica kołnierza wewnętrznego:1,7mm
- 4)Długość przyrządu:1,3mm
- 5)Rowek na błonę o okrągłym kształcie i promieniu krzywizny 0,40mm
- 6)Produkt pakowany pojedynczo, sterylizowany i dostarczany w stanie jałowym.

*(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*



.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.69  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 69 - Zgłębnik do tamowania krwotoków z nosa**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej lewy; prawy.	szt.	200							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.70  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 70 - Zestaw do leczenia zatok**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw do leczenia zatok nosa typ II 0,6L = 80 i 1,2L = 100	szt.	150							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.71  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 71 - Prowadnice**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Prowadnica do rurek intubacyjnych jednorazowego użytku, rozm. 1,9; 2,0; 2,2; 3,0; 4,0; 5,0	szt.	1,000							
2	Prowadnica jednorazowa do wymiany rurek intubacyjnych z kanałem do wentylacji, elastyczna, z wewnętrznym kanałem do podawania tlenu, łączniki 15 mm i luer-lock w komplecie, koniec zagięty, rozm. 5,0 , dł. 830 mm	szt.	40							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.72  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 72 - Elektrody typu Quick Combo**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Elektroda pediatryczna typu Quic Combo RTS do Defibrylatora Lifepak 20, system elektrod do stymulacji/defibrylacji, zapis EKG, przeziernych dla promieniowania radiowego	kpl.	12							
2	Elektroda dla dorosłych typu Quic Combo RTS do Defibrylatora Lifepak 20, system elektrod do stymulacji dorosłych/defibrylacji/, zapis EKG, przeziernych dla promieniowania radiowego	kpl.	220							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.73  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 73 - Kontrolowana zbiórka stolca**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z kłamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym.	szt.	220							
2	Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste .	szt.	200							

słownie brutto: .....  
data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.74  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 74 - Wkłucia bezpieczne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wkłucia bezpieczne wykonane z poliuretanu, linia kontrastująca w RTG, gładka powierzchnia, samozamykający się port boczny, igła kaniuli zaopatrzona w automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu rozm. 17G; 18G; 20G; 22G	szt.	600							

słownie brutto: .....

data:

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

Kaniula bezpieczna do kaniulacji żył obwodowych, z samozamykającym się portem górnym, posiadające minimum 6 pasków widocznych w promieniach RTG, zawierająca przezroczystą komorę ułatwiająca obserwację napływu krwi z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą zwrotny wypływ krwi, kaniule wyposażone w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed przypadkowym zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez posiadanie systemu kapilar. Igła cienkościenna, zapewniająca duży przepływ, o gładkiej powierzchni, ostrze trójplaszczynowe, umożliwiające łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Sterylizowane radiacyjnie, pakowane pojedynczo. Bezpieczne, sztywne opakowania bez dodatku celulozy, nierozrywalne. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Dostarczony produkt musi posiadać min. roczny okres ważności.

Rozmiar kaniul,-śred.zew.mm-długość -przepływ

17G -1,5mm-45mm-133ml/min

18G-1,3mm-45mm-103ml/min

18G -1.3mm-32mm-103ml/min

20 G -1.1mm-32mm-67ml/min

22G- 0,9mm- 25mm -42ml/min

Jakość i nieinwazyjność poliuretanu jako materiału, z którego został wykonany cewnik ma zostać potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi lub laboratoryjnymi (min. 3) potwierdzającymi ograniczenie ryzyka występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji kaniul.

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.75  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 75 - Wzierniki ginekologiczne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku S; M, pakowane pojedynczo.	szt.	4,000							

słownie brutto: .....

data:

**Uwaga:**

opakowanie zbiorcze max. po 100szt.

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.76  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 76 - Łyżki jednorazowe do laryngoskopu typu McGrath**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jednorazowe, sterylne łyżki do laryngoskopu McGrath, typ McIntosh, roz. 2-4, pakowane pojedynczo.	szt.	650							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.77  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 77 - Zestaw do odsysania pola operacyjnego**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw sterylny do odsysania pola operacyjnego – średnica i krzywizna końcówki ssącej jak w zestawie Yancauer długość 155mm z ergonomiczną rączką, dren o długości 210cm z obu końców zabezpieczony przed zginaniem, z uniwersalnym docinaniem łącznikiem do ssaków (8-18mm). Pakowane w aseptyczne opakowania podwójne folia/folia-papier.	szt.	600							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.78  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 78 - Zestaw z cewnikiem wieloświatłowym do żył centralnych**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw z cewnikiem trzyświatłowym wysokościeniowym do żył centralnych z powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą drugiej generacji (chlorcheksydyna, sulfadiazyna srebra) 7F/16 cm; 7F/20 cm	szt.	70							

**Poz. 1**

zestawy sterylne, wyposażone w niezbędne do założenia wkłucia narzędzia (wszystkie elementy zapakowane razem), w tym minimum:

- 1 fartuch, maska, czepek
- 2 serweta na stolik instrumentariuszki
- 3 pełne obłożenie pacjenta 240 x 140 cm, z otworem 10 cm, przylepcem i krytą perforacją
- 4 gąbki preparacyjne 3 szt
- 5 pojemnik
- 6 rurka zintegrowana z filtrem 5 µm
- 7 igła iniekcyjna 22G/3,81 cm
- 8 igła iniekcyjna 25G/2,5 cm
- 9 igła punkcyjna echogeniczna 18G/6,35 cm
- 10 pojemnik na ostre odpady
- 11 osłonka na głowice USG 13 cm x 122 cm
- 12 żel sterylny do USG
- 13 strzykawka LL 5 ml
- 14 strzykawka LS 10 ml
- 15 prowadnica odporna na zaginanie i zagięcia w plastikowej osłonce, jeden koniec prosty, drugi w kształcie litery J, 0,032"
- 16 rozszerzadło tkankowe 10,2 cm
- 17 bezpieczny skalpel, rozm. 11
- 18 cewnik centralny wieloświatłowy
- 19 skrzydełka do zamocowania cewnika ruchome i stałe
- 20 materiały szewne 2,0 wraz z zakrzywioną igłą oraz stalowym imadłem
- 21 bezszwowe mocowanie cewnika
- 22 zaworki bezigłowe
- 23 kranik 4-drożny
- 25 Opatrunek typu Tegaderm 10 cm x 12 cm (x2)
- 25 Gaziki 10 x 10 (x2)
- 26 worek na odpady stanowiące zagrożenie biologiczne
- 27 na opakowaniu jednostkowym etykieta w j. Polskim

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.79  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 79 - Łyżki jednorazowe metalowe do laryngoskopów**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	jednorazowe łyżki metalowe do laryngoskopu, typu MAC, ze światłowodem, rozm. 1 – 5	szt.	7,000							
2	jednorazowe łyżki metalowe do laryngoskopu, typu Miller, ze światłowodem, rozm. 00 – 4	szt.	400							
3	rękojeść do laryngoskopu kompatybilna z jednorazową łyżką metalową z poz. 1 i 2, rozmiar standardowy, chropowaty	szt.	40							
4	jednorazowy laryngoskop z łyżką metalową ze źródłem światła LED oraz z załadowanymi bateriami – gotowy do użycia, typ MAC, rozm. 2 – 4	szt.	10							

**Poz. 1 – 2**

jednorazowa łyżka światłowodowa, w standardzie zielonego zamka, zgodna z ISO – 7376

korpus i podstawa łyżki wykonana ze stopu metali (cynk, aluminium, magnez, miedź) o matowym wykończeniu

niski profil łyżki tożsamy z profilem łyżki wielorazowej

mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą łożysk kulkowych

włókna światłowodu osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, pokryte czarnym płaszczem z PCV, osłonięte dodatkowo tworzywem (PP)

średnica światłowodu na jego końcu 4,7 mm

konstrukcja światłowodu zapewniająca doskonałą transmisję skupionego światła

konstrukcja mocowania łyżki – długi ogonek – zapobiegająca kontaktowi końca dystalnego łyżki z rękojeścią po zakończonej intubacji

rozmiar wyraźnie kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym

na łyżce widoczne oznakowanie typu i rozmiaru

**Poz. 4**

jednorazowy, jednoczęściowy kompletny laryngoskop, gotowy do natychmiastowego użycia, rękojeść wykonana z ABS i Polyamidu z frezami zapewniającymi pewne trzymanie

łyżki metalowe ze stopu stali nierdzewnej o profilu łyżki wielorazowej, z silnym skupionym, niezawodnym źródłem światła LED

koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny

na łyżce widoczne oznakowanie kolorystyczne rozmiaru, typ łyżki

opakowanie jednostkowe foliowe z perforacją celem łatwego / szybkiego wyjęcia

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.80  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 80 - Biopsy Punch**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sztańce do biopsji skórnych, sterylne, typu Biopsy Punch rozm. 3, 4, 5, 6 mm lub równoważne	szt.	1,200							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.81  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 81 - Ostrza do shakera**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ostrza do shakera kompatybilne z konsolą firmy Stryker -typu "aggressive plus" 4.0mm -typu "toccar" 4.0mm	szt.	250							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.82  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 82 - Pojemnik do odsysania ran**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pojemnik do odsysania ran płaski z dodatkową harmonijką ssącą u podstawy pojemnika -redon 200-250ml, sterylne	szt	6,000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.83  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 83 - Igły i rozszerzacze do nefrostomii**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Igły do nefrostomii, dwuczęściowa śr. 18G ; dł. 20mm	szt	450							
2	Rozszerzacze do nefrostomii z rozrywalną koszulką śr. 7F; 8F; 10F; 12F; dł. 18cm	szt	250							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.84  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 84 - Drenaż ran operacyjnych**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dren do drenażu ran operacyjnych Jacksona Pratta	szt.	500							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Dreny typu Jackson Pratt:

wykonane z czystego 100%-owego silikonu,  
długości 100 cm,  
z fenestracją na długości 20 cm,  
dostępne w wersji płaskiej i okrągłej,  
dostępne w wersji z trokarem i bez trokara.



.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.85  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 85 - Prowadniki diagnostyczne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	prowadnik diagnostyczny Seldingera, prosty, giętkie zakończenie o dł. 5cm 0,038"/150cm	szt.	300							
2.	prowadnica Schullera posiada proste i giętkie zakończenie dł. 7cm 0,35"/100cm	szt.	50							
3	prowadnik diagnostyczny Seldingera, zagięty typu J na dł. 5cm 0,38"/80cm	szt.	300							
4	prowadnica Schullera, posiada giętkie zakończenie typu J o dł. 7cm i sztywną część o dł. 30cm	szt.	50							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.86  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 86 - Łyżki jednorazowe metalowe z podwójnym światłem do laryngoskopów**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Metalowa łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku z podwójnym światłem LED/UV, typu MAC, w rozm. od 2; 3; 3+	szt.	200							
2	Metalowa łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku z podwójnym światłem LED/UV, typu Miller, w rozm. 000; 00; 0; 1	szt.	100							
3	Rękojeść do laryngoskopu jednorazowego użytku – wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami z poz. 1 i 2. Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny uchwyt, z wbudowanym źródłem światła, zapewniająca podwójne światło LED/UV, stanowiąca ogniwo zasilające, pakowana pojedynczo, długa	szt.	20							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.87  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 87 - Przedłużacze do tlenu**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dren tlenowy 4 - 4,5m sterylny	szt.	500							
2.	Przedłużacz do tlenu ch 16/1500 mm sterylny	szt.	400							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.88  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 88 - Materiały do badań diagnostycznych**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wymazówka z żelazem transportowym, plastikowa z węglem i bez węgla z wacikiem wiskozowym i podłożem Amies. Klasa IIa, pakowana indywidualnie. Etykieta i instrukcja obsługi na opakowaniu jednostkowym w języku polskim. Probówka transportowa o średnicy minimum 13mm.	szt.	20000							
2	Wymazówka plastikowa w probówce transportowej bez podłoża, kompatybilna z zestawem z poz. 1	szt.	5000							
3	Podłoże transportowe do posiewu moczu typ uromedium, z terminem ważności niekrótszym niż 6 miesięcy	szt.	2000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Wymagania użytkownika**

Należy przedłożyć wraz z ofertą certyfikat CE i dokument potwierdzający zapewnienie przeżywalności bakterii w okresie do 72 godzin (wysyłka wymazówek)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.89  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 89 - Igły typu "motylek"**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Igła motylek do pobierania krwi na posiew z przedłużką(wężykiem) dł.178mm z zaworkiem do zamkniętego systemu pobierania krwi na posiew, sterylna,pojedynczo pakowana o rozmiarze igły 0,6/10-21G i 0,8/10-22G	szat.	2000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.90  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 90 - Pojemniki różne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pojemnik na posiew moczu sterylny, pakowany pojedynczo poj. 20-30ml	szt.	10000							
2	Pojemnik na posiew moczu sterylny, pakowany pojedynczo poj. 100ml	szt.	2000							
3	Pojemnik na kał z łopatką sterylny, pakowany pojedynczo poj. 25ml	szt.	6000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.91  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 91 - Ustny cewnik dotchawiczy do podania leku**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Cewnik ustny do dotchawiczego podania surfaktanu o średnicy 1,7mmi długości 130mm	szt	40							

słownie brutto: .....

data:

.....  
.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.92  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 92 - Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jednorazowy system zamknięty do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego. Zawiera pojemnik na wydzielinę o poj. 10 ml, z kontrolą siły odsysania i lejkiem oraz etykietką. Jałowy, niepirogenny	szt.	2000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.93  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 93 - Trener oddechowy przepływowy Respiflo FS**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Urządzenie do ćwiczenia utrzymania maksymalnych wdechów SMI-sustained maximal inspiration- zapewniający nieskomplikowaną i łatwą w użyciu przepływową spirometrie motywacyjną. Dostarczane czyste klinicznie w indywidualnym opakowaniu.	szt.	400							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.94  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 94 - Zestawy 12-godzinne do wstrzykiwacza Medrad Stellant CT D**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zestaw materiałów zużywalnych wielokrotnego użytku typu „Multi-Patient” do zastosowanie z wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT D o maksymalnie 12-godzinnym okresie użytkowania zawierający: <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 wkłady wielokrotnego napełniania o pojemności 200 ml (12-godzinne)</li><li>• 2 zestawy transferowe z zastawkami antyzwrotnymi i zintegrowanymi spike'ami</li><li>• 1 złącze wielorazowego użytku (12-godzinne)</li></ul>	szt.	1000							
2.	Jednorazowy dren spiralny, tzw. linia pacjenta, o długości minimum 250 cm przy pełnym rozciągnięciu z dwoma zintegrowanymi zastawkami antyzwrotnymi kompatybilny z zestawem „Multi-patient” dla wstrzykiwacza Medrad Stellant	szt.	15000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.95  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 95 - Kanki do odbytu dla dorosłych i dzieci**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kanka do odbytu dla dorosłych ch30x400mm	szt.	50							
2	Kanka do odbytu dla dzieci ch16x200mm	szt.	1500							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.96  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 96 - Worek ogrzewający noworodka**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Sterylny woreczek do owinięcia dziecka natychmiast po urodzeniu, chroniący przed hipotermią. Wykonany z podwójnego polietylenu (warstwa zewnętrzna i wewnętrzna), w pełni przezroczystego, nieszeleszczącego (ISO 10993). Zamykany, z regulowanym, dopasowanym kapturkiem pozwalającym na idealne dopasowanie do głowy dziecka, centralnie otwierany, z hermetycznym zamknięciem. Gwarantujący pełny dostęp do ciała dziecka, umożliwiający łatwe umieszczenie urządzeń monitorujących, cewników dożylnych i pępowinowych. Woreczek wyposażony w dopasowującą się piankę zwiększającą komfort dziecka, pomagającą w utrzymaniu otwartych dróg oddechowych poprzez podniesienie barków, stabilizującą pozycję dziecka. Dostępny w rozmiarach małym (30cm/38cm), średnim (44cm/38cm) i dużym (50cm/38cm).	op	80								
								<b>0.00 zł</b>			

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.97  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 97 - Zestaw do żywienia enteralnego noworodków typu Nutrisafe 2**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bezpieczna sonda do żywienia enteralnego zakończona systemem typu Nutrisafe (nie pozwalającym na połączenie do zakończenia Luer oraz enfit), z PCV pozbawionego DEHP, do stosowania do tygodnia. Dystalna końcówka zamknięta, 2 otwory boczne. Nasadka sondy oznaczona kolorem fioletowym i korek z oznakowaniem kolorystycznym odpowiadającym rozmiarowi. Oznaczniki dł. co 1cm na dł. od 5cm do 35cm. Widoczna w RTG. roz. 6F, dł.40cm. Nie zawiera ftalanów.	szt.	600							
2	Bezpieczna sonda do żywienia enteralnego zakończona systemem typu Nutrisafe (nie pozwalającym na połączenie do zakończenia Luer oraz enfit), z poliuretanu, do stosowania do 3 tygodni. Dystalna końcówka zamknięta, 2 otwory boczne. Nasadka sondy oznaczona kolorem fioletowym i korek z oznakowaniem kolorystycznym odpowiadającym rozmiarowi. Oznaczniki dł. co 1cm na dł. od 5 cm do 35 cm. Widoczna w RTG. Roz 6F, dł.40cm. Nie zawiera ftalanów.	szt.	200							
3	Strzykawka do żywienia enteralnego zakończona systemem typu Nutrisafe (nie pozwalającym na połączenie do zakończenia Luer oraz enfit), fioletowy tłok, pojemność 5ml. Sterylna.	szt.	1000							
4	Strzykawka do żywienia enteralnego zakończona systemem typu Nutrisafe (nie pozwalającym na połączenie do zakończenia Luer oraz enfit), fioletowy tłok, pojemność 10ml. Sterylna.	szt.	2000							
5	Strzykawka do żywienia enteralnego zakończona systemem typu Nutrisafe (nie pozwalającym na połączenie do zakończenia Luer), fioletowy tłok, pojemność 20ml. Sterylna.	szt.	2500							
6	Koreczki w kolorze fioletowym na strzykawkę typu Nutrisafe.	szt.	1000							
7	Nabieraczka zakończona bezpiecznym połączeniem typu Nutrisafe o dł.15cm iśr.2,0x3,3mm Nr kat.817.152 lub równoważny.	szt.	200							
8	Sonda do karmienia żołądkowo-dwunastnicza Nutrisafe 2 wykonana z poliuretanu z zamkniętym końcem i dwoma otworami bocznymi - długość 50cm,średnica 4F. Długoterminowa, czas stosowania do 4 tygodni.	szt.	400							
9	Sonda do karmienia żołądkowo-dwunastnicza Nutrisafe 2 wykonana z poliuretanu z zamkniętym końcem i dwoma otworami bocznymi - długość 50cm,średnica 6F. Długoterminowa, czas stosowania do 4 tygodni.	szt.	400							
10	Sonda do karmienia żołądkowo-dwunastnicza Nutrisafe 2 wykonana z poliuretanu z zamkniętym końcem i dwoma otworami bocznymi - długość 75cm,średnica 4F. Długoterminowa, czas stosowania do 4 tygodni.	szt.	400							

11	Sonda do karmienia żołądkowo-dwunastnicza Nutrisafe 2 wykonana z poliuretanu z zamkniętym końcem i dwoma otworami bocznymi - długość 50cm, średnica 6F. Długoterminowa, czas stosowania do 4 tygodni.	szt.	400							
12	Sonda do karmienia żołądkowo Nutrisafe 2 wykonana z PCV z zamkniętym końcem i dwoma otworami bocznymi - długość 50cm, średnica 4F. Krótkoterminowa, czas stosowania do 5 dni.	szt.	400							
13	Sonda do karmienia żołądkowo Nutrisafe 2 wykonana z PCV z zamkniętym końcem i dwoma otworami bocznymi - długość 50cm, średnica 6F. Krótkoterminowa, czas stosowania do 5 dni.	szt.	400							
14	Sonda do karmienia żołądkowo Nutrisafe 2 wykonana z PCV z zamkniętym końcem i dwoma otworami bocznymi - długość 75cm, średnica 4F. Krótkoterminowa, czas stosowania do 5 dni.	szt.	400							
15	Sonda do karmienia żołądkowo Nutrisafe 2 wykonana z PCV z zamkniętym końcem i dwoma otworami bocznymi - długość 75cm, średnica 6F. Krótkoterminowa, czas stosowania do 5 dni.	szt.	400							
16	Uchwyt na strzykawkę Nutrisafe 2 o pojemności 20 i 60ml, umożliwiający karmienie grawitacyjne.	szt.	300							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.98  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 98 - Elektrody do neuromonitora**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Elektrody podskórne 12mm 4 kanałowe wraz z elektrodą zwrotną i uziemiającą do neuromonitoringu NIM RESPONSE 3	szt.	150							
2	Sonda stymulująca monopolarna jednorazowa do neuromonitoringu NIM RESPONSE 3	szt.	150							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.99  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 99 - Zestawy do punkcji opłucnej i otrzewnej z cewnikiem typu Pig-Tail**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veressa ograniczającej ryzyko omyłkoweo nakłucia płuca (sygnalizacja kolorowym wskaźnikiem), z cewnikiem typu Pig-Tail z poliuretanu, widoczny w RTG, z możliwością utrzymania do 29 dni, rozm. 9 CH i 12 CH, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez regulacji przepływu kranikami), z możliwością przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, , worek do drenażu 2000 mlz kranikiem spustowym.	szt.	60							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



.....  
Nazwa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 100 - Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rurka dooskrzelowa dwuświatłowa Prawa lub lewa (silikonowane PVC, bez zawartości ftalanów) bez haczyka, jednorazowa, sterylna, z dwoma mankietami niskociśnieniowymi (tchawicznym i oskrzelowym), balonik kontrolny oskrzelowy powinien być oznaczony innym kolorem niż mankiet tchawiczny – ułatwiający identyfikację mankieta, znacznik RTG na całej długości, oraz dodatkowe znaczniki rtg pod mankietem oskrzelowym i pod mankietem tchawicznym w celu ustalenia położenia mankietów, pakiet akcesoriów z łącznikami, prowadnicą, cewnikami do odsysania o długości umożliwiającej odsysanie z rurki dooskrzelowej, złączką w kształcie litery "Y", zaciski na obydwu ramionach do prowadzenia wentylacji rozdzielnoskrzelowej, 32,35 ,37,39, 41 F	szt.	15							
2	Rurka intubacyjna zbrojona silikonowana, wyposażona w prowadnicę do ukształtowania w środku wykonaną z mosiądzu pokrytego tworzywem medycznym, bez zawartości ftalanów; rozmiary 3,0-10,0 mm co 0,5 mm t. Dwa znaczniki głębokości ułatwiające prawidłowe pozycjonowanie rurki, łącznik 15 mm, oznaczenie rozmiaru na łączniku i balonie kontrolnym w celu łatwej identyfikacji, balon uszczelniający w kształcie walca. Opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; rozm. Od 3,0 do 10,0 co 0,5 mm	szt.	800							
3	Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem, wygięta anatomicznie, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, bez ftalanów, bez lateksu, oraz ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Rurka dostępna w opcji z mankietem niskociśnieniowym lub bez. Skrzydełka szyldu, miękkie, gładki i przezroczyste. W zestawie prowadnica do rurki oraz 2 tasiemki mocujące. Rozmiary 7,0 mm, dł. 100mm; 8,0mm, dł-116mm; 9,0mm dł. 122mm; 10mm dł. 128mm . Rurka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności.	szt.	50							
4	Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem, wygięta anatomicznie, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, bez ftalanów, bez lateksu, oraz ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Rurka dostępna w opcji z mankietem niskociśnieniowym lub bez. Skrzydełka szyldu, miękkie, gładki i przezroczyste. W zestawie prowadnica do rurki oraz 2 tasiemki mocujące. Rozmiary 7,0 mm, dł. 100mm; 8,0mm, dł-116mm; 9,0mm dł. 122mm; 10mm dł. 128mm . Rurka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności.	szt.	10							

słownie brutto: .....

data:

(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.101  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 101 - Cewniki do diagnostycznego płukania oskrzelowo-pęcherzykowego**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Podwójny cewnik do diagnostycznego płukania oskrzelowo - pęcherzykowego (pobieranie próbek do diagnostyki zapalenia płuc), dystalna końcówka zewnętrznego cewnika zamknięta zatyczką polietylenowo-glikolową, średnica cewnika wewnętrznego 1,0 x 1,7 mm, długość 65 cm, cewnik zewnętrzny kontrastujący w RTG, średnica 2,0 x 2,7 mm, długość 60 cm	szt.	100							
2	Podwójny cewnik do diagnostycznego płukania oskrzelowo - pęcherzykowego (pobieranie próbek do diagnostyki zapalenia płuc), dystalna końcówka zewnętrznego cewnika zamknięta zatyczką polietylenowo-glikolową, średnica cewnika wewnętrznego 0,9 x 1,3 mm, długość 95 cm, cewnik zewnętrzny kontrastujący w RTG, średnica 1,4 x 1,9 mm, długość 90 cm	szt.	300							

słownie brutto: .....

data: .....

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.102  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 102 - Zestaw do dializy otrzewnej**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pediatryczny zestaw do dializy otrzewnej, kateter 8,5 Fr / 8 cm.	szt.	4							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 103 - Przetwornik pojedynczy do krwawego pomiaru RR**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przetwornik do krwawego ciśnienia, pojedynczy, zawierający podwójny system przepłukiwania IntroFlo(3ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchomiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającej wysoką częstotliwość własną >49Hz-zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych elementów (typu róża). Linie ciśnieniowe grubościennne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Długość linii 152cm(122+30cm).Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia, tacka wyprofilowana z tworzywa sztucznego, zamykana papierem laminowanym.Otwarcie tacki nie powoduje przemieszczania elementów na niej ulokowanych; linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii, łatwość wypełnienia linii. Średnice wszystkich elementów linii i kraników mają idealnie dobrane średnice co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminuje wszystkich pecherzyków powietrza.Jednorazowy, sterylne, pakowany pojedynczo, kompatybilny z posiadanymi przez oddział kablami firmy ICU	szt.	60							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 104 - Elektrody do kardiostymulacji**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Elektroda jednorazowego użytku do kardiostymulacji przezprzełykowej diagnostycznej i terapeutycznej - ETE5C(punktowa, kierunkowa z biegunami węglowymi) elektroda 5 biegunowa, przekrój 5x7mm, wersja podstawowa	szt.	10							
2	Elektroda jednorazowego użytku do kardiostymulacji przezprzełykowej diagnostycznej i terapeutycznej z rejestracją sygnału kardiografii impedancyjnej ICG- - ETE9C(punktowa, kierunkowa z biegunami węglowymi) elektroda 9 biegunowa, przekrój 5x7mm, elektroda preferowana dla kardiografii pediatrycznej, rejestracja ICG metodą przezprzełykową.	szt.	10							
3	Elektroda jednorazowego użytku do kardiostymulacji przezprzełykowej diagnostycznej i terapeutycznej - ETE5C(punktowa, kierunkowa z biegunami węglowymi) elektroda 5 biegunowa, przekrój 5x7mm, dla małych dzieci	szt.	10							
4	Elektroda jednorazowego użytku do kardiostymulacji przezprzełykowej diagnostycznej i terapeutycznej - ETE5C(punktowa, kierunkowa z biegunami węglowymi) elektroda biegunowa, przekrój 5x7mm, dla małych dzieci	szt.	10							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.105  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 105 - Zestaw CPAP**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urządzenie wspomagające oddech pacenta w systemie otwartym, z podłączonym przedłużaczem 2,5x4,0mm o dł.200cm. Umożliwiające porozumienie się z pacjentem oraz zachowanie oddechu spontanicznego. Posiadający dwa porty: przezroczysty umożliwiający kontrolowanie ciśnienia za pomocą manometru, monitorowania CO2, podawania tlenu, oraz zielony do podawania gazów. Wytwarzanie ciśnienia poprzez podawanie gazów przechodzących mprzez mikrokapilary podwyższające prędkość i wytwarzające wstrząsy, wirtualna zastawka PEEP w zakresie 5-20cm H2O, pozbawiona bezwładności. Stosowany przy ostrym obrzeku płuc, dający możliwość przeprowadzenia bronchoskopii przy ostrej hipoksemii, zapobiegające pooperacyjnej nieodmie, poprawiający PaO2 bez potrzeby intubacji.	szt.	200							
2	Jednorazowa, szczelna maska z nadmuchiwanym kołnierzem, nasączona zapachem wanilli. Posiadająca zawór regulujący, kolorowe oznaczenia kodów na pierścieniu do mocowania silikonowej uprząży. Bez zawartości ftalanów oraz lateksu. Rozmiary masek : mały-4, średni-5, duży-6.	szt.	200							
3	Regulator FIO2, zaprojektowany pod odpowiednim kątem niwelującym bezpośredni przepływ tlenu przez oczy pacjenta. Pozwalający na zmianę FIO2 w sytuacjach awaryjnych (30%, 50%, 100%)	szt.	200							
4	Silikonowa uprząż do mocowania maski.	szt.	200							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Wymagania użytkownika:**

Akcesoria kompatybilne z urządzeniem CPAP Boussinac typu VYGON

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 106 - Wkłucia pediatryczne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 3Fr(śr.zew.1,05mm) i długości 6, 8, 10, 12,5, 15 cm (do wyboru przez zamawiającego). Kanały 2x 22G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, wysoce echogeniczna igła do nakłucia 22G, przewadnik prosty z Nitinolu o dł 50cm, kaniula 24G, 2 dylatory o dł.30 mm i 50 mm, dodatkowe skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml.	szt.	25							
2	Pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 4,5Fr (śr.zew.1,5mm) i długości 6, 8 ,12,5 i 20 cm ( do wyboru przez zamawiającego). Kanały 2x 20G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, wysoce echogeniczna igła do nakłucia 21G, przewadnik J z Nitinolu , kaniula 22G, 2 dylatory o dł.38mm i 62 mm, skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml.	szt.	25							
3	Pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 5,5Fr i ( śr. zew.1,8mm) długości 8, 12,5, 15 i 20 cm ( do wyboru przez zamawiającego). Kanały 2x 17G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, wysoce echogeniczna igła do nakłucia 21G, przewadnik J z Nitinolu, kaniula 22G, 2 dylatory o dł.38mm i 62 mm, skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml.	szt.	25							
4	Pediatryczny antybakteryjny, dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego Rifampicyną i Mikonazolem, widoczny w Rtg, o rozmiarze 4,5Fr (śr.zew.1,5mm) i długości 6, 8 ,12,5 ( do wyboru przez Zamawiającego). Kanały 2x 20G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, wysoce echogeniczna igła do nakłucia 21G, przewadnik J z Nitinolu , kaniula 22G, 2 dylatory o dł.38mm i 62 mm, skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml.	szt.	25							

5	<p>Pediatryczny antybakteryjny, trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego Rifampicyną i Mikonazolem, widoczny w Rtg, o rozmiarze 4,5Fr (śr.zew.1,5mm) i długości 6, 8 ,12,5 ( do wyboru przez Zamawiającego). Kanały 2x 20G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, wysoce echogeniczna igła do nakłucia 21G, prowadnik J z Nitinolu , kaniula 22G, 2 dylatory o dł.38mm i 62 mm, skrzydełka do mocowania, 3 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml.</p>	szt.	35							
---	--	------	----	--	--	--	--	--	--	--

słownie brutto: .....

data:

.....  
*(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*



.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.107  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 107 - Elementy wymienne do aparatu Neurosign 100**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Elektrody laryngologiczne, krtaniowe, przeznaczone do monitorowania nerwów krtaniowych i nerwu X. Chirurgicznie nieinwazyjne z możliwością podłączenia, umieszczenia na rurce intubacyjnej. Jednorazowe, sterylne. W zestawie kable do elektrod.	szt.	40							
2	Próbnik bipolarny do monitorowania nerwów twarzowych. Długość od końcówki do uchwytu 100mm. Jednorazowy, sterylne.	szt.	40							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Wymagania użytkownika:**

Akcesoria kompatybilne z aparatem Neurosign 100

.....  
Nazwa Wykonawcy

Szp/Fz-43/2019

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## Pakiet 108 - Elementy wymienne do systemu iniekcji środka kontrastowego CTExpres 4D

L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	ilość zamawiana	cena jed. netto	wartość netto	% VAT	cena jed. brutto	wartość brutto	producent
1	2			5	6	7	8	9	
1.	nakłuwacz do butelki - pasujący do wszystkich typów butelek środka kontrastującego, o każdej objętości od 50 ml do 500 ml (nr katalogowy* 640058 lub równoważny)	szt.	2,400						
2.	zestaw dzienny - obniżający czas obsługi (nr katalogowy* 640060 lub równoważny)	szt.	1200						
3.	zestaw wielu pacjentów - zapewniający bezpieczeństwo pacjenta typu plug and play (nr katalogowy* 640061 lub równoważny)	szt.	1000						
4.	linia pacjenta - element j.u. zapewniający bezpieczne połączenie systemu z kontaktem żylnym pacjenta, zaopatrzony w dwie jednokierunkowe zastawki (nr katalogowy* 640063 lub równoważny)	szt.	6,000						

wartość brutto słownie:

**Uwaga:** zaoferowane elementy równoważne powinny być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem iniekcji CTExpres 4D

\* Katalog Swiss Medical Care/ Bracco Injengineering

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY****Pakiet 109 - Zestaw do terapii ozonem**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
1	Jednorazowy zestaw do ozonowania płynów infuzyjnych IS 05, sterylny, pakowany pojedynczo.	szt.	50							
2	Filtr antybakteryjny 0,45um, sterylny. Pakowany pojedynczo, kompatybilny z aparatem do terapii ozonem.	szt.	100							
3	Linia do ostrzykiwania ozonem OS-1, sterylny, pakowany pojedynczo.	szt.	50							
4	Butelka do ozonowania krwi z kompletem linii - butelka próżniowa o pojemności 250ml, zawierająca 12ml cytrynianu sodu, zestaw transfuzyjny, igła motylek do perfuzji 1,1, rurka do perfuzji ozonu germstop z filtrem antybakteryjnym i zaciskiem rolkowym, strzykawka jednorazowa OZ 55, pojemność 50ml, plasty mocujące pojedynczo.	szt.	50							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.110  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 110 - Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw do punkcji jam ciała; 1) kateter typ Pigtail lub prosty dł.26cm 2) igła dwuczęściowa 3) opaska zaciskowa 4) kołnierz	szt.	40							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.111  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 111 - Cewniki specjalistyczne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cewnik 3-drożny Hematurie, 100% silikon, stosowany przy krwawieniach. balon poj. 30ml, długość cewnika 42cm, końcówki dufour, zatyczka cewnikowa w zestawie. Rozmiary: 18,20,22,24.	szt.	300							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.112  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 112 - Worek kolostomijny**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Worek kolostomijny, sterylny, jednorazowy, 1-częściowy z okienkiem, przezroczysty 100mm, z możliwością przycięcia wielkości otworu do średnicy stomii 10-100mm, worek wraz z wylotem umożliwiającym połączenie worka z drenażem	szt.	300							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY****Pakiet 113 - Mostek stomijny**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mostek chirurgiczny stomijny, jednorazowy, sterylny długość 65mm i 90mm	szt.	70							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.114  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 114 - Torba izolacyjna**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Torba izolacyjna na narządy, sterylna, jednorazowa, o wymiarach 50x50cm, bezlateksowa, wytrzymała, z tasiemkami umożliwiającymi zamknięcie torby	szt.	250							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.115  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 115 - Elektroda z końcówką haczykową" L"**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Elektroda jednorazowego użytku, pełna, jałowa, laparoskopowa, haczykowa, drucziana "L" o długości całkowitej 36cm, pasująca do kaniul 5mm	szt.	20							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.116  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 116 - Dreny Redona, Kehra, Pezzera, zgłębniki żołądkowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dren Kehra. Dren do drenażu dróg żółciowych. W skład zestawu wchodzi dren T-Kehr zakończony łącznikiem large lock oraz worek zbiorczy o pojemności 800ml. Dren wykonany ze 100% silikonu, Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, długość ramion 18x45cm, rozmiary: CH08-CH24, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia	szt.	50							
2	Dren Redona wykonany z poliuretanu, termoplastyczny, nie zawiera PCV i ftalanów, z białą linią RTG na całej długości drenu, perforacja naprzemianległa na odcinku 15cm, trzystopniowy czytnik głębokości - co 1 cm- w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne foliowe, zewnętrzne folia-papier. Długość 700mm, rozmiary: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	szt.	6000							
3	Cewnik Pezzera : • wykonane z miękkiego i elastycznego lateksu • atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika • wyposażone w trzy boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach • sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu • opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/foli	szt.	20							
4	Zgłębnik żołądkowy Ch32-CH36 dostępne dł.800mm, 1250mm,1500mm, sterylne	szt.	150							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.117  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 117 - Marker skórny, magnetyczny licznik igieł**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Marker skórny, jednorazowego użytku, sterylny ,nietoksyczny, nie rozmazujący się, nie podrażniający tusz fioletowy na bazie gencjany,wyskalowana nasadka z podziałką do pomiarów w polu operacyjnym, końcówka zwykła	szt.	150							
2	Magnetyczne liczniki igieł posiadające blokady zamknięcia pozwalające na bezpieczne zamknięcie i utylizację przy możliwości ponownego otwarcia celem przeliczenia; zdejmowanie ostrzy oraz podwójny czarny magnes, ilość igieł 30/30 opakowanie; połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach; odporne na przebicie, zamykane ze wszystkich stron	szt.	8,000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.118  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 118 - Shunt naczyniowy prosty**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Shunt szyjny prosty z pętlą, długość 14,5cm w rozmiarach śr 8F- 14F, miękki i elastyczny, atraumatyczne końcówki, wykonany z poliuretanu, skala długości na obu końcach podana w centymetrach	szt.	200							

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.119  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 119 - Shunt naczyniowy z balonem**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Shunt szyjny z balonem, posiadający port służący do przepłukiwania oraz kontroli drożności, przepływu i ciśnienia krwi. Balony wykonane z lateksu o maksymalnej średnicy 8mm do tętnicy szyjnej wewnętrznej i 14 mm do tętnicy szyjnej wspólnej, elastycznej odporne na skręcanie, poszczególne elementy shuntu oznaczone kolorami w celu łatwej ich identyfikacji, shunt pozwalający zachować wysoki przepływ krwi, długość 31cm	szt.	40							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.120  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 120 - Igła kulkowa**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Igła zakończona kulką, sterylna , jednorazowa, średnica 18G, długości 81mm, z nasadką umożliwiającą wygodne połączenie ze strzykawką.	szt.	3,000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.121  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 121 - igła biopsyjna do tkanek miękkich półautomatyczna**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Igły do biopsji tkanek miękkich półautomatyczne z zamkniętym uchwytem na 2 palce. Igła ze znacznikami głębokości wkłucia na kaniuli zewnętrznej co 1cm, koniec kaniuli zmatowiony dla lepszej widoczności w USG, głębokość penetracji 22mm i 15mm (do wyboru podczas naciągania sprężyny), ruchomy stabilizator wkłucia na kaniuli zewnętrznej, wymagane średnice igły: 14 i 16G, długość igły do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia: 15cm, 16cm, 20cm	szt.	160							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.122  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 122 - Zestaw do bezpiecznej morcelacji**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw składający się z worka laparoskopowego, osłony na optykę laparoskopową 10mm oraz trokaru laparoskopowego 12mm. Worek z dwoma portami dostępowymi umożliwiający bezpieczną morcelację organów pod kontrolą wzroku; umożliwiający insuflację oraz zabezpieczający przed możliwością kontaminacji pola operacyjnego. Osłona na optykę laparoskopową zabezpieczająca przed kontaminacją w procesie morcelacji. Trokar 12mm ułatwiający wprowadzenie worka. Wszystkie trzy elementy zestawu jednorazowe, dostarczane sterylne.	szt.	60							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



.....  
Nazwa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet 123 - Zamknięty system do odsysania z portem do bronchoskopii**

Lp.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH10/12/14/16, długość 59 cm; CH14/16 długość 65 cm oraz rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 39 cm; Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 168 godz. (potwierdzona dokumentem od producenta). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zintegrowany/zbudowany port do bronchoskopii o kącie 45/135 stopni; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zgubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania, okrągła, wstępna zastawka poniżej otworu do przepłukiwania; przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu; system stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne, wolne od DEHP. Cewnik: stosowany do 168h, bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów	szt.	100							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.124  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 124 - Odciąg chirurgiczny do bardzo niskich zespołń odbytniczych**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jednorazowe, sterylne elastyczne haki chirurgiczne 5mm , ostre/nieostrzone do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia, kompatybilne z wielorazową samostabilizującą się ramą chirurgiczną Lone Star Retractor System.	szt.	100							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.125  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 125 - Zestaw do przyłączenia strzykawki typu luer lock**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jednorazowego użytku zestaw infuzyjny do przyłączenia strzykawki typu luer lock do stosowania z pompą infuzyjną Mridium 3860+	szt.	300							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 126 - Czujniki do ciągłego pomiaru rzutu serca

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p><b>Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej musi zawierać:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz ciągłego pomiaru ciśnienia krwi, linia płuczająca o długości min 150 cm (+/- 5 cm), linia pacjenta o długości min. 210 cm</li> <li>• częstotliwość własna czujnika <math>\geq 200</math> Hz</li> <li>• szybkość przepływu w urządzeniu płuczającym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę</li> <li>• wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego i ciśnienia OCŻ na monitorze przyłóżkowym</li> <li>• połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe</li> <li>• rozpoczęcie pomiaru termodylucji generowane wzrostem ciśnienia</li> <li>• kranik trójdrożny z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczającymi przed cofaniem się płynów w trakcie kalibracji, z portem do pomiaru temperatury</li> <li>• poliuretanowe wkłucie centralne 5F, dł. 20 cm (lub 4F, dł. 16 cm) z czujnikiem do pomiaru temperatury</li> <li>• przetwornik do pomiaru ciśnienia OCŻ, o częstotliwości własnej czujnika <math>\geq 200</math> Hz, z dodatkowym portem na lini płuczającej, umożliwiającym podłączenie czujnika do pomiaru rzutu serca do jednego zestawu IV, linia pacjenta o długości min 150 cm, z dwoma kranikami trójdrożnymi i wbudowanym portem do testowania działania przetwornika</li> </ul>	szt.	50							
2	<p><b>Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna składający się z:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czujnika o częstotliwości własnej <math>\geq 200</math> Hz z systemem płuczającym w postaci wielokierunkowego wypustka,</li> <li>• lini płuczającej min 150 cm (+/- 5 cm),</li> <li>• lini tętniczej min 210 cm, z dwoma kranikami</li> <li>• szybkość przepływu w urządzeniu płuczającym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę</li> <li>• brak konieczności kalibracji czujnika</li> <li>• dwóch kraników trójdrożnych</li> <li>• dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku</li> <li>• połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe</li> <li>• wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym</li> <li>• prostolinijny przepływ przez czujnik</li> </ul>	szt.	50							

data:

*(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.127  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 127 - Bezpieczna kaniula do nakłucia przetoki**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bezpieczna kaniula do nakłuwania przetoki z membranową zastawką zwrotną, składającą się z ostrej igły z mechanizmem bezpiecznym zapobiegającym zakłuciu, plastikowej kaniuli wraz z tubusem o końcówce luer lock z wewnętrzną zastawką zwrotną. Rozmiary: 15G/38mm, 15G/30mm, 16G/38mm, 16G/30mm, 17G/38mm, 17G/30mm	szt.	200							

słownie brutto: .....

data:

Bezpieczna kaniula do nakłuwania przetoki z membranową zastawką zwrotną, składającą się z ostrej igły z mechanizmem bezpiecznym zapobiegającym zakłuciu

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.128  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 128 - Zestaw do ratunkowej konikotomii**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zesaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Verssa, z rurką 6,0mm z mankietem, w zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu Termovent T oraz szew chirurgiczny z igłą	szt.	8							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.129  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 129 - Test ureazowy**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Test urazowy do wykrywania Helicobacter pylori HELICO AQUA-TEST	szt.	1,000							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



.....  
Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1.130  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/Fz-43/2019

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 130 - Urządzenie nadkrtaniowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Maska nadkrtaniowa i-Gel w rozmiarach 3, 4, 5	szt	30							

słownie brutto: .....

data:

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**WZÓR UMOWY**

W dniu ..... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

..... –  
prowadzącą działalność na podstawie..... NIP ....., REGON .....

reprezentowanym przez:

.....  
zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

**PRZEDMIOT UMOWY**

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy **Szp/FZ–43/2019**) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego *wyroby medyczne jednorazowego użytku* określone w *pakiecie nr .....* w asortymencie, ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy.

§ 2

**TERMIN DOSTAWY**

1. Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia .....r. do dnia .....r.
2. Ilość i asortyment każdej partii towaru oraz termin określać będzie każdorazowo zamówienie Zamawiającego przekazane Wykonawcy faxem lub drogą elektroniczną.

§ 3

**ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY**

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy liczoną od daty dostawy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy wraz z fakturą w terminie **3 dni roboczych** od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia faxem lub drogą elektroniczną.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych oznakowanych wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca ponosi koszty dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu oraz koszty jego ubezpieczenia podczas transportu.
5. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu fakturę zgodnie z formatem schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną, stanowiącej **Załącznik nr 2** do umowy lub w innym formacie uzgodnionym z Działem Informatyki Zamawiającego (tel.71/ 32 – 70 – 407 lub p. Henrykiem Galantem tel. 664 762 297). Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy wdroży uzgodniony schemat faktury przesyłanej drogą elektroniczną.

§ 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za towar zgodnie z ofertą przetargową.
2. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy do kwoty:

..... zł netto  
(słownie: .....)

..... zł brutto  
(słownie: .....)

w tym:

pakiet nr ....

.....zł netto  
(słownie: .....)

.....zł brutto  
(słownie: .....)

2. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.
3. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu umowy niż określona w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Podstawą wystawienia faktury za przedmiot umowy dostarczony do siedziby Zamawiającego będzie odbiór towaru.
5. Wszystkie pozycje wymienione na fakturze muszą zawierać informacje dotyczące numeru partii/serii oraz terminu ważności.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [.....] prowadzone przez [.....].
7. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018. poz. 2191).
8. Zamawiający używa platformy elektronicznego fakturowania prowadzonej przez brokera Infinite. Faktury powinny być wystawiane na numer **PEPPOL GLN 5907713301316**.
9. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 12 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4) umowy.
10. Podane przez Wykonawcę ceny zawierają w szczególności: wartość towaru, podatek VAT, koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszty rozładunku oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca dostarczać będzie towar wraz z fakturą na swój koszt i ryzyko do Magazynu Apteki Szpitalnej w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.00.

2. Dostawa towaru przez Wykonawcę bez potwierdzenia jego zamówienia przez Zamawiającego jest dokonywana na własne ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty należności.
3. Dostarczony towar będzie zaopatrzony w informacje oraz oznaczenia w języku polskim zgodnie z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych.

#### § 7

#### ODBIÓR TOWARU

1. Odbiór towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu dostarczenia towaru przez Wykonawcę.
2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad polegających na rozbieżności między ilością lub jakością określoną w formularzu asortymentowo – cenowym a ilością lub jakością dostarczonego asortymentu, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia wady.
3. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym asortymencie, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązuje się do jego zbadania i w przypadku potwierdzenia rozbieżności, do uzupełnienia lub wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o wadach.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonego przedmiotu umowy w okresie trwania umowy lub w terminie ważności dostarczonego przedmiotu umowy.
5. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą jakości dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania jej od Zamawiającego.
6. W przypadku nieuznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić uzasadnienie na piśmie.

#### § 8

#### OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Do koordynowania i dokonywania zamówień dostaw, reklamacji oraz bieżących kontaktów strony wyznaczają:

- 1) ze strony Zamawiającego – ..... tel.: .....; e-mail: .....
- 2) ze strony Wykonawcy – ..... tel.: .....; e-mail:.....

#### § 9

#### KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - 1) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy towaru określonego w pakiecie – w wysokości 1% wartości brutto dostarczonego towaru określonego w pakiecie za każdy dzień opóźnienia,
  - 2) z tytułu opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru - w wysokości 1% wartości brutto partii reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia;
  - 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy .
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

#### § 10

#### PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie\*) lub przy pomocy podwykonawców\*):  
.....w zakresie .....

\*) *niepotrzebne skreślić*

§ 11  
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym w przypadku:
  - 1) 3 - krotnej zwłoki w dostawie zamówionego towaru w okresie trwania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznej dostawy przedmiotu umowy,
  - 2) 3 – krotnego dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy niezgodnego z ofertą przetargową w okresie trwania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dostawy towaru zgodnego z ofertą,
  - 3) 3 – krotnego nie usunięcia wad jakościowych towaru w okresie trwania umowy w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 5 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego ich usunięcia.
4. W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 12  
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
  - 1) zmiany stawki podatku VAT,
  - 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy ,
  - 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu w wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,
  - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r o pracowniczych planach kapitałowych,- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
  - 5) zmiany parametrów asortymentu określonego w danym pakiecie, w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach techniczno - użytkowych i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej,
  - 6) zmiany numeru katalogowego lub nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
  - 7) zmiany organizacyjnej Wykonawcy,
  - 8) nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku braku pacjentów dla których zamówiony został produkt, Zamawiający może przedłużyć umowę na okres do 6 miesięcy.
2. Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem dotyczącym zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) niniejszego paragrafu w terminie nie 30 dni od dnia obowiązywania tych przepisów.
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowej stawki podatku VAT.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

### § 13

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 8 umowy który wymaga zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
4. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

#### Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – format schematu faktury

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

**WZÓR**  
**FORMATU SCHEMATU FAKTURY PRZESYŁANEJ DROGĄ ELEKTRONICZNA**

Pliki z fakturą mogą być dostarczane w dwóch formatach:

**KAMSOFT-TEKST:**

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Nazwa pliku musi posiadać rozszerzenie KTO. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linią definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Plik składa się z dwóch sekcji:

- Nagłówka, który zawiera następujące pola:
  - IdentDostawcy (unikalny identyfikator dostawcy),
  - DataWystawienia (data wystawienia faktury w formacie RR.MM.DD),
  - DataSprzedazy – (data sprzedaży w formacie RR.MM.DD),
  - TerminPlatnosci – (Data płatności faktury w formacie RR.MM.DD),
  - StandardPL – (standard polskich znaków
    - 1-Mazowia,
    - 2-Latin,
    - 3-ISO,
    - 4-Windows CP1250),
  - SymbolDokumentu (numer faktury).
- Pozycji, która zawiera przynajmniej:
  - KSBLOZ - (identyfikator leku kod BLOZ-12lub inny),
  - NazwaTowaru – (nazwa produktu (nazwa postać, dawka, ilość w opakowaniu),
  - CenaTransBU – (cena brutto),
  - CenaTrans – (cena transakcji),
  - Ilosc – (dostarczona ilość),
  - VAT – (stawka VAT bez znaku procent),
  - CenaDetal – (sugerowana cena detaliczna),
  - DataWaznosci – (data ważności w formacie RR.MM.DD),
  - Seria – (nazwa serii),

- SymbolSWW – (symbol PKWiU),
- BCenaTransBU – (cenę brutto bez upustu),
- BCenaTrans – (Cenę transakcji bez upusu),
- RCeny – (wyróżnik ceny transakcji (B-brutto, N-netto)),
- KodKreskowy – (Kod EAN13 – opcjonalnie).

## **DATA-FARM:**

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Nazwa pliku musi posiadać rozszerzenie FAK. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linia definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Liczby zapisywane są w standardzie ANSI, tzn. z kropką dziesiętną (nie przecinkiem) i bez znaków rozdzielających grupy trzech cyfr. Data zapisywana jest w formacie zgodnym z polską normą tzn. cztery cyfry roku w kolejności: rok, miesiąc i dzień, np.: 1993.08.25

Plik składa się z dwóch sekcji:

- Nagłówka, który zawiera następujące pola:
  - KodHurtowni - symbol hurtowni w komputerze odbiorcy (nr koncesji),
  - KodApteki - symbol apteki w komputerze dostawcy,
  - SymbolFaktury - numer wystawionej faktury,
  - DataFaktury - data wystawienia faktury,
  - DataRealizacji - data wykonania zamówienia,
  - TerminPlatnosci - ilość dni na zapłacenie faktury,
  - Standard - standard polskich liter w dokumencie.
- Pozycji, która zawiera przynajmniej:
  - IndeksLeku - identyfikator leku w hurtowni,
  - IloscSprzedana - ilość na fakturze,
  - CenaHurtowa – cena hurtowa,
  - CenaZbytu – cena sprzedaży,
  - NazwaLeku – pełna nazwa leku u dostawcy,
  - JM – jednostka miary,
  - Vat – procentowa wartość podatku VAT,
  - KwotaVat – kwota podatku VAT,
  - Seria – nazwa serii ,
  - DataWaznosci – data ważności.

Szczegóły dotyczące opisanych formatów można znaleźć na stronach <http://www.ks-ewd.pl> oraz <http://www.datum.pl/>



**STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA**

**Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego**

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz. U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym):

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego	Odpowiedź:
Nazwa:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
<i>Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?</i>	Odpowiedź: przetarg nieograniczony
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia	DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy)	Szp/FZ – 43/2019

**Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca**

**Część II: Informacje dotyczące wykonawcy**

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[ ]

Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[ ] [ ]
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....] [.....] [.....] [.....]
<b>Informacje ogólne:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<b><u>Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone:</u></b> czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? <b>Jeżeli tak,</b> jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  [...]  [.....]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy
<b>Jeżeli tak:</b> <b>Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</b> a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie:	a) [.....]  b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....].[.....].[.....].[.....] c) [.....]

<p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? <b>Jeżeli nie:</b> <b>Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.</b> <b>WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</b></p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p><b>Rodzaj uczestnictwa:</b></p>	<p><b>Odpowiedź:</b></p>
<p>Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.</p>	
<p><b>Jeżeli tak:</b></p> <p>a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):</p> <p>b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:</p> <p>c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p> <p>c): [.....]</p>
<p><b>Części</b></p>	<p><b>Odpowiedź:</b></p>
<p>W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.</p>	<p>[ ]</p>

**B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY**

<p><i>W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:</i></p>	
<p><b>Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:</b></p>	<p><b>Odpowiedź:</b></p>
<p>Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:</p>	<p>[.....], [.....]</p>

Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

**C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW**

<b>Zależność od innych podmiotów:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

**D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA**

**(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)**

<b>Podwykonawstwo:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli <b>tak i o ile jest to wiadome</b> , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

**Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.**

**Część III: Podstawy wykluczenia**

**A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO**

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: udział w <b>organizacji przestępczej;</b> <b>korupcja;</b> <b>nadużycie finansowe;</b> <b>przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną</b> <b>pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu</b> <b>praca dzieci i inne formy handlu ludźmi</b>	
<b>Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów</b>	<b>Odpowiedź:</b>

<b>krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:</b>	
Czy w stosunku do <b>samego wykonawcy</b> bądź <b>jakiegokolwiek</b> osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, <b>wydany został prawomocny wyrok</b> z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]
<b>Jeżeli tak</b> , proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; <b>c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:</b>	a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [.....] c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<b>Jeżeli tak</b> , proszę opisać przedsięwzięte środki	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

<b>Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:</b>	<b>Odpowiedź:</b>	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich <b>obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne</b> , zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
<b>Jeżeli nie</b> , proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to	<b>Podatki</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>

<p>dotyczy;</p> <p>b) jakiej kwoty to dotyczy?</p> <p>c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:</p> <p>1) w trybie <b>decyzji</b> sądowej lub administracyjnej:</p> <p>Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proszę podać datę wyroku lub decyzji.</li> <li>- W przypadku wyroku, <b>o ile została w nim bezpośrednio określona</b>, długość okresu wykluczenia:</li> </ul> <p>2) w <b>inny sposób</b>? Proszę sprecyzować, w jaki:</p> <p>d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>- [.....]</p> <p>- [.....]</p> <p>c2) [ ...]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <b>Jeżeli tak</b>, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie - <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie - [.....] - [.....]</p> <p>c2) [ ...]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <b>Jeżeli tak</b>, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]</p>
<p>Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>	

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI

**Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.**

<p><b>Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych</b></p>	<p><b>Odpowiedź:</b></p>
<p>Czy wykonawca, <b>wedle własnej wiedzy</b>, naruszył <b>swoje obowiązki</b> w dziedzinie <b>prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy</b>?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) <b>zbankrutował</b>; lub b) <b>prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe</b> lub likwidacyjne; lub</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

<p>c) zawarł <b>układ z wierzycielami</b>; lub  d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub  e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub  f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?  <b>Jeżeli tak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Proszę podać szczegółowe informacje:</li> <li>– Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej.</li> </ul> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– [.....]</li> <li>– [.....]</li> </ul> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):  [.....][.....][.....]</p>
<p><del>Czy wykonawca jest winien <b>poważnego wykroczenia zawodowego</b>?</del>  <del>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</del></p>	<p><del><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</del></p> <p><del>[.....]</del></p> <p><del><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca <b>przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia</b>? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</del>  <del><b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać <b>przedsięwzięte środki</b>:</del>  <del>[.....]</del></p>
<p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami <b>porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji</b>?</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca <b>przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia</b>? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  <b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać <b>przedsięwzięte środki</b>:  [.....]</p>
<p><del>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek <b>konflikcie interesów</b> spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?</del>  <del><b>Jeżeli tak</b>, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</del></p>	<p><del><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</del></p> <p><del>[...]</del></p>
<p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą <b>doradzał(-o)</b> instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób <b>zaangażowany(-e) w przygotowanie</b> postępowania o udzielenie zamówienia?</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p><del>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w</del></p>	<p><del><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</del></p>

<p>sprawie koncesji została <del>rozwiązana przed czasem</del>, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? <b>Jeżeli tak</b>, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p>{...}</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki: {.....}</p>
<p>Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego <b>wprowadzenia w błąd</b> przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie <b>zataił</b> tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

**D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO**

<b>Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym</b>	<b>Odpowiedź:</b>
<p>Czy mają zastosowanie <b>podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym</b> określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}</p>
<p><b>W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>{.....}</p>



#### Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  $\alpha$  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

$\alpha$ : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

**Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  $\alpha$  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:**

<b>Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji</b>	<b>Odpowiedź</b>
<b>Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:</b>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

#### A: KOMPETENCJE

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

Kompetencje	Odpowiedź
<b>1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym</b> prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	{...}  {adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}
<b>2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:</b> Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: {...} <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  {adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}

#### B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
<b>1a) Jego („ogólny”) roczny obrót</b> w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: <b>i/lub</b>	rok: {.....} obrót: {.....} {...} waluta rok: {.....} obrót: {.....} {...} waluta rok: {.....} obrót: {.....} {...} waluta

<p>1b) Jego <b>średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (-):</b> Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>{liczba lat, średni obrót}: [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji}: [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Jego roczny („specyficzny”) <b>obró</b>t w <b>obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem</b> i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący:</p> <p><b>i/lub</b></p> <p>2b) Jego <b>średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący:</b> Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta</p> <p>{liczba lat, średni obrót}: [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji}: [.....][.....][.....]</p>
<p>3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) W odniesieniu do <b>wskaźników finansowych</b> określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>{określenie wymaganego wskaźnika — stosunek X do Y — oraz wartość}: [.....], [.....]</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji}: [.....][.....][.....]</p>
<p>5) W ramach <b>ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego</b> wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....] [...] waluta</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji}: [.....][.....][.....]</p>
<p>6) W odniesieniu do <b>innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych</b>, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która <b>mogła</b> zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....]</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji}: [.....][.....][.....]</p>

**C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA**

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

<b>Zdolność techniczna i zawodowa</b>	<b>Odpowiedź:</b>								
<p>1a) Jedynie w odniesieniu do <b>zamówień publicznych na roboty budowlane</b>: W okresie odniesienia wykonawca <b>wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju</b>: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowolającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] Roboty budowlane: [.....]</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [...][...][...]</p>								
<p>1b) Jedynie w odniesieniu do <b>zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi</b>: W okresie odniesienia wykonawca <b>zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju</b>: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Opis</th> <th style="width: 15%;">Kwoty</th> <th style="width: 15%;">Daty</th> <th style="width: 15%;">Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
<p>2) Może skorzystać z usług następujących <b>pracowników technicznych lub służb technicznych</b>, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p>	<p>[.....] [.....]</p>								
<p>3) Korzysta z następujących <b>urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości</b>, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy <b>zarządzania łańcuchem dostaw</b> i śledzenia łańcucha dostaw:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) <b>W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu</b>: Czy wykonawca <b>zezwoli</b> na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu <b>środków naukowych i badawczych</b>, jak również <b>środków kontroli</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>								

<p><b>jakości?</b></p>	
<p>6) Następującym <b>wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi</b> legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: <b>lub</b> (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:</p>	<p>a) [.....] b) [.....]</p>
<p>7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące <b>środki zarządzania środowiskowego</b>:</p>	<p>[.....]</p>
<p>8) Wielkość <b>średniego rocznego zatrudnienia</b> u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące</p>	<p>Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....]</p>
<p>9) Będzie dysponował następującymi <b>narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi</b> na potrzeby realizacji zamówienia:</p>	<p>[.....]</p>
<p>10) Wykonawca <b>zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom</b> następującą część (procentową) zamówienia:</p>	<p>[.....]</p>
<p>11) W odniesieniu do <b>zamówień publicznych na dostawy</b>: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  {adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>12) W odniesieniu do <b>zamówień publicznych na dostawy</b>: Czy wykonawca może przedstawić wymagane <b>zaświadczenia</b> sporządzone przez urzędowe <b>instytuty</b> lub agencje <b>kontroli jakości</b> o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? <b>Jeżeli nie</b>, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  [...]  {adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
<p><del>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić <b>zaświadczenia</b> sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych <b>norm zapewniania jakości</b>, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?</del></p> <p><del><b>Jeżeli nie</b>, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</del></p>	<p><del><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</del></p> <p><del>{.....}{.....}</del></p> <p><del>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}}</del></p>
<p><del>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić <b>zaświadczenia</b> sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych <b>systemów lub norm zarządzania środowiskowego</b>?</del></p> <p><del><b>Jeżeli nie</b>, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące <b>systemów lub norm zarządzania środowiskowego</b> mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</del></p>	<p><del><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</del></p> <p><del>{.....}{.....}</del></p> <p><del>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}}</del></p>

**Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów**

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określili obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:**

**Wykonawca oświadcza, że:**

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
<p><del>W następujący sposób <b>spełnia</b> obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:</del></p> <p><del>W przypadku gdy wymagane są określone <b>zaświadczenia</b> lub inne rodzaje dowodów w</del></p>	<p><del>{.....}</del></p> <p><del><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</del></p>

formie dokumentów, proszę wskazać dla <b>każdego</b> z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla <b>każdego</b> z nich:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
---	--

### **Część VI: Oświadczenia końcowe**

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskać(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz podpis(-y): [.....]

<b>OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b>
<b>Dane Wykonawcy</b>
Nazwa i adres Wykonawcy <i>(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)</i>
Nazwa i adres Partnera/-ów <i>(w przypadku Konsorcjum)</i>
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  <b>„DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”</b>
Oświadczam/-y, że w odniesieniu do <b>Pakietu nr .....</b> którego dotyczy oferta:  <ol style="list-style-type: none"><li>1) oferowany wyrób medyczny, dokonana ocena zgodności oferowanego wyrobu medycznego przed jego wprowadzeniem do obrotu oraz wprowadzenie oferowanego wyrobu do obrotu spełniają wszystkie wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.),</li><li>2) oferowany wyrób medyczny został oznakowany znakiem CE po przeprowadzeniu odpowiednich dla wyrobu procedur oceny zgodności, zakończonych wydaniem certyfikatu zgodności;</li><li>3) certyfikat zgodności potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dotyczący oferowanych wyrobów medycznych nie utracił ważności, nie został wycofany lub zawieszony;</li><li>4) wytwórca lub jego autoryzowany przedstawiciel wystawił deklarację zgodności stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;</li><li>5) oferowane wyroby medyczne są właściwie oznakowane i mają odpowiednie instrukcje używania w języku polskim, a informacje dostarczane przez wytwórcę spełniają wymagania zasadnicze; - zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego kopie lub oryginały dokumentów wymienione w punktach od 1 do 5.</li></ol> Oświadczam/-y, że w odniesieniu do <b>Pakietu nr ..... poz. ....*)</b> został zaofertowany produkt nie zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.).  <i>*) wypełnić jeśli dotyczy danego pakietu</i>
<b>Oświadczenie dotyczące podanych informacji</b>
Oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600), że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia Zamawiającego w błąd.  ....., dnia .....
<i>(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)</i>