

ZO/18/2024

Wałbrzych dnia 21.06.2024 r.

Wykonawcy- wszyscy

Dotyczy: Dostawa- Mikrotom rotacyjny półautomatyczny- 1 sztuka.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1.

Punkt 13

Prosimy o dopuszczenie mikrotomu z cięciem nastawianym w zakresie:

0,5 – 5 μm w krokach co 0,5 μm ;

5 - 20 μm w krokach co 1 μm ;

20 – 60 μm w krokach co 5 μm ;

60 - 100 μm w odstępach co 10 μm ;

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane parametry. Zamawiający wymaga zgodnie z opisem.

Pytanie nr 2.

Punkt 14

Prosimy o dopuszczenie mikrotomu z trymowaniem w zakresie 1 600 μm . Jest to parametr równoważny funkcjonalnie ze względu na brak większego zastosowania dla nastaw powyżej 600 μm .

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany parametr. Zamawiający wymaga zgodnie z opisem.

Pytanie nr 3.

Punkt 15

Prosimy o dopuszczenie mikrotomu z trymowaniem nastawianym w zakresie:

1 – 10 μm w krokach co 1 μm ;



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742

10 - 20 μm w krokach co 2 μm ;
20 – 50 μm w krokach co 5 μm ;
50 – 100 μm w krokach co 10 μm ;
100 - 600 μm w krokach co 50 μm ;

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane parametry. Zamawiający wymaga zgodnie z opisem.

Pytanie nr 4.

Punkt 17

Prosimy o dopuszczenie mikrotomu z funkcją pamięci jednej pozycji położenia głowicy z automatycznym przesuwem do zapamiętanego położenia. Jest to parametr równoważny funkcjonalnie

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany parametr. Zamawiający wymaga zgodnie z opisem.

Pytanie nr 5.

Punkt 18

Prosimy o dopuszczenie mikrotomu z funkcją retrakcji regulowaną w zakresie 5–250 μm z możliwością jej wyłączenia. Jest to parametr równoważny funkcjonalnie

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany parametr. Zamawiający wymaga zgodnie z opisem.

Pytanie nr 6.

Punkt 20

Prosimy o dopuszczenie mikrotomu z regulacją kąta nastawu nachylenia noża od 0 do 16 stopni. Jest to parametr równoważny funkcjonalnie wynikający z konstrukcji urządzenia.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany parametr. Zamawiający wymaga zgodnie z opisem.

Pytanie nr 7.

Punkt 22

Prosimy o dopuszczenie mikrotomu wyposażonego w magnetyczny przyrząd do usuwania nożyków nie wymagający wbudowywania w bazę z możliwością użycia przez osobę lewo lub praworęczną. Jest to parametr równoważny funkcjonalnie.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany parametr. Zamawiający wymaga zgodnie z opisem.

Pytanie nr 8.

Punkt 25

Prosimy o dopuszczenie mikrotomu z możliwością doposażenia mikrotomu w szkło powiększające z wbudowanym oświetleniem z regulacją kąta i możliwością ustawienia w dowolnym miejscu obok mikrotomy. Jest to parametr równoważny funkcjonalnie

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany parametr. Zamawiający wymaga zgodnie z opisem.

**Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Małgorzata Słomiana**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Sporządziła: Agnieszka Piasecka

nr tel.: 74/6489744