



**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital**  
**im. dr Wł. Biegańskiego**  
**91-347 Łódź, ul. Kniaziewiczza 1/5**



Informacja: tel. 42 251-60-11, 251 60-50, FAX. 42 251-60-55; Sekretariat Dyrektora: tel. 42 251-61-55, 42 251-60-59;  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych: tel. 42 251-60-60; Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: tel. 42 251-62-50;  
Główna Księgowa: tel. 42 251-61-45; NIP 726-22-34-808; Regon 471219736.

WSSz - NZP – 62/ 19

Łódź, dn. 01. 02. 2019r.

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
PRZETARGOWEGO**

**dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów do Pracowni Biochemii i Immunochemii, sprawa ZP 63/18**

**I.** Na podstawie **art. 38 ust. 2** ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego zapisu na umożliwienie nabycia przez Zamawiającego własności sprzętu poprzez sprzedaż po wartości rynkowej po zakończeniu okresu dzierżawy??

**Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Pkt 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie parametru w punkcie 1 „Objętości wirowane” – max do 4 x 750 ml ? Pragniemy zwrócić uwagę iż parametr wymagany „4 x 400 ml” został zastąpiony parametrem: „max do 4 x 750 ml”.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

3. Pkt 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie parametru: wychylnokątowny 4 x 500 ml (z możliwością wymiany na kosze do wirowania płytek), max prędkość 4.000 rpm (3.220 x g)? Pragniemy zwrócić uwagę iż parametry podane przez Zamawiającego: "Możliwość stosowania następujących rotorów" w ppkt. wychylnokątowny 4 x400 ml, max prędkość 4.000 rpm (3.250 x g)" zostały zastąpione przez producenta nowym produktem o parametrach: wychylnokątowny 4 x 500 ml (z możliwością wymiany na kosze do wirowania płytek), max prędkość 4.000 rpm (3.220 x g). W załączeniu fragment ulotki opisujący ww parametry wirówki.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

**II.** W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający **zmienia termin składania i otwarcia ofert:**

**BYŁO**

**109.** Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 04. 02. 2019 r., do godziny 09:30 na platformie zakupowej Zamawiającego.

**114.** Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewiczza 1/5, w sali szkoleń nr 3 budynek administracji, III piętro. w dniu 04. 02. 2019 r., o godzinie 10:00

**JEST:**

**110.** Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 08. 02. 2019 r., do godziny 09:30 na platformie zakupowej Zamawiającego.

**114.** Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewiczza 1/5, w sali szkoleń nr 3 budynek administracji, III piętro. w dniu 08. 02. 2019 r., o godzinie 10:00

Integralnymi załącznikami do niniejszego pisma są:

1. zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SIWZ Parametry graniczne i oceniane
2. Informacja o zmianie Ogłoszenia

Z poważaniem

Wersja elektroniczna dokumentu.

Dokument podpisany w oryginale przez Kierownika Sekcji ds. Zamówień Publicznych  
mgr Pawła Lipińskiego z upoważnienia Dyrektora