



Toszek, 02.04.2025 r.

dotyczy: *postępowania nr 5/DEG/AC/2025 na Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku*

Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie treści przedmiotu zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 31.03.2025 r.

Pytanie 1

Część 1 pozycja 1 Czy zamawiający dopuści do oceny Bezaldehydowy preparat oparty na czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym inkubatorów) oraz wstępnego zwilżania narzędzi chirurgicznych i inwazyjnych instrumentów medycznych o szerokim spektrum biobójczym wobec: B EN13727 (w tym MRSA i VRE), F EN13624(Candida Albican) i V EN14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) w czasie ekspozycji do 30 sekund, Tbc EN14348 (M.Avium i M.Terrae) – 5 minut (warunki brudne), F EN13624(Aspergillus Niger) i S EN13704(CI, Difficile) – 15 min. Opakowanie 1000 ml ze spryskiwaczem pianowym. Wyrób medyczny klasy IIb.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał wymogi jakie musi spełnić oferowany produkt i nie wyraża zgody na zmiany.

Pytanie 2

Część 1 pozycja 7 Prosimy o dopuszczenie do oceny emulsji myjącej do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk zawierającej łagodne substancje myjące alkilopoliglikozydy oraz pielęgnujące w postaci allantoiny i betainy. Emulsja posiada badania zgodnie z EN1499 oraz certyfikat Ecolabel i Nordic Swan. Może być używana do mycia całego ciała i włosów oraz stosowana pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt i w zapaleniach skóry w okolicy analno-genitalnej. Opakowanie 1l do dozownika w systemie zamkniętym.

Odpowiedź

Zamawiający w pozycji 6, 7 wymaga zaoferowania wkładów do dozownika w systemie zamkniętym w postaci worków z kranikiem o pojemności 1 litra z preparatami o parametrach wymaganych w opisie. Tym samym zmianie ulegają zapisy formularza asortymentowo – cenowego.

Pytanie 3

Część 1 pozycja 11 Bezalkoholowe chusteczki na bazie co najmniej dwóch substancji aktywnych w tym czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym inkubatorów) o szerokim spektrum biobójczym wobec: B EN13727 (w tym MRSA i VRE), F EN13624(Candida Albican) i V EN14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 30 sekund, Tbc EN14348 (M.Avium i M.Terrae)– 5 minut (warunki brudne), F EN13624(Aspergillus Niger) i S EN13704(CI, Difficile) – 15 min. Konfekcjonowane w tuby po 100 lub 200 sztuk. Preparat o dualnej rejestracji jako wyrób medyczny klasy IIb i produkt biobójczy.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał parametry jakie powinien spełnić oferowany produkt i nie wyraża zgody na zmiany.



Pytanie 4

Część 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia, bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu (pleksiglas), inkubatory, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, o wymiarach 20cmx20cm. Nasączone mieszaniną na bazie 3 różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Przebadane dermatologicznie. Skuteczny wobec: B, MRSA, F (C.albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40) – 1min., Tbc (M. terra), V (Noro) – 15min. Opakowanie – tuba, 200szt. chusteczek. Wyrób medyczny kl. IIa.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanych chusteczek bezalkoholowych, ponieważ rozmiar mieści się w wymaganych widełkach od 180-220 mm do 180-220 mm. Szersze spektrum działania dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 5

Część 1 poz. 5,6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Velodes Gel do higienicznej dezynfekcji rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparat wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 sek.) oraz do chirurgicznej dezynfekcji rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5 ml, preparat wcierać w dłonie przez 3 min (2 x 90 sek.). Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego produktu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

W poz. 5 – w postaci 0,5 l opak. + pompka. W poz. 6 – wkład workowy 1 l do dozownika (system zamknięty)

Pytanie 6

Dotyczy Części 2:

Dotyczy poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni oraz różnego rodzaju wyposażenia o wymiarach 18 cm x 20 cm, spełniające pozostałe wymagania opisu, w opakowaniach Flow-pack, konfekcjonowanych po 100 szt po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź:

Zamawiający określił parametry produktu i niw wyraża zgody na zmiany.

Pytanie 7

Dotyczy Części 2:

Dotyczy poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o wymiarach 20 cm x 28 cm, konfekcjonowane w opakowaniach flow-pack 200 szt, spełniające pozostałe wymagania opisu?

Odpowiedź:

Zamawiający określił parametry produktu i niw wyraża zgody na zmiany.

Pytanie 8

Część 1 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji delikatnego płynu aplikowanego w postaci pianki tj. Velodes Soap foam 1l system zamknięty (wkład do dozownika).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego produktu.