



Bytów, 03.02.2025 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, przedmiot zamówienia: **dostawa urządzeń i płynów do terapii nerkozastępczej – umowa ramowa do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP6/A/2/2025**, Komisja przetargowa informuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczym poz. 6 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych

Średnica FR 13 – długość 25 cm – ramiona proste

Średnica FR 13 – długość 15 cm – ramiona zagięte

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pakietu zbiorczego poz 6 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wydzieli poz. 6 do osobnego zadania/ części.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Karolina Glanc
Sekretarz Komisji przetargowej