

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
podinsp. Andrzej SORYCKI

Zatwierdzam

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie przeglądu serwisowego i sprawdzenia automatu do izolacji DNA Maxwell FSC Instrument nr ser. 11000010, który powinien zawierać co najmniej:

- całkowitą kontrolę systemu poprzez sprawdzenie części urządzenia i ich ewentualną wymianę,
- sprawdzenie oraz smarowanie (o ile jest to konieczne) wszystkich przewodnic,
- sprawdzenie obudowy zewnętrznej,
- sprawdzenie platformy urządzenia i powierzchni wewnętrznych,
- kontrolę regulacji oraz dostosowanie urządzenia (o ile jest to konieczne),
- wymianę zużytych pasów (o ile jest to konieczne) oraz materiałów eksploatacyjnych,
- sporządzenie szczegółowego raportu serwisowego.

STARSZY TECHNIK
Szekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
M. Plebanska
Martyna PLEBANSKA

KIEROWNIK
Szekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
ml. asp. Marek LEWIŃSKI