



Katowice, dnia 08.01.2024r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ARTYKUŁY DO HEMODIALIZY WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW Nr sprawy: ZP-23-214BN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Dotyczy parametrów technicznych aparatów do hemodializy: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatów z kontrolowaną w sposób ciągły ultrafiltracją metodą przepływową, z automatyczną dezynfekcją ssawek koncentratu poza bagnetami, z dezynfekcją aparatu automatyczną z wyborem środka dezynfekcyjnego? (dot. zał. 1 do SWZ, pakiet 1b, lp.:6, 24, 25). Pozostałe parametry zgodne z SWZ. **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na aparaty z kontrolowaną w sposób ciągły ultrafiltracją metodą przepływową, z automatyczną dezynfekcją ssawek koncentratu poza bagnetami oraz z dezynfekcją aparatu automatyczną z wyborem środka dezynfekcyjnego. Zamawiający wymaga zaoferowania aparatów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.