



Szczecin, dnia 20.04.2023 r.

WZZ-2375-14-389-04/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej „ustawa Pzp” pn.: „Dostawa gazów medycznych wraz z napełnianiem i dzierżawą butli dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Nr postępowania: 14/2023.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza obecne rozwiązanie sposobu zasilania w ciekły tlen medyczny oparte na dwóch zbiornikach typu Permacyl o pojemności 2000 litrów każdy?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę ciekłego tlenu medycznego do zbiorników Wykonawcy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy w szczególnych okolicznościach i sytuacjach awaryjnych, Zamawiający dopuszcza dostawę butli z gazami medycznymi poza godzinami dostaw wskazanymi we wzorze umowy (pon-pt 7.30.-15.05)?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że o każdych szczególnych okolicznościach i sytuacjach awaryjnych będzie informowany w godzinach dostaw. Każdorazowo wyrażenie zgody będzie oparte na bieżącej analizie stanu magazynowego butli z gazami medycznymi.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę napełnionych butli będących własnością SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, w terminie do 14 dni roboczych od daty odbioru butli przez Wykonawcę?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dopuszcza, pod bezwzględnym warunkiem, że Wykonawca na czas wykonania usługi zapewni własne butle z tlenem medycznym o pojemnościach równoważnych.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę butli, dzierżawionych od Wykonawcy, w terminie do 2 dni roboczych od daty zamówienia butli?

Odpowiedź nr 5:



Zamawiający wymaga dostaw zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 2 do SWZ dla w/w dostawy.

Pytanie nr 6, dotyczy poz. 20 formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,

Czy Zamawiający wymaga aby waga pełnej butli z tlenem medycznym ze zintegrowanym zaworem, o pojemności 2l, wynosiła poniżej 4 kg, na co Wykonawca powinien przedstawić stosowny certyfikat?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 7, dotyczy poz. 24 formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, ma na myśli tlen medyczny sprężony o pojemności 8l (1,72 m³) i ciśnieniu 200 bar?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający miał na myśli tlen medyczny sprężony o pojemności 8l (1,72m³) i ciśnieniu 200 bar.

Pytanie nr 8, dotyczy poz. 24 formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, ma na myśli tlen medyczny sprężony o pojemności 10l (2,15m³) i ciśnieniu 200 bar?

Odpowiedź nr 8:

W pozycji nr 24 Zamawiający miał na myśli tlen medyczny sprężony o pojemności 8l (1,72m³) i ciśnieniu 200 bar, natomiast w pozycji nr 26 Zamawiający miał na myśli tlen medyczny sprężony o pojemności 10l (2,15m³) i ciśnieniu 200 bar.

Pytanie nr 9, dotyczy poz. 25,27 formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,

Ze względu na gabaryt i wagę butli, butle z zaworem zintegrowanym o pojemnościach powyżej 5l nie posiadają zaczepów do zawieszenia na łożku pacjenta, szynie itp. Tego typu butle są transportowane i mocowane w odmienny sposób niż butle 2l oraz 5l.

Czy Zamawiający dopuszcza dzierżawę butli z zaworem zintegrowanym do tlenu medycznego o pojemnościach 8l i 10l bez zaczepów (tzw. haczyków)?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 10, dotyczy poz. 30-33 formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,

Czy Zamawiający w zakresie usług opisanym w arkuszu cenowym Pakiet 1, poz. 30-33 dopuszcza termin wykonania usług od 8 do 12 tygodni roboczych? Jest to związane ze specyfiką procesu legalizacji butli oraz wymaganych czynności konserwacji/naprawy butli. Wykonawca na czas wykonywania usługi zapewni Zamawiającemu własne butle do tlenu medycznego o pojemnościach równoważnych.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający dopuszcza wskazany termin wykonania usługi pod bezwzględnym warunkiem zapewnienia własnych butli Wykonawcy na czas przeprowadzenia czynności konserwacji/naprawy butli.

Pytanie nr 11, dotyczy § 1 ust. 10 Wzoru umowy

Prosimy o uściślenie zapisu dotyczącego serwisu technicznego butli Zamawiającego.

„10. Wykonawca zapewni serwis techniczny butli stanowiących własność Zamawiającego, w zakresie usług wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ, szczegółowa oferta cenowa, poz. 30-33, zgodnie z zamówieniami przesyłanymi przez Zamawiającego.”

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

We Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ: § 1 ust. 10, otrzymuje brzmienie:

„10. Wykonawca zapewni serwis techniczny butli stanowiących własność Zamawiającego, w zakresie usług wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SWZ, szczegółowa oferta cenowa, poz. 30-33, zgodnie z zamówieniami przesyłanymi przez Zamawiającego”.

Pytanie nr 12

Zwracamy się z prośbą o modyfikację pkt 8. Załącznika nr 2 do SIWZ, szczegółowa oferta cenowa, dotyczącego konieczności wykonania fundamentu. Ponieważ potencjalny Wykonawca nie jest właścicielem terenu, na którym znajduje się dzierżawiony zbiornik/zbiorniki, nie jest jednocześnie Stroną w kontaktach z urzędami i instytucjami Państwa w zakresie czynności zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę lub innych czynności związanych z wykonaniem fundamentu.

Wykonawca ze swojej Strony może przekazać Zamawiającemu, nieodpłatnie, wytyczne do wykonania fundamentu pod określony zbiornik oraz wytyczne co do instalacji elektrycznej zasilania pomp cystern.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający utrzymuje zapis w pkt 8 Załącznika nr 2 do SWZ wyjaśniając, że dotyczy on sytuacji rozważenia konieczności wykonania fundamentu pod zbiornik gdy takie posadowienie jest wymagane. W przypadku braku konieczności wykonania fundamentu pod zbiornik Wykonawca decyduje o sposobie i wykona posadowienia w oparciu o istniejącą infrastrukturę.

Pytanie nr 13, dotyczy Wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisu do umowy:

„W czasie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie w ślad za zmianami cen energii elektrycznej, cen paliwa oraz współczynnika inflacji. Jednocześnie Strony zgodnie ustalają, że zmiana ceny, o której mowa powyżej nie może następować częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym. Ponadto Strony ustalają, że pierwsza zmiana ceny może nastąpić najwcześniej w kwietniu 2024 roku.”

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody. Klauzula waloryzacyjna dotycząca zmiany wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia znajduje się w par. 9 ust. 3 pkt 5 projektu umowy.

Nadto, Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ, tj. Załącznik nr 3 - Wzór umowy.

Zamawiający informuje, że udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia_szczecin: zmodyfikowany Załącznik nr 3 - Wzór umowy.

**Dyrektor
SP ZOZ MSWIA w Szczecinie
dr Elżbieta Kasprzak**