

Centrum Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOWYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

zestaw nr 1

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.52.2025.KD na dostawę wirówki laboratoryjnej z osprzętem dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, przesłane do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	Prosimy Zamawiającego o określenie jakiego wyposażenia do wirówki wymaga (rotory, adaptory). W tym celu prosimy o informację jakiego rodzaju probówki będą wirowane, w jakiej ilości i przy jakich max. prędkościach?	Zamawiający podaje wymagane wyposażenie: 1. Rotor kątowy 24 x 1,5/2 ml, max 16.000 rpm. 2. Rotor uchylny 8 x 50 ml typu Falcon, max. 5000 rpm. 3. Adapter na probówkę typu Falcon 15 ml. Tym samym, Zamawiający dokonuje zmiany treści opis przedmiotu zamówienia – załącznika nr 6 do SWZ, zgodnie z załącznikiem do niniejszego dokumentu.
2	Pytanie dotyczące punktu 3 opisu przedmiotu zamówienia. Czy zamawiający dopuści maksymalna RCF: 24270 g ?	Zamawiający dopuści maksymalną RCF: 24270 g (przy zachowaniu maksymalnej prędkości obrotowej wskazanej w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 6 do SWZ). Tym samym, Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 6 do SWZ, zgodnie z załącznikiem do niniejszego dokumentu.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp, dokонуje zmiany treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 6 do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający, działając zgodnie z art. 137 ust. 6 Pzp przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia **08.05.2025 r.** do godz. 10:00:00,
- otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.05.2025 r.** o godz. 10:05:00, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XII pkt 4 SWZ.

Tym samym zmianie ulega również termin związania ofertą, określony w rozdziale XIV pkt 1 SWZ.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wprowadza powyższe zmiany terminów do SWZ oraz udostępnia:

- 1) zmienioną SWZ o nazwie „**SWZ z dnia 04.04.2025 r.**”, która zastępuje dotychczasową SWZ,
- 2) zmieniony opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ o nazwie „**Załącznik nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia z dnia 04.04.2025 r.**”, który zastępuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 6 do SWZ.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PROREKTOR
ds. Badań Naukowych

prof. dr hab. Wiesław Łaskowski