



.....  
.....

Znak: AE/ZP-27-110/24

Tarnów, 2024-11-25

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy: fartuchów chirurgicznych i ubrań operacyjnych wielokrotnego użytku oraz obuwia na sale operacyjne.**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Prosimy o dopuszczenie: pozycja 2 - ubrań operacyjnych wielokrotnego użytku, pozycja 1 - stref niekrytycznych fartucha operacyjnego wykonanych z chłonnej, niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego 1,4 % i zawartości bawełny 54,6 %, o gramaturze 125 +/- 6 g/m<sup>2</sup>, średniej przepuszczalności powietrza powyżej 50 cm<sup>3</sup>/cm<sup>2</sup>/s, zgodnej z normą PN-EN 13795 w zakresie: – pylenia – czystości pod względem cząstek stałych – parametrów wytrzymałościowych (wytrzymałości na wypychanie na sucho, wytrzymałość na rozciąganie na sucho). Tkanina ta została dopuszczona do produkcji ubrań chirurgicznych przez Komisję ds. Wyrobów Medycznych przy Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych. Dzięki w.w właściwościom zapewnia ona komfort cieplny użytkownikom spełniając jednocześnie wymagania Zamawiającego dotyczące cykli prania i sterylizacji.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści fartuchy z zadania 1 pozycja 1 wykonane z tkaniny o gramaturze 110 – 120 g/m<sup>2</sup>, o wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy - minimum 90 cm wysokości słupa wody?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Zamawiający określił wymagane gramatury i składy tkanin dla fartuchów i ubrań operacyjnych (Pakiet 1, pozycje 1 i 2). Czy aby mieć pewność, że zaproponowany przez Wykonawców asortyment spełnia wymagania Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty raportów z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzających skład chemiczny tkanin, oraz Akredytowanych raportów z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzających parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 dla tkanin wskazanych w badaniach potwierdzających skład?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy aby mieć pewność najwyższej jakości zaoferowanego obuwia, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wyniku z testu właściwości ergonomicznych wg EN ISO 20344 oraz wyniku testu odporności na zginanie podeszwy wg EN ISO 20344?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:**

**Ad. 1**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** fartuchów chirurgicznych barierowych wielokrotnego użycia wykonanych z tkaniny w strefie niekrytycznej opisanej w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** ubrań operacyjnych wielokrotnego użycia wykonanych z tkaniny opisanej w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 2**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 1**.



**Ad. 3**

Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów określonych w SWZ, potwierdzających spełnianie wymagań SWZ dla oferowanego w **Pakiecie Nr 1** przedmiotu zamówienia.

**Ad. 4**

Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów określonych w SWZ, potwierdzających spełnianie wymagań SWZ dla oferowanego w **Pakiecie Nr 2** przedmiotu zamówienia.

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a

Zastępca Dyrektora

*mgr Danuta Nosek*

*Nosek*

