

Centrum Zamówień Publicznych
Dział Zamówień Publicznych

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
zestaw nr 1

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.69.2025.BR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę wirówki stołowej bez chłodzenia z rotorami dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.”

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, przesłany do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający zaakceptuje wirówkę z maksymalnym przyspieszeniem 23500g? Pozostałe parametry nie gorsze niż wyspecyfikowane w ogłoszeniu.	Zamawiający nie akceptuje.
2.	Czy Zamawiający może dopuścić górną granicę prędkości wirowania dla wirówki 16000 rpm (24,328 x g), przy spełnieniu maksymalnych prędkości podanych dla wymaganych rotorów?	Zamawiający nie dopuszcza.
3.	Czy Zamawiający dopuści maksymalną głośność wirówki przy rotorze horyzontalnym poniżej 58 dBa, a poniżej 61 dBa dla rotora stałokątowego 24x1,5/2 ml?	Zamawiający nie dopuszcza.
4.	Czy Zamawiający uzna za równoważne „automatyczne rozpoznawanie rotora wraz z wyświetleniem właściwej dla niego prędkości maksymalnej”, gdy po zainstalowaniu każdego rotora w wirówce, po ustawieniu prędkości wirówka da sygnał jaka jest maksymalna prędkość dla tego rotora, jeśli wprowadzi się większą i czy chcemy ją zastosować?	Zamawiający nie uzna za równoważne proponowanego rozwiązania.
5.	Czy Zamawiający może dopuścić w wirówce 4 programy wirowania z bezpośrednim dostępem?	Zamawiający nie dopuszcza.

Pozostałe zapisy SWZ, w tym termin składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej